

Словашко-Bratislava: Медицински консумативи

OJ S 141/2021 23/07/2021

Поправка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1. Наименование и адреси

Официално наименование: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Национален регистрационен номер: 00165565

Пощенски адрес: Limbová

Град: Bratislava-Nové Mesto

код NUTS: SK01 Bratislavský kraj

Пощенски код: 837 52

Държава: Словакия

Лице за контакт: Ing. Ivana Ichnatoliová

Електронна поща: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk

Телефон: +421 259373289

Факс: +421 254789321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <https://www.health.gov.sk/>

Адрес на профила на купувача: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Раздел II: Предмет

II.1. Обхват на обществената поръчка

II.1.1. Наименование

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Референтен номер: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Основен CPV код

33140000 Медицински консумативи

II.1.3. Вид на поръчка

Доставки

II.1.4. Кратко описание

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esež
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescence
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.5. Дата на изпращане на настоящото обявление

20/07/2021

VI.6. Препратка към оригиналното обявление

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [2021/S 107-279626](#)

Раздел VII: Промени

VII.1. Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2. Текст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: IV.2.2)

Част от текста, която трябва да се промени:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Вместо:

Дата: 23/07/2021 Местно време: 10:00

Да се чете:

Дата: 30/07/2021 Местно време: 10:00

Номер на раздел: IV.2.7)

Част от текста, която трябва да се промени:

Podmienky na otváranie ponúk

Вместо:

Дата: 23/07/2021 Местно време: 10:30

Да се чете:

Дата: 30/07/2021 Местно време: 10:30

VII.2. Друга допълнителна информация