

576089-2025 - Резултат

Полша – Медицинско оборудване – Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.
OJ S 169/2025 04/09/2025
Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
Доставки

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Szpital Murcki Sp. z o.o.
Електронна поща: zp@szpitalmurcki.pl
Правна категория на купувача: Публичноправна организация
Дейност на възлагащия орган: Здравеопазване

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.
Описание: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia.
Идентификатор на процедурата: 5826fe4c-e24a-49bc-8ec7-16c964ee9344
Предишно обявление: 503274-2025
Вътрешен идентификатор: ZP/1888/25
Вид процедура: Открита
Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки
Основна класификация (срв): 33100000 Медицинско оборудване
Допълнителна класификация (срв): 33111000 Апарати с X (рентгенови) лъчи

2.1.2. Място на изпълнение

Пощенски адрес: Szpital Murcki Sp. z o.o. Ul. Sokołowskiego 2
Град: Katowice
Пощенски код: 40-749
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Katowicki (PL22A)
Държава: Полша

2.1.4. Обща информация

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Prawo Zamówień Publicznych - art. 132 Pzp

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Описание: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jeden niepodzielny przedmiot zamówienia, dla którego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, jak i wymagania zawarte w SWZ.
Вътрешен идентификатор: ZP/1888/25

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки
Основна класификация (срв): 33100000 Медицинско оборудване
Допълнителна класификация (срв): 33111000 Апарати с X (рентгенови) лъчи

5.1.2. Място на изпълнение

Пощенски адрес: ul. Sokołowskiego 2
Град: Katowice
Пощенски код: 40-749
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Katowicki (PL22A)
Държава: Полша

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 10 Седмици

5.1.6. Обща информация

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: не

Допълнителна информация: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, instalacji i obsługi serwisowej sprzętu rentgenowskiego. Na potwierdzenie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) realizacje w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury diagnostycznej RTG wraz z pracami adaptacyjnymi w pracowni RTG (o ile były konieczne) o wartości każdej z nich min. 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) i z potwierdzeniem, iż zostały wykonane należycie.

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Kryterium cena – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów 60%, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: $C = (Oferta\ o\ najniższej\ cenie\ brutto / Cena\ brutto\ oferty\ badanej) \times 100 \times 60\ %$ gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 60

Критерий:

Вид: Качество

Описание: Kryterium okres gwarancji – 10% (10 punktów); Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Okres gwarancji” zgodnie z opisem poniżej na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: Zadeklarowany Okres gwarancji: Minimalny okres 36 miesięcy - 0 punktów, 48 miesięcy i więcej - 10 punktów

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 10

Критерий:

Вид: Качество

Описание: Kryterium parametr techniczny – 30% Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Parametr techniczny” zgodnie z parametrami określonymi w załączniku – nr 2 do SWZ kolumna „punktacja” oraz kolumna „parametr oferowany”. Maksymalna ilość procent w ramach kryterium „Parametr techniczny” wynosi 30. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 50 pkt. $P = (\text{ilość punktów w badanej ofercie} / \text{maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium parametr techniczny tj. 50 punktów}) \times 100 \times 30 \%$ gdzie: P – wartość parametru technicznego badanej oferty 1. Parametry urządzenia: Częstotliwość napięcia anodowego generatora - Wymagane wartości graniczne ≥ 400 kHz, Punktacja: ≥ 450 kHz - 10 pkt, < 450 kHz - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) - Wymagane wartości graniczne ≥ 65 kW, Punktacja: ≥ 80 kW - 5 pkt, < 80 kW - 0 pkt 3. Parametry urządzenia: Max prąd w radiografii - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mA, Punktacja: ≥ 1000 mA - 5 pkt, < 1000 mA - 0 pkt 4. Parametry urządzenia: Maksymalna wartość mAs - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mAs, Punktacja: ≥ 1000 mAs - 5 pkt, < 1000 mAs - 0 pkt III. Kołpak z lampą rtg i kolimator rtg zamocowany na zawieszeniu sufitowym 1. Parametry urządzenia: Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg - Wymagane wartości graniczne $\geq 1,7$ MHU, Punktacja: ≥ 2 MHU - 10 pkt, < 2 MHU - 0 pkt IV. Uniwersalny stół diagnostyczny 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie blatu stołu - ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,70$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,50$ mm Al - 5 pkt, $> 0,50$ mm Al - 0 pkt V. Statyw do zdjęć odległościowych 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie płyty statywu – ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,45$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,35$ mm Al - 5 pkt, $> 0,35$ mm Al - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora - Wymagane wartości graniczne ≤ 50 mm, Punktacja: ≤ 40 mm - 5 pkt, > 40 mm - 0 pkt

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 30

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Организация, чийто бюджет се използва за плащане за поръчката: Szpital Murcki Sp. z o.
o.
Организация, която извършва плащането: Szpital Murcki Sp. z o.o.

6. Резултати

Стойност на всички договори, възложени с това съобщение: 1 269 300,00 PLN

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0001

Статус на избора на победител: Избран е най-малко един победител.

6.1.2. Информация за победителите

Победител:

Официално наименование: 4Rad Sp. z o.o.

Търг:

Идентификатор на търга: 4Rad Sp. z o.o.

Идентификатор на обособена позиция или група обособени позиции: LOT-0001

Стойност на офертата: 1 269 300,00 PLN

Офертата е била класирана: да

Класиране на офертата: 1

Офертата е вариант: не

Възлагане на подизпълнители: Не

Информация за договора:

Идентификатор на договора: SM/U-ZP/25/29

Заглавие: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Дата, на която е избран победителят: 13/08/2025

Дата на сключване на договора: 01/09/2025

6.1.4. Статистическа информация

Получени оферти или заявления за участие:

Вид на получените оферти или заявления: Оферти, подадени по електронен път

Броят на получените оферти или заявления за участие: 1

Обхват на офертите:

Стойност на най-ниската допустима оферта: 1 269 300,00 PLN

Стойност на най-високата допустима оферта: 1 269 300,00 PLN

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Szpital Murcki Sp. z o.o.

Регистрационен номер: 9542745563

Регистрационен номер: 9542745563

Пощенски адрес: ul. Sokołowskiego 2

Град: Katowice

Пощенски код: 40-749

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Katowicki (PL22A)

Държава: Полша

Електронна поща: zp@szpitalmurcki.pl

Телефон: 32 2556163

Интернет адрес: www.szpitalmurcki.pl

Крайна точка за обмен на информация (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, чийто бюджет се използва за плащане за поръчката

Организация, която извършва плащането

8.1. **ORG-0002**

Официално наименование: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Регистрационен номер: 5262239325

Пощенски адрес: ul. Postępu 17

Град: Warszawa

Пощенски код: 02-676

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Държава: Полша

Електронна поща: uzp@uzp.gov.pl

Телефон: +48 224587801

Факс: +48 224587700

Интернет адрес: <https://uzp.gov.pl>

Крайна точка за обмен на информация (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

8.1. **ORG-0003**

Официално наименование: 4Rad Sp. z o.o.

Размер на икономическия оператор: Малко предприятие

Регистрационен номер: 5213220780

Пощенски адрес: ul. Suwak 4

Град: Warszawa

Пощенски код: 02-676

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Държава: Полша

Електронна поща: info@4rad.pl

Телефон: 504 113 552

Интернет адрес: <https://4rad.pl/>

Роли на тази организация:

Оферент

Победител за тези обособени позиции: LOT-0001

8.1. **ORG-0000**

Официално наименование: Publications Office of the European Union

Регистрационен номер: PUBL

Град: Luxembourg

Пощенски код: 2417

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Luxembourg (LU000)

Държава: Люксембург

Електронна поща: ted@publications.europa.eu

Телефон: +352 29291

Интернет адрес: <https://op.europa.eu>

Роли на тази организация:

TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 17c52b31-9ef6-4ab2-8562-5609806693f8 - 01

Вид на формуляра: Резултат

Вид обявление: Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 29

Дата на изпращане на известието: 03/09/2025 07:15:10 (UTC+00:00) западноевропейско време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: полски

Номер на публикуване на обявлението: 576089-2025

Номер на броя на ОВ S: 169/2025

Дата на публикуване: 04/09/2025