

115540-2026 - Zadávání

Severní Makedonie – Zdravotnický spotřební materiál – Laparoscopic consumables, materials for open surgery, etc.

OJ S 34/2026 18/02/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Dodávky

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

E-mail: urologijaklinika@yahoo.com

Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt

Činnost veřejného zadavatele: Zdravotnictví

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Laparoscopic consumables, materials for open surgery, etc.

Popis: Laparoscopic consumables, materials for open surgery, etc. according technical specification

Identifikátor řízení: 7f3aac37-3974-43b4-8468-2b5635d3d8f3

Interní identifikátor: 01834/2026

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

2.1.2. Místo plnění

Obec: Skopje

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 49

Smluvní podmínky:

Maximální počet částí, při kterém mohou být zakázky zadány jednomu uchazeči: 49

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení

Úpadek: National law

Porušení povinnosti týkající se placení daní: national law

Dětská práce a jiné formy obchodování s lidmi: national law

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: 1. Laparoscopic trocars with universal cannulas and detachable obturator (conical introducer) from the trocar body.

Popis: 1. Laparoscopic trocars with universal cannulas and detachable obturator (conical introducer) from the trocar body.

Interní identifikátor: 01834/2026-1

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0002

Název: 2. Endoscopic staplers and compatible cartridges with integrated knife within the cartridge, variable staple height, tissue reinforcement capability, diameter 12 mm.

Popis: 2. Endoscopic staplers and compatible cartridges with integrated knife within the cartridge, variable staple height, tissue reinforcement capability, diameter 12 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-2

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0003

Název: 3. Electrosurgical instrument–electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, electrode length 19.5 mm, blade length 17.8 mm, dual activation, blunt tip, bilateral jaw opening, length 23 cm, diameter 5 mm.

Popis: 3. Electrosurgical instrument–electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, electrode length 19.5 mm, blade length 17.8 mm, dual activation, blunt tip, bilateral jaw opening, length 23 cm, diameter 5 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-3

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0004

Název: 4. Electrosurgical instrument—electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, electrode length 20 mm, blade length 18 mm, jaw opening 13 mm, dual activation, Maryland-type jaw or equivalent

Popis: 4. Electrosurgical instrument—electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, electrode length 20 mm, blade length 18 mm, jaw opening 13 mm, dual activation, Maryland-type jaw or equivalent

Interní identifikátor: 01834/2026-4

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0005

Název: 5. Electrosurgical instrument—electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, curved jaw length 36 mm, blade length 34 mm, dual activation.

Popis: 5. Electrosurgical instrument—electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, curved jaw length 36 mm, blade length 34 mm, dual activation.

Interní identifikátor: 01834/2026-5

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolená

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolená

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0006

Název: 6. Electrosurgical instrument–electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for laparoscopic surgery, electrode length 19.5 mm, blade length 17.8 mm, dual activation, lateral jaw opening.

Popis: 6. Electrosurgical instrument–electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for laparoscopic surgery, electrode length 19.5 mm, blade length 17.8 mm, dual activation, lateral jaw opening.

Interní identifikátor: 01834/2026-6

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0007

Název: 7. Electrosurgical instrument–electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, electrode length 20 mm, blade length 18 mm, jaw opening 13 mm, manual and dual activation, Maryland-type jaw or equivalent.

Popis: 7. Electrosurgical instrument–electrode compatible with ForceTriad™ and LigaSure™ generators or equivalent, for open surgery, electrode length 20 mm, blade length 18 mm, jaw opening 13 mm, manual and dual activation, Maryland-type jaw or equivalent.

Interní identifikátor: 01834/2026-7

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0008

Název: 8. Sterile monopolar electrosurgical pencil with cable, two operating modes (cutting and coagulation), compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Popis: 8. Sterile monopolar electrosurgical pencil with cable, two operating modes (cutting and coagulation), compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Interní identifikátor: 01834/2026-8

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0009

Název: 9. Electrosurgical plates and extended tips 15–17 cm, compatible with monopolar electrosurgical pencil for ForceTriad™ generator or equivalent.

Popis: 9. Electrosurgical plates and extended tips 15–17 cm, compatible with monopolar electrosurgical pencil for ForceTriad™ generator or equivalent.

Interní identifikátor: 01834/2026-9

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0010

Název: 10. Sterile monopolar electrosurgical instruments with minimum three operating modes (cutting, coagulation and integrated cut–coagulation mode), compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Popis: 10. Sterile monopolar electrosurgical instruments with minimum three operating modes (cutting, coagulation and integrated cut–coagulation mode), compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Interní identifikátor: 01834/2026-10

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0011

Název: 11. Neutral gel electrode with polyhesive gel thickness 1–2 mm, for connection to separate patient return plates for REM system, without cable, compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Popis: 11. Neutral gel electrode with polyhesive gel thickness 1–2 mm, for connection to separate patient return plates for REM system, without cable, compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Interní identifikátor: 01834/2026-11

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0012

Název: 12. Neutral gel electrode cable for connection of separate patient return plates to REM system, compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Popis: 12. Neutral gel electrode cable for connection of separate patient return plates to REM system, compatible with ForceTriad™ generator or equivalent.

Interní identifikátor: 01834/2026-12

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0013

Název: 13. Endoscopic automatic clip applier with 360° rotating shaft, diameter 5 mm, working length 33 cm, preloaded with 16 locking titanium clips, LCD display indicating remaining clip count, clip size M/L (9.1 mm), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Popis: 13. Endoscopic automatic clip applier with 360° rotating shaft, diameter 5 mm, working length 33 cm, preloaded with 16 locking titanium clips, LCD display indicating remaining clip count, clip size M/L (9.1 mm), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-13

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0014

Název: 14. Endoscopic automatic clip applier with 360° rotating shaft, diameter 10 mm, working length 29 cm, preloaded with 20 locking titanium clips, clip size M/L (9.0 mm), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Popis: 14. Endoscopic automatic clip applier with 360° rotating shaft, diameter 10 mm, working length 29 cm, preloaded with 20 locking titanium clips, clip size M/L (9.0 mm), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-14

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0015

Název: 15. Endoscopic automatic clip applier with 360° rotating shaft, diameter 10 mm, working length 33 cm, preloaded with 15 locking titanium clips, clip size L (11.0 mm), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Popis: 15. Endoscopic automatic clip applier with 360° rotating shaft, diameter 10 mm, working length 33 cm, preloaded with 15 locking titanium clips, clip size L (11.0 mm), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-15

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace**Vyhrazená účast:**

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání**Kritérium:**

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0016

Název: 16. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag with circular metal support ring, integrated drawstring closure for bag sealing and separation from the metal ring, compatible with instrument diameter 15 mm, bag dimensions 13 cm × 23 cm.

Popis: 16. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag with circular metal support ring, integrated drawstring closure for bag sealing and separation from the metal ring, compatible with instrument diameter 15 mm, bag dimensions 13 cm × 23 cm.

Interní identifikátor: 01834/2026-16

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0017

Název: 17. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag with circular metal support ring, integrated drawstring closure for bag sealing and separation from the metal ring, compatible with instrument diameter 10 mm, bag dimensions 6.4 cm × 15 cm.

Popis: 17. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag with circular metal support ring, integrated drawstring closure for bag sealing and separation from the metal ring, compatible with instrument diameter 10 mm, bag dimensions 6.4 cm × 15 cm.

Interní identifikátor: 01834/2026-17

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0018

Název: 18. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag, compatible with instrument diameter 10 mm, bag dimensions 12 cm × 20 cm.

Popis: 18. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag, compatible with instrument diameter 10 mm, bag dimensions 12 cm × 20 cm.

Interní identifikátor: 01834/2026-18

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0019

Název: 19. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag, compatible with instrument diameter 10 mm, bag dimensions 7.5 cm × 15 cm.

Popis: 19. Polyurethane laparoscopic specimen retrieval bag, compatible with instrument diameter 10 mm, bag dimensions 7.5 cm × 15 cm.

Interní identifikátor: 01834/2026-19

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0020

Název: 20. Laparoscopic specimen retrieval bag with memory frame, compatible with 10 mm trocar, volume 1200 ml, bag opening diameter 130 mm.

Popis: 20. Laparoscopic specimen retrieval bag with memory frame, compatible with 10 mm trocar, volume 1200 ml, bag opening diameter 130 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-20

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0021

Název: 21. Upper leg cuff compatible with intermittent pneumatic compression device SCD Express™ or equivalent, size M.

Popis: 21. Upper leg cuff compatible with intermittent pneumatic compression device SCD Express™ or equivalent, size M.

Interní identifikátor: 01834/2026-21

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0022

Název: 22. Upper leg cuff compatible with intermittent pneumatic compression device SCD Express™ or equivalent, size L.

Popis: 22. Upper leg cuff compatible with intermittent pneumatic compression device SCD Express™ or equivalent, size L.

Interní identifikátor: 01834/2026-22

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0023

Název: 23. Upper body surgical drapes made of two-layer lightweight tear-resistant material, liquid-impermeable and puncture-resistant, latex-free, radiolucent (X-ray transparent and not affected by X-rays), suitable for adult patients (optional), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Popis: 23. Upper body surgical drapes made of two-layer lightweight tear-resistant material, liquid-impermeable and puncture-resistant, latex-free, radiolucent (X-ray transparent and not affected by X-rays), suitable for adult patients (optional), in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-23

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0024

Název: 24. Monopolar laparoscopic scissors, Metzenbaum curvature or equivalent, serrated, left-curved, with tungsten carbide inserts for enhanced durability, length 29–33 cm, in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Popis: 24. Monopolar laparoscopic scissors, Metzenbaum curvature or equivalent, serrated, left-curved, with tungsten carbide inserts for enhanced durability, length 29–33 cm, in accordance with the requirements of the technical specification and the submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-24

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace**Vyhrazená účast:**

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0025

Název: 25. Laparoscopic articulating instrument with five-blade scissor mechanism, shaft diameter 10 mm.

Popis: 25. Laparoscopic articulating instrument with five-blade scissor mechanism, shaft diameter 10 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-25

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0026

Název: 26. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 4-helical nitinol wire configuration, working length 60–65 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Popis: 26. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 4-helical nitinol wire configuration, working length 60–65 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Interní identifikátor: 01834/2026-26

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0027

Název: 27. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 4-helical nitinol wire configuration, working length 90–95 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Popis: 27. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 4-helical nitinol wire configuration, working length 90–95 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Interní identifikátor: 01834/2026-27

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0028

Název: 28. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 4-helical nitinol wire configuration, working length 110–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Popis: 28. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 4-helical nitinol wire configuration, working length 110–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Interní identifikátor: 01834/2026-28

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0029

Název: 29. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 3-helical nitinol wire configuration, working length 65–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Popis: 29. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal 3-helical nitinol wire configuration, working length 65–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Interní identifikátor: 01834/2026-29

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas,

západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0030

Název: 30. Ureteroscopic stone extraction catheter with nitinol wire basket and parallel side-adapter configuration, 3–6 basket wires, working length 65–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Popis: 30. Ureteroscopic stone extraction catheter with nitinol wire basket and parallel side-adapter configuration, 3–6 basket wires, working length 65–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Interní identifikátor: 01834/2026-30

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0031

Název: 31. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal nitinol wire, side adapter for holding 3–6 basket wires, working length 65–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Popis: 31. Ureteroscopic stone extraction catheter with wire basket, metal nitinol wire, side adapter for holding 3–6 basket wires, working length 65–120 cm, size 2.5–4.6 Fr.

Interní identifikátor: 01834/2026-31

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0032

Název: 32. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Small clip applicators or equivalent, width 4 mm, height 3.1 mm.

Popis: 32. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Small clip applicators or equivalent, width 4 mm, height 3.1 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-32

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0033

Název: 33. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Medium clip applicators or equivalent, width 6.2 mm, height 4.9 mm.

Popis: 33. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Medium clip applicators or equivalent, width 6.2 mm, height 4.9 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-33

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0034

Název: 34. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Medium-Large clip applicators or equivalent, width 8.1 mm, height 7.9 mm.

Popis: 34. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Medium-Large clip applicators or equivalent, width 8.1 mm, height 7.9 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-34

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0035

Název: 35. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Large clip applicators or equivalent, width 11 mm, height 10.7 mm.

Popis: 35. Titanium ligation clips, magazine-mounted, compatible with existing Aesculap™ Large clip applicators or equivalent, width 11 mm, height 10.7 mm.

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0036

Název: 36. Anti-fogging solution for laparoscopic cameras, 6 g.

Popis: 36. Anti-fogging solution for laparoscopic cameras, 6 g.

Interní identifikátor: 01834/2026-36

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas,

západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0037

Název: 37. Protective shoe covers compatible with "Intelligent Shoe Cover Dispenser" (manufacturer Waterun), packed in cartridges of at least 100 pieces, cartridges compatible with intended dispenser space, in accordance with the technical specification and submitted technical offer.

Popis: 37. Protective shoe covers compatible with "Intelligent Shoe Cover Dispenser" (manufacturer Waterun), packed in cartridges of at least 100 pieces, cartridges compatible with intended dispenser space, in accordance with the technical specification and submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-37

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0038

Název: 38. Plastic clips made of non-absorbable polymer with secure protection system, consisting of 1 × 2 teeth.

Popis: 38. Plastic clips made of non-absorbable polymer with secure protection system, consisting of 1 × 2 teeth.

Interní identifikátor: 01834/2026-38

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština
Elektronický katalog: Nepovolena
Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny
Smluvní podmínky:
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Elektronická fakturace: Nepovolena
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0039

Název: 39. Flexible ureteroscope with integrated camera and light, digital CMOS imager, working length 680 mm, working distance 2–50 mm, in accordance with the requirements of the technical specification and submitted technical offer.

Popis: 39. Flexible ureteroscope with integrated camera and light, digital CMOS imager, working length 680 mm, working distance 2–50 mm, in accordance with the requirements of the technical specification and submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-39

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0040

Název: 40. HD ureteral access set for flexible ureteroscope, with increased rigidity, consisting of small-diameter expander and locking mechanism, in accordance with the requirements of the technical specification and submitted technical offer.

Popis: 40. HD ureteral access set for flexible ureteroscope, with increased rigidity, consisting of small-diameter expander and locking mechanism, in accordance with the requirements of the technical specification and submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-40

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0041

Název: 41. Trocar system, shielded-blade type, curved blades with traumatic tip, automatic blade retraction, ribbed design, transparent cannula length 100 mm, improved fixation, diameter 5 mm.

Popis: 41. Trocar system, shielded-blade type, curved blades with traumatic tip, automatic blade retraction, ribbed design, transparent cannula length 100 mm, improved fixation, diameter 5 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-41

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0042

Název: 42. Trocar system, shielded-blade type, blades with traumatic tip, automatic safety retraction, ribbed transparent X-ray compatible cannula, length 108 mm, for improved fixation, valve-compatible with instruments 5–11 mm, diameter 11 mm.

Popis: 42. Trocar system, shielded-blade type, blades with traumatic tip, automatic safety retraction, ribbed transparent X-ray compatible cannula, length 108 mm, for improved fixation, valve-compatible with instruments 5–11 mm, diameter 11 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-42

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje
Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0043

Název: 43. Trocar system, shielded-blade type, blades with traumatic tip, automatic safety retraction, ribbed transparent cannula, length 108 mm, improved fixation, valve-compatible with instruments 5–12 mm, diameter 12 mm.

Popis: 43. Trocar system, shielded-blade type, blades with traumatic tip, automatic safety retraction, ribbed transparent cannula, length 108 mm, improved fixation, valve-compatible with instruments 5–12 mm, diameter 12 mm.

Interní identifikátor: 01834/2026-43

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0044

Název: 44. Laparoscopic specimen retrieval bag, dimensions 12 × 17 cm, instrument diameter 10 mm, with introducer and wire, capacity 320 ml.

Popis: 44. Laparoscopic specimen retrieval bag, dimensions 12 × 17 cm, instrument diameter 10 mm, with introducer and wire, capacity 320 ml.

Interní identifikátor: 01834/2026-44

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0045

Název: 45. Laparoscopic specimen retrieval bag, dimensions 17 × 22 cm, instrument diameter 12 mm, with introducer and wire, capacity 1000 ml.

Popis: 45. Laparoscopic specimen retrieval bag, dimensions 17 × 22 cm, instrument diameter 12 mm, with introducer and wire, capacity 1000 ml.

Interní identifikátor: 01834/2026-45

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0046

Název: 46. Monopolar electrode for resectoscope, 12° optics angle, loop-shaped wire, minimum thickness 0.35 mm, compatible with Olympus resectoscope.

Popis: 46. Monopolar electrode for resectoscope, 12° optics angle, loop-shaped wire, minimum thickness 0.35 mm, compatible with Olympus resectoscope.

Interní identifikátor: 01834/2026-46

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0047

Název: 47. Bipolar electrode for resectoscope, 12° optics angle, loop-shaped wire, for 24 Fr sheath, compatible with Olympus resectoscope.

Popis: 47. Bipolar electrode for resectoscope, 12° optics angle, loop-shaped wire, for 24 Fr sheath, compatible with Olympus resectoscope.

Interní identifikátor: 01834/2026-47

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0048

Název: 48. Sterile tissue biopsy needle with trocar tip engraved for ultrasound visibility, selectable penetration depths 15 mm and 22 mm, sample size 18 mm, mountable on existing instruments, in accordance with the requirements of the technical specification and submitted technical offer.

Popis: 48. Sterile tissue biopsy needle with trocar tip engraved for ultrasound visibility, selectable penetration depths 15 mm and 22 mm, sample size 18 mm, mountable on existing instruments, in accordance with the requirements of the technical specification and submitted technical offer.

Interní identifikátor: 01834/2026-48

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolena

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Informace o lhůtách pro přezkum: all necessary information is contained in the tender documentation

5.1. Část: LOT-0049

Název: 49. Reusable biopsy guide for E14C4T probe, compatible with BK Ultrasound Fusion 3000 device.

Popis: 49. Reusable biopsy guide for E14C4T probe, compatible with BK Ultrasound Fusion 3000 device.

Interní identifikátor: 01834/2026-49

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33140000 Zdravotnický spotřební materiál

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: www.nabavki.gov.mk

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: www.e-nabavki.gov.mk

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 16/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 120 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Public Health Institute University Urology Clinic, Skopje

Registrační číslo: 11

Poštovní adresa: Mother Tereza 17, Skopje

Obec: Skopje

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

Kontaktní místo: Milena Mitreva

E-mail: urologijaklinika@yahoo.com

Telefon: +389 23227877

Fax: +389 23227877

Internetová adresa: www.urologijaklinika

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace příslušná pro přezkum

8.1. ORG-0000

Oficiální název: Publications Office of the European Union

Registrační číslo: PUBL

Obec: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)

Země: Lucembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Úlohy této organizace:

TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 69421267-8799-4734-a6a0-51401e674ea5 - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 16/02/2026 18:17:05 (UTC+00:00) západoevropský čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: angličtina

Číslo zveřejnění oznámení: 115540-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 34/2026

Datum zveřejnění: 18/02/2026