

Slovensko-Bratislava: Zdravotnícký spotrební materiál

OJ S 141/2021 23/07/2021

Oprava

Dodávky

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Národní identifikační číslo: 00165565

Poštovní adresa: Limbová

Obec: Bratislava-Nové Mesto

Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj

PSČ: 837 52

Země: Slovensko

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-mail: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk

Tel.: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <https://www.health.gov.sk/>

Adresa profilu zadavatele: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Nákup kitů na RT – qPCR detekci COVID-19

Spisové číslo: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Hlavní kód CPV

33140000 Zdravotnický spotrební materiál

II.1.3. Druh zakázky

Dodávky

II.1.4. Stručný popis

Předmětem zakázky je nákup 250 ks kitů na RT-qPCR detekci COVID-19 na vykonanie cca 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci prídanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

20/07/2021

VI.6. Odkaz na původní oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2021/S 107-279626](#)

Oddíl VII: Změny

VII.1. Informace, které mají být opraveny nebo přidány

VII.1.2. Text, který má být opraven v původním oznámení

Číslo oddílu: IV.2.2)

Místo v textu, které má být změněno:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Namísto:

Datum: 23/07/2021 Místní čas: 10:00

Má být:

Datum: 30/07/2021 Místní čas: 10:00

Číslo oddílu: IV.2.7)

Místo v textu, které má být změněno:

Podmienky na otváranie ponúk

Namísto:

Datum: 23/07/2021 Místní čas: 10:30

Má být:

Datum: 30/07/2021 Místní čas: 10:30

VII.2. Další dodatečné informace