

## 424771-2026 - Zadávání

**Bulharsko – Zdravotnické přístroje – Доставка на апаратура за обезпечаване проект № BG16FFPR003-1.001-0059 „Инвестираме в здравеопазването и социалната подкрепа за по-добро качество на живот в Бургас“, дейност: Подобряване качеството на здравната услуга чрез обновяване на медицинската апаратура в УМБАЛ-Бургас АД, по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, по девет обособени позиции**

**OJ S 118/2026 22/06/2026**

**Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim - Oznámení oprav  
Dodávky**

### 1. Kupující

---

#### 1.1. Kupující

Oficiální název: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД

E-mail: [i.petkova7005@gmail.com](mailto:i.petkova7005@gmail.com)

Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt

Činnost veřejného zadavatele: Zdravotnictví

### 2. Řízení

---

#### 2.1. Řízení

Název: Доставка на апаратура за обезпечаване проект № BG16FFPR003-1.001-0059 „Инвестираме в здравеопазването и социалната подкрепа за по-добро качество на живот в Бургас“, дейност: Подобряване качеството на здравната услуга чрез обновяване на медицинската апаратура в УМБАЛ-Бургас АД, по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, по девет обособени позиции

Popis: Доставка на апаратура за обезпечаване проект № BG16FFPR003-1.001-0059 „Инвестираме в здравеопазването и социалната подкрепа за по-добро качество на живот в Бургас“, дейност: Подобряване качеството на здравната услуга чрез обновяване на медицинската апаратура в УМБАЛ-Бургас АД, свързана с диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR003-1.001-0059-C01 по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини- основни центрове на растеж“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, по девет обособени позиции“ Предмет на поръчката е доставка, монтаж и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 9 обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1 - „Доставка на Ехограф комбиниран Ендокринология“ Обособена позиция №2 - „Доставка на Ехограф комбиниран Ревматология“ Обособена позиция № 3 - „Доставка на Ехограф Нефрология“ Обособена позиция №4 - „Доставка на Ехограф Съдова хирургия“ Обособена позиция №5 - „Доставка на Ендоскопска апаратура с гастроскоп и колоноскоп и дезинфекционна машина за Гастроентерология“ Обособена позиция № 6 - „Доставка на Ендоскопска апаратура за Гинекология“ Обособена позиция № 7 - „Доставка на Ламинарен бокс за цитостатици Вътрешни болести, Хематология“ Обособена позиция № 8 - „Доставка на Трансезофагеална сонда за ехограф - Кардиология“ Обособена позиция № 9 - „Доставка на Портативен ехограф за коремна

ехография, щитовидна жлеза, съдови изследвания, необходим за дейността на отделение по Гастроентерология“ Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП, при условията на неосигурено финансиране.

Identifikátor řízení: 95d00766-d6fe-414d-b4e7-5e8b27d5fb5f

Interní identifikátor: 581233

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

#### 2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

#### 2.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: гр. Бургас

PSC: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### 2.1.3. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 426 076,52 EUR

#### 2.1.4. Obecné informace

Další informace: Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора. Същата се представя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал.5 от ЗОП в 5 – дневен срок след връчване на възлагателно писмо. Авансово предоставените средства се обезпечават с гаранция, която е в размера на тези средства. Гаранцията се представя в срок от 5 работни дни след получаване на възлагателното писмо.

##### Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

#### 2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

##### Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 9

##### Smluvní podmínky:

Maximální počet částí, při kterém mohou být zakázky zadány jednomu uchazeči: 9

#### 2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení

Účast na zločinném spolčení: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 321 или чл. 321а от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Корупсе: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 301-307 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Podvody: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 209-213 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Teroristické trestné činy nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 114а - 114т от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга

държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП; по чл. 108а от Наказателния кодекс (изм. и доп., обн. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г. – редакция в сила до 30.01.2026 г.) като престъпление, включено в обхвата на чл. 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС) Praní peněz nebo financování terorismu: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Dětská práce a jiné formy obchodování s lidmi: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Porušení povinností týkající se placení daní: Кандидатът или участникът има задължения за данъци по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

Porušení povinností týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení: Кандидатът или участникът има задължения за задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů o ochraně životního prostředí: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 352-353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Porušení povinností vyplývajících ze sociálněprávních předpisů: Кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 172 или чл. 192а от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů: Кандидатът или участникът е извършил нарушение по чл. 118, 128, 245 и 301-305 от Кодекса на труда, установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)

Přímý nebo nepřímý podíl na přípravě tohoto zadávacího řízení: Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП)

Střet zájmů související s účastí v zadávacím řízení: Налице е конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП)

Zkreslení informací, zadržení informací, neschopnost poskytnout požadované podklady nebo získání důvěrných informací o tomto řízení: За кандидата или участника е установено, че: - е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП); - не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) и чл. 55, ал.1, т.5 от ЗОП, съгласно която опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Porušení povinností stanovených v rámci čistě vnitrostátních důvodů pro vyloučení: Za kandidata или участника е налице някое от следните обстоятелства: осъден е с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); извършил е нарушения по чл. 61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда и по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, установени с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП); обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; обстоятелства по чл. 113 от Закона за Сметната палата; с наложена санкция по чл. 83а, ал. 5, т. 1 от ЗАНН – временна забрана за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

## 5. Část

---

### 5.1. Část: LOT-0001

Název: „Доставка на Ехограф комбиниран Ендокринология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059

Popis: Ергономия и хардуер За да се осигури ясен образ от различни ъгли, апаратът да е окомплектован с LED дисплей с диагонал минимум 21". Апаратът да е окомплектован с цветен сензорен LED дисплей за управление и настройки с диагонал минимум 13" и възможност за промяна на ъгъла минимум 45°- 90°. За да отговори на нуждата от висока степен на компактност, апаратът да е с размери не повече от 145x55x95 см и да е с тегло не повече от 60 кг. На операционния панел (клавиатурата) да има отделен механичен бутон за запаметяване на образи и видеоклипове директно на външна USB памет. Джойстик за бързо регулиране на дълбочината и ъгъла на сканиране. Минимум три активни порта за трансдюсери. Конекторът на трансдюсерите да влиза изцяло в корпуса на ехографа, без да стърчи навън, с цел редуциране на външните размери на апарата и предпазване от разбиване на гнездото за включване на трансдюсера. Възможност за вграждане на ЕКГ модул. Възможност за регулиране на височината на клавиатурата нагоре и надолу (в рамките на минимум 150 мм). Възможност за завъртане на клавиатурата наляво и надясно по минимум 45° в двете посоки. Дисплеят да е монтиран на подвижно рамо с голяма степен на свобода, позволяваща му движение по вертикала и хоризонтала, както и промяна на ъгъла на гледане: Хоризонтално завъртане: минимум ±180° Вертикален наклон: минимум от -20° до +90° Вертикално регулиране на височината: минимум 80 мм 4 държача за трансдюсери и един специализиран държач за ендокавитарен трансдюсер, лесни за демонтиране и почистване Технически и функционални изисквания Режим за изобразяване на ехографския образ на цял екран. Обучаващ пакет - вграден софтуер за обучение на начинаещи ехографисти, включващ демо образи и обяснения за съответните видове ехографски изследвания. Възможност за бързо сравнение на ехографски образ с такъв от предишно изследване. Облачна програма, позволяваща дистанционен преглед от доктора на данните на пациента, ехографските изображения, измерванията и други за нуждите на телемедицината, включително възможност за прехвърляне чрез приложение на образи, видеоклипове и измервания от архива на ехографа към персонален компютър и смартфон Технология за отстраняване на артефактите. Режим на пресичащи се лъчи за по-детайлно изображение. Технология за оптимизация на 2D

изображението с натискането на един бутон. Възможност за ръчно регулиране на темпоралното и латералното усилване. Операционна система не по-стара от Windows 10. Възможност за регулиране на скоростта и чувствителността на тракбола. Възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет. Вграден 3D/4D модул със софтуер за гинекология. Архивиране, отпечатване и експортиране на пациентски записи Вградена дигитална система за запис, възпроизвеждане и архивиране на образи и експорт в DICOM формат. Възможност за конфигуриране на рапорти спрямо нуждите на потребителя и експортирането им във формати .pdf, .png, .jpg и .avi. Възможност за конфигуриране на менютата за измервания спрямо нуждите на потребителя. Възможност за създаване и запамятаване на нови пресети за различни видове ехографски прегледи съобразно специфичните изисквания на ехографиста. Минимум седем интегрирани и лесно достъпни USB порта. Вградено DVD-ROM устройство. Възможност за отпечатване на пациентския запис с ехографски образи и извършени измервания чрез лазерен PC принтер Режими на работа и софтуерни опции Цветен доплер, PW доплер & високоскоростен PW доплер. CW доплер Power доплер; Power доплер с указване на посоката Дуплекс режим в реално време – 2D/PW Doppler. Триплекс режим в реално време – 2D/ Color/PW Doppler. Тъканен доплер, включително спектрален тъканен доплер. Едновременно изобразяване на екрана на PW доплер и тъканен доплер. М-режим. Анатомичен М-режим. Цветен М-режим. Curved М-режим и цветен Curved М-режим за свободно очертаване на пробната линия с цел по-прецизно изобразяване на съответния М-образ, което спомага за по-добро показване на движението на миокардната стена. Стрес ехо. Strain (Speckle Tracking). Възможност за изследване на лява камера, дясна камера и ляво предсърдие. Tissue Velocity М-режим. Автоматично измерване на фракцията на изтласкване. Pulse Wave Velocity – софтуер за оценка на артериалната скованост. Възможност за автоматично очертаване на кривата в PW доплер, както и за автоматичен анализ на PW кривата. Функции, базирани на изкуствен интелект, за автоматично идентифициране на лезии в щитовидната жлеза, гърдата и черния дроб, както в реално време, така и при запаметени образи. Функция, базирана на изкуствен интелект, за автоматично очертаване и измерване на плаката при каротидната артерия. Тъканно хармонично изображение за намаляване на артефакти и по-добра яснота на образа. Еластография. Контрастна ехография. Режим на панорамно изобразяване. Реалновременно автоматично измерване на Intima media thickness. Автоматично настройване на скоростта на ултразвуковия сигнал според спецификата на различните тъкани. Специализиран софтуер за усилване на ултразвуковия сигнал, отразен от биопсичната игла, с цел нейното по-ясно изобразяване Технология за визуализиране на кръвния поток чрез цветен доплер, наподобяваща 3D обемно изобразяване на цветния поток. Автоматично и ръчно измерване на обема на преминаващия през съдовете кръвоток. Технология за адаптивно филтриране при цветния доплер за по-чувствително регистриране на малките кръвоносни съдове. Възможност за постпроцесинг и извършване на измервания върху запазени в архива ехографски образи и видеоклипове. Възможност за трапецоидално изобразяване. Вградени фабрични присети (оптимизирани програми с настройка на образа съобразно изследваните органи) за кардиология при възрастни и деца (отделни присети), изследване на каротис ..... С оглед липсата на техническа възможност, цялата информация за изискуемите характеристики на апарата да бъде посочена в настоящата обявление, същата в пълния и вид е разписана в техническата спецификация.

Interní identifikátor: 581248

#### 5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33112000 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

#### 5.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### 5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

#### 5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

#### 5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 18 731,18 EUR

#### 5.1.6. Obecné informace

##### Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

##### Informace o financování z prostředků Evropské unie:

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

#### 5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобряване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

#### 5.1.8. Kritéria přístupnosti

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

#### 5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrat

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлагащата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### 5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### 5.1.11. **Zadávací dokumentace**

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### 5.1.12. **Podmínky zadávání zakázek**

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

#### 5.1.15. **Techniky**

**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

**Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

#### 5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационni, икономически, финансови, технически или kvalifikaционni изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални sdружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

#### 5.1. **Část: LOT-0002**

Název: „Доставка на Ехограф комбиниран Ревматология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059 „

Popis: Висок клас, фабрично нов стационарен ехограф за мускулно-скелетни изследвания Апаратът да поддържа трансдюсери с 2D матрична технология Ехографът да бъде компактен и с ниско тегло, не повече от 80 кг с цел лесно придвижване в отделението. Да притежава висока мобилност с 4 независими колела, всяко със спиращки. Да има широкоъгълен дисплей с LED подсветка с диагонал  $\geq 21,5$ " Основният монитор да може да се заключва за рамото с цел безопасно транспортиране в

отделението. Мониторът да бъде разположен на подвижно рамо, позволяващо движение по хоризонтала и вертикала. Диапазон на регулиране на височината на контролния панел - 230 мм или по-голям Ехографът да притежава персонализиран контролен панел – възможност за програмиране на най-малко 20 хардуерни бутона Минимум 4 активни порта за образни трансдюсери. На контролния панел да има Физически и софтуерни (дигитални) плъзгачи за регулиране на TGC (Time Gain Compensation) Хардуерна буквено цифрова клавиатура за въвеждане на пациентни данни. Вградена в контролния панел с възможност за издърпване. Сензорен контролен дисплей с диагонал  $\geq 10''$ , в който да е налична буквено цифрова клавиатура.

Изисквания към функционалните възможности: Максимален честотен диапазон на ехографа  $\geq 22$  MHz Динамичен обхват на ехографа  $> 445$  dB Честота на кадрите в B-mode  $> 2000$  кадъра в секунда Честота на кадрите в Color mode  $> 920$  кадъра в секунда Максимална дълбочина на сканиране  $\geq 50$  см. Възможност за увеличение на образа (zoom)  $\geq 19$  пъти Максимален ъгъл на сканиране с конвексен трансдюсер  $\geq 115^\circ$  Диапазон между най-ниската и най-високата стойност на PRF на Спектрален Доплер  $> 51$  kHz. Нивото на шум от вентилаторите да не бъде повече от 32dB с цел осигуряване на оптимални условия на диагностичния процес в здравословна работна среда.

Възможност за разделяне на екрана в двоен режим на ляво/дясно (L/R) и горе/долу (Up/Down), подходящо за визуализация на мускулно-скелетни структури и удължени анатомични области. Време на зареждане при старт на системата от напълно изключено положение до пълна готовност за работа  $\leq 50$  секунди. Технологии за оптимизация на образа и ускоряване на работния процес: Технология за потискане на шумове и подчертаване на контурите на изследваните структури. Технология за подобряване на изображенията чрез съставно сканиране в реално време посредством насочени под ъгъл ултразвукови лъчи. Технология за оптимизация на 2D изображението с натискане на един бутон. Да притежава следните допълнителни характеристики и функционалности: - Оптимизация на общо усилване - Оптимизация на TGC и LGC. Технология за автоматична оптимизация на Цветен Доплер и Спектрален Доплер режими с натискане на един бутон. Тъканно хармонично изображение с пулсова субстракция и диференциален метод за намаляване на артефакти и по-добра яснота на образа. Технология за подобряване на образа, чрез корекция спрямо промяната на скоростта на звука. Функция за автоматично трасиране и анализ на Спектрален Доплер при съдови изследвания. Технология за пълнофокусно формиране на лъча, позволяваща избор от оператора между режим с пълен фокус по цялата дълбочина или ръчно управление на фокусната позиция, включително възможност за изключване на Full Focus Апаратът да може да извършва ръчна настройка на латералното позоново усилване Архивиране на пациентски записи и експортиране: Капацитет за запис на голям брой пациентски изследвания  $\geq 750$  GB. DICOM функционалност: Send, Store, Print, Modality Worklist, Multi-Modality Query/Retrieve. Интерфейси за връзка с периферия - USB минимум 5 броя, HDMI Режими на работа: 2D/B-режим, M-режим, Цветен M-режим, Анатомичен M-режим, Цветен Доплер, Мощностен Доплер, Мощностен Доплер с указване на посоката, Пулсов Доплер, High-PRF Доплер, Тъканен Доплер, Тъканен Спектрален Доплер Да притежава следните възможности за надграждане: Софтуер за извършване на контраст усилен ехография (CEUS) Специализирана технология за измерване на еластичността на тъканите, базирана на 2D shear wave еластография. Доплер базирана технология за детайлна визуализация на микроваскуляризацията с честота на кадрите 130 fps или повече и скорост на кръвотока до 1 mm/s. Да работи в два режима – цветен и монохромен Да има възможност за надграждане с батерии, осигуряващи възможност за работа с апарата 4 часа или повече Трансдюсери: Линеарен трансдюсер за мускулно скелетни изследвания Честотен диапазон - 3,0 до

12.0 MHz или по-голям Периферни Устройства: Вграден черно-бял термо принтер.  
Вградено CD/DVD RW устройство за четене и архивиране на образи  
Interní identifikátor: 581311

#### 5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33112000 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

#### 5.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nížší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### 5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

#### 5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

#### 5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 41 670,29 EUR

#### 5.1.6. Obecné informace

##### Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

##### Informace o financování z prostředků Evropské unie:

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

#### 5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобрыване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

#### 5.1.8. Kritéria přístupnosti

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

#### 5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrát

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със

спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлагащата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### 5.1.10. **Kritéria pro zadání**

##### **Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### 5.1.11. **Zadávací dokumentace**

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

##### **Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### 5.1.12. **Podmínky zadávání zakázek**

##### **Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

##### **Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

##### **Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

#### 5.1.15. **Techniky**

##### **Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

##### **Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

#### 5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансовi, технически или kvalifikační iziskvaniya v objavlението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални sdruženiya i organizacii v съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

#### 5.1. **Část: LOT-0003**

Název: „Доставка на Ехограф Нефрология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059

Popis: Ергономия и хардуер За да се осигури ясен образ от различни ъгли, апаратът да е окомплектован с LED дисплей с диагонал минимум 21". Апаратът да е окомплектован

с цветен сензорен LED дисплей за управление и настройки с диагонал минимум 13" и възможност за промяна на ъгъла минимум 45° - 90°. За да отговори на нуждата от висока степен на компактност, апаратът да е с размери не повече от 145x55x95 см и да е с тегло не повече от 60 кг. На операционния панел (клавиатурата) да има отделен механичен бутон за запамятаване на образи и видеоклипове директно на външна USB памет. Джойстик за бързо регулиране на дълбочината и ъгъла на сканиране. Минимум три активни порта за трансдюсери. Конекторът на трансдюсерите да влиза изцяло в корпуса на ехографа, без да стърчи навън, с цел редуциране на външните размери на апарата и предпазване от разбиване на гнездото за включване на трансдюсера. Възможност за вграждане на ЕКГ модул. Възможност за регулиране на височината на клавиатурата нагоре и надолу (в рамките на минимум 150 мм). Възможност за завъртане на клавиатурата наляво и надясно по минимум 45° в двете посоки. Дисплеят да е монтиран на подвижно рамо с голяма степен на свобода, позволяваща му движение по вертикала и хоризонтала, както и промяна на ъгъла на гледане: Хоризонтално завъртане: минимум  $\pm 180^\circ$  Вертикален наклон: минимум от  $-20^\circ$  до  $+90^\circ$  Вертикално регулиране на височината: минимум 80 мм 4 държача за трансдюсери и един специализиран държач за ендокавитарен трансдюсер, лесни за демонтиране и почистване Технически и функционални изисквания Режим за изобразяване на ехографския образ на цял екран. Обучаващ пакет - вграден софтуер за обучение на начинаещи ехографисти, включващ демо образи и обяснения за съответните видове ехографски изследвания. Възможност за бързо сравнение на ехографски образ с такъв от предишно изследване. Облачна програма, позволяваща дистанционен преглед от доктора на данните на пациента, ехографските изображения, измерванията и други за нуждите на телемедицината, включително възможност за прехвърляне чрез приложение на образи, видеоклипове и измервания от архива на ехографа към персонален компютър и смартфон Технология за отстраняване на артефактите. Режим на пресичащи се лъчи за по-детайлно изображение. Технология за оптимизация на 2D изображението с натискането на един бутон. Възможност за ръчно регулиране на темпоралното и латералното усилване. Операционна система не по-стара от Windows 10. Възможност за регулиране на скоростта и чувствителността на тракбола. Възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет. Вграден 3D/4D модул със софтуер за гинекология. Архивиране, отпечатване и експортиране на пациентски записи Вградена дигитална система за запис, възпроизвеждане и архивиране на образи и експорт в DICOM формат. Възможност за конфигуриране на рапорти спрямо нуждите на потребителя и експортирането им във формати .pdf, .png, .jpg и .avi. Възможност за конфигуриране на менютата за измервания спрямо нуждите на потребителя. Възможност за създаване и запамятаване на нови пресети за различни видове ехографски прегледи съобразно специфичните изисквания на ехографиста. Минимум седем интегрирани и лесно достъпни USB порта. Вградено DVD-ROM устройство. Възможност за отпечатване на пациентския запис с ехографски образи и извършени измервания чрез лазерен PC принтер Режими на работа и софтуерни опции Цветен доплер, PW доплер & високоскоростен PW доплер. CW доплер Power доплер; Power доплер с указване на посоката  
Interní identifikátor: 581312

#### 5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33112000 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

#### 5.1.2. Мísto plnění

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### 5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

#### 5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

#### 5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 18 731,18 EUR

#### 5.1.6. Obecné informace

##### Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

##### Informace o financování z prostředků Evropské unie:

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

#### 5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобряване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

#### 5.1.8. Kritéria přístupnosti

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

#### 5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrát

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлагащата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### **5.1.10. Kritéria pro zadání**

**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### **5.1.11. Zadávací dokumentace**

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### **5.1.12. Podmínky zadávání zakázek**

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

#### **5.1.15. Techniky**

**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

**Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

#### **5.1.16. Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансовi, технически или kvalifikační iziskvaniya v objavlението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални sdruženiya i organizacii v съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

#### **5.1. Část: LOT-0004**

Název: „Доставка на Ехограф Съдова хирургия“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059

Popis: Ергономия и хардуер За да се осигури ясен образ от различни ъгли, апаратът да е окомплектован с LED дисплей с диагонал минимум 23". Апаратът да е окомплектован с цветен сензорен LED дисплей за управление и настройки с диагонал минимум 15" и възможност за промяна на ъгъла минимум 45° - 90°. За да отговори на нуждата от висока степен на компактност, апаратът да е с размери не повече от 145x60x100 см и да е с тегло не повече от 65 кг. На операционния панел (клавиатурата) да има отделен механичен бутон за запамятаване на образи и видеоклипове директно на външна USB памет. Джойстик за бързо регулиране на дълбочината и ъгъла на сканиране. Минимум

пет активни порта за трансдюсери. Конекторът на трансдюсерите да влиза изцяло в корпуса на ехографа, без да стърчи навън, с цел редуциране на външните размери на апарата и предпазване от разбиване на гнездото за включване на трансдюсера. Възможност за вграждане на ЕКГ модул. Възможност за регулиране на височината на клавиатурата нагоре и надолу (в рамките на минимум 130 мм). Възможност за завъртане на клавиатурата наляво и надясно по минимум 45° в двете посоки. Дисплеят да е монтиран на подвижно рамо с голяма степен на свобода, позволяваща му движение по вертикала и хоризонтала, както и промяна на ъгъла на гледане: Хоризонтално завъртане: минимум  $\pm 180^\circ$  Вертикален наклон: минимум от  $-20^\circ$  до  $+90^\circ$  Вертикално регулиране на височината: минимум 70 мм 4 държача за трансдюсери и един специализиран държач за ендокавитарен трансдюсер, лесни за демонтиране и почистване. Технически и функционални изисквания Режим за изобразяване на ехографския образ на цял екран. Обучаващ пакет - вграден софтуер за обучение на начинаещи ехографисти, включващ демо образи и обяснения за съответните видове ехографски изследвания. Възможност за бързо сравнение на ехографски образ с такъв от предишно изследване. Облачна програма, позволяваща дистанционен преглед от доктора на данните на пациента, ехографските изображения, измерванията и други за нуждите на телемедицината, включително възможност за прехвърляне чрез приложение на образи, видеоклипове и измервания от архива на ехографа към персонален компютър и смартфон. Технология за отстраняване на артефактите. Режим на пресичащи се лъчи за по-детайлно изображение. Технология за оптимизация на 2D изображението с натискането на един бутон. Възможност за ръчно регулиране на темпоралното и латералното усилване. Операционна система не по-стара от Windows 10. Възможност за регулиране на скоростта и чувствителността на тракбола. Възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет. Вграден 3D/4D модул със софтуер за гинекология. Архивиране, отпечатване и експортиране на пациентски записи Вградена дигитална система за запис, възпроизвеждане и архивиране на образи и експорт в DICOM формат. Възможност за конфигуриране на рапорти спрямо нуждите на потребителя и експортирането им във формати .pdf, .png, .jpg и .avi. Възможност за конфигуриране на менютата за измервания спрямо нуждите на потребителя. Възможност за създаване и запаметяване на нови пресети за различни видове ехографски прегледи съобразно специфичните изисквания на ехографиста. Минимум седем интегрирани и лесно достъпни USB порта. Вградено DVD-ROM устройство. Възможност за отпечатване на пациентския запис с ехографски образи и извършени измервания чрез лазерен PC принтер Режими на работа и софтуерни опции Цветен доплер. PW доплер & високоскоростен PW доплер. CW доплер. Power доплер; Power доплер с указване на посоката Дуплекс режим в реално време – 2D/PW Doppler. Триплекс режим в реално време – 2D/ Color/PW Doppler. Тъканен доплер, включително спектрален тъканен доплер. Едновременно изобразяване на екрана на PW доплер и тъканен доплер. М-режим. Анатомичен М-режим. Цветен М-режим. Curved М-режим и цветен Curved М-режим за свободно очертаване на пробната линия с цел по-прецизно изобразяване на съответния М-образ, което спомага за по-добро показване на движението на миокардната стена. Стрес ехо. Strain (Speckle Tracking). Възможност за изследване на лява камера, дясна камера и ляво предсърдие. Tissue Velocity М-режим. Автоматично измерване на фракцията на изтласкване. Pulse Wave Velocity – софтуер за оценка на артериалната скованост. Възможност за автоматично очертаване на кривата в PW доплер, както и за автоматичен анализ на PW кривата. Функции, базирани на изкуствен интелект, за автоматично идентифициране на лезии в щитовидната жлеза, гърдата и черния дроб, както в реално време, така и при запаметени образи. Функция, базирана на изкуствен интелект, за автоматично очертаване и измерване на плаката

при каротидната артерия. Тъканно хармонично изображение за намаляване на артефакти и по-добра яснота на образа. Компресионна еластография. ShearWave еластография. Режим на панорамно изобразяване. Реалновременно автоматично измерване на Intima media thickness. Автоматично настройване на скоростта на ултразвуковия сигнал според спецификата на различните тъкани. Специализиран софтуер за усиление на ултразвуковия сигнал, отразен от биопсичната игла, с цел нейното по-ясно изобразяване. Технология за визуализиране на кръвния поток чрез цветен доплер, наподобяваща 3D обемно изобразяване на цветния поток. Автоматично и ръчно измерване на обема на преминаващия през съдовете кръвоток. Технология за адаптивно филтриране при цветния доплер за по-чувствително регистриране на малките кръвоносни съдове. С оглед липсата на техническа възможност, цялата информация за изискуемите характеристики на апарата да бъде посочена в настоящата обявление, същата в пълния и вид е разписана в техническата спецификация.  
Interní identifikátor: 581320

#### **5.1.1. Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33112000 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

#### **5.1.2. Místo plnění**

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### **5.1.3. Odhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

#### **5.1.4. Obnovení**

Maximální počet obnovení: 0

#### **5.1.5. Hodnota**

Odhadovaná hodnota bez DPH: 29 143,64 EUR

#### **5.1.6. Obecné informace**

##### **Vyhrazená účast:**

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

##### **Informace o financování z prostředků Evropské unie:**

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

#### **5.1.7. Strategické zadávání zakázek**

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобряване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

#### 5.1.8. Kritéria přístupnosti

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

#### 5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrat

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлаганата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### 5.1.10. Kritéria pro zadání

**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### 5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### 5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

#### 5.1.15. Techniky

**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

**Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

#### 5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на

дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

### 5.1. Část: LOT-0005

Název: „Доставка на Ендоскопска апаратура с гастроскоп и колоноскоп и дезинфекционна машина за Гастроентерология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059  
Popis: Видеоендоскопски процесор 4K с вграден LED светлинен източник-1 бр: Дистанционно управление от грифа на ендоскопа от минимум 5 програмируеми бутони Да има следните изходи за трансфер на данни и изображения: 12G-SDI (SMPTE ST 2028), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M) и SD-SDI (SMPTE259M) Да поддържа функции „образ в образ“ и „образ до образ“ (PIP и POP) Да има възможност за управление на архивираща система и сървър Светлинен източник с мин.5 светодиода (LED) Да има възможност за избор на Български език за работа Да има налична технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специален оптичен филтър или чрез постпроцесинг. Да има технология за изследване с автофлуоресценция Да има технология за подобряване на визуализацията на дълбоко разположени кръвоносни съдове и източници на кръвене Да има технология за едновременно оптимизиране на структурното усилване, цветния тон и яркостта на мукозната повърхност Да има електронно увеличение - минимум три степени Видеогастроскоп 1 бр Оптична система: зрително поле мин. 140° Избираема дълбочина на полето – мин. 2 до 100 мм. Външен диаметър на работната част – външен диаметър макс. 9,2 мм. Диаметър на работния канал – най-малко 2,8 мм. Минимум три програмируеми бутона на грифа на ендоскопа Дължина на работната част на апарата – мин. 1030 мм. Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър или постпроцесинг Видеоколоноскоп 1 бр Избираема дълбочина на полето – мин. 2 до 100 мм. Зрително поле – мин. 140° Външен диаметър на работната част – макс 12,8 мм. Диаметър на работния канал – мин 3,7 мм. Дължина на работната част на апарата – мин. 1680 мм. Минимум три програмируеми бутона на грифа на ендоскопа Да има отделен канал (различен от работния) за промивка на работното поле чрез водна струя под налягане Регулируема твърдост на работната част на ендоскопа – плавно с избираема степен по желание на ендоскописта посредством вградена ръкохватка Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър или постпроцесинг Ендоскопски тролей -1бр: Да има възможност да се включва/изключва с централен бутон Да има минимум четири рафта Да бъде с рамо за ендоскопски монитор Да има стойка за минимум два ендоскопа Да бъде оборудван с изолационен трансформатор Монитор -1 бр: Размер на диагонала – минимум 31" Резолюция -мин. 3840 x 2160 Формат: 16:9 Монитора да е с качество на изображението 4K UHD Да има режим "Картина в Картината" и "Картина извън Картината" Да има възможност за "клонирание" на изходния сигнал на втори монитор или подаването му към записващо устройство Да има минимум следните 4K входове: 12G-SDI – 2 бр., Display Port – 1 бр., HDMI – 1 бр. Да има мин следните 4K изходи: 12G-SDI – 2 бр. Високочестотен генератор -1 бр Да бъде електрохирургичен генератор, подходящ за рязане и коагулация на тъкани при хирургични процедури. Да бъде с минимална стойност на максималната мощност 120W. Да има сензорен дисплей за настройка и управление на функциите на

генератора. Да има възможност за работа с безжичен педал. Да има подсказващи съобщения по време на настройките и за грешки на Български език. Да позволява постоянен мониторинг на разстоянието между сондата и тъканта за поддържане на постоянна и безопасна хемостаза с намалена карбонизация. Да позволява постоянен мониторинг на интензитета на искрата по време на рязане - автоматично регулиране на мощността. Да има постоянен мониторинг на съпротивлението на контактите на неутралния електрод - за намаляване риска от термично въздействие и наранявания на пациента. Да има сензор за защита от ток на утечка – за намаляване на риска от непредвидени вреди на пациента. Да има възможност за работа с монополярни инструменти за рязане с минимум 4 режима. Да има възможност за работа с монополярни инструменти с коагулация с минимум 4 режима. Да има възможност за работа с биполярни инструменти с минимум един режещ режим. Да има възможност за работа с биполярни инструменти с коагулация с минимум 3 режима. Да има възможност за надграждане с аргон-плазмен модул с минимум 4 режима. Високочестотният генератор да бъде окомплектован с: Съвместим високочестотен кабел за монополярен ток – 1 бр. Неутрални електроди за възрастни без кабел – 10 бр. Кабел за неутрални електроди – 1 бр. Педал за управление – 1 бр. Архивираща система- 1 бр. Да бъде видео рекордер медицински клас. Да има възможност за запис в резолюция HD (1920x1080). Да има функция за заснемане на изображение във формати минимум JPEG, BMP, DICOM, аудио във формат AAC и видео във формат MP4. Минимум 1 TB капацитет на вътрешна памет Възможност за запис във формат DICOM и да се свързва към PACS или вътрешна система за архивиране. Да може да записва едновременно върху вътрешна и външна памет (USB флаш памет). Управлението и настройката на видеорекордера да се извършва посредством сензорен екран и бутони на предния панел на устройството. Функцията за запис да може да се активира посредством: сензорния екран на устройството, свързан външен сензорен монитор, свързан педал или посредством VACS софтуер. Да има минимум следните видео входове: 2 x 3G-SDI, 2 x HDMI 2.0, Display Port и аудио вход 3.5mm Mic, Line. Да има минимум следните видео изходи: 1 x HDMI 2.0 и аудио изход 3.5mm Line. Да има минимум следните изводи за данни: 4 x USB 3.0, 1 x RS-232C, 1 x Ethernet RJ45, извод за педал 3.5mm stereo jack. Да има допълнителен сензорен екран за контрол на медицинско записващо устройство с минимален размер 21 инча. Да има възможност сензорният екран да бъде управляван както с пръст, така и през ръкавица. С оглед липсата на техническа възможност, цялата информация за изискуемите характеристики на апарата да бъде посочена в настоящата обявление, същата в пълния и вид е разписана в техническата спецификация.

Interní identifikátor: 581321

#### **5.1.1. Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33168000 Endoskopie, endochirurgické přístroje

#### **5.1.2. Místo plnění**

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### **5.1.3. Odhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

#### 5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

#### 5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 146 207,44 EUR

#### 5.1.6. Obecné informace

##### Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

##### Informace o financování z prostředků Evropské unie:

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

#### 5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобрыване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

#### 5.1.8. Kritéria přístupnosti

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

#### 5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrát

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлаганата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### 5.1.10. Kritéria pro zadání

**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### 5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### 5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolená

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolená

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

**5.1.15. Techniky**

**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

**Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

**5.1.16. Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационni изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

**5.1. Část: LOT-0006**

Název: „Доставка на Ендоскопска апаратура за Гинекология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059

Popis: Медицински Монитор 4K Резолюция минимум 3840x2160, в съотношение 16:9. Размер на диагонала минимум 31“. Минимална яркост 450 cd/m2. Контрастно съотношение 1000:1 или по-добро. Зрителен ъгъл минимум 170°/170°. Минимум 2 входа 12G-SDI, 2 изхода 12G-SDI, 1 вход 3G-SDI, 1 изход 3G-SDI, 1 вход Display port, 1 вход HDMI Ендоскопски видеопроцесор 4K – 1 бр Да възпроизвежда образ с 4K резолюция мин 3840 x 2160. Да има възможност за софтуерно надграждане за 3D визуализация на образи. Да има функция за визуализация след облъчване с инфрачервена (IR) светлина. Да има възможност за уголемяване на образа в минимум 6 степени. Да има възможност за работа с 4K и Full HD глави за камери и ригидни ендоскопи. Да има възможност за запазване на настройки на минимум 20 потребители. Да поддържа технология за наблюдение в тесен светлинен спектър за по-добра визуализация на кръвоносни съдове на епително и субепително ниво чрез оптичен филтър или постпроцесинг. Да има избор между три режима на контраст на изображението: нормален, нисък и висок. Да се управлява посредством сензорен екран. Да запамятава настройките и след изключване на устройството. Да има меню на български език. Да има минимум следните изходи - 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI. Да има храняване 220-240V, 50/60 Hz. Да има тип на защита срещу токов удар – клас I. Светлинен източник – 1 бр.: Да бъде LED източник на светлина, съвместим с 4K видео система. Да е съвместим с

осветяване в тесен светлинен спектър посредством оптични филтри. Да има автоматично регулиране на осветеността на минимум 15 степени. Да има режим за осветяване с инфрачервена (IR) светлина. Да има захранване 220-240V, 50/60Hz  
Ендоскопски тролей – 1 бр.: Да бъде оригинален тролей от производителя на ендоскопското оборудване. Да има захранване с вграден изолационен трансформатор. Да има минимум 4 рафта за апарати и капак на задната част. Да има 4 гумирани колела, минимум две от които да са спирачни. Да има рамо за LCD монитор. Да има стойка с поставка за глава за камера. Да има поставка за бутилка за CO2. Да има подвижен рафт за клавиатура Видеоендоскопска глава за камера с 4K разделителна способност – 1 бр.: Да поддържа 4K резолюция. Да бъде автоклавируема. Да бъде с максимално тегло 300 гр. Да има минимум три свободнопрограмируеми бутона. Да има бутони за префокусиране на главата за камера. Да има функция автофокус с възможност за активиране на режим за автоматично префокусиране. Да бъде съвместима с за работа с инфрачервена (IR) светлина

Interní identifikátor: 581322

#### 5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33168000 Endoskopie, endochirurgické přístroje

#### 5.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### 5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

#### 5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

#### 5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 132 155,15 EUR

#### 5.1.6. Obecné informace

##### Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

##### Informace o financování z prostředků Evropské unie:

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

#### 5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобряване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

#### 5.1.8. Kritéria přístupnosti

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

#### 5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrat

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлаганата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### 5.1.10. Kritéria pro zadání

**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### 5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### 5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

#### 5.1.15. Techniky

**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

**Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

#### 5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на

дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП  
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

#### 5.1. Část: LOT-0007

Název: „Доставка на Ламинарен бокс за цитостатици Вътрешни болести, Хематология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059

Popis: Тип: биологичен ламинарен бокс клас II, тип B2 (или еквивалент) Работни места: мин. 2 Вътрешни размери (приблизителни):  $\geq 1100$  mm ширина Работна повърхност: неръждаема стомана (AISI 304 или еквивалент) Корпус: устойчив на химикали, с антибактериално покритие Въздушен поток и филтрация Без рециркулация на въздуха към работната зона (100% отвеждане) Вертикален ламинарен поток HEPA/ULPA филтрация: - входящ въздух: ефективност  $\geq 99.995\%$  - изходящ въздух: ефективност  $\geq 99.995\%$  Скорост на въздушния поток: входящ: приблизително 0.4 – 0.6 m/s изходящ: приблизително 0.25 – 0.4 m/s Управление и контрол Микропроцесорно управление Дисплей за: състояние на системата, аларми, работни часов на филтрите Визуални и звукови аларми Таймер и индикатори за поддръжка Конструкция и оборудване Предно стъкло да е моторизирано или ръчно, с фиксирана работна позиция UV лампа Осветление: мин. 800 Lux Вградени електрически контакти Възможност за вход за газ /вода (или еквивалент Инсталация Самостоятелна работа без необходимост от външен въздуховод Документация и съответствие CE маркировка Съответствие с EN 12469 или еквивалентен стандарт Инstrukция за употреба Гаранция: минимум 12 месеца Interní identifikátor: 581323

##### 5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33168000 Endoskopie, endochirurgické přístroje

##### 5.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

##### 5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

##### 5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

##### 5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 7 106,96 EUR

##### 5.1.6. Obecné informace

**Vyhrazená účast:**

Účast není vyhrazena.

Проект veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

**Informace o financování z prostředků Evropské unie:**

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

**5.1.7. Strategické zadávání zakázek**

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобряване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

**5.1.8. Kritéria přístupnosti**

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

**5.1.9. Kritéria pro výběr**

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrat

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлаганата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality  
Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### 5.1.10. Kritéria pro zadání

**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### 5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### 5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

#### 5.1.15. **Techniky**

##### **Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

##### **Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

#### 5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

#### 5.1. **Část: LOT-0008**

Název: „Доставка на Трансезофагеална сонда за ехограф - Кардиология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059

Popis: Предназначен за трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) при възрастни пациенти Да бъде напълно съвместим с налична ехографска система Aplio a, собственост на Възложителя Да осигурява пълна функционалност на системата без необходимост от допълнителни хардуерни или софтуерни модули извън стандартната конфигурация Тип: трансезофагеален (ТЕЕ) трансдюсер Ъгъл на огъване: Anterior 120°, Posterior 90° Дължина на работната част: 1100 мм Честотен диапазон: от 3MHz до 8,5 MHz Да работи в следните режими – 2D, M-mode, Color Doppler, Tissue Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Power Doppler Предлаганият трансдюсер да бъде: оригинален или напълно съвместим с наличната ехографска система да не изисква модификации по апарата Участникът да декларира, че оборудването е одобрено за работа с конкретния модел ехограф и не се нарушават условията по сервиз и поддръжка Конструкция и безопасност Медицински клас материали Подходящ за многократна дезинфекция Съответствие със стандартите за безопасност Документация и съответствие CE маркировка Декларация за съответствие Инstrukция за употреба Гаранция: минимум 12 месеца

Interní identifikátor: 581326

##### 5.1.1. **Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33112000 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

##### 5.1.2. **Místo plnění**

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

### 5.1.3. **Одhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

### 5.1.4. **Obnovení**

Maximální počet obnovení: 0

### 5.1.5. **Hodnota**

Odhadovaná hodnota bez DPH: 25 564,59 EUR

### 5.1.6. **Obecné informace**

#### **Vyhrazená účast:**

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

#### **Informace o financování z prostředků Evropské unie:**

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

### 5.1.7. **Strategické zadávání zakázek**

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобряване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

### 5.1.8. **Kritéria přístupnosti**

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

### 5.1.9. **Kritéria pro výběr**

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrat

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлагащата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### **5.1.10. Kritéria pro zadání**

**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### **5.1.11. Zadávací dokumentace**

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### **5.1.12. Podmínky zadávání zakázek**

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Языки, в nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

**5.1.15. Techniky**

**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

**Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

**5.1.16. Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационni изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални sdружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

**5.1. Část: LOT-0009**

Název: „Доставка на Портативен ехограф за коремна ехография, щитовидна жлеза, съдови изследвания, необходим за дейността на отделение по Гастроентерология“ проект № BG16FFPR003-1.001-0059

Popis: За да се осигури ясен образ от различни ъгли, апаратът да е окомплектован с LED дисплей с диагонал минимум 15". 1.2. Възможност за промяна на наклона на дисплея до 130 градуса. 1.3. Да има най-малко два порта за едновременно включване на два трансдюсера. 1.4. Да е компактен и лесен за пренасяне, с вградена дръжка със 180° ротация за по-голямо удобство. 1.5. Ехографът да притежава вградена буквено-цифрова клавиатура за по-удобно въвеждане на данни. 1.6. На операционния панел (клавиатурата) да има отделен механичен бутон за запамятаване на образи и видеоклипове директно на външна USB памет. 1.7. Стойка за три трансдюсера с възможност за прикрепяне към корпуса на ехографа. 1.8. Към апарата опционално (срещу допълнително заплащане) да се предлага специализирана метална количка със следните характеристики: · Надеждно закрепване на ехографа · Регулиране на височината · Спирачки на четирите колела · Гнезда за трансдюсерите и за тубичка ултразвуков гел · Поставка за видеопринтер  
Отделение за дребни аксесоари  
Технически и функционални изисквания  
2.1. Режим за изобразяване на ехографския образ на цял екран. 2.2. Да има вградена батерия, позволяваща автономна работа на апарата, без да

е свързан към мрежата. 2.3. Технология за отстраняване на артефактите. 2.4. Режим на пресичащи се лъчи за по-детайлно изображение. 2.5. Технология за оптимизация на 2D изображението с натискането на един бутон. 2.6. Минимум три програмируеми бутона за избрани от потребителя функции. 2.7. Възможност за регулиране на скоростта и чувствителността на тракбола. 2.8. Възможност за конфигуриране на менютата за измервания спрямо нуждите на потребителя. 2.9. Възможност за създаване и запамятаване на нови пресети за различни видове ехографски прегледи съобразно специфичните изисквания на ехографиста. 2.10. Минимум два лесно достъпни USB порта, както и LAN порт. Архивиране, отпечатване и експортиране на пациентски записи

3.1. Вградена дигитална система за запис, възпроизвеждане и архивиране на образи и експорт в DICOM формат. 3.2. Възможност за конфигуриране на рапорти спрямо нуждите на потребителя и експортирането им във формати .DICOM, .jpeg, .bmp, .png, .mp4, .avi. 3.3. Възможност за записване на видеоклипове към досието на пациента. 3.4. Капацитет за запис на голям брой пациентски изследвания не по-малък от 120 GB

4. Режими на работа и софтуерни опции

4.1. Цветен доплер. 4.2. PW доплер & високоскоростен PW доплер. 4.3. Възможност за надграждане с CW доплер. 4.4. Power доплер; Power доплер с указване на посоката. 4.5. Дуплекс режим в реално време – 2D /PW Doppler. 4.6. Триплекс режим в реално време – 2D/ Color/PW Doppler. 4.7. Тъканен доплер. 4.8. М-режим. 4.9. Анатомичен М-режим. 4.10. Автоматично измерване на фракцията на изтласкване. 4.11. Възможност за автоматично очертаване на кривата в PW доплер, както и за автоматичен анализ на PW кривата. 4.12. Тъканно хармонично изображение за намаляване на артефакти и по-добра яснота на образа. 4.13. Автоматично измерване на Intima media thickness. 4.14. Специализиран софтуер за усилване на ултразвуковия сигнал, отразен от биопсичната игла, с цел нейното по-ясно изобразяване. 4.15. Автоматично и ръчно измерване на обема на преминаващия през съдовете кръвоток. 4.16. Възможност за постпроцесинг и извършване на измервания върху запазени в архива ехографски образи и видеоклипове. 4.17. Възможност за трапецоидално изобразяване. 4.18. Вградени фабрични присети (оптимизирани програми с настройка на образа съобразно изследваните органи) за изследване на каротис, вертебрална артерия, вени на горни крайници, вени на долни крайници, артерии, транскраниален доплер и коремни съдове. 4.19. Автоматично измерване на нухалната транслуценция. 4.20. Автоматично калкулиране на броя на фоликулите.

5. Окомплектовка

5.1. Абдоминален конвексен трансдюсер с честотен обхват минимум от 2 до 6.5 MHz. 5.2. Линеен трансдюсер с честотен обхват минимум от 6 до 16 MHz. 5.3. Wi-Fi и Bluetooth модули за изпращане на ехографски образи и клипове.

Interní identifikátor: 581341

#### 5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33112000 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

#### 5.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: бул. "Стефан Стамболов" № 73

Obec: Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

#### 5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/07/2026

Doba trvání: 7 Měsíce

#### 5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

#### 5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 6 766,09 EUR

#### 5.1.6. Obecné informace

##### Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

##### Informace o financování z prostředků Evropské unie:

Programy financování z EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (2021/2027)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Další informace: Поръчката се провежда на основание чл. 114 от ЗОП с оглед липсата на осигурено финансиране към момента на откриването и.

#### 5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Подобрыване на достъпа до основни услуги за постигане на равни възможности.

Kritéria zelených veřejných zakázek: Bez kritérií pro zelené veřejné zakázky

Prosazovaný sociální cíl: Jiné

#### 5.1.8. Kritéria přístupnosti

Kritéria přístupnosti pro osoby s postižením jsou zahrnuta

#### 5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrat

Popis výběrového kritéria: • Съответният участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот не по – малък на стойността на апаратурата по обособената позиция, за която участва, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 години, считано от крайната дата на представяне на офертата. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Отчет за приходите и разходите, както съставна част на ГФО, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или други приложими документи съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП.

Kritérium: Technici nebo technické orgány pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване - минимум 1 (едно) лице. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Списък на сервизните специалисти, които ще осъществяват монтажа и гаранционната поддръжка, както и копия на документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч., но не само дипломи и/или сертификати, удостоверяващи възможността им да извършват сервизиране на оборудването.

Kritérium: Certifikáty od institutů pro kontrolu kvality

Popis výběrového kritéria: • Предлагащата апаратура и оборудване следва да притежават ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: б) Заверени от участника копия на оригинал и превод на ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: • Участниците трябва да са внедрили система за управление на качеството по EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки, за дейност свързана с доставка на медицински изделия. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: в) Заверено от участника копие на оригинал и превод на сертификат EN ISO 9001:xx или EN ISO 13485:xx или еквивалент, за дейност свързана с доставка на медицински изделия, или еквивалент, издаден от органи, установени в България или други държави членки.

Kritérium: Zápis do relevantního profesního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Участникът следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо им право да търгуват на едро с медицински изделия, за които внасят предложение, а за чуждестранните лица - аналогични разрешения, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя: а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.

#### 5.1.10. Kritéria pro zadání

**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: Цена на предложението

Popis: Цена на предложението

#### 5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: bulharština

Adresa zadávací dokumentace: <https://app.eop.bg/today/581233>

**Komunikační kanál ad hoc:**

Jméno/název: ЦАИС ЕОП

#### 5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://app.eop.bg/today/581233>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština

Elektronický katalog: Povolená

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 25/06/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

**Informace o veřejném otvírání nabídek:**

Datum otevření: 26/06/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Místo: В системата

**Smluvní podmínky:**

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolená

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

**5.1.15. Techniky**

**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

**Informace o dynamickém nákupním systému:**

Žádný dynamický nákupní systém

**5.1.16. Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

Informace o lhůtách pro přezkum: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или kvalifikační изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални sdruženiya и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите členové, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Комисия за защита на конкуренцията

## 8. Organizace

---

**8.1. ORG-0001**

Oficiální název: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД

Registrační číslo: 102274111

Poštovní adresa: ул.СТЕФАН СТАМБОЛОВ №.73

Obec: гр. Бургас

PSČ: 8000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бургас (BG341)

Země: Bulharsko

Kontaktní místo: Ирена Дончева Николова - Петкова

E-mail: [i.petkova7005@gmail.com](mailto:i.petkova7005@gmail.com)

Telefon: +359 879358008

Internetová adresa: <https://www.mbalburgas.com/bg/>

Profil kupujícího: <https://app.eop.bg/buyer/12780>

**Úlohy této organizace:**

Kupující

**8.1. ORG-0002**

Oficiální název: Комисия за защита на конкуренцията

Registrační číslo: 000698612  
Poštovní adresa: бул. Витоша № 18  
Obec: София  
PSČ: 1000  
Nižší územní jednotka země (NUTS): София (столица) (BG411)  
Země: Bulharsko  
Kontaktní místo: Комисия за защита на конкуренцията  
E-mail: [delovodstvo@cpc.bg](mailto:delovodstvo@cpc.bg)  
Telefon: +359 29356113  
Fax: +359 29807315  
Internetová adresa: <http://www.cpc.bg>  
**Úlohy této organizace:**  
Organizace příslušná pro přezkum  
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

## 10. Změna

---

Znění předchozího oznámení, které má být změněno: 401578ad-1e30-40fe-8257-622e036aece3-01  
Hlavní důvod změny: Informace aktualizovány

## Oznámení - informace

---

Identifikátor oznámení/verze: a6a983a2-37b0-4ee2-a183-670eab0ff27e - 01  
Druh formuláře: Zadávání  
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim  
Podtyp oznámení: 16  
Datum odeslání oznámení: 19/06/2026 10:59:23 (UTC+03:00) východoevropský letní čas  
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: bulharština  
Číslo zveřejnění oznámení: 424771-2026  
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 118/2026  
Datum zveřejnění: 22/06/2026