

456295-2026 - Zadávání

Moldavsko – Zdravotnické přístroje – Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027

OJ S 125/2026 02/07/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Dodávky

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

E-mail: office@capcs.gov.md

Právní forma kupujícího: Ústřední orgán státní správy

Činnost veřejného zadavatele: Zdravotnictví

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027

Popis: Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027. Cod CPV 33100000-1.

Procedura este împărțită în 47 loturi. Termenii de livrare: operatorii ekonomici rezidenți DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020; operatorii ekonomici nerezidenți condiții CIP; livrare în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027. Contractul intrá în vigoare la data de 01.01.2027 și este valabil până la 31.12.2027.

Ofertele se prezintă: rezidenții în MDL, nerezidenții în EURO.

Identifikátor řízení: 202d8462-52f7-415a-9868-078438b41ce2

Interní identifikátor: 21642217

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

Hlavní prvky řízení: Licitace deschisă. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor este conform SIA RSAP; în XML este indicat termenul din pagina procedurii: 03.08.2026, ora 10:30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Se utilizează licitație electronică, pasul minim 0,1%, 3 runde.

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

2.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 47

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg (005052)

Popis: Lotul nr. 1. Cod intern: 005052. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 72 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 600,00.

Valoarea estimativă fără TVA: 73.623,00 MDL.

Interní identifikátor: 1

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolená

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0002

Název: Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg (005053)

Popis: Lotul nr. 2. Cod intern: 005053. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 700,00. Valoarea estimativă fără TVA: 51.136,40 MDL.

Interní identifikátor: 2

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0003

Název: Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg (005054)

Popis: Lotul nr. 3. Cod intern: 005054. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 11880,00. Valoarea estimativă fără TVA: 852.639,48 MDL.

Interní identifikátor: 3

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0004

Název: Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg (005055)

Popis: Lotul nr. 4. Cod intern: 005055. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 20680,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.505.731,48 MDL.

Interní identifikátor: 4

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0005

Název: Linií pro sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) (005056)

Popis: Lotul nr. 5. Cod intern: 005056. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 21144,00. Valoarea estimativă fără TVA: 718.896,00 MDL. Interní identifikátor: 5

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0006

Název: Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. (005058)

Popis: Lotul nr. 6. Cod intern: 005058. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial /venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrie 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrie ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 700,00. Valoarea estimativă fără TVA: 136.206,00 MDL.

Interní identifikátor: 6

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko
Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0007

Název: Linií pro sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) (005059)

Popis: Lotul nr. 7. Cod intern: 005059. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medice pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluire Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 6900,00. Valoarea estimativă fără TVA: 241.500,00 MDL. Interní identifikátor: 7

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. **Část: LOT-0008**

Název: Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți (005060)

Popis: Lotul nr. 8. Cod intern: 005060. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare

Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele

specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor

conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor

avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea

tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 33450,00. Valoarea estimativă fără

TVA: 114.064,50 MDL.

Interní identifikátor: 8

5.1.1. **Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. **Místo plnění**

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. **Odhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. **Obecné informace**

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. **Kritéria pro výběr**

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. **Zadávací dokumentace**

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0009

Název: Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți (005061)

Popis: Lotul nr. 9. Cod intern: 005061. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicele pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 33450,00. Valoarea estimativă fără TVA: 114.064,50 MDL.

Interní identifikátor: 9

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027
Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0010

Název: Ac pentru punție, artera (fistuline), 17 G, bucăți (005062)

Popis: Lotul nr. 10. Cod intern: 005062. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru acele de punții, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da

Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 1750,00. Valoarea estimativă fără TVA: 5.967,50 MDL.

Interní identifikátor: 10

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0011

Název: Ac pentru punctie, vena (fistuline), 17 G, bucăți (005063)

Popis: Lotul nr. 11. Cod intern: 005063. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 17G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 1750,00. Valoarea estimativă fără TVA: 5.967,50 MDL. Interní identifikátor: 11

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolená

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolená

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0012

Název: Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S):

Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S (005064)

Popis: Lotul nr. 12. Cod intern: 005064. Specificația tehnică solicitată: Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare

Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare

Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da. Unitatea de

măsură: Bucată; cantitatea: 206,00. Valoarea estimativă fără TVA: 656.179,88 MDL.

Interní identifikátor: 12

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0013

Název: Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S):

Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R (005065)

Popis: Lotul nr. 13. Cod intern: 005065. Specificația tehnică solicitată: Linii A/V set Online Plus 500-8R. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 9300,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.174.809,76 MDL.

Interní identifikátor: 13

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0014

Název: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf $\geq$ 35 ml /oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005066)

Popis: Lotul nr. 14. Cod intern: 005066. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 1080,00. Valoarea estimativă fără TVA: 228.353,13 MDL.
Interní identifikátor: 14

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0015

Název: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml /oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005067)

Popis: Lotul nr. 15. Cod intern: 005067. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml /oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfați ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 2560,00. Valoarea estimativă fără TVA: 627.460,30 MDL.

Interní identifikátor: 15

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0016

Název: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml /oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068)

Popis: Lotul nr. 16. Cod intern: 005068. Specificația tehnică solicitată: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2. Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml /min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfați ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 860,00. Valoarea estimativă fără TVA: 160.903,16 MDL.

Interní identifikátor: 16

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0017

Název: Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): (005071)

Popis: Lotul nr. 17. Cod intern: 005071. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparatură de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 29.166,60 MDL.

Interní identifikátor: 17

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém
Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0018

Název: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii (005072)
Popis: Lotul nr. 18. Cod intern: 005072. Specificația tehnică solicitată: Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii. Unitatea de măsură: Bucată;
cantitatea: 141,00. Valoarea estimativă fără TVA: 191.703,04 MDL.
Interní identifikátor: 18

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky
Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko
Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027
Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována
Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština
Elektronický katalog: Nepovolena
Varianty: Povolena
Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0019

Název: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (005073)

Popis: Lotul nr. 19. Cod intern: 005073. Specificația tehnică solicitată: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box). Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 3200,00. Valoarea estimativă fără TVA: 410.209,54 MDL.

Interní identifikátor: 19

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0020

Název: Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, (005074)

Popis: Lotul nr. 20. Cod intern: 005074. Specificația tehnică solicitată: Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 745,00. Valoarea estimativă fără TVA: 916.350,00 MDL.

Interní identifikátor: 20

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko
Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0021

Název: Koncentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Koncentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, (005075)
Popis: Lotul nr. 21. Cod intern: 005075. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medice pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparate tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 304,00. Valoarea estimativă fără TVA: 320.112,00 MDL.
Interní identifikátor: 21

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky
Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko
Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027
Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Komunikační kanál ad hoc:
URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována
Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština
Elektronický katalog: Nepovolena
Varianty: Povolena
Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny
Smluvní podmínky:
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Elektronická fakturace: Povolena
Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. **Část: LOT-0022**

Název: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : (005076)

Popis: Lotul nr. 22. Cod intern: 005076. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1. Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoză 5,5 mmol/l (lg/l).. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 2120,00. Valoarea estimativă fără TVA: 342.210,40 MDL.

Interní identifikátor: 22

5.1.1. **Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. **Místo plnění**

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. **Odhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. **Obecné informace**

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. **Kritéria pro výběr**

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0023

Název: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, (005077)

Popis: Lotul nr. 23. Cod intern: 005077. Specificația tehnică solicitată: Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerințe generale

Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de

prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru

hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3

Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, .. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 7700,00. Valoarea estimativă fără TVA: 269.500,00 MDL.

Interní identifikátor: 23

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko
Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027
Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0024

Název: Dezinfektant pro sterilizaci aparátů Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 l (005078)

Popis: Lotul nr. 24. Cod intern: 005078. Specifi cația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medice și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparaturilor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparaturii Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 19,00. Valoarea estimativă fără TVA: 12.540,00 MDL.

Interní identifikátor: 24

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Variety: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. **Část: LOT-0025**

Název: Dezinfektant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri (005079)

Popis: Lotul nr. 25. Cod intern: 005079. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparaturii Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 270,00. Valoarea estimativă fără TVA: 167.940,00 MDL.

Interní identifikátor: 25

5.1.1. **Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. **Místo plnění**

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. **Odhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. **Obecné informace**

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. **Kritéria pro výběr**

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. **Zadávací dokumentace**

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0026

Název: Dezinfektant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri (005080)

Popis: Lotul nr. 26. Cod intern: 005080. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*. Unitatea de măsură: litrul; cantitatea: 350,00. Valoarea estimativă fără TVA: 51.748,20 MDL.

Interní identifikátor: 26

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027
Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0027

Název: Dezinfektant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, (005081)

Popis: Lotul nr. 27. Cod intern: 005081. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicele și speciale a dezinfecanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de

dializă tip Dialog, BBraun, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparaturii Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre. Unitatea de măsură: litru; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 29.000,00 MDL.

Interní identifikátor: 27

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0028

Název: Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete (005082)

Popis: Lotul nr. 28. Cod intern: 005082. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-

medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatului de dializă Fresenius

Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da

Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte

25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatului de dializă. Unitatea de măsură: kg; cantitatea:

6975,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.679.859,00 MDL.

Interní identifikátor: 28

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolená

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0029

Název: Cateter Dublu Lumen, set vřstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (005083)

Popis: Lotul nr. 29. Cod intern: 005083. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min..
Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 635,00. Valoarea estimativă fără TVA: 91.981,48 MDL.
Interní identifikátor: 29

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0030

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; (005084)

Popis: Lotul nr. 30. Cod intern: 005084. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.400,00 MDL. Interní identifikátor: 30

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0031

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm (005085)

Popis: Lotul nr. 31. Cod intern: 005085. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.400,00 MDL. Interní identifikátor: 31

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0032

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; (005086)

Popis: Lotul nr. 32. Cod intern: 005086. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.400,00 MDL.

Interní identifikátor: 32

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0033

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; (005087)

Popis: Lotul nr. 33. Cod intern: 005087. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.600,00 MDL.

Interní identifikátor: 33

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko
Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027
Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0034

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; (005088)

Popis: Lotul nr. 34. Cod intern: 005088. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metallic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.600,00 MDL. Interní identifikátor: 34

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. **Část: LOT-0035**

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; (005089)

Popis: Lotul nr. 35. Cod intern: 005089. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.710,00 MDL.

Interní identifikátor: 35

5.1.1. **Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. **Místo plnění**

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. **Odhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. **Obecné informace**

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. **Kritéria pro výběr**

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. **Zadávací dokumentace**

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0036

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm (005090)

Popis: Lotul nr. 36. Cod intern: 005090. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.500,00 MDL.

Interní identifikátor: 36

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0037

Název: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm (005091)

Popis: Lotul nr. 37. Cod intern: 005091. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.500,00 MDL. Interní identifikátor: 37

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0038

Název: Cateter Dublu Lumen, set vřstnici, Cateter Dublu Lumen, set vřstnici, "long life (005092)

Popis: Lotul nr. 38. Cod intern: 005092. Specificația tehnică solicitată: Termen garanție ≥ 2 ani
Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrání Seturi sterile cu
accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vřfuri) autocentrante, capacitate
de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă,
bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de
identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 190-230 mm Radio-opac
Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de
securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet
rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu
siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway” (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5
ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de
identificare a pacientului 1 Material de pansament 2. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea:
20,00. Valoarea estimativă fără TVA: 112.320,00 MDL.

Interní identifikátor: 38

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0039

Název: Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X (008212)

Popis: Lotul nr. 39. Cod intern: 008212. Specificația tehnică solicitată: Set linie pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Nipro Surdial X Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Cerințele specifice : -Volum de umplere: ≤ 132 ml. -Lungimea segmentului de pompă: ≥ 233 mm și ≤ 268 mm. --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 2 buc. -Forma segmentelor pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu.-Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 1 buc. -Prezența magistralei suplimentare pentru soluția de substituție ce va permite tratamentul prin hemodiafiltrarea (HDF): Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe magistrala pentru soluția de substituție: Obligatoriu. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 150,00. Valoarea estimativă fără TVA: 23.940,00 MDL.

Interní identifikátor: 39

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0040

Název: Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X (008213)

Popis: Lotul nr. 40. Cod intern: 008213. Specificația tehnică solicitată: Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X. Unitatea de měsură: Bucată; cantitatea: 6,00. Valoarea estimativă fără TVA: 18.594,60 MDL.

Interní identifikátor: 40

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. **Část: LOT-0041**

Název: Set linie pro hemodialýzu (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pro aparaturu dialýzy Nipro Surdial X (008214)

Popis: Lotul nr. 41. Cod intern: 008214. Specificația tehnică solicitată: Set linie pro hemodialýzu (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pro aparaturu dialýzy Nipro Surdial X Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare Da. Livrare în set (artera/vena)+ac pro conectare la vasul cu ser fiziologic Da Camera de captare activă a aerului Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Linie pro heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrana de plombare Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrana dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da. Cerințele specifice : --Număr de segmente pro pompă: ≥ 1 buc. - Forma segmentului pompei să fie adaptată special pro dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pro administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. - Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pro administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip "Spike" cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protecție, tip "Luer Lock": ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 600,00. Valoarea estimativă fără TVA: 67.308,00 MDL.

Interní identifikátor: 41

5.1.1. **Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. **Místo plnění**

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. **Odhadovaná doba trvání**

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. **Obecné informace**

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0042

Název: Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun (008215)

Popis: Lotul nr. 42. Cod intern: 008215. Specificația tehnică solicitată: Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun Kit terapii CRRT (Omniset Kit) – Kit integrat de unică folosință pentru procedura de hemodiafiltrare venovenoză continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6 m² ; Toate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare pe linie arterială, cît și pe linie venoză; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 um pentru protejarea senzorului de presiune al

dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare pentru priming, cu volum de 2000 ml cu conector Luer-Lock și cleme. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 195. Valoarea estimativă fără TVA: 1.345.680,00 MDL.
Interní identifikátor: 42

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0043

Název: Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului (008216)

Popis: Lotul nr. 43. Cod intern: 008216. Specificația tehnică solicitată: Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului. Unitatea de měsură: Bucată; cantitatea: 615,00. Valoarea estimativă fără TVA: 133.488,00 MDL.

Interní identifikátor: 43

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0044

Název: Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun (008217)

Popis: Lotul nr. 44. Cod intern: 008217. Specificația tehnică solicitată: Cateter cu mandren (set) – cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200 mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime minim 600 mm; Dilatator calibru 12 Fr și lungime de 150 mm; Ac de puncție calibru 18G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind kompatibilé între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.. Unitatea de měsură: Bucată; cantitatea: 185,00. Valoarea estimativă fără TVA: 240.192,00 MDL.

Interní identifikátor: 44

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0045

Název: Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun (008218)

Popis: Lotul nr. 45. Cod intern: 008218. Specificația tehnică solicitată: Pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră pentru soluția de bicarbonat, cealtă cameră pentru soluția de potasiu, concentrație de 2 mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000 ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-lock).. Unitatea de měsură: Bucată; cantitatea: 5175,00. Valoarea estimativă fără TVA: 4.229.496,00 MDL.

Interní identifikátor: 45

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0046

Název: Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb” (008219)

Popis: Lotul nr. 46. Cod intern: 008219. Specificația tehnică solicitată: Cytosorb filtru, by

CytoSorbents Corporation Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb”- capacitate de absorbție a

moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de absorbție de minim 40.000 m² ; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 131,00. Valoarea estimativă fără TVA: 4.944.186,00 MDL.
Interní identifikátor: 46

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Část: LOT-0047

Název: Set steril pentru conectare si deconectare hemodializa.

Popis: Lotul nr. 47. Specificația tehnică solicitată: plasture, 5cm x 7cm-2bucati, compresa din tifon 8straturi, 7,5cm x 7,5cm-6buc, bandeleta adeziva 1,5cm x 1,5cm- 10bucati. Unitatea de măsură: set; cantitatea: 7176,00. Valoarea estimativă fără TVA: 538.200,00 MDL.

Interní identifikátor: 47

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 33100000 Zdravotnické přístroje

5.1.2. Místo plnění

Země: Moldavsko

Kdekoli v dané zemi

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 01/01/2027

Datum konce trvání: 31/12/2027

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Komunikační kanál ad hoc:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: rumunština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 160 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Povolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organizace přijímající žádosti o účast: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

8. Organizace

8.1. **ORG-0001**

Oficiální název: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Registrační číslo: 1016601000212

Poštovní adresa: bd. Grigore Vieru 22/2

Obec: Chișinău

PSČ: MD-2005

Země: Moldavsko

Kontaktní místo: Botica Aurelia

E-mail: office@capcs.gov.md

Telefon: +37322222364

Fax: +37322222445

Internetová adresa: <https://www.capcs.md>

Profil kupujícího: <https://www.capcs.md>

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

Organizace přijímající žádosti o účast

8.1. **ORG-0002**

Oficiální název: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Registrační číslo: 1017601000105

Poštovní adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124, et.4

Obec: Chișinău

PSČ: MD-2001

Země: Moldavsko

E-mail: contestatii@ansc.md

Telefon: +37322820652

Fax: +37322820651

Internetová adresa: <https://www.ansc.md>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1. **ORG-0000**

Oficiální název: Publications Office of the European Union

Registrační číslo: PUBL

Obec: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)

Země: Lucembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Úlohy této organizace:

TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 4620fded-fc04-4108-b4d9-dacdff727e89 - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 01/07/2026 11:45:34 (UTC+00:00) západoevropský čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: rumunština

Číslo zveřejnění oznámení: 456295-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 125/2026

Datum zveřejnění: 02/07/2026