

Bělorusko-Grodno: Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči

OJ S 237/2021 07/12/2021

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Grodno City Clinical Hospital of Emergency Care

Národní identifikační číslo: 500414836

Poštovní adresa: 115, Sovjetskih Pogranichnikov st.

Obec: Grodno

Kód NUTS: BY Belarus

PSČ: 230027

Země: Bělorusko

Kontaktní osoba: SPURHIASH VOLHA

E-mail: zakupkitgs@bsmpgrodno.by

Tel.: +375 152681983

Fax: +375 152681965

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <http://bsmpgrodno.by/>

Adresa profilu zadavatele: <http://bsmpgrodno.by/>

I.4. Druh veřejného zadavatele

Jiný druh: Healthcare establishment

I.5. Hlavní předmět činnosti

Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Medical Equipment

II.1.2. Hlavní kód CPV

33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči

II.1.3. Druh zakázky

Dodávky

II.1.4. Stručný popis

1) Arthroscope — 2 sets.

II.1.6. Informace o částech

Zakázka je rozdělena na části: ano

II.2. Popis

II.2.1. Název

Arthroscope — 2 sets.

Část č.: 1

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: BY Belarus

Hlavní místo dodání nebo plnění: <https://bsmpgrodno.by/proekty-tgs-pbu2014-2020/zakupki-tgs/> II

II.2.4. Popis zakázky

Arthroscope — 2 sets.

— video system 2 set

— camera head 2 set

— light cable 4 set

— arthroscopy shaver system 1 set

— scope optic diameter 2.7 mm, 30o, working length not more -150 mm, with arthroscope sheath 1 set

— scope optic diameter 4.0 mm, 30o, working length not more 185 mm 4 set

— arthroscope sheath compatible with scope optic diameter 4.0 mm and working length not more 185 mm 2 set

— scope optic diameter 4mm, 70o, working length not more 185 mm, with arthroscope sheath 1 set

— arthroscopy pump 1 set

— pipe set for arthroscopy pump 15 set

Instruments:

— aggressive shaver blade – diameter 5.5 mm. (exact type agreement after discussion with tender winner) 20 set

— aggressive shaver blade – diameter 3.5 mm. (exact type agreement after discussion with tender winner) 20 set

— reinforced cutter, with control of the transmission of cutting force on the branches, non-separable:

30o bent to the right

The width of the tissue fragment catted by the cutter, mm, Not less than 3 mm

Working length cm, no more than 15 cm 5 set

— reinforced cutter, with control of the transmission of cutting force on the branches, non-separable:

30o bent to the left

The width of the tissue fragment catted by the cutter, mm, Not less than 3 mm

Working length cm, no more than 15 cm 5 set

Meniscal grasper bent to the right 1 set

Meniscal grasper bent to the left 1 set

Microscissors # 3.4, cutting width 0.8 mm, right-curved 30 o1 set

Microscissors # 3.4, cutting width 0.8 mm, left-curved 30 o 1 set

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Cena

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ne

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

Identifikujte projekt: MODEL HEALTH CARE PROGRAM TO FIGHT OSTEOPOROSIS IN AREA OF POLISH-BELARUSIAN BORDERLAND No: PBU1/0326/16 Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. under the European Neighbourhood Instrument

II.2.14. Další informace

Changes to the specification of purchased equipment

Oddíl IV: Řízení

IV.1. Popis

IV.1.1. Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3. Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.8. Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2. Administrativní informace

IV.2.1. Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2021/S 176-460174](#)

IV.2.8. Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9. Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1

Název:

Delivery, installation, commissioning, staff training in operating rules, medical equipment after-sales service

Zakázka/část je zadána: ne

V.1. Informace o nezadání zakázky

Zakázka/položka nebyla zadána

Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3. Další informace

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: The Health Care Institution "Grodno City Clinical Hospital Of Emergency Care"

Poštovní adresa: 115, Sovietskih Pogranichnikov st.

Obec: Grodno

PSČ: 230027

Země: Bělorusko

E-mail: zakupkitgs@bsmpgrodno.by

Tel.: +375 152681983

Fax: +375 152681965

Internetová adresa: www.bsmpgrodno.by

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

02/12/2021