

246608-2026 - Konkurrencevilkår

Kroatien – Mammografi-apparatur – Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

OJ S 70/2026 10/04/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Køberens retlige status: Offentligretligt organ, der styres af en central regeringsmyndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Sundhed

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Beskrivelse: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja.

Identifikator for proceduren: 1ca718d8-2d11-4033-9ede-37b05dadcb2a

Intern ID: 73/26

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

Hovedpunkterne i proceduren: Otvoreni postupak

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 33111650 Mammografi-apparatur

2.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Land: Kroatien

Yderligere oplysninger: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 341 000,00 EUR

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument, Bekendtgørelse

Deltagelse i en kriminel organisation: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korruption: Korupcija

Svig: Prijevara

Terrorhandling eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: Pranje novca ili financiranje terorizma

Børnearbejde og andre former for menneskehandel: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Tilsidesættelse af forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter: Plaćanje poreza

Tilsidesættelse af forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger:

Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Beskrivelse: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja.

Intern ID: 73/26

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 33111650 Mammografi-apparatur

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Land: Kroatien

Yderligere oplysninger: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

5.1.3. Anslået varighed

Startdato: 25/05/2026

Varighed: 3 Måneder

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 0

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 341 000,00 EUR

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

5.1.8. Tilgængelighedskriterier

Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Bekendtgørelse, Udbudsdokument

Kriterium: Tilmelding i et handelsregister

Beskrivelse af udvalgelseskriterium: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterium: Prøver, beskrivelser eller fotografier med certificering af ægthed for leveringskontrakter

Beskrivelse af udvalgelseskriterium: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter

Beskrivelse af udvalgelseskriterium: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Cijena ponude

Beskrivelse: Cijena ponude

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 45

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Toplinski kapacitet cijevi

Beskrivelse: Toplinski kapacitet cijevi označava maksimalnu količinu toplinske energije koju cijev može akumulirati tijekom rada bez rizika od pregrijavanja te utječe na mogućnost izvođenja većeg broja uzastopnih ekspozicija bez prekida za hlađenje. Veći toplinski kapacitet omogućuje učinkovitiji i kontinuiraniji rad uređaja, što je osobito važno kod postupaka poput tomosinteze, stereotaksije i vakuum iglene biopsije.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Toplinski kapacitet anode

Beskrivelse: Toplinski kapacitet anode kao dodatni kriterij kvalitete vrednuje se jer izravno utječe na radnu učinkovitost i pouzdanost mamografskog sustava. Veći toplinski kapacitet anode omogućuje izvođenje većeg broja uzastopnih ekspozicija bez potrebe za prekidima rada radi hlađenja rendgenske cijevi, što je osobito važno kod zahtjevnijih postupaka poput digitalne tomosinteze, stereotaksije i vakuumske biopsije dojke.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Motorizirana rotacija

Beskrivelse: Motorizirana rotacija kao dodatni kriterij kvalitete važna je naručitelju jer omogućuje automatsko i precizno pozicioniranje rendgenske cijevi i detektora tijekom snimanja, posebno kod postupaka tomosinteze, stereotaksije i intervencijskih zahvata. Takvo

rješenje doprinosi većoj preciznosti snimanja, lakšem radu osoblja, smanjenju vremena pregleda te većoj učinkovitosti i pouzdanosti rada sustava, zbog čega se ova značajka opravdano vrednuje kroz dodatno bodovanje.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Kut akvizicije tomosinteze

Beskrivelse: Kut akvizicije tomosinteze predstavlja ukupan raspon kuta (u stupnjevima) kroz koji se rendgenska cijev pomiče tijekom snimanja serije projekcija dojke za potrebe digitalne tomosinteze. Tijekom tog procesa sustav snima više niskodoznih projekcija iz različitih kutova, koje se potom računalnom rekonstrukcijom pretvaraju u slojevite (3D) prikaze dojke.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Veličina piksela

Beskrivelse: Kriterij se odnosi na dostupnu veličinu piksela digitalnog detektora (izraženu u μm). Manja veličina piksela omogućuje veću prostornu rezoluciju i precizniji prikaz sitnih struktura, poput mikrokalcifikacija, te se sustavi s manjom veličinom piksela dodatno boduju.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Tehnologija softverskog rješenja smanjenja raspršenog zračenja (bez rešetke) i provođenje pregleda uz do 20% manju dozu zračenja kod 2D snimanja u usporedbi s dozom pri korištenju konvencionalne rešetke za smanjenje raspršenog zračenja

Beskrivelse: Sustav mora omogućiti smanjenje raspršenog zračenja bez uporabe fizičke rešetke ili uz ekvivalentno tehnološko rješenje, uz istovremeno smanjenje doze zračenja kod 2D snimanja u odnosu na standardnu tehniku s rešetkom.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Rekonstrukcija 2D i 3D sumacijske snimke iz tomosinteze

Beskrivelse: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da iz podataka dobivenih tijekom tomosinteznog snimanja softverski rekonstruira 2D sintetsku (sumacijsku) snimku te 3D slojevite prikaze dojke, bez potrebe za dodatnim zasebnim 2D snimanjem. Takva funkcionalnost omogućuje smanjenje doze zračenja pacijentici, skraćanje trajanja pregleda te učinkovitiju analizu dobivenih snimki, pa se sustavi koji omogućuju ovu rekonstrukciju dodatno boduju.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Kako bi se omogućila optimalna prilagodba spektra zračenja različitim debljinama i strukturama dojke te osigurala odgovarajuća kvaliteta slike u skladu s kliničkim zahtjevima, broj filtera ≥ 4

Beskrivelse: Kriterij se odnosi na broj dostupnih rendgenskih filtera u mamografskom sustavu koji omogućuju prilagodbu spektra rendgenskog zračenja različitim debljinama i strukturama

dojke. Veći broj dostupnih filtera omogućuje optimalnu prilagodbu kvalitete snimanja i doze zračenja različitim kliničkim situacijama, čime se osigurava odgovarajuća kvaliteta slike i učinkovitija dijagnostika, pa se sustavi koji imaju četiri ili više filtera dodatno boduju.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Oslikavanje uzoraka bioptiranog tkiva na mamografskom uređaju bez izravnog ozračivanja dojke za vrijeme dok je pacijent i dalje pozicioniran na uređaju

Beskrivelse: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogući oslikavanje (verifikaciju) uzoraka bioptiranog tkiva izravno na mamografskom uređaju, bez potrebe za dodatnim uređajem i bez ponovnog ozračivanja dojke pacijentice dok je ona i dalje pozicionirana na uređaju. Takva funkcionalnost omogućuje brzu provjeru prisutnosti ciljanih struktura (npr. mikrokalcifikacija) u uzorku tkiva, skraćuje trajanje postupka biopsije te povećava sigurnost i učinkovitost zahvata, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Kontrastnom mamografijom navođena biopsija

Beskrivelse: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogućuje biopsiju vođenu kontrastnom mamografijom. Ova funkcionalnost omogućuje precizno ciljanje lezija koje su vidljive nakon primjene kontrastnog sredstva, čime se povećava točnost biopsije i učinkovitost dijagnostičkog postupka, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sec

Beskrivelse: Kriterij se odnosi na ukupno vrijeme potrebno za izvođenje tomosinteznog snimanja, odnosno vrijeme tijekom kojeg sustav prikuplja projekcije potrebne za rekonstrukciju slojevitih prikaza dojke. Sustavi koji omogućuju vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sekundi dodatno se boduju jer kraće vrijeme snimanja smanjuje mogućnost zamućenja i izobličenja slike uzrokovanih pokretom pacijentice te doprinosi učinkovitijem izvođenju pregleda.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (pointantal, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Ad hoc-kommunikationskanal:

Navn: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivesesadresse: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: kroatisk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Ikke tilladt

Beskrivelse af den finansielle garanti: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude. Ukoliko uz ponudu nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, Naručitelj će ponudu odbiti kao nepravilnu jer ista nije sukladna Dokumentaciji o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili bankarske garancije. U slučaju da se kao jamstvo dostavlja bankarska garancija, ona mora biti neopoziva i bezuvjetna, naplativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo mora biti s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obavezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude: a) mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata (u slučaju jamstva u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice jedan član podnosi istu dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci) ili b) svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa. Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku javnobilježnički solemnizirane zadužnice/bjanko zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja.

Frist for modtagelse af tilbud: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Sted: Opća županijska bolnica Požega Osječka 107 34000 Požega

Yderligere oplysninger: Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: UGOVORNA KAZNA U slučaju neizvršenja ugovornih obveza u ugovorenom roku iz razloga na strani ugovaratelja, ugovaratelj se obvezuje platiti ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a za svaki započeti kalendarski dan kašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prelaziti 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene bez PDV-a. Smatra se da je ugovaratelj upoznat s

obvezom plaćanja ugovorne kazne te nije potrebna posebna obavijest o nastupanju zakašnjenja. Po dostizanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu ugovaratelja. Ako šteta koju naručitelj pretrpi zbog neurednog izvršenja ugovornih obveza ugovaratelja prelazi iznos ugovorne kazne, naručitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete u dijelu koji prelazi visinu ugovorne kazne. Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne i/ili naknade štete odbiti od bilo kojeg dospjelog računa ugovaratelja ili se naplatiti put...

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

Oplysninger om finansiering og betaling: Plaćanje na žiro-račun ponuditelja u roku do 30 dana od dana zaprimanja eRačuna na osnovu potpisanog primopredajnog zapisnika. Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: OPĆA

ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Registreringsnummer: 40589450667

Postadresse: Osječka 107

By: Požega

Postnummer: 34000

Landsdel (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Land: Kroatien

Enhed: Vesna Zrnčić

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Telefon: +385 34254505

Internetadresse: <https://www.pozeska-bolnica.hr>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registreringsnummer: 95857869241

Postadresse: Ulica grada Vukovara 23/V
By: Zagreb
Postnummer: 10000
Landsdel (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Land: Kroatien
Enhed: Kontakt
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559 930
Internetadresse: <https://www.dkom.hr/>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Narodne novine d.d.
Registreringsnummer: TED94
Registreringsnummer: HR64546066176
Postadresse: Savski gaj XIII. 6
By: Zagreb
Postnummer: 10020
Landsdel (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Land: Kroatien
Enhed: EOJN Helpdesk
E-mail: eojn@nn.hr
Telefon: +385 16652889
Internetadresse: <https://www.nn.hr/>

Denne organisations roller:

TED eSender

10. Ændring

Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres

:

35d0bf5f-d555-409b-b245-5ca50c4cab4d-01

Hovedårsagen til ændringen

:

Ajournførte oplysninger

Beskrivelse

:

Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, u cilju dodatnog pojašnjenja i preciziranja pojedinih odredbi. Izmjene su izvršene radi osiguravanja veće jasnoće i nedvojbenosti dokumentacije te usklađivanja zahtjeva s dostupnim rješenjima na tržištu.

10.1. Ændring

Afsnitsidentifikator: LOT-0000

Beskrivelse af ændringer: Izmjena troškovnika - Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, u cilju dodatnog pojašnjenja i preciziranja pojedinih odredbi. Izmjene su izvršene radi osiguravanja veće jasnoće i nedvojbenosti dokumentacije te usklađivanja zahtjeva s dostupnim rješenjima na tržištu.

Udbudsdokumenterne blev ændret den: 10/04/2026

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: dd67e003-da8a-40cf-a917-468ab83ab1fc - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 08/04/2026 18:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: kroatisk

Bekendtgørelsesnummer: 246608-2026

EUT-S-nummer: 70/2026

Offentliggørelsesdato: 10/04/2026