

757350-2023 - Resultater

Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) –
Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.

OJ S 241/2023 14/12/2023

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Region Midtjylland

E-mail: Mortot@rm.dk

Køberens retlige status: Regional myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Sundhed

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.

Beskrivelse: Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. Kontrakten omfatter 3 opretningsrobotter incl. forbrugsvarer og service.

Identifikator for proceduren: e66138dd-4442-413e-afcc-32d5ae856048

Tidligere bekendtgørelse: 9fb07f91-9ca9-49f9-859f-aab7adcb8644-01

Intern ID: 1-23-4-72-51-23

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 4 755 729,00 DKK

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.

Beskrivelse: Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. Kontrakten omfatter 3 opretningsrobotter incl. forbrugsvarer og service.

Intern ID: 1-23-4-72-51-23

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: Service Uddannelse Reservedele

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 4 755 729,00 DKK

5.1.6. Generelle oplysninger

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Kvalitet

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Prioriteret rækkefølge

Tildelingskriterium talværdi: 1

Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne: Direkte tildeling

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

TED eSender: Merzell Holding ASA

6. Resultater

Direkte tildeling

:

Begrundelse for direkte tildeling: Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager

Anden begrundelse: Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. DNA/RNA oprensningsprocessen udgør første step i langt de fleste molekylærpatologiske analyser, som foretages på Patologi AUH. Udstyret er derfor en uundværlig brik i den daglige drift, som danner grundlaget for at Patologi kan levere svar inden for de fastsatte kræftpakketider. Af hensyn til den fortsatte overholdelse af kræftpakketiderne, patientsikkerheden, planlægningen af den daglige drift og personalets arbejdsmiljø, skal det nye udstyr derfor leve op til følgende krav: 1. Udstyret skal være CE-IVD godkendt i henhold til IVD-R EU-forordningen. 2. Udstyret skal kunne anvendes til oprensning af DNA og RNA fra formalin fikseret, paraffinindstøbt (FFPE) væv. 3. Udstyret skal som minimum kunne oprense 24 DNA eller 24 RNA prøver ad gangen. 4. Udstyret skal have mulighed for fuldautomatisering af hele oprensningsprocessen efter afparaffinering for både DNA og RNA. Fuldautomatisering reducerer kontamineringsrisikoen, da alle afpipetteringsstrin udføres på robotten og øger dermed patientsikkerheden. Ydermere skånes bioanalytikerne for mange manuelle afpipetteringer, og processen bliver mere standardiseret.

5. Udstyret skal benytte filterpipettespidser, så kontamineringsrisikoen reduceres. 6. DNA oprensningsprotokollen skal kunne udføres på maksimalt 3 timer efter prøve-afparaffinering. Herved sikres hurtig prøve turn-around tid og fleksibilitet i laboratoriet. 7. RNA oprensningsprotokollen skal kunne udføres på maksimalt 2,5 timer efter prøve-afparaffinering. Herved sikres hurtig prøve turn-around tid og fleksibilitet i laboratoriet. 8. DNA oprensningsprotokollen skal give mulighed for benyttelse af UNG enzym forbehandling. 9. Udstyret skal have mulighed for fjernovervågning, så instrumentets nedetid minimeres og dermed sikre at svartider på kræftpakker overholdes. 10. Oprensningsprotokollerne til udstyret skal indeholde reagenser til prøve-afparaffinering uden organiske opløsningsmidler, såsom xylen. 11. Oppetidsgaranti på 98% Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Qiagen Danmark om levering af 3. stk. oprensingsrobotter, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens §80, Stk. 3, nr. 1 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ikke, ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning, andre aktører på markedet, som kan opfylde alle ovenstående krav pr. dags dato.

6.1. Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000

Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2. Oplysninger om vinderne

Vinder:

Officielt navn: Qiagen Danmark

Tilbud:

ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Region Midtjylland

Registreringsnummer: 29190925

Afdeling: Indkøb & Medicoteknik

Postadresse: Olof Palmes Allé 15

By: Aarhus N

Postnummer: 8200

Land: Danmark

Enhed: Morten Østergaard

E-mail: Mortot@rm.dk

Telefon: +45 24851449

Internetadresse: <https://www.rm.dk>

Køberprofil: <https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/253854>

Denne organisations roller:

Køber

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Qiagen Danmark

Registreringsnummer: 28693206

By: Hvidovre

Postnummer: 2650

Landsdel (NUTS): Københavns omegn (DK012)

Land: Danmark

E-mail: customercare-dk@qiagen.com

Telefon: +4580885945

Denne organisations roller:

Tilbudsgiver

Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Registreringsnummer: 10 29 48 19

Afdeling: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35

By: Valby

Postnummer: 2500

Landsdel (NUTS): Københavns omegn (DK012)

Land: Danmark

E-mail: kfst@kfst.dk

Telefon: 4171 5000

Denne organisations roller:

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0004

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud

Registreringsnummer: 37795526

Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2

By: Viborg

Postnummer: 8800

Land: Danmark

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405708

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0005

Officielt navn: Merzell Holding ASA

Registreringsnummer: 980921565

Postadresse: Askekroken 11

By: Oslo

Postnummer: 0277

Landsdel (NUTS): Oslo (NO081)

Land: Norge

Enhed: eSender

E-mail: publication@mercell.com

Telefon: +47 21018800

Fax: +47 21018801

Internetadresse: <http://mercell.com/>

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 587cf893-845a-4512-83a2-33b62cafe34d - 01

Formulartype: Resultater

Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 29

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 13/12/2023 09:14:23 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 13/12/2023 09:31:38 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Bekendtgørelsens officielle sprog: dansk

Bekendtgørelsesnummer: 757350-2023

EUT-S-nummer: 241/2023

Offentliggørelsesdato: 14/12/2023