

716742-2024 - Vorankündigung – Direktvergabe

Deutschland – Ausrüstung für Koronarangiografie – Ex-Ante Artis Pheno für RKH FSK Bruchsal
OJ S 229/2024 25/11/2024
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Dienstleistungen - Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH
E-Mail: vergom01@rkh-gesundheit.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Ex-Ante Artis Pheno für RKH FSK Bruchsal
Beschreibung: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Hybrid-OP Angiographienalge mit Roboterarm inkl. Servicevertrag
Kennung des Verfahrens: f900ab8b-f66c-4354-8d36-57fdb27f3295
Interne Kennung: 2024-048-SE-VV
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33123220 Ausrüstung für Koronarangiografie

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Es ist zu beachten, dass der Vertrag nach Ablauf einer Frist von zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wird (s. hierzu auch § 135 Abs. 3. Nr 3 GWB). Voraussichtlicher Tag des Zuschlages ist der 06.12.2024.

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Ex-Ante Artis Pheno für RKH FSK Bruchsal
Beschreibung: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Hybrid-OP Angiographienalge mit Roboterarm inkl. Servicevertrag
Interne Kennung: 2024-048-SE-VV

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33123220 Ausrüstung für Koronarangiografie

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH - RKH Fürst-Stirum-Klinik
Bruchsal Gutleutstr. 1-14
Stadt: Bruchsal
Postleitzahl: 76646
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 100 % Leistung

5.1.15. Techniken

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Informationen über die Überprüfungsfristen: Gemäß § 160 Abs. 3 GWB ist ein

Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit: (1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt; (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Vorinformation erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Vorinformation benannten Frist zur Interessensbestätigung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Interessensbestätigung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; (4) mehr als 15 Kalender nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

6. Ergebnisse

Direktvergabe

:

Begründung der Direktvergabe: Der Auftrag kann nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden, da aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist

Sonstige Begründung: Gemäß VgV §14, Abs. 4 Ziff. 2 wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten der Auftrag nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann, b) weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist Begründung: Bruchsal OP-Neubau: Im Dezember 2023 wurde vom Bauherrn beschlossen, die für den OP 8 bisher nur als Vorhaltung geplante Installation einer Angiographieanlage umzusetzen und den OP 8 somit als Hybrid-OP auszuführen. Zum Zweck einer initialen

Nutzerabstimmung wurde ein herstellernerutraler Entwurf mit einer deckenhängenden Angiographieanlage vorgelegt. Der Plan konnte Herstellerneutral gehalten werden, da die angedachte deckenhängende Bildgebung von mindestens drei Marktteilnehmern angeboten wird. Schon im Rahmen der ersten Nutzerabstimmung wurden vom Nutzer zwei zentrale Forderungen aufgestellt, die den vorgelegten Entwurf als nicht zielführend erscheinen ließen. Da die zu erwartende Auslastung des OP mit Operationen, die die intraoperative Bildgebung erfordern, vorerst nicht 100% betragen wird, wünscht der Nutzer eine Anlage, die in der Ruheposition so im Raum platziert werden kann, dass der OP-Saal auch für herkömmliche Operationen genutzt werden kann. Die gewünschte Anlage soll die intraoperative Durchleuchtung des Patienten bei unterschiedlichen Lagerungsszenarien ermöglichen, das bedeutet, die gewünschte Anlage muss in der Lage sein, das Isozentrum abhängig von der Patientenposition auch in der Höhe anzupassen. In den Leistungsphasen 2 und 3 wurde bei der Grundrissfindung der OP 8 für die eventuelle Installation einer intraoperativen Bildgebung ausgedeutet und die dafür notwendigen haustechnischen Anschlussmöglichkeiten als Vorhaltung geplant. Spezielle Zugeständnisse an die Größe des OP-Saals für die Umnutzung als Hybrid-OP wurden dabei nicht gemacht. Somit ist der OP-Saal 8 zwar groß genug um ihn als Hybrid OP auszuführen, für die Forderung einer parallelen Nutzung als herkömmlicher OP bei Verwendung einer deckenhängenden Bildgebung ist er aber definitiv nicht groß genug. Die einzige uns bekannte Anlage, die den hier gestellten Anforderungen gerecht wird und sich bei nicht Nutzung in Ruheposition soweit „zusammenfallen“ kann, dass genug Platz auch für herkömmliche Operationen bleibt, ist der Artis Pheno vom Hersteller Siemens. Die uns bekannten deckenhängende Angiographiesysteme der Hersteller GE, Philips und Siemens lassen eine Höhenverstellung des C-Bogens nicht zu. Somit ist das Isozentrum der Anlagen immer auf der gleichen Höhe. Das bedeutet die Nutzeranforderung nach Durchleuchtung unabhängig von der jeweiligen Patientenlagerung kann von diesen Anlagen nicht erfüllt werden. Die einzige uns bekannte Anlage, die den C-Bogen auch in der Höhe der Patientenlagerung anpassen kann, ist der Artis Pheno vom Hersteller Siemens. Bei Berücksichtigung der gestellten Nutzerforderungen gibt es derzeit nur eine einzige Anlage auf dem Markt, die beide Forderungen bei gegebener Grundrissgeometrie erfüllen kann.

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Siemens Healthineers AG

Angebot:

Kennung des Angebots: 2024-048-SE-VV

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 2024-048-SE-VV

Titel: Ex-Ante Artis Pheno für RKH FSK Bruchsal

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

Registrierungsnummer: HRB 705991

Postanschrift: Gutleutstraße 1-14

Stadt: Bruchsal

Postleitzahl: 76646

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Vergabekoordination

E-Mail: vergom01@rkh-gesundheit.de

Telefon: +4971419981101

Internetadresse: <https://www.rkh-gesundheit.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Registrierungsnummer: 08-A9866-40

Postanschrift: Durlacher Allee 100

Stadt: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telefon: +49 7219268730

Internetadresse: <https://rp.baden-wuerttemberg.de>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Siemens Healthineers AG

Registrierungsnummer: Amtsgericht München HRB 237558

Postanschrift: Siemensstraße 3

Stadt: Forchheim

Postleitzahl: 91301

Land, Gliederung (NUTS): Forchheim (DE248)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union

Registrierungsnummer: PUBL

Stadt: Luxembourg

Postleitzahl: 2417

Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxemburg

E-Mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetadresse: <https://op.europa.eu>

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 042c740a-f9c3-4986-9642-d98113b4e127 - 01
Formulartyp: Vorankündigung – Direktvergabe
Art der Bekanntmachung: Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Unterart der Bekanntmachung: 25
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 22/11/2024 08:53:14 (UTC+00:00)
Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 716742-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 229/2024
Datum der Veröffentlichung: 25/11/2024