

737168-2026 - Wettbewerb

Griechenland – Softwarepaket und Informationssysteme – Αρ. Διακήρυξης 013/2026

OJ S 207/2026 26/10/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

E-Mail: pr@papageorgiou-hospital.gr

Rechtsform des Erwerbers: Organisation mit besonderen oder ausschließlichen Rechten

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Αρ. Διακήρυξης 013/2026

Beschreibung: Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 126.654,00 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή αναβαθμισμένων ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που αφορούν στο υποέργο με α/α 3 : «Σύστημα ασφάλειας ασθενών και διαχείρισης καροτσιών με τεχνολογίες RFID / BLE», (CPV: 48000000-8) της ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» και κωδικό ΟΠΣ 6019157(Αρ.Συστ.ΕΣΗΔΗΣ : 501254)

Kennung des Verfahrens: 7c0cb0e9-511a-4ce2-af4d-6cd112c860b7

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Θεσσαλονίκη (EL522)

Land: Griechenland

2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 102 140,32 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0003

Titel: Τμήμα 1

Beschreibung: Σύστημα ασφάλειας ασθενών και διαχείρισης καροτσιών με τεχνολογίες RFID / BLE

Interne Kennung: Σύστημα ασφάλειας ασθενών και διαχείρισης καροτσιών με τεχνολογίες RFID / BLE

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme

Menge: 1 Stück

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Θεσσαλονίκη (EL522)

Land: Griechenland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 6 Monate

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 102 140,32 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Kosten

Beschreibung: Κριτήρια Αξιολόγησης 1 : 10%

Kriterium:

Art: Kosten

Beschreibung: Κριτήρια Αξιολόγησης 2 : 55%

Kriterium:

Art: Kosten

Beschreibung: Κριτήρια Αξιολόγησης 3 : 10%

Kriterium:

Art: Kosten

Beschreibung: Κριτήρια Αξιολόγησης 4 : 25%

5.1.11. Auftragsunterlagen

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Griechisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.042,81 € με ισχύ τουλάχιστον έως 30/04/2027, όπως προβλέπεται και στις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης

Frist für den Eingang der Angebote: 29/10/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 12 Monate

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 04/11/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη

Eröffnungstermin — Beschreibung: Επιτροπή διαγωνισμού

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ΕΑΔΗΣΥ

Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Registrierungsnummer: 1015.E00152.0001

Postanschrift: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Stadt: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Postleitzahl: 56403

Land, Gliederung (NUTS): Θεσσαλονίκη (EL522)

Land: Griechenland

Kontaktperson: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

E-Mail: pr@papageorgiou-hospital.gr

Telefon: +302313323119

Fax: +302313323969

Internetadresse: <https://www.papageorgiou-hospital.gr>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ΕΑΔΗΣΥ

Registrierungsnummer: 1000.E00961.0001

Postanschrift: ΔΩΡΟΥ 7-9

Stadt: ΑΘΗΝΑ

Postleitzahl: 10432

Land, Gliederung (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Land: Griechenland

E-Mail: grafeiproedrou@aepp-procurement.gr

Telefon: +302132141227

Fax: +302132141227

Internetadresse: <https://www.eadhsy.gr>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union

Registrierungsnummer: PUBL

Stadt: Luxembourg

Postleitzahl: 2417

Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxembourg

E-Mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetadresse: <https://op.europa.eu>

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 652433-2026

Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen

Beschreibung: Θέμα Α – Περιοχή κάλυψης του υποσυστήματος εντοπισμού αμαξιδίων

Ερωτήματα: DOTSOFT 2 και 3 · ΜΠΟΡΕΑΛ 3 Α.1 Οριοθέτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη αφορά τους χώρους του ισογείου που ορίζει η τελευταία παράγραφος της παρ. 6.1.6 του Παραρτήματος Ι (σελ. 61): από το κεντρικό σαλόνι έως το δυτικό άρθρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της Ακτινοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του χώρου των Εξωτερικών Ιατρείων. Η ελάχιστη επιφάνεια είναι 27.000 m² (ΠΣ 3.3, σελ. 72) και η ελάχιστη ακρίβεια εντοπισμού ≤10 m (ΠΣ 3.2). Α.2 Τι περιλαμβάνουν τα 27.000 m². Η τιμή αφορά το εμβαδόν κάτοψης της ως άνω ζώνης, εντός της οποίας το σύστημα πρέπει να εντοπίζει τα tags των αμαξιδίων με την απαιτούμενη ακρίβεια. Δεν περιορίζεται σε διαδρόμους και διαδρομές κυκλοφορίας, αλλά περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους και λειτουργικούς χώρους

της ζώνης (I-6.1.6) όπου κινούνται, χρησιμοποιούνται ή σταθμεύουν αμαξίδια: εισόδους, σαλόνι, διαδρόμους, χώρους αναμονής, ιατρεία, χώρους εξέτασης και θεραπείας, βοηθητικούς χώρους. Τα ακριβή όρια σημειώνονται στην κάτοψη του Θέματος Β. Α.3 Τρόπος επίτευξης. Η κάλυψη δεν προϋποθέτει εγκατάσταση συσκευής σε κάθε χώρο. Το πλήθος, ο τύπος και οι θέσεις αναγνώστων, positioning locators και δρομολογητών πλέγματος (I-6.1.4, I-6.1.11) προτείνονται από τον προσφέροντα στο κεφάλαιο «Διαστασιολόγηση έργου» της τεχνικής προσφοράς (παρ. 2.4.3.2), με τήρηση των ΠΣ 1.1 και 1.2. Αξιολογούνται στην Ομάδα 1 («Διαστασιολόγηση») και στα Κριτήρια 2.2 και 4.1 (παρ. 2.3.1). Η κάλυψη τεκμηριώνεται με χάρτη κάλυψης (coverage heatmap) και έκθεση δοκιμής πεδίου (ΠΣ 3.3) και επαληθεύεται με μετρήσεις πεδίου κατά τις δοκιμές αποδοχής (ΠΣ 3.2, 6.2). Α.4 Εξωτερικοί χώροι. Οι εξωτερικοί χώροι δεν περιλαμβάνονται στην ελάχιστη κάλυψη των 27.000 m², η οποία αφορά χώρους του ισογείου (I-6.1.6, ΠΣ 3.3). Ο εξοπλισμός πρέπει πάντως να είναι κατάλληλος και για εξωτερική εγκατάσταση (I-6.1.6 για τους Controllers, I-6.1.9 για τις πύλες) και τα tags των αμαξιδίων να έχουν στεγανότητα τουλάχιστον IP65 (ΠΣ 3.6). Τυχόν προσφερόμενη κάλυψη όμορων εξωτερικών χώρων (π.χ. κύρια είσοδος, είσοδος ασθενοφόρων ΤΕΠ) είναι προαιρετική και αξιολογείται ως υπερκάλυψη στο Κριτήριο 2.2, το οποίο εξετάζει την ακρίβεια «σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους» (παρ. 2.3.1, 2.3.2). Θέμα Β – Κατόψεις χώρων εγκατάστασης Ερωτήματα: DOTSOFT 1 · ΜΠΟΡΕΑΛ 1 (α' σκέλος) και 3 Β.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναρτήσει, ως συμπληρωματική πληροφορία προς όλους τους φορείς, σε μορφή PDF (και DWG/DXF όπου διατίθεται): 1. κάτοψη του ισογείου με σήμανση των ορίων της ζώνης κάλυψης του Θέματος Α, των διαστάσεων, των διαδρόμων, των θυρών και των εισόδων· 2. κατόψεις της Ψυχιατρικής, της Νεογνολογικής και της Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής, με σήμανση των εισόδων/εξόδων που θα επιτηρούνται και ένδειξη, για καθεμία, εάν διαθέτει ηλεκτρικά ελεγχόμενο μηχανισμό κλειδώματος (βλ. Θέμα Δ). Β.2 Τα σχέδια θα αναρτηθούν στο Portal του διαγωνισμού και παράλληλα θα αποσταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω του πεδίου "Επικοινωνία" του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 501254. Β.3 Λόγω της φύσης των χώρων (πρόληψη απαγωγής νεογνών και μη εξουσιοδοτημένης απομάκρυνσης ασθενών), τα σχέδια θα είναι απλοποιημένα: διάταξη, διαστάσεις, διάδρομοι, θύρες – επίπεδο λεπτομέρειας που κρίνεται επαρκές και στο ερώτημα 1 της DOTSOFT. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση προσφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας της παρ. 2.1.2. Β.4 Τα σχέδια είναι ενδεικτικά της διάταξης. Η διαστασιολόγηση και η τεκμηρίωση της κάλυψης παραμένουν ευθύνη του προσφέροντος, ο οποίος μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία με αυτοψία (Θέμα Γ). Τα οριστικά στοιχεία αποτυπώνονται στη Μελέτη Εφαρμογής (I-6.3.1). Θέμα Γ – Επιτόπια αυτοψία Ερώτημα: DOTSOFT 4 Γ.1 Επιτρέπεται προαιρετική επιτόπια αυτοψία. Δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής, δεν απαιτείται βεβαίωση αυτοψίας και η μη πραγματοποίησή της δεν επηρεάζει το παραδεκτό ή την αξιολόγηση της προσφοράς. Γ.2 Δύναται να πραγματοποιηθεί επιτόπια αυτοψία την Τρίτη 27/10/2026 και ώρα 11:30:00 π.μ. . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2313 323126 με την υπεύθυνη επικοινωνίας κα Καλλίνου Ειρήνη και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Γ.3 Η αυτοψία γίνεται με συνοδεία στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Πληροφορικής. Επιτρέπονται η εξέταση των διαθέσιμων σχεδίων, μη παρεμβατικές μετρήσεις διαστάσεων και μετρήσεις ραδιοσυχνοτήτων (RF/BLE site survey) με φορητό εξοπλισμό. Δεν επιτρέπονται επεμβάσεις σε εγκαταστάσεις, φωτογράφιση ασθενών ή προσωπικού και διατάραξη της λειτουργίας των τμημάτων· η πρόσβαση στη Νεογνολογική και στην Ψυχιατρική Κλινική περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο, κατά τους κανόνες των κλινικών. Γ.4 Προφορικές πληροφορίες κατά την αυτοψία δεν δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή. Διευκρινίσεις παρέχονται μόνο εγγράφως. Θέμα Δ – Μηχανισμοί κλειδώματος θυρών Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΑΛ 1 (β' σκέλος) Δ.1 Σχετικές διατάξεις. I-6.1.2: η κίνηση εκτός ασφαλούς ζώνης «θα ενεργοποιεί έναν συναγερμό ή θα κλειδώνει μια έξοδο». I-6.1.6: θύρες I/O των αναγνώστων για έλεγχο ψηφιακών εξόδων και διασύνδεση με I

/O Boxes. Κριτήριο 2.1: αυτόματη ενεργοποίηση φυσικών εμποδίων. ΠΣ 2.3: ενεργοποίηση συναγερμού και κλειδώματος μέσω I/O trigger σε ≤ 5 s. ΠΣ 4.2: ελεγμένο I/O. Η συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου (παρ. 1.3.2) δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς κλειδώματος. Δ.2 Περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του αναδόχου: η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού διασύνδεσης (έξοδοι I/O, I/O Boxes, ρελέ/ξηρές επαφές), η καλωδίωση από τον εξοπλισμό του συστήματος έως το σημείο διασύνδεσης με τον μηχανισμό της θύρας, η παραμετροποίηση των σεναρίων συναγερμού/κλειδώματος και οι δοκιμές FAT /SIT με τις θύρες (ΠΣ 2.3). Δ.3 Δεν περιλαμβάνονται: η προμήθεια και εγκατάσταση νέων ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών κλειδώματος (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές) και οι επεμβάσεις στα κουφώματα.

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0003

Beschreibung der Änderungen: Δ.4 Στις εξόδους που διαθέτουν ηλεκτρικά ελεγχόμενο κλείδωμα, το σύστημα ενεργοποιεί το κλείδωμα μέσω I/O. Στις λοιπές, το σενάριο είναι συναγερμός (τοπική ηχητική/οπτική σήμανση και ειδοποίηση προσωπικού), σύμφωνα με τη διατύπωση «συναγερμό ή κλείδωμα» της I-6.1.2. Δ.5 Κάθε λειτουργία κλειδώματος συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι θύρες οδεύσεων διαφυγής απασφαλίζονται αυτόματα με σήμα του συστήματος πυρανίχνευσης και σε διακοπή τροφοδοσίας· η λογική του συστήματος RTLS δεν επιτρέπεται να αναιρεί την απασφάλιση. Θέμα Ε – Πλήθος παρακολουθούμενων ασθενών και ποσότητες tags Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΑΛ 2 Ε.1 Η διακήρυξη ορίζει ήδη: τουλάχιστον 50 asset tags αμαξιδίων, με στόχο ≥ 100 (παρ. 1.3.2· ΠΣ 1.5, 3.1), και χωρητικότητα συστήματος >500 ταυτόχρονα ενεργών tags, με στόχο >1.000 (ΠΣ 8.1). Ο ακριβής αριθμός ασθενών οριστικοποιείται στη Μελέτη Εφαρμογής (I-6.3.1). Ε.2 Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα παρακολουθούμενων ατόμων αντιστοιχεί στη δυναμικότητα των τριών κλινικών (κλίνες, λίκνα, θερμοκοιτίδες) και περιλαμβάνει τις μητέρες, λόγω της σύζευξης μητέρας–βρέφους (I-6.1.5· ΠΣ 2.1). Ε.3 Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το σύστημα πρέπει να υποστηρίξει τουλάχιστον 500 ταυτόχρονα ενεργά tags (ΠΣ 8.1). Θέμα ΣΤ – Δικτυακές και ηλεκτρικές υποδομές Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΑΛ 4 ΣΤ.1 Γενική αρχή. Το έργο παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, παραμετροποιημένο και σε πλήρη λειτουργία (παρ. 6.1.2, σελ. 53). Η τιμή προσφοράς καλύπτει κάθε δαπάνη για την ολοκληρωμένη παράδοση (παρ. 2.4.4) και ο ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού και εφαρμογών (I-6.3.4). Κατά την παραλαβή ελέγχονται η σύνδεση όλων των συσκευών στο δίκτυο και η τακτοποιημένη όδευση καλωδίων (παρ. 6.3.3 περ. γ'). ΣΤ.2 Το Νοσοκομείο διαθέτει: 1. σύνδεση στο υφιστάμενο τοπικό δίκτυο (LAN) σε υφιστάμενα σημεία διανομής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θυρών, σε διακριτό VLAN, με διευθυνσιοδότηση και κανόνες firewall που ορίζει το Τμήμα Πληροφορικής· 2. εικονικούς πόρους εξυπηρετητή (VM) στο κέντρο δεδομένων του, εφόσον ο προσφέρων επιλέξει εγκατάσταση σε εξυπηρετητές του Νοσοκομείου (I-6.3.4)· ο προσφέρων δηλώνει τους απαιτούμενους πόρους (vCPU, RAM, αποθηκευτικό χώρο) και το λογισμικό συστήματος, ενώ τυχόν απαιτούμενες άδειες λειτουργικού συστήματος και βάσης δεδομένων περιγράφονται και περιλαμβάνονται στην προσφορά (παρ. 2.4.3.2)· 3. ηλεκτρική τροφοδοσία από τους υφιστάμενους ρευματοδότες και κυκλώματα των χώρων. ΣΤ.3 Στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία μεταξύ των συσκευών του και των υφιστάμενων σημείων δικτύου και ρεύματος: τοπική καλωδίωση, διατάξεις PoE (switches/injectors), τροφοδοτικά, κανάλια όδευσης, στηρίγματα, σήμανση, καθώς και τυχόν ασύρματη διασύνδεση ή δίκτυο πλέγματος (I-6.1.11). Τυχόν επέκταση της δομημένης καλωδίωσης ή νέα ηλεκτρικά σημεία που απαιτεί η προτεινόμενη αρχιτεκτονική περιγράφονται στη «Διαστασιολόγηση έργου» και περιλαμβάνονται στην τιμή. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες εκτελούνται από αδειούχους εγκαταστάτες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. ΣΤ.4 Η χρήση του υφιστάμενου

ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) του Νοσοκομείου για τη διασύνδεση συσκευών δεν αποτελεί εγγυημένη παροχή. Ο προσφέρων που την προβλέπει τη δηλώνει ρητά· η τελική διάταξη οριστικοποιείται στη Μελέτη Εφαρμογής (I-6.3.1). ΣΤ.5 Σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του Νοσοκομείου (I-6.2), οι συσκευές συνδέονται μόνο στο διακριτό VLAN που θα οριστεί και η απομακρυσμένη υποστήριξη παρέχεται αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN) του Νοσοκομείου.

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2c2ff7ec-835b-4545-8d6b-9c9a58151c6d - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/10/2026 11:52:03 (UTC+00:00)

Westeuropäische Zeit, GMT

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Griechisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 737168-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 207/2026

Datum der Veröffentlichung: 26/10/2026