

## 237623-2026 - Result

Czechia – Coronary endoprotheses – Koronární stenty VII

OJ S 68/2026 08/04/2026

Contract or concession award notice – standard regime

Supplies

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Email: [ivan.mrkva@fnusa.cz](mailto:ivan.mrkva@fnusa.cz)

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government authority

Activity of the contracting authority: Health

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Koronární stenty VII

Description: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky koronárních stentů dle technické specifikace po dobu 4 let. Technická specifikace: Stent č.1 - Požadované jsou balónem expandovatelné kobalt-chromové ( $203 \pm 25\mu\text{m}$ ) stentgrafty - Pokryté jednou vnější vrstvou ePTFE - Dostupné v rozmezí průměrů od 5 mm do 10 mm - V délkách od 18 mm do 58 mm - S použitelnou délkou katetru 75 cm a 120 cm - Všechny velikosti stentgraftů s průměrem do 8 mm jsou kompatibilní s 6F zavaděčem a stentgrafty s průměrem 9 mm a 10 mm kompatibilní se 7F zavaděčem - Doručovací systém „přes drát“ OTW, přičemž všechny průměry jsou kompatibilní s 0.035" vodícím drátem - Na označení balónu jsou použity materiály platinum a iridium - Minimální expirace 3 roky. - Předpokládaný počet kusů/4roky – 120 ks Stent č.2 - Požadované jsou balónem expandovatelné kobalt-chromové ( $89 \pm 25\mu\text{m}$ ) stentgrafty - Pokryté jednou vnější vrstvou ePTFE - Dostupné v rozmezí průměrů od 2,5 mm do 5 mm - V délkách od 8 mm do 24 mm - Kompatibilní s 5F zavaděčem a 0.014" vodícím drátem - S použitelnou délkou katetru 144 cm a 154 cm - Tyto nízkoprofilové stentgrafty nakrimpované na balonu mají průměry od 1,1 do 1,4 mm. - Na označení balónu jsou použity materiály platinum a iridium - Minimální expirace 3 roky. - Předpokládaný počet kusů/4roky – 20 ks Předpokládaný objem dodávek stentů je stanoven jako kvalifikovaný odhad na dobu platnosti rámcové konsignační smlouvy, který vychází z analýzy stávajícího odběru. Skutečně odebraný objem se bude odvíjet od reálné potřeby zadavatele, tzn., vyhrazujeme si právo odebrat i menší množství podle aktuální potřeby bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele. Pokud vzniknou pochybnosti o kvalitě nebo parametrech nabízeného zboží, může zadavatel požádat dodavatele o předvedení nabízeného zboží nebo poskytnutí vzorků k odzkoušení.

Procedure identifier: 48409982-3737-4092-aead-16e71b727ae1

Internal identifier: 49/2026

Type of procedure: Other single stage procedure

Main features of the procedure: Zavedení dynamického nákupního systému. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle § 141 zákona.

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33184500 Coronary endoprosthesis

### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

### 2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 4 910 740,00 CZK

### 2.1.4. General information

#### Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Applicable cross-border law: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Koronární stenty VII

Description: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky koronárních stentů dle technické specifikace po dobu 4 let. Technická specifikace: Stent č.1 - Požadované jsou balónem expandovatelné kobalt-chromové ( $203 \pm 25\mu\text{m}$ ) stentgrafty - Pokryté jednou vnější vrstvou ePTFE - Dostupné v rozmezí průměrů od 5 mm do 10 mm - V délkách od 18 mm do 58 mm - S použitelnou délkou katetru 75 cm a 120 cm - Všechny velikosti stentgraftů s průměrem do 8 mm jsou kompatibilní s 6F zavaděčem a stentgrafty s průměrem 9 mm a 10 mm kompatibilní se 7F zavaděčem - Doručovací systém „přes drát“ OTW, přičemž všechny průměry jsou kompatibilní s 0.035" vodícím drátem - Na označení balónu jsou použity materiály platinum a iridium - Minimální expirace 3 roky. - Předpokládaný počet kusů/4roky – 120 ks Stent č.2 - Požadované jsou balónem expandovatelné kobalt-chromové ( $89 \pm 25\mu\text{m}$ ) stentgrafty - Pokryté jednou vnější vrstvou ePTFE - Dostupné v rozmezí průměrů od 2,5 mm do 5 mm - V délkách od 8 mm do 24 mm - Kompatibilní s 5F zavaděčem a 0.014" vodícím drátem - S použitelnou délkou katetru 144 cm a 154 cm - Tyto nízkoprofilové stentgrafty nakrimpované na balonu mají průměry od 1,1 do 1,4 mm. - Na označení balónu jsou použity materiály platinum a iridium - Minimální expirace 3 roky. - Předpokládaný počet kusů/4roky – 20 ks Předpokládaný objem dodávek stentů je stanoven jako kvalifikovaný odhad na dobu platnosti rámcové konsignační smlouvy, který vychází z analýzy stávajícího odběru. Skutečně odebraný objem se bude odvíjet od reálné potřeby zadavatele, tzn., vyhrazujeme si právo odebrat i menší množství podle aktuální potřeby bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele. Pokud vzniknou pochybnosti o kvalitě nebo parametrech nabízeného zboží, může zadavatel požádat dodavatele o předvedení nabízeného zboží nebo poskytnutí vzorků k odzkoušení.

Internal identifier: 49/2026

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33184500 Coronary endoprosthesis

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

#### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 48 Months

#### 5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 4 910 740,00 CZK

#### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### 5.1.10. Award criteria

##### Criterion:

Type: Price

Name: nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky

Description: Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky účastníků pro VZ budou seřazeny dle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejvýhodnější = nejnížší/nejlevnější po nejméně výhodnou = nejvyšší/nejdražší.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

#### 5.1.15. Techniques

##### Framework agreement:

No framework agreement

##### Information about the dynamic purchasing system:

Dynamic purchasing system, only usable by buyers listed in this notice

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu

plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Organisation providing offline access to the procurement documents: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 4 909 200,00 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: VarioMedical Plus s.r.o.

**Tender:**

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 4 909 200,00 CZK

The tender was ranked: no

Rank in the list of winners: 1

The tender is a variant: no

Subcontracting: No

**Contract information:**

Identifier of the contract: Tsm/2026/222/Lt

Date on which the winner was chosen: 30/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 02/04/2026

#### 6.1.4. Statistical information

##### Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

##### Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 1

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 1

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 1

Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally low price or cost

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Requests to participate

Number of tenders or requests to participate received: 1

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Registration number: 00159816

Postal address: Pekařská 664

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [ivan.mrkva@fnusa.cz](mailto:ivan.mrkva@fnusa.cz)

Telephone: +420 543184041

Buyer profile: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa>

#### Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: VarioMedical Plus s.r.o.  
Size of the economic operator: Micro, small, or medium  
Registration number: 06089739  
Postal address: Mlýnská 326/13  
Town: Brno - Trnitá  
Postcode: 60200  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [variomedicalplus@variomedicalplus.cz](mailto:variomedicalplus@variomedicalplus.cz)  
Telephone: +420 602269676

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: ba571ba5-01ce-461f-b92d-9e7a77611b7f - 01  
Form type: Result  
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime  
Notice subtype: 29  
Notice dispatch date: 07/04/2026 11:40:44 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: Czech  
Notice publication number: 237623-2026  
OJ S issue number: 68/2026  
Publication date: 08/04/2026