

Belgium-Veurne: Magnetic resonance scanners

OJ S 137/2015 18/07/2015

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: AZ Sint-Augustinus Veurne

Postal address: Ieperse Steenweg 100

Town: Veurne

Postal code: 8630

Country: Belgium

For the attention of: De heer Stefaan Vandenberghe

E-mail: s.vandenberghe@azsav.be

Telephone: +32 58333438

Fax: +32 58333011

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.azsav.be

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other: ziekenhuis

I.3. Main activity

Health

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

NMR scanner.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

Purchase

Main site or place of performance: AZ Sint-Augustinus Veurne (AZSAV) dienst Medische beeldvorming.

NUTS code BE258 Arr. Veurne

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

De associatie “NMR AZ Sint-Augustinus Veurne — AZ Sint-Rembert Torhout” ontving op 17.2.2015 van het Agentschap Zorg & Gezondheid een planningsvergunning voor de oprichting van een NMR, die voor de eerste periode van 7 jaar op de site Veurne zal geïnstalleerd worden. Huidige offertevraag wordt geplaatst onder de opschortende voorwaarde dat deze planningsvergunning ook bevestigd wordt na elke mogelijke beroepsprocedure die door andere ziekenhuizen zou kunnen worden ingesteld m.b.t. de beslissing van het Agentschap. Indien de planningsvergunning alsnog wordt ingetrokken vervalt huidige offertevraag zonder dat de aanbestedende overheid hiervoor enige vergoeding kan ten laste gelegd worden.”.

II.1.6. CPV code(s)

33113100 Magnetic resonance scanners

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Aankoop 1 NMR scanner 1.5 T of 3.0 T.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Borgtocht (5 % op deel van de opdracht; zie bestek).

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de BTW belasting.

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required: 3 000 000 EUR in 2014 BELUX.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

De inschrijver beschikt over de vereiste licenties/octrooien en voegt bewijs hiervan bij de offerte.

De inschrijver geeft de lijst van bereikbare locoregionale Nederlandstalige applicatiespecialisten en hun kwalificatie, met vermelding van het aantal jaren relevante ervaring.

De inschrijver geeft een lijst van installaties, bij voorkeur 1 site uit België, van het betreffende toestel waarbij de throughput van het toestel minimaal 40 patiënten per 13 uur is (typische werktijd per dag). Hierbij dient de volledige dagproductie van 5 opeenvolgende dagen op die site, met de vermelding van de tijdschaal en van het aantal sequenties, worden weergegeven waarbij er voldoende spreiding is van de soorten onderzoeken. In de weergave van de dagproducties dienen de onderzoeken (volgens tijdsschaal en sequenties) hieronder opgegeven voor te komen:

- Schedel CVA-protocol
- Schedel Tumor-protocol
- Angio (vb. halsvaten)
- Klein skelet (pols, voet, enkel en knie)
- Arthro NMR (Schouder)
- Mammo
- Abdomen
- Cardio
- Wervelzuil
- MRCP

— MR-biopsie (vb Mammobiopsie)

— All-in-one Lever

De inschrijver geeft een lijst van referentiecentra (bij voorkeur uit België) en de contactgegevens van het betreffende radioloog-diensthoofd.

De inschrijver geeft met zijn offerte ook de erkenning mee van alle onderaannemers die werken zullen verrichten in het kader van de verbouwingen.

Voor de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige aanneming, is de erkenning vereist in de categorie D (bouwwerken) en/of categorie P (elektriciteitswerken) en in de klasse van deze overeenstemmend met het bedrag van hun aanbod. Het bestuur oordeelt dat de werken behoren tot klasse 2: D, D4 en P1.

De inschrijver geeft met zijn offerte ook de erkenning mee van de veiligheidscoördinator die voor de werken zal instaan.

Dit criterium wordt nagekeken door de Technische diensthoofden en Radiologen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Er worden minimaal 5 referentiecentra gegeven voor de basisopdracht.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Prijs. Weighting 40
2. Gebruiksvriendelijkheid. Weighting 25
3. Technische meerwaarde. Weighting 20
4. Service en Garantie. Weighting 15

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

2015/005

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.8.2015 - 12:00

Payable documents: yes

Price: 25,00 EUR

Terms and method of payment: Bestek en plannen

De nodige documenten kunnen na overschrijving van 25 EUR op het volgende rekeningnummer BE75 7755 7397 1451 (GKCCBEBB) met als vermelding „Bestek NMR” bekomen worden.

Na betaling dient u contact te nemen met Fien Van den Bogaert (+32 58333733; f.vandenbogaert@azsav.be) en zullen de documenten digitaal bezorgd worden.

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

8.9.2015 - 10:30

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Dutch.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 8.9.2015 - 10:30

Place:

Zaal Merghelynck route 17

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

VI.3. Additional information

Plaatsbezoek vereist: 19.8.2015 om 11:00 uur.

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op woensdag 19.8.2015 om 11:00-13:00 Zaal Merghelynck-Clou route 16 AZSAV.

De inschrijvers worden verzocht om in AZSAV een informatiesessie bij te wonen waarbij de aanbestedende overheid ook op vragen zal antwoorden. De inschrijvers kunnen ook de toegangsweg van buiten het ziekenhuis tot de NMR zaal inspecteren om te controleren of er bij levering geen problemen met het gebouw zouden zijn.

De aanbestedende overheid zal onder andere vertegenwoordigd zijn door artsen van de dienst medische beeldvorming, het diensthoofd van de dienst medische beeldvorming, de hoofdverpleegkundige van de dienst medische beeldvorming, de leidend ambtenaar van de overheidsopdracht en het departementshoofd techniek.

U dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan uw offerte.

2e Plaatsbezoek: Indien nodig wordt van de inschrijver verwacht een tweede plaatsbezoek aan te vragen, bij de Heer Hendrik Maelfait, in het kader van het plaatsen van de kraan die zal nodig zijn om het MR-toestel over de gebouwen van AZSAV te tillen.

In bijlage krijgt u ook de plannen van de NMR ruimte. De plannen beschrijven ook de installatie voor koeling en elektriciteit. Zie bijlage E.

Informatiesessie: 19.8.2015 om 11:00 uur

Zaal Merghelynck-Clou route 16.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

15.7.2015