

Poland-Kalisz: X-ray processing devices
OJ S 107/2022 03/06/2022
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

National registration number: 000301664

Postal address: ul.Kaszubska 9

Town: Kalisz

NUTS code: PL416 Kaliski

Postal code: 62-800

Country: Poland

Contact person: Izabela Walendowska

E-mail: przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl

Telephone: +48 627679410

Fax: +48 627673889

Internet address(es):

Main address: www.krwiodawstwo.kalisz.pl

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawa, instalacja i serwis radiatora do napromieniowania krwi i jej składników na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Reference number: RCKiK/18-I/2/2022

II.1.2. Main CPV code

33111300 X-ray processing devices

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i serwis radiatora do napromieniowania krwi i jej składników na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

wymagania:

1. Urządzenie nowe - data produkcji nie wcześniejsza niż 2021 r., zgodne ze specyfikacją techniczną dostarczoną do przetargu
2. Urządzenie będące zamiennikiem radiatorów izotopowych, pozwalające napromieniować składniki krwi bez użycia źródeł izotopowych.
3. Urządzenie do napromieniowania krwi i jej składników z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego X.
4. Urządzenie wraz z niezbędną aparaturą (monitor, komputer, drukarką, skaner kodów kreskowych, drukarka etykiet itp.) oraz z oprogramowaniem i możliwością przesyłania danych do systemu informatycznego „BANK KRWI”,

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 998 900,00 PLN

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9 62-800 Kalisz

II.2.4. Description of the procurement

1. Urządzenie nowe - data produkcji nie wcześniejsza niż 2021 r., zgodne ze specyfikacją techniczną dostarczoną do przetargu
2. Urządzenie wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą Rady Europejskiej 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotyczącą wyrobów medycznych - znak CE.
3. Urządzenie musi spełniać standardy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normami UE.
4. Urządzenie powinno być wykonane z materiałów umożliwiających łatwe czyszczenie i dezynfekcję.
5. System monitorowania, zasilania z zabezpieczeniem przepięciowym i automatycznym regulatorem napięcia.
6. Urządzenie zapewnia oprogramowanie w języku polskim,
7. Urządzenie posiadające instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji w języku polskim.
8. Urządzenie będące zamiennikiem radiatorów izotopowych, pozwalające napromieniować składniki krwi bez użycia źródeł izotopowych.
9. Urządzenie do napromieniowania krwi i jej składników z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego X.
10. Urządzenie bezpieczne dla operatora/użytkownika urządzenia, nie emitujące szkodliwego promieniowania w otoczeniu, o znikomym oddziaływaniu zewnętrznym. Promieniowanie emitowane na zewnątrz urządzenia nie przekraczające 1 µSv/h. Urządzenie nie wymagające nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).
11. Urządzenie wraz z niezbędną aparaturą (monitor, komputer, drukarką, skaner kodów kreskowych, drukarka etykiet itp.) oraz z oprogramowaniem i możliwością przesyłania danych do systemu informatycznego „BANK KRWI”, na który Zamawiający posiada stosowne licencje. Koszty związane z podłączeniem do systemu „BANK KRWI” ponosi Wykonawca. Oprogramowanie sterujące urządzeniami w języku polskim.
12. Urządzenie ma służyć otrzymywaniu składników krwi NUKKCz/NUKKP nie powodując znacznego uszkodzenia krwinek oraz zapobiegających TA-GvHD (potranfuzyjnej chorobie przeciw biorcy).

13. Urządzenie pozwalające na ciągłe monitorowanie procesu napromieniowania oraz temperatury w komorze napromieniowania.
14. Urządzenie pozwalające na kontrolowanie procesu napromieniowania poprzez wizualną ocenę promienioczułych etykiet przeznaczonych do napromieniowania krwi i jej składników zmieniają barwę/wygląd pod wpływem promieniowania X.
15. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed dwukrotnym napromieniowaniem tego samego pojemnika poprzez krzyżowe sprawdzenie z bazą danych naświetlonych produktów.
16. Urządzenie zapewniające równomierny rozkład dawki promieniowania na preparat krwi i jej składników, emitujący dawkę promieniowania w zakresie od 25Gy do 50 Gy zgodnie z aktualnie obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. (punkt 7.1.13)
17. Urządzenie pozwalające na napromieniowanie więcej niż jednego preparatu krwi lub jej składników oraz napromieniowania różnych składników krwi w jednym czasie.
18. Urządzenie pozwalające na pracę w temperaturze 18°C-25°C i nie emitujące dodatkowego ciepła do pomieszczenia.
19. Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny system ekranowania niewymagający stosowania zewnętrznych zabezpieczeń ani specjalnie przystosowanego pomieszczenia
20. Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją, gwarancja obejmuje także pracę i dojazd personelu na koszt wykonawcy.
21. Karta gwarancyjna urządzenia zawierająca szczegółowy opis gwarancji i wynikające z niej przywileje użytkownika
22. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii radiatora w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii oraz usunięcia awarii w terminie do 14 dni roboczych (termin naprawy urządzenia stanowi kryterium wyboru oferty patrz pkt. XIX SWZ kryteria wyboru oferty i ich opis).
23. Wykonanie pomiaru dawki dla składnika oraz kontrola emisji promieniowania poza urządzeniem min. Dwa razy w roku.
24. Wykonawca odpowiedzialny jest za instalację i techniczną kwalifikację urządzenia.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Czas naprawy urządzenia / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information**IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2022/S 056-146142](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice****Section V: Award of contract**

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

Dostawa, instalacja i serwis radiatora do napromieniowania krwi i jej składników na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

05/05/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: HAEMO Sp. z o.o.

National registration number: 6462975822

Postal address: Imielin

Town: Imielin

NUTS code: PL Polska

Postal code: 41-407

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 998 900,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul.Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
 - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

Postal address: ul.Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

30/05/2022