

## 313863-2026 - Direct award preannouncement

Germany – Cardio-angiography devices – Ex-Ante roboterassistierte Durchleuchtungsanlage

Artis Pheno Vision für RKH Klinikum Ludwigsburg

OJ S 88/2026 07/05/2026

Voluntary ex-ante transparency notice

Supplies

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

Email: [omuV.vergabestelle@rkh-gesundheit.de](mailto:omuV.vergabestelle@rkh-gesundheit.de)

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority

Activity of the contracting authority: Health

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Ex-Ante roboterassistierte Durchleuchtungsanlage Artis Pheno Vision für RKH Klinikum Ludwigsburg

Description: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Hybrid-OP Angiographieanlage mit Roboterarm Artis Pheno Vision inkl. Servicevertrag für 10 Jahre über die Firma Siemens Healthineers AG im RKH Klinikum Ludwigsburg

Procedure identifier: 532119d0-0635-4d56-9292-74b414fc5743

Internal identifier: 2026-009-SE-VV

Type of procedure: Negotiated without prior call for competition

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33123220 Cardio-angiography devices

Additional classification (cpv): 33111800 Diagnostic X-ray system

##### 2.1.2. Place of performance

Postal address: Posilipostr. 4

Town: Ludwigsburg

Postcode: 71640

Country subdivision (NUTS): Ludwigsburg (DE115)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YCSMN4# Es ist zu beachten, dass der Vertrag nach Ablauf einer Frist von zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wird (s. hierzu auch § 135 Abs. 3. Nr 3 GWB). Voraussichtlicher Tag des Zuschlages ist der 19.05.2026.

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

vgv -

### 5. Lot

---

## 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Ex-Ante roboterassistierte Durchleuchtungsanlage Artis Pheno Vision für RKH Klinikum Ludwigsburg

Description: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Hybrid-OP Angiographieanlage mit Roboterarm Artis Pheno Vision im Austausch zur vorhandenen Artis Zeego

Internal identifier: 2026-009-SE-VV

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33123220 Cardio-angiography devices

Additional classification (cpv): 33111800 Diagnostic X-ray system

### 5.1.2. Place of performance

Postal address: Posilipstr. 4

Town: Ludwigsburg

Postcode: 71640

Country subdivision (NUTS): Ludwigsburg (DE115)

Country: Germany

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 10 Years

### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

#### Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Information about review deadlines: Gemäß § 160 Abs. 3 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit: (1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt; (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; (4) mehr als 15 Kalender nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

## 6. Results

---

### Direct award

:

Justification for direct award: The contract can be provided only by a particular economic operator because of an absence of competition for technical reasons

Other justification: Gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2b VgV Bei der vorgesehenen Beschaffung handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung einer bestehenden Artis Zeego Anlage. Aus Gründen der Baustatik kommt nur ein rein bodenmontiertes System in Frage. Eine statische Ertüchtigung der Decke des OP Saals ist nicht möglich, da hier eine turbulenzarme Verdrängungsströmung installiert ist. Des Weiteren befinden sich mehrere Deckeneinheiten und Hybrid Zentralachsen in unmittelbarer Nähe des OP Tisches. Das ausgewählte Gerät erfüllt die vorstehenden Voraussetzungen. Darüber hinaus sichert der Auftragnehmer dem Auftraggeber den Erhalt der Decke, des Bodens (Ausnahme Fuß des Röntgensystems) und der Wandverkleidungen zu. Für eine interdisziplinäre Nutzung des OP-Saales auch ohne Angiographie-System muss sich das zu beschaffende Gerät in eine den OP-Ablauf nicht störende Parkposition bewegen lassen, ohne dass der Zugang zum OP-Tisch beeinträchtigt ist. Aus der Parkposition muss das System ggf. innerhalb weniger Sekunden zum Patiententisch bewegt und völlig flexibel positioniert werden können. Dies muss auch jederzeit während eines laufenden Eingriffes geschehen können. Da die zu erwartende Auslastung des OP mit Operationen, die die intraoperative Bildgebung erfordern, nicht 100% betragen wird, wünscht der Nutzer eine Anlage, die in der Ruheposition so im Raum platziert werden kann, dass der OP-Saal auch für herkömmliche Operationen genutzt werden kann. Die gewünschte Anlage soll die intraoperative Durchleuchtung des Patienten bei unterschiedlichen Lagerungsszenarien ermöglichen, das bedeutet, die gewünschte Anlage muss in der Lage sein, das Isozentrum abhängig von der Patientenposition auch in der Höhe anzupassen. Die uns bekannten deckenhängende Angiographiesysteme der Hersteller GE, Philips und Siemens lassen eine Höhenverstellung des C-Bogens nicht zu. Somit ist das Isozentrum der Anlagen immer auf der gleichen Höhe. Das bedeutet die Nutzeranforderung nach Durchleuchtung unabhängig von der jeweiligen Patientenlagerung kann von diesen Anlagen nicht erfüllt werden. Die einzige uns bekannte Anlage, die den hier gestellten Anforderungen gerecht wird und sich bei nicht Nutzung in Ruheposition soweit "zusammenfallen" kann, dass genug Platz auch für herkömmliche Operationen bleibt, ist der Artis Pheno Vision vom Hersteller Siemens. Daher soll der Zuschlag an diesen Auftragnehmer erfolgen.

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Official name: Siemens Healthineers AG

##### Tender:

Tender identifier: CPQ-1256588 Rev. 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Subcontracting: No

##### Contract information:

Identifier of the contract: 1201004291

Title: Artis Pheno Vision

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH

Registration number: HRB 204454

Postal address: Posilipstr. 4

Town: Ludwigsburg

Postcode: 71640

Country subdivision (NUTS): Ludwigsburg (DE115)

Country: Germany

Contact point: Vergabekoordination

Email: [omuV.vergabestelle@rkh-gesundheit.de](mailto:omuV.vergabestelle@rkh-gesundheit.de)

Telephone: 07141-99-81101

Internet address: <https://www.rkh-gesundheit.de>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Registration number: 08-A9866-40

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postcode: 76137

Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Country: Germany

Email: [vergabekammer@rpk.bwl.de](mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de)

Telephone: +49 7219268730

Internet address: <https://rp.baden-wuerttemberg.de>

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: Siemens Healthineers AG

Size of the economic operator: Large

Registration number: HRB 237558

Town: Forchheim

Postcode: 91301

Country subdivision (NUTS): Forchheim (DE248)

Country: Germany

Email: [kontakt@siemens-healthineers.com](mailto:kontakt@siemens-healthineers.com)

Telephone: +49 (0)9191 180

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**The winner is listed on a regulated market**

### 8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn  
Postcode: 53119  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telephone: +49228996100  
**Roles of this organisation:**  
TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: a52c1d33-9ab2-4022-a580-64c127103d16 - 01  
Form type: Direct award preannouncement  
Notice type: Voluntary ex-ante transparency notice  
Notice subtype: 25  
Notice dispatch date: 06/05/2026 11:51:49 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: German  
Notice publication number: 313863-2026  
OJ S issue number: 88/2026  
Publication date: 07/05/2026