

323734-2026 - Result

Bulgaria – Medical consumables – Доставка на медицински изделия за Клиника по Кардиология към УМБАЛ „Александровска ЕАД – Част 2

OJ S 91/2026 12/05/2026

Contract or concession award notice – standard regime

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

Email: op@alexandrovska.com

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: Health

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Доставка на медицински изделия за Клиника по Кардиология към УМБАЛ „Александровска ЕАД – Част 2

Description: Настоящата открита процедура е за доставка на медицински изделия за нуждите на Клиника по Кардиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, съгласно техническа спецификация. Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 10 (десет) обособени позиции. Участниците трябва да подават оферта за всички номенклатурни единици в обособените позиции. Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посоченото в техническата спецификация количество, но също така и не е ограничен от него, доколкото определеното количество е прогнозно. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и при необходимост. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на прогнозните количества, а при възникнала необходимост може да заяви изпълнение и над тях, по цени, съгласно ценовото предложение на участника избран за изпълнител. Срок на доставка – до 7 /седем/ календарни дни от датата на заявката. Изисквания към медицинските изделия: 1. Да отговарят на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за медицинските изделия („ЗМИ“), като имат: - нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 ЗМИ; - нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо; - нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл. 63, ал. 4 ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 ЗМИ, изискват нанасянето му; - нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносител; - инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона. В случаите, когато инструкциите за употреба са на чужд език, същите трябва да имат превод на български език. 2. Да имат срок на годност към момента на доставката не по-малък от 60 % (шестдесет процента) от общия срок на годност. 3. Участниците да предоставят снимки, каталози, описателни документи и други, от които да е видно пълното съответствие на предлаганото изделие с изискванията

Procedure identifier: fb8a0dca-8016-48bb-9389-5c652b84799a

Previous notice: aceb24c2-a48b-4abe-aed6-7066b054ac2d-01

Internal identifier: 552657

Type of procedure: Open

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33140000 Medical consumables

2.1.2. Place of performance

Postal address: Болнична аптека на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София, ул. „Георги Софийски“ №1.

Town: София

Postcode: 1431

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Additional information: Обявлението за възложена поръчка се отнася до следните

Обособени позиции: № 1 Кардиостимулатори за ресинхронизация - Вариант 1; № 3

Дефибрилатори - Вариант 1; № 7 Медицински изделия за кардиостимулация - Вариант 1,

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 1 758 844,07 EUR

2.1.4. General information

Additional information: Обявлението за възложена поръчка се отнася до следните

Обособени позиции: № 1 Кардиостимулатори за ресинхронизация - Вариант 1, с

прогнозна стойност 48 717,25 евро без ДДС и възложена на стойност: 44 605,08 евро

без ДДС; № 3 Дефибрилатори - Вариант 1, с прогнозна стойност 231 216,93 евро без

ДДС и възложена на стойност: 154 370,30 евро без ДДС; № 7 Медицински изделия за

кардиостимулация - Вариант 1, с прогнозна стойност 44 314,53 евро без ДДС и

възложена на стойност: 44 836,87 евро без ДДС; За трите обособени позиции е сключен

един договор Д-ОП-84/11.05.2026г. с фирма Булмед 2000 ЕООД.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Дефибрилатори - Вариант 1

Description: Обособената позиция включва следните медицински изделия: 1.

Кардиовертер дефибрилатор - вид 1 със следните минимални технически изисквания -

Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия.

Устройството да е подходящо за ЯМР сканиране при 1.5T сила на полето, покритие от

парилен, с малки размери– 71 x 40 x 14 мм. Да притежава алгоритъмът за откриване на

свърхток автоматично променя конфигурациите на шока, технология с Decision Tx

програмиране, предназначена за редуциране на неподходящата терапия, функция за

отделяне на шума от електрода откриваща продължителни и кратки залпове. Да

притежава функции, които подобряват SVT и VT разграничаването за редуциране на

неподходящите терапии. Да притежава нискочестотен филтър предназначен за

подпомагане на сензирането и да може да намали възможността от свърхсензиране на

T вълни, опция за безопасност на шока при доставна енергия 40J и да може да осигури

по-голямо ниво на DFT безопасност. 2. Еднокухилен кардиовертер дефибрилатор със

следните минимални технически изисквания - Еднокухнен кардиовертер дефибрилатор с Bluetooth Low Energy комуникация на данните, позволяваща свързване със смартфон чрез криптиране на данните с DF-4 конектор. Устройството е подходящо за ЯМР сканиране на цяло тяло при 1.5T или 3T, електрически активна титанова кутия, с малки размери– 63 x 51 x 12 мм. Алгоритъмът за автоматично регулиране на контрола на чувствителността при камерни събития, технология с Decision Tx програмиране, предназначена за редуциране на неподходящата терапия, разпознаване на шума в RV отвеждането. Притежава функции, които подобряват SVT и VT разграничаването за намаляване на неподходящите терапии. Алгоритъмът за откриване на свръхток, автоматично променя конфигурациите на на шоковете, за да осигури провеждането на високоволтова терапия при висок ток. 3. Кардиовертер дефибрилатор - вид 2 със следните минимални технически изисквания - Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. Устройството да е подходящо за ЯМР сканиране при 1.5T сила на полето, покритие от парилен, с малки размери– 71 x 40 x 14 мм. Да притежава алгоритъмът за откриване на свръхток автоматично променя конфигурациите на шока, технология с Decision Tx програмиране, предназначена за редуциране на неподходящата терапия, функция за отделяне на шума от електрода откриваща продължителни и кратки залпове. Да притежава функции, които подобряват SVT и VT разграничаването за редуциране на неподходящите терапии. Да притежава нискочестотен филтър предназначен за подпомагане на сензирането и да може да намали възможността от свръхсензиране на T вълни, опция за безопасност на шока при доставна енергия 40J и да може да осигури по-голямо ниво на DFT безопасност. Химичните батерии QHR да осигуряват по- голям капацитет за удължаване на живота на батерията.+ Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха подпомага видимостта под флуороскопия. Част от електрода е покрита с изолация Optim. Електрода е с различни конектори. - прогнозно количество 4 бр. 4. Двукухнен кардиовертер дефибрилатор със следните минимални технически изисквания - Двукухнен кардиовертер дефибрилатор с Bluetooth Low Energy комуникация, позволяваща свързване със смартфон чрез криптиране на данните с DF-4 конектор. Устройството е подходящо за ЯМР сканиране на цяло тяло при 1.5T или 3T, електрически активна титанова кутия, с малки размери– 69 x 51 x 12 мм. Алгоритъмът за автоматично регулиране на контрола на чувствителността при камерни събития, технология с Decision Tx програмиране, предназначена за редуциране на неподходящата терапия, разпознаване на шума в RV отвеждането. Притежава функции, които подобряват SVT и VT разграничаването за намаляване на неподходящите терапии. Алгоритъмът за откриване на свръхток, автоматично променя конфигурациите на на шоковете, за да осигури провеждането на високоволтова терапия при висок ток. Новата батерия осигурява по-висок капацитет в съотношението дълготрайност/обем + Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха подпомага видимостта под флуороскопия. 5 Кардиовертер дефибрилатор - вид 3 със следните минимални технически изисквания - Кардиовертер дефибрилатор за извършване на мониторинг и регулиране на сърдечната честота на пациентите и еднокамерно сензиране и пейсинг при брадикардия. Устройството да е подходящо за ЯМР сканиране при 1.5T сила на полето, покритие от парилен, с малки размери– 71 x 40 x 14 мм. 7. Кардиовертер дефибрилатор - вид 5 със следните минимални технически

изисквания - Кардиовертер дефибрилатор извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. Използва се за лечение на камерно антитахикардично пейсиране и камерна дефибрилация за автоматизирано лечение на камерни аритмии. Устройството да е подходящо за ЯМР сканиране при 1.5T сила на полето, да притежава алгоритъм за откриване на свръхток автоматично да променя конфигурацията на шока. 8.

Кардиовертер дефибрилатор - вид 6 със следните минимални технически изисквания - Кардиовертер дефибрилатор извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. Използва се за лечение на камерно антитахикардично пейсиране и камерна дефибрилация за автоматизирано лечение на камерни аритмии. Устройството да е подходящо за ЯМР сканиране при 1.5T сила на полето, да притежава алгоритъм за откриване на свръхток автоматично да променя конфигурацията на шока.

Internal identifier: 552661

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33140000 Medical consumables

Options:

Description of the options: Опции. Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, но не повече от 3 /месеца/ месеца, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. За удължаване на срока на договора се сключва допълнително споразумение /анекс/.

5.1.2. Place of performance

Postal address: Болнична аптека на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София, ул. „Георги Софийски“ №1.

Town: София

Postcode: 1431

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Start date: 11/05/2026

Duration: 24 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 231 216,93 EUR

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Най-ниска цена

Description: На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за обособената позиция

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за обособената позиция

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Неприложимо

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 243 812,25 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: БУЛМЕД 2000 ЕООД

Tender:

Tender identifier: OF2675018: "БУЛМЕД 2000 ЕООД"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 243 812,25 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 248354

Title: Доставка на медицински изделия за Клиника по Кардиология към УМБАЛ „Александровска ЕАД – Част 2, Обособена позиция 3: Дефибрилатори - Вариант 1; № 1 Кардиостимулатори за ресинхронизация - Вариант 1; № 7 Медицински изделия за кардиостимулация - Вариант 1

Date of the conclusion of the contract: 11/05/2026

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/552657>

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 1

Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders:
Value of the lowest admissible tender: 154 370,30 EUR
Value of the highest admissible tender: 154 370,30 EUR

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД
Registration number: 831605795
Postal address: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №.1
Town: гр. София
Postcode: 1431
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Албена Маркова
Email: op@alexandrovska.com
Telephone: +359 29230628
Internet address: <https://alexandrovska.com/>
Buyer profile: <https://app.eop.bg/buyer/1212>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Registration number: 000698612
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Комисия за защита на конкуренцията
Email: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: БУЛМЕД 2000 ЕООД

Size of the economic operator: Small

Registration number: 121268853

Postal address: кв."Бели брези", ул."Хайдушка гора" №.59-61

Town: гр. София

Postcode: 1680

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Lyudmil Borisov Parvanov

Email: trade@bulmed2000-bg.com

Telephone: +359893039477

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 302aac0b-f093-41f0-880f-ec2d33433179 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 11/05/2026 11:31:32 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 323734-2026

OJ S issue number: 91/2026

Publication date: 12/05/2026