

Italy-Carbonia: Infusion supplies**OJ S 200/2016 15/10/2016****Contract notice****Supplies****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Azienda Sanitaria Locale n. 7

Postal address: Via Dalmazia 83

Town: Carbonia

Postal code: 09013

Country: Italy

Contact person: Servizio Acquisti

E-mail: gare@pec.aslcarbonia.it

Telephone: +39 07816683227

Fax: +39 078166833224

Internet address(es):General address of the contracting authority: www.aslcarbonia.it**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address**I.2. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.3. Main activity

Health

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes

Official name: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

Postal address: Via M. Coppino 26

Town: Sassari

Postal code: 07100

Country: Italy

Official name: ASL Sassari

Postal address: Via Catalocchino 11

Town: Sassari

Postal code: 07100

Country: Italy

Official name: ASL Olbia

Postal address: Via Bazzoni Sircana 2

Town: Olbia

Postal code: 07026

Country: Italy

Official name: ASL Nuoro
Postal address: Via Demurtas 1
Town: Nuoro
Postal code: 08100
Country: Italy
Official name: ASL Lanusei
Postal address: Via Piscinas 5
Town: Lanusei
Postal code: 08045
Country: Italy
Official name: ASL Oristano
Postal address: Via Carducci 35
Town: Oristano
Postal code: 09170
Country: Italy
Official name: ASL Sanluri
Postal address: Via Ungaretti 9
Town: Sanluri
Country: Italy
Official name: ASL Cagliari
Postal address: Via P. Della Francesca 1
Town: Selargius
Country: Italy
Official name: AO Brotzu
Postal address: Piazzale Ricchi
Town: Cagliari
Country: Italy
Official name: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
Postal address: Via Ospedale 54
Town: Cagliari
Postal code: 09124
Country: Italy

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Procedura aperta da esperirsi secondo l'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante la Centrale Regionale di Committenza «SardegnaCat» per la fornitura quadriennale di «Apparati Tubolari CND A03» in unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna. Gara n° 6523782 CIG: Si rimanda al Capitolato Speciale.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

Purchase

Main site or place of performance: Regione Sardegna.

NUTS code ITG2C Carbonia-Iglesias

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Procedura aperta da esperirsi secondo l'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante la Centrale Regionale di Committenza «SardegnaCat» per la fornitura quadriennale di «Apparati Tubolari CND A03» in unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna. Gara n° 6523782 CIG: Si rimanda al Capitolato Speciale.

II.1.6. CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 5 671 600 EUR

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Lotto 1. «Deflussori per soluzioni perfusionali standard — sterili: apparato tubolare costituito in PVC, DHEP free, latex free o in altro materiale plastico di grado medicale per la somministrazione di soluzioni perfusionali dal flacone/sacca al paziente. L'assenza di DHEP deve intendersi estesa a tutta la linea del deflussore, gocciolatoio compreso. I materiali usati per la fabbricazione dei deflussori devono essere: — chimicamente stabili; — sufficientemente trasparenti da consentire di rilevare la presenza di eventuali bolle d'aria; — flessibili, resistenti alla trazione, antiingocchiamento ed antischacciamento I deflussori devono essere costituiti da: — Perforatore rigido e indeformabile, provvisto di idoneo sistema di protezione, con punta priva di scabrosità. — Presa d'aria con filtro antibatterico idrorepellente e tappino A/C per consentire l'uso di flacone o sacca. — Camera di gocciolamento trasparente, comprimibile con le dita, conformata in modo che a 20^a centigradi 20 gocce di acqua disti»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Lotto 2. «Deflussori per soluzioni perfusionali standard — sterili: apparato tubolare costituito in PVC, DHEP free, latex free o in altro materiale plastico di grado medicale per la somministrazione di soluzioni perfusionali dal flacone/sacca al paziente. L'assenza di DHEP deve intendersi estesa a tutta la linea del deflussore, gocciolatoio compreso. I materiali usati per la fabbricazione dei deflussori devono essere: — chimicamente stabili; — sufficientemente trasparenti da consentire di rilevare la presenza di eventuali bolle d'aria; — flessibili, resistenti alla trazione, antiingocchiamento ed antischiacciamento I deflussori devono essere costituiti da: — Perforatore rigido e indeformabile, provvisto di idoneo sistema di protezione, con punta priva di scabrosità. — Presa d'aria con filtro antibatterico idrorepellente e tappino A/C per consentire l'uso di flacone o sacca. — Camera di gocciolamento trasparente, comprimibile con le dita, conformata in modo che a 20[^] centigradi 20 gocce di acqua disti»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Lotto 3. «Deflussori per soluzioni perfusionali con raccordo a Y — sterili: stesse caratteristiche del lotto 1 Lungo il tubo deve essere previsto un ulteriore raccordo a Y, non perpendicolare e preferibilmente munito di protezione in materiale plastico rigido, con punto di iniezione senza ago»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 4

Lot title: Lotto 4. Deflussori per somministrazione farmaci incompatibili con il PVC con filtro 0,22 micron a 1 via o a 2 vie; stesse caratteristiche del deflussore descritto al lotto 1.

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 5

Lot title: Lotto 5. Deflussori schermati per consentire l'infusione di sostanze fotosensibili a 1 via o a 2 vie: stesse caratteristiche del deflussore descritto al lotto 1 ma idoneamente schermato

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 6

Lot title: Lotto 6. Deflussore di sicurezza con sistema di blocco svuotamento della linea infusoriale per la prevenzione dell'infusione di aria nel circuito, lunghezza 150/200 cm ca., sterile

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 7

Lot title: Lotto 7. Deflussore di sicurezza con sistema di blocco svuotamento della linea infusoriale per la prevenzione dell'infusione di aria nel circuito, con punto di iniezione senza ago, lunghezza 200 cm ca., sterile

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 8

Lot title: Lotto 8. Deflussore di sicurezza con sistema di blocco svuotamento della linea infusoriale per la prevenzione dell'infusione di aria nel circuito con punto di iniezione senza ago, con rubinetto, lunghezza 200 cm ca., sterile

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 9

Lot title: Lotto 9. Deflussore con valvola per trasferimento mezzi di contrasto sterile monouso

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 10

Lot title: Lotto 10. Deflussori per la somministrazione a caduta di farmaci antitumorali con diverse caratteristiche

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 11

Lot title: Lotto 11. «Deflussori per emotrasfusioni con presa d'aria oblitterabile: apparato tubolare costituito in PVC privo di ftalati o altro materiale plastico di grado medicale, latex free, per la somministrazione di sangue ed emocomponenti. Costituito da: — Perforatore con punta priva di scabrosità tale da permettere di perforare qualsiasi tipo di sacca comunemente in uso. Il perforatore deve essere provvisto di capsula o cappuccio di protezione. — Camera di gocciolamento perfettamente trasparente particolarmente flessibile, per consentire una facile stabilizzazione del livello. — Filtro per sangue contenuto nella camera di gocciolamento con porosità 200 micron. — Tubo di plastica perfettamente trasparente, flessibile, senza strozzature, lunghezza circa 1 300- 1 500 mm. — Connettore terminale Luer lock maschio preferibilmente rotante, munito di cappuccio protettivo. — Regolatore di flusso costituito da stringitubo a rotella»

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 12

Lot title: Lotto 12. «Deflussori per emotrasfusioni con presa d'aria oblitterabile: apparato tubolare costituito in PVC privo di ftalati o altro materiale plastico di grado medicale, latex free, per la somministrazione di sangue ed emocomponenti. Costituito da: — Perforatore con punta priva di scabrosità tale da permettere di perforare qualsiasi tipo di sacca comunemente in uso. Il perforatore deve essere provvisto di capsula o cappuccio di protezione. — Camera di gocciolamento perfettamente

trasparente particolarmente flessibile, per consentire una facile stabilizzazione del livello. — Filtro per sangue contenuto nella camera di gocciolamento con porosità 200 micron. — Tubo di plastica perfettamente trasparente, flessibile, senza strozzature, lunghezza circa 1 300- 1 500 mm. — Connettore terminale Luer lock maschio preferibilmente rotante, munito di cappuccio protettivo. — Regolatore di flusso costituito da stringitubo a rotella — Confezionati in doppia busta sterili monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 13

Lot title: Lotto 13. Deflussore provvisto di gocciolatoio normale (20 gocce = 1 ml) con regolatore di flusso ad alta precisione, avente le stesse caratteristiche previste nel lotto 23. Il dispositivo deve essere sterile e monouso

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 14

Lot title: Lotto 14. Deflussore con microgocciolatore (60 gocce = 1ml) e con regolatore di flusso ad alta precisione, avente le stesse caratteristiche previste nel lotto 23. Camera di gocciolamento trasparente, tale da permettere il controllo continuo della caduta delle gocce, sufficientemente comprimibile con le dita per consentire una facile stabilizzazione del livello, con altezza tale da permettere una distanza dalla goccia rispetto al fondo della vaschetta compresa fra 20 e 50 mm, conformata in modo che a 20^ centigradi 60 gocce di acqua distillata corrispondano a 1 ml +/- 0,1 ml. Il dispositivo sterile e monouso EUR

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 15

Lot title: Lotto 15. «Deflussori per soluzioni perfusionali con microgocciolatore: stesse caratteristiche del lotto 1 — tranne: Camera di gocciolamento trasparente, tale da permettere il controllo continuo della caduta delle gocce, sufficientemente comprimibile con le dita per consentire una facile stabilizzazione del livello, con altezza tale da permettere una distanza dalla goccia rispetto al fondo della vaschetta

compresa fra 20 e 50 mm, conformata in modo che a 20^ centigradi 60 gocce di acqua distillata corrispondano a 1 ml +/- 0,1 ml. Il dispositivo deve essere sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 16

Lot title: Lotto 16. «Deflussori per irrigazione a due vie — uso artroscopico: devono essere di materiale plastico di grado medicale apirogeno atossico dotati di: due vie di perforazione (due spike) con cappuccio e tubo dotato di clamp; le due vie mediante raccordo a Y, confluiscono in un'unica camera di gocciolamento in materiale plastico morbido del volume di almeno 30 ml. Tubo di deflusso trasparente, chimicamente stabile, antipiegamento, >=200 cm con interno di 7 mm circa, dotato di roller di regolazione. Raccordo terminale del tipo cono-catetere, con un connettore conico, zigrinato e a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 17

Lot title: Lotto 17. «Deflussori per irrigazione a due vie — uso artroscopico: devono essere di materiale plastico di grado medicale apirogeno atossico, dotati di clamp di chiusura e perforatori (due spike) ad alto flusso tipo maschio scalinato universale con capsula di protezione; camera di espansione di elevata capacità, in materiale plastico morbido. Tubo di infusione trasparente, chimicamente stabile, antipiegamento, lunghezza compresa tra 250-350 cm ca., diametro ad ampio lume (6-10 mm), dotato di clamp di chiusura a valle. Raccordo terminale luer lock girevole, provvisto di capsula di protezione. Il dispositivo deve essere sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 18

Lot title: Lotto 18. «Deflussori per irrigazione a 1 via — uso urologico. Devono essere di materiale plastico di grado medicale apirogeno e atossico dotati di: — Perforatori con idonea affilatura, facilmente adattabile alle sacche di lavaggio. — Camera di gocciolamento non rigida, facilmente comprimibile con

le dita, a macrogoccia. — Tubo connettore di lunghezza non inferiore a 150 cm, il diametro interno deve essere adatto ad assicurare un flusso ottimale di liquido, deve essere provvisto di stringi tubo a roller di regolazione. — Raccordo terminale del tipo cono-catetere, con connettore conico, zigrinato e a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 19

Lot title: Lotto 19. «Deflussori per irrigazione a 2 vie — uso urologico. Devono essere di materiale plastico di grado medicale apirogeno atossico dotati di: — Due vie di perforazione (due spike) con cappuccio e tubo dotato di clamp; le due vie mediante raccordo a Y, confluiscono in un'unica camera di gocciolamento in materiale plastico morbido. — Tubo di deflusso trasparente, chimicamente stabile, antipiegamento, ≥ 150 cm dotato di roller di regolazione. — Raccordo terminale del tipo cono-catetere, con connettore conico, zigrinato e a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 20

Lot title: Lotto 20. «Deflussori per irrigazione a 1 via — uso urologico. Devono essere di materiale plastico di grado medicale apirogeno e atossico dotato di: — Perforatore ad alto flusso tipo maschio scalinato, universale con capsula di protezione, facilmente adattabile alle sacche di lavaggio. — Camera di gocciolamento di elevata capacità non rigida, facilmente comprimibile con le dita, a macrogoccia. — Tubo d'infusione di lunghezza non inferiore a 250 cm, il diametro interno deve essere adatto ad assicurare un flusso ottimale di liquido, deve essere provvisto di stringi tubo a roller. — Raccordo terminale del tipo luer lock, per attacco a perfetta tenuta a cistoscopia, con capsula di protezione. Il dispositivo deve essere sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 21

Lot title: Lotto 21. «Deflussori per irrigazione a 2 vie — uso urologico. Devono essere di materiale plastico di grado medicale apirogeno atossico, dotati di: — Deflussore a due vie con perforatori (due spike) ad alto flusso con capsula di protezione e tubo dotato di clamp di chiusura a valle; le due vie mediante raccordo a Y, confluiscono in un'unica camera di gocciolamento, trasparente, a macrogoccia, di elevata capacità, in materiale plastico morbido. — Tubo di deflusso in uscita dalla camera di gocciolamento, trasparente, chimicamente stabile, antipiegamento, lunghezza >250 cm, valvola antireflusso atta a impedire la risalita dei liquidi nella camera di gocciolamento, diametro interno ad ampio lume, dotato di roller di regolazione dell'infusione e clamp per l'interruzione immediata del flusso. — Raccordo terminale luer-lock maschio provvisto di capsula di protezione. Deve essere disponibile ulteriore terminale con attacco luer lock femmina/cono-catetere. Il dispositivo deve essere sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 22

Lot title: Lotto 22. «Deflussori per irrigazione a due vie — uso urologico: devono essere di materiale plastico di grado medicale apirogeno atossico dotati di: — Due vie di perforazione (due spike) con cappuccio e tubo dotato di clamp; le due vie mediante raccordo a Y, confluiscono in un'unica camera di gocciolamento in materiale plastico morbido. — Tubo di deflusso trasparente, chimicamente stabile, antipiegamento, >=250 cm dotato di roller di regolazione. — Raccordo terminale del tipo cono-catetere, con un connettore conico, zigrinato e a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere latex free, confezionato in doppia busta sterile e monouso»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 23

Lot title: Lotto 23. «Regolatore di flusso ad alta precisione: Sistema di somministrazione con dispositivo di precisione per la regolazione del flusso attraverso la variazione della sezione di un canale ottenuta con semplice rotazione della parte superiore del corpo del regolatore rispetto all'inferiore. Calibrato mediante valori di riferimento chiaramente espressi in cifre o lettere, per effettuare una erogazione ad elevata precisione da 5 a 250 ml/h e costante per tutta la durata dell'infusione; deve essere dotato di doppia scala di taratura. Dotato di raccordo a Y 'latex free» per eventuali iniezioni estemporanee. Munito di tubo di deflusso di materiale plastico medical grade flessibile e trasparente ad elevata plasticità; tale tubo non deve presentare strozzature ed il diametro del lume interno deve risultare uniforme e costante per tutta la lunghezza. Regolatore di flusso dotato di connessione luer-lock maschio preferibilmente girevole per il collegamento al dispositivo di venipuntura e di connessione luer fem

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 24

Lot title: Lotto 24. «Regolatore di flusso ad alta precisione: Sistema di somministrazione con dispositivo di precisione per la regolazione del flusso attraverso la variazione della sezione di un canale ottenuta con semplice rotazione della parte superiore del corpo del regolatore rispetto all'inferiore. Calibrato mediante valori di riferimento chiaramente espressi in cifre o lettere, per effettuare una erogazione ad elevata precisione da 5 a 250 ml/h e costante per tutta la durata dell'infusione; deve essere dotato di doppia scala di taratura. Dotato di raccordo a Y 'latex free» per eventuali iniezioni estemporanee. Munito di tubo di deflusso di materiale plastico medical grade flessibile e trasparente ad elevata plasticità; tale tubo non deve presentare strozzature ed il diametro del lume interno deve risultare uniforme e costante per tutta la lunghezza. Regolatore di flusso dotato di connessione luer-lock maschio preferibilmente girevole per il collegamento al dispositivo di venipuntura e di connessione luer femm

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 25

Lot title: Lotto 25. « Prolunghe a bassa pressione in PVC, DEHP free e latex free con raccordi luer lock femmina/ luer lock maschio. Calibro interno 1,5 mm; Calibro esterno 2,5 mm, sterile, monouso, disponibile nelle seguenti misure » Lunghezza cm 50 circa Lunghezza cm 100 circa Lunghezza cm 150 circa Lunghezza cm 200 circa

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 26

Lot title: Lotto 26. Prolunga a bassa pressione in poliuretano con raccordi luer-lock M/F, calibro interno 1,5 mm; calibro esterno 2,5 mm, compatibile con lipidi, sangue e emoderivati sterile, monouso disponibile nelle seguenti misure: Lunghezza cm 10 circa Lunghezza cm 150 circa

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 27

Lot title: Lotto 27. «Prolunghe a bassa pressione in PVC o PE, DEHP free e latex free connessione luer lock maschio rotante e luer lock femmina. Calibro interno 2,5 mm; Calibro esterno 4 mm, sterile, monouso, disponibile nella misura lunghezza cm 25 circa»

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 28

Lot title: Lotto 28. «Prolunghe a bassa pressione in PVC, DEHP free e latex free con raccordi luer lock femmina/ luer lock maschio. Calibro interno 2,5 mm; Calibro esterno 4 mm, sterile, monouso, disponibile nelle seguenti misure» Lunghezza cm 30 circa Lunghezza cm 80 circa Lunghezza cm 150 circa Lunghezza cm 200 circa

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 29

Lot title: Lotto 29. Prolunga a bassa pressione in PVC, DEHP free e latex free o polietilene, ambrata per farmaci fotosensibili ,con raccordi luer lock femmina/ luer lock maschio, a bassa pressione, trasparente. Calibro interno 1,0 mm; Calibro esterno 2,0 mm, circa, Lunghezza cm 150 circa, sterile monouso.

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 30

Lot title: Lotto 30. Prolunga per infusione a bassa pressione in polietilene sterili ,monouso,raccordi terminali luer/lock maschio femmina diam int 1 mm est 2 mm; lung. 50 cm

- 1) Short description**

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 31

Lot title: Lotto 31. Prolunga a bassa pressione spiralata in polietilene con raccordi luer lock femmina/ luer lock maschio. Calibro interno 1,5 mm; Calibro esterno 2,5 mm, sterile, monouso disponibile nelle seguenti misure: Lunghezza cm 50 circa Lunghezza cm 100 circa Lunghezza cm 200 circa lunghezza cm 300 circa

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 32

Lot title: Lotto 32. «Prolunga a bassa pressione a 3 vie, sterile, in PVC, DEHP free e latex free, flessibile, trasparente, a tre vie con connettori valvolati, ogni via munita di clamp, con raccordi terminali luer lock, volume di riempimento non superiore a 0,5 ml. Indicazioni d'uso per accessi multipli e permanenza in situ per almeno 3 giorni, lunghezza cm 13 circa»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 33

Lot title: Lotto 33. «Prolunga a bassa pressione a Y in materiale plastico, in PVC, DEHP free e latex free o in PU, flessibile, trasparente, con raccordi luer lock femmina/ luer lock maschio, a bassa pressione, con punto di iniezione in elastomero perforabile. Calibro interno 2,5 mm; Calibro esterno 4,0 mm circa, sterile, monouso disponibile nelle seguenti misure:» Lunghezza cm 20 circa Lunghezza cm 150 circa

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 34

Lot title: Lotto 34. Prolunga singola arteriosa inestensibile in PE internamente e PVC esternamente per la trasmissione delle pressioni fisiologiche, tubo di pressione trasparente semirigido, non soggetta ad inginocchiamento dotata di attacchi luer lock MF lunghezze varie. Calibro interno 1,5 mm; Calibro esterno 2,5 mm, sterile, monouso disponibile nelle seguenti misure: Lunghezza cm 20 circa Lunghezza cm 50 circa Lunghezza cm 100 circa Lunghezza cm 150 circa Lunghezza cm 200 circa

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 35

Lot title: Lotto 35. «Prolunga schermata: per pompa siringa o P.C.A. Tubo schermato contro raggi UV possibilmente dotata di clamp. Lunghezza 150 cm circa»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 36

Lot title: Lotto 36. «Linea di estensione con valvola unidirezionale Linea di estensione in poliuretano priva di ftalati, sterile, apirogena e monouso, con valvola unidirezionale con raccordo luer/lock M/F, lunghezza circa 12 cm, diametri 2 x 4,1 mm, pressione max di utilizzo 22,5 bar = 320 psi. Il dispositivo deve essere idoneo per la somministrazione di mezzi di contrasto»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 37

Lot title: Lotto 37. Prolunga ad alta pressione armata lineare e trasparente, in PVC, DEHP free e latex free, o in altro materiale plastico idoneo di grado medicale diam. 1,5 x 3 mm ca. lungh. 150-200 ca. attacchi luer-lock M/F sterile, monouso confezione singola

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 38

Lot title: Lotto 38. Prolunghe a tre vie con sistema di chiusura per infusione endovenosa — prive di DEHP e latex free — con raccordo flessibile per il catetere vascolare in grado di creare con esso un sistema chiuso e permettere l' accesso al sistema senza l'utilizzo di aghi. Attacco Luer-Lock e Luer-Slip. Il flusso consentito non deve essere inferiore a 350 ml/min

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 39

Lot title: Lotto 39. «Prolunghe a 5 vie con sistema di chiusura per infusione endovenosa — privi di DEHP e latex free — con raccordo flessibile per il catetere vascolare in grado di creare con esso un sistema chiuso e permettere l' accesso al sistema senza l'utilizzo di aghi. Attacco Luer-Lock e Luer-Slip. Il flusso consentito non deve essere inferiore a 350 ml/min»

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 40

Lot title: Lotto 40. Set monouso per infusione cutanea dotato di ago in acciaio 27 Gx8 mm e tubo da 80 cm, monouso e sterile Set monouso per infusione cutanea dotato di ago in acciaio 27 Gx8 mm e tubo da 60 cm, monouso e sterile Set monouso per infusione cutanea dotato di ago in acciaio 29 Gx8 mm e tubo da 60 cm, monouso e sterile

1) Short description

2) CPV code(s)

33194120 Infusion supplies

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 41

Lot title: Lotto 41. Set monouso per infusione cutanea dotato di ago in acciaio 27 G x 8 mm e tubo da 80 cm preferibilmente con sistema di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali degli operatori; monouso e sterile

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 42

Lot title: Lotto 42. Sistema per alimentazione enterale a gravità: costituito da un deflussore con ghiera che permetta l'intercambiabilità di flaconi a collo stretto e largo o in alternativa una sacca da ml. 1 000/1 500 Sterili in PVC Collegamento con il sondino nasogastrico o con la PEG con raccordo di tipo universale e Luer Lock

- 1) Short description**
- 2) CPV code(s)**
33194120 Infusion supplies
- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Fondi Bilancio Corrente.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

I concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall'art. 45 del Decreto Legislativo n° 50/2016.

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:
Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below
1. Prezzo. Weighting 40

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2016 - 13:00
Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

21.11.2016 - 13:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Italian.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 24.11.2016 - 10:00

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: Si rinvia al Capitolato Speciale e alle «Istruzioni Operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara».

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: TAR Sardegna

Postal address: Via Sassari 17

Town: Cagliari

Postal code: 09100

Country: Italy

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

11.10.2016