

Poland-Wałbrzych: Hospital beds**OJ S 159/2020 18/08/2020****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl

Telephone: +48 746489941

Fax: +48 746489700

Internet address(es):Main address: www.zdrowie.walbrzych.plAddress of the buyer profile: <https://bip.zdrowie.walbrzych.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawy łóżek szpitalnych

Reference number: Zp/25/PN-24/20

II.1.2. Main CPV code

33192120 Hospital beds

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawy łóżek szpitalnych.

Liczba pakietów – 2:

- pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne (bariatryczne), elektryczne,
- pakiet nr 2 – Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 714 328,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Łóżka szpitalne (bariatryczne), elektryczne

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33192120 Hospital beds

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Łóżko szpitalne (bariatryczne) z materacem aktywnym i szafką – 10 szt.

1. Parametry Wymagane Warunek Opisać
2. Model Podać
3. Producent Podać
4. Kraj pochodzenia Podać
5. Rok produkcji 2020 Tak
6. Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł Tak
7. Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonnych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. Tak
8. Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. Tak
9. Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala Tak
10. Bariery boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm Tak
11. Bariery dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą EN 60601-2-52. Bariery tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barier jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach bariery wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kąta nachylenia leża Tak
12. Bariery trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża:
— górna bariera zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu materaca. Bariera poruszająca się wraz z segmentem pleców,

- barierka zabezpieczająca segment stały oraz uda, opuszczana poniżej poziomu materaca,
- barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i odchylana. Tak
- 13. Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem za pomocą uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
- 14. Bariere tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barier o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się drobnoustrojów. Tak
- 15. Bariere boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barier o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki Tak
- 16. Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej zabudowana, niewidoczna z zewnątrz Tak – 10 pkt
Sprężyna widoczna – 0 pkt
- 17. Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku Tak
- 1. Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami.
Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudno dostępnych miejsc – utrudniających lub też uniemożliwiających...
- W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem za pomocą uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża: tak – 5 pkt, nie – 0pkt / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej zabudowana, niewidoczna z zewnątrz: tak – 5 pkt, sprężyna widoczna – 0 pkt / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystycznie dla bardziej intuicyjnej obsługi. W każdej strefie po kilka przycisków: tak – 5pkt, nie – 0pkt / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Odłączenie wszelkich regulacji z panelu po określonym czasie nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji): tak 180 sekund – 5pkt, 60 sekund – 0 pkt / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, przedzielona półką na prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS: tak – 10 pkt, nie – 0 pkt / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Pokrętło blokady kół wbudowane na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym: tak – 10 pkt, nie – 0 pkt / Weighting: 10

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33192120-9 – łóżka szpitalne.

Dodatkowe kody CPV: 33192120-9 – łóżka szpitalne (dotyczy pakietu nr 1).

II.2. Description

II.2.1. Title

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33192120 Hospital beds

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Łóżko szpitalne wielofunkcyjne – 15 szt.

1. LP Parametry Wymagane Warunek Opisać

Model Podać

Producent Podać

Kraj pochodzenia Podać

Rok produkcji 2019 Podać

Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy Tak

Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonnych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. Tak

Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w ramie łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. Tak

Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających Tak

Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem na czas transportu Tak

Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 Tak

Barierki boczne o wysokości minimum 45 cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (czyli pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierki) – wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę Tak, podać

Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Tak

Barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji (np. w technologii „rozdmuchu”, odlane jednorodnie w formach). Nie dopuszcza się barierki montowanych łączonych z kilku elementów tworzywowych, co na łączeniach będzie tworzyło zagrożenie opisane powyżej. Tak

Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami.

Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudno dostępnych miejsc – utrudniających lub też uniemożliwiających skuteczną dezynfekcję/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) Tak

Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio co jest wysoce niewskazane przy obrażeniach wielonarządowych czy też po poważnych operacjach).

Tak

Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. Tak

Pozycjoner kasety wsuwany z boku, bez konieczności podnoszenia segmentu pleców Tak
Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miedn...

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów bocznych: tak – 6 pkt, nie – 0pkt / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Funkcja elektrycznego przedłużenia leża: <200 mm – 0 pkt, >210 mm – 6 pkt / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych w określonych odcinkach czasowych tzn. łóżko po określonym (zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył o zaprogramowaną wartość – możliwość programowania czasu pomiędzy ruchami w skokach co 5 minut od 5 do 30 minut – 6 pkt, inne regulacje – 0 pkt / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Wysoka precyzyjność pomiarów. Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian do 150 gram – dokładność wagi 100 gram – 6 pkt, dokładność wagi 101–150 gram – 0 pkt / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Archiwizacja pomiarów wagi, możliwość archiwizowania jednego pomiaru dziennie, czas archiwizacji: do 30 dni – 8 pkt, do 15 dni – 4 pkt, do 10 dni – 0 pkt / Weighting: 8

Quality criterion - Name: Funkcja graficznego przedstawienia wyników pomiaru masy ciała z możliwością sporządzenia wykresu tygodniowego, miesięcznego itp.: tak – 8 pkt, nie – 0 pkt / Weighting: 8

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33192120-9 – łóżka szpitalne

Dodatkowe kody CPV: 33192120-9 – łóżka szpitalne (dotyczy pakietu nr 2)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 103-247898](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Łóżka szpitalne (bariatryczne), elektryczne

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

29/07/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Konkret Sp. z o.o. Sp. k.

Postal address: ul. Dworcowa 15A

Town: Chełmno
NUTS code: PL Polska
Postal code: 86-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 248 478,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

29/07/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Konkret Sp. z o.o. Sp. k.

Postal address: ul. Dworcowa 15A

Town: Chełmno

NUTS code: PL Polska

Postal code: 86-200

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 465 850,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1.

Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/08/2020