

**Germany-Walshut-Tiengen: Angiography supplies**  
**OJ S 161/2019 22/08/2019**  
**Contract award notice**  
**Supplies**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Klinikum Hochrhein GmbH

Postal address: Kaiserstraße 93-101

Town: Walshut-Tiengen

NUTS code: DE13A Waldshut

Postal code: 79761

Country: Germany

Contact person: Projekt- und Ausschreibungsmanagement / Investitionsgüter

E-mail: [vergabe@agkamed.de](mailto:vergabe@agkamed.de)

Telephone: +49 2011855-0

Fax: +49 2011855-399

**Internet address(es):**

Main address: <http://www.agkamed.de>

**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

**I.5. Main activity**

Health

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Linksherzkathetermeßplatz

Reference number: INVP-009-2019

**II.1.2. Main CPV code**

33111710 Angiography supplies

**II.1.3. Type of contract**

Supplies

**II.1.4. Short description**

Das Klinikum Hochrhein GmbH plant für den Standort Waldshut die Beschaffung eines Linksherzkathetermeßplatzes.

**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 740 175,00 EUR

## **II.2. Description**

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE13A Waldshut

Main site or place of performance: Klinikum Hochrhein GmbH Kaiserstraße 93-101 79761 Waldshut-Tiengen.

### **II.2.4. Description of the procurement**

Es sind zwingend die bauseitigen Rahmenbedingungen zu beachten. Es stehen bauseits max. 50 kVA Anschlussleistung zur Verfügung. Bei höherer Anschlussleistung sind die zusätzlichen baulichen/ elektrotechnischen Maßnahmen durch den Anbieter im Angebot einzukalkulieren. Gefordert wird ein neuer digitaler, multidirektionaler monoplaner Herzkathetermeßplatz mit dynamischem Flachdetektor zur Bildgebung und integrierte digitale Bildverarbeitung für kardiologische Diagnostik und Intervention.

Gerät geeignet für folgende medizinische Anwendungen mit Raumluftklasse 1b nach DIN 1946-4. Gerät geeignet für folgende medizinische Anwendungen:

- Elektrophysiologie,
- Vollständige interventionelle kardiologische und koronare Diagnostik,
- Angiologie von Kopf bis Fuß.

Monitorträger mit 30"-Großflächenmonitor, deckenmontiert 2x min. 30"-Großflächenmonitor mit höchster Helligkeit und Kontrastauflösung, geeignet für die flimmerfreie Wiedergabe der digitalen Fernsehdurchleuchtung bzw. der digitalen Speicherbilder.

Patientennahes Interventionsmodul (Hochkontrast) mit Hard- und Software für 3D Rekonstruktionssoftware zur Unterstützung bei der interventionellen Bildgebung mit Bedienung und Steuerung direkt am Untersuchungstisch (Funktionstasten, Touchscreen, Joystick, etc.) sowie Anzeige der Parameter am Monitor.

In den LHKM vollständig integriertes rechnergestütztes System zur Erfassung, Berechnung, Speicherung und Ausgabe von hämodynamischen Signalen in Korrelation mit dem EKG inklusive Signaleingangsbox mit allem notwendigen Zubehör (EKG-Kabel, Druckwandler, Fingerpulsaufnehmer, etc.).

Erweiterung des hämodynamisches Meßplatzes durch Hard- und Software inkl. Gerätewagen für elektrophysiologische Untersuchungen an Kinder/ Erwachsene mit 64 IEKG-Elektrodeneingängen.

Integration aller EPU-Videosignale inkl. Darstellung am Monitor am Monitorträger.

Frei konfigurierbare Zuordnung der EPU-Videosignale am Monitor (Untersuchungs- und Bedienraum).

- Software Linksventrikel-Analyse,
- Software Koronar-Analyse,
- Software Gefäßanalyse.

Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) mit FFR/ iFR/ IVUS in den Linksherzkathetermeßplatz integriert zur Vermeidung hyperämischer Wirkstoffe bei der Kontrastmittelverabreichung. Sofortige hyperämie-freie Messung im wellenfreien Zeitintervall von 5 bis max. 20 Herzschlägen.

Gefordert ist die Lieferung und Montage des spezifischen Stahlmontagerahmens.

Gefordert wird ein Vollwartungsvertrag während und nach der Gewährleistung für die Position 1.ff für eine Laufzeit von insgesamt 7 Jahren.

### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Funktionalität / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 10

Price - Weighting: 30.00

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2019/S 079-189543](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

#### **Title:**

Auftragsvergabe Siemens Healthcare GmbH

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

29/07/2019

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Siemens Healthcare GmbH

Postal address: Karlheinz-Kaske-Str. 2

Town: Erlangen

NUTS code: DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt  
Postal code: 91052  
Country: Germany  
The contractor is an SME: no

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 1 000,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting**

**Section VI: Complementary information**

---

**VI.3. Additional information**

Bekanntmachungs-ID: CXS0YD3YYHL

**VI.4. Procedures for review**

**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe  
Postal address: Durlacher Allee 100  
Town: Karlsruhe  
Postal code: 76137  
Country: Germany  
E-mail: [poststelle@rpk.bwl.de](mailto:poststelle@rpk.bwl.de)  
Telephone: +49 721 / 926-0  
Fax: +49 721 / 926-3985

**VI.4.2. Body responsible for mediation procedures**

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe  
Postal address: Durlacher Allee 100  
Town: Karlsruhe  
Postal code: 76137  
Country: Germany  
E-mail: [poststelle@rpk.bwl.de](mailto:poststelle@rpk.bwl.de)  
Telephone: +49 721 / 926-0  
Fax: +49 721 / 926-3985

**VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

20/08/2019