

442068-2026 - Result

Bulgaria – Renal dialysis consumables – Доставка на Диализатори за нуждите на Клиника по Хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД

OJ S 122/2026 29/06/2026

Contract or concession award notice – standard regime

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД

Email: op@isul.eu

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: Health

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Доставка на Диализатори за нуждите на Клиника по Хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД

Description: Доставка на Диализатори за нуждите на Клиника по Хемодиализа в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД. Медицинските изделия, необходими за обезпечаване работата на Клиника по Хемодиализа, са описани по вид и прогнозно количество в Техническата спецификация, а в Технически характеристики са определени изискванията, на които трябва да отговаря всяко едно от изделията за да бъде допуснато до оценка и класиране. Техническата спецификация и техническите характеристики са неразделна част от настоящата документация. Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции. Изисква се комплексност за участие по всяка Обособена позиция. Участниците оферират всички номенклатури, включени в обособената позиция, по която участват. В случай, че участник не оферира една или повече номенклатури от обособената позиция, по която участва, ще бъде отстранен от процедурата, за конкретната обособена позиция. В случай, че участник оферира една или повече номенклатури от обособената позиция, по която участва, но същия/същите не отговарят на изискванията на Възложителя, се приема, че не е спазена комплексността и участникът ще бъде отстранен от процедурата, за конкретната обособена позиция. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължение да ги заяви и изкупи в цялост. По време на изпълнение на договора, Възложителят има право да променя посочените в спецификацията количества, съобразно нуждите си, включително да се отказва от доставката на определени номенклатури, както и да заявява нови видове, които не са включени в спецификацията, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка. Под "нови видове" се има предвид: при спиране от производство и/или внос, еквивалент на видовете изделия, включени в спецификацията по договора Изискванията, на които трябва да отговарят изделията, са указани в Техническата спецификация, в Техническите характеристики и в документацията.

Procedure identifier: fd6594f9-b62d-468a-b76b-dd71d639c2c7

Previous notice: 480247fc-57a0-48a4-a1ec-521535d82195-01

Internal identifier: 576083

Type of procedure: Open

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33181520 Renal dialysis consumables

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 204 888,75 EUR

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Диализатори Low flux

Description: Диализатори Low flux

Internal identifier: 576093

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33181520 Renal dialysis consumables

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 14 381,25 EUR

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included with the following justification

Justification: Предметът на поръчката е несъотносим към критерия за достъпност за лицата с увреждания

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Name: качество 50т.

Description: Ткачество = Ткачество1 + Ткачество2 Оценката за качество Ткачество1, 2 за всяка номенклатура се определя по формулата: $T_{качество1, 2} = T_{кА} + T_{кВ}$, където: Подпоказател за качество А /за всяка от двете номенклатури/ се дефинира като „степен на отклонение от обявените стойности от производителя” и се изразява с цифра, чиято максимална стойност е 40 т. Комисията извършва експертна оценка на предоставените мостри на диализатори за всяка от двете номенклатури. Един от важните параметри на диализаторите е “урея, мл./мин.” Посредством получени резултати за клирънс на урея, при изследване ин виво, експертите в Комисията проверяват процента на отклонение на този параметър от обявената от производителя стойност. Методът ин виво е общопризнат метод в медицината. Основава се на изследване на урея и фосфатаза. За оценка се използва известната формула: $C_{bi} - C_{bo} K = Q_b \times \text{-----}$, където: C_{bi} K – клирънс Q_b – кръвен дебит C_{bi} – концентрация на урея или фосфати на входа на диализатора C_{bo} – концентрация на урея или фосфати на изхода на диализатора Оценката в зависимост от степента на отклонение от обявените от производителя стойности, е както следва: Клирънс на урея от 95% до 100% от обявения от производителя – оценка – 40 т. Клирънс на урея от 90% до 94% от обявения от производителя – оценка – 30 т. Клирънс на урея от 85% до 89% от обявения от производителя – оценка – 20 т. Клирънс на урея под 85% от обявения от производителя – оценка – 0 т. При оценка 0 т по Подпоказател за качество А на предоставена мостра на диализатор, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната номенклатура, респективно за обособената позиция! Подпоказател за качество В /за всяка от двете номенклатури/ се изразява с цифра, с максимална стойност 10 т., която оценка зависи от приложимия метод на стерилизация: -при метод на стерилизация с пара - оценка – 10 т.; -при метод на стерилизация електронно облъчване или гама лъчи – оценка – 7 т. Участникът, получил най-висок сбор точки Ткомплексна се класира на първо място. Следващият участник се класира по низходящ ред на получените точки.

Criterion:

Type: Price

Name: цена 50 т.

Description: Точките по Показател Цена – Тцена се изразяват с цифра, представляваща съотношението между най-ниската предложена цена /Цмин/ за изпълнение на поръчката по обособената позиция към цената за изпълнение на поръчката по обособената позиция в предложението на оценявания участник /Цпредл./, умножено с коефициент 50: $Ц_{мин} Т_{цена} = \text{-----} \times 50 Ц_{предл.}$

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria:
неприложимо

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: Decision of the buyer, not following a tenderer's request to review the award, because of technical or procedural errors

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 4

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 4

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 3

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД

Registration number: 831605806

Postal address: ул. "Бяло море" № 8

Town: гр. София

Postcode: 1527

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Анна Малечкова

Email: op@isul.eu

Telephone: +35929432106

Internet address: <https://isul.eu/>

Buyer profile: <https://app.eop.bg/buyer/1255>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: 40d2a1c0-14de-47ea-b924-699dba6df3d5 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 26/06/2026 11:00:09 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 442068-2026

OJ S issue number: 122/2026

Publication date: 29/06/2026