

556750-2026 - Competition

Slovakia – Diagnostic supplies – Nájom imunohistochemického automatu na 5 rokov s IHC reagensiami.

OJ S 153/2026 11/08/2026

Contract or concession notice – standard regime

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Email: marian.pavelcak@vhagy.sk

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government authority

Activity of the contracting authority: Health

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Nájom imunohistochemického automatu na 5 rokov s IHC reagensiami.

Description: Nájom s reagensiami na 5 rokov – IMUNOHISTOCHEMICKÝ AUTOMAT – ODDELENIE PATOLÓGIE. Základná technická špecifikácia imunohistochemického farbiaceho automatu - Plnoautomatický, voľno-stojací automat pre imunohistochemické vyšetrenie a in situ hybridizáciu, vrátane tlačiarne štítkov na podložné sklá. - Možnosť automatizovaného vykonávania imunohistochemie a in situ hybridizácie. - Kontinuálne funkcie bez zásahu obsluhy: automatizované sušenie rezov, deparafinizácia tkaniva, odmaskovanie antigénov, kondicionovanie buniek, dávkovanie detekčných a farbiacich činidiel, dofarbenie. - Možnosť plne automatického behu prístroja počas noci, bez prítomnosti obsluhy - Kapacita a výkonnosť prístroja: minimálne 90 skiel/ 24 hodín. - Minimálne 30 pozícií pre preparáty - Minimálne 30 pozícií pre protilátky a detekčné systémy. - Plne kompatibilný systém, tzv. plne otvorený systém – možnosť použitia protilátok rôznych výrobcov. - Homogenita farbenia v celom rozsahu farbiacej zóny. - Prevádzkové činidlá bez obsahu organických rozpúšťadiel. - Prepojenie a manipulácia automatu s počítačom. - Napojenie imunohistochemického automatu do systému digitalizácie – komunikácia imunohistochemického automatu s laboratórnym informačným systémom – typ Lis -názov: LIAPathology - Kontrola množstva reagensií a počtu dostupných testov v stroji pred zahájením behu aj pri pridávaní skiel v priebehu procesu – ochrana pred začatím farbenia bez dostatočného množstva reagensií na dokončenie procesu. - Kontrola dostupného objemu pre odpad v závislosti od použitých metód farbenia pred začatím behu prístroja - Ochrana odpadových nádob pred pretečením (monitorovanie hladiny odpadu). - Veľkoobjemové zásobníky pre reagenty a odpad. - Užívateľské rozhranie prístroja, vrátane ovládacieho softvéru v slovenskom alebo českom jazyku. - K prístroju musí byť dodaný návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o zhode prístroja, potvrdenie o odbornej aplikačnej a servisnej podpore - Online servisná podpora. - Dostupnosť servisného technika do 48 hodín od nahlásenia servisnej požiadavky. - Dodanie reagensií maximálne do 7 pracovných dní. - Doprava a inštalácia automatu. - Odborné zaškolenie. - Preventívna kontrola raz ročne. - V prípade potreby aktualizáciu softvéru a databázy. - V prípade potreby aplikačná podpora . - Bezplatný servis

podľa potreby vrátane dopravy a náhradných dielov, počas celej doby trvania platnej zmluvy.

Opis predmetu obstarávania : ZÁKLADNÉ REAGENCIE NA 31000 TESTOV (NÁJOM 5 ROKOV) : EnVision™ FLEX, High pH EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis) Dako Omnis Mixing Strip Wash Buffer (20x) (Dako Omnis) Hematoxylin (Dako Omnis) Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning Reag Clearify Cleaning Agent Seymour Label Kit for 3000 Labels SPOTREBNÝ MATERIÁL: Názov položky Počet kusov Dako Omnis Small Vial, 2 mL 200 Dako Omnis Large Vial, 30 mL 380 EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER 50 EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER 120 EnVision FLEX DAB Enhancer 10 PD-L1 control slides 20 Antibody diluent with Background 35 PROTILÁTKY: Protílátka Počet testov bcl -2 (124) 120 BAP1 (C-4) 120 bcl-6 (PG-B6p) 120 BSAP (DAK-Pax5) 350 Calretinin (DAK- CD10) 180 CD10 (DAK CD10) 240 CD117 (YR145) 100 CD138 (EP201) 60 CD15 (Carb-3) 80 CD1a (O10) 60 CD20 cy (L26) 300 CD23 (DAK-CD23) 240 CD3 270 CD30 (Ber-H2) 210 CD34 (QBEnd 10) 160 CD43 (DF-T1) 120 CD45 LCA (2B11+PD7/26) 240 CD5 (4CT) 240 CD56 (123C3) 120 CD68 (Kp-1) 120 CD79 a (JCB117) 120 CD99 (12E7) 60 CDX2 (DAK-CD23) 1200 CEA 60 CK- pan (AE1/3) 1000 CK20 (Ks20.8) 800 CK5/6 (D4/16 B4) 200 CK7 (O-TL 12 /30) 2100 CK8/18 60 Cyclin D1, (EP12) 320 Desmin (D33) 80 EBV (CS.1-4) 60 E-cadherin (NCH-38) 1000 EMA (E29) 60 ER (klon EP1) 600 ERG (EP111) 60 FLI-1 60 GATA3 (L50-823) 800 Helicobacter Pylori 120 HMB45 (HMB-45) 120 Chromogranin A (DAK-A3) 600 INSM1 (BSB-123) 1200 Kappa (ZM81) 120 Ki-67 (MIB-1) 1600 Lambda (BSB-16) 120 MAML 120 Melan A (MART-1 A103) 160 MUM1 (MUM1p) 80 Napsín A (MRQ-60) 1800 NeuroD1 120 NKX3.1 (EP356) 280 NSE (BBS/NC/VI-H14) 60 NUT 120 p16 (R15A) 360 p40 (DAK-p40) 3000 p53 (DO-7) 60 PAX-8 (ZR1) 700 PD-L1 (22C3) 2000 PHH3 (ZR285) 240 PLAP (8A9) 60 Podoplanín (D2-40) 60 POUF2F3 120 PR (Clone PgR 1294) 600 PTH (OP-4) 60 S100 240 SALL4 (6E3) 60 SMA (1A4) 200 SMARCA4 120 SOX10 (BC34) 300 SS18 SSX (RBT-SS18-SSX) 100 STAT6 (EP325) 120 Synaptofyzin (DAK SYNAP) 1000 TdT (EP266) 120 Thyreoglobulin (polyclonal) 60 TTF-1 (8G763/1) 4700 vimentín (V9) 500 WT1 (6-H2) 400

Ekvivalentná ponuka: verejný obstarávateľ umožní nahradiť predmet obstarávania podľa vyššie uvedených technických opisov ekvivalentnými výrobkami alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Procedure identifier: 183844b2-5a63-45f3-a187-42e75cc70806

Internal identifier: 20/2026

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33124130 Diagnostic supplies

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Country: Slovakia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

2.1.6. Grounds for exclusion

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Nájom imunohistochemického automatu na 5 rokov s IHC reagensiami.

Description: Nájom s reagensiami na 5 rokov – IMUNOHISTOCHEMICKÝ AUTOMAT – ODDELENIE PATOLÓGIE. Základná technická špecifikácia imunohistochemického farbiaceho automatu - Plnoautomatický, voľno-stojací automat pre imunohistochemické vyšetrenie a in situ hybridizáciu, vrátane tlačiarne štítkov na podložné sklá. - Možnosť automatizovaného vykonávania imunohistochemie a in situ hybridizácie. - Kontinuálne funkcie bez zásahu obsluhy: automatizované sušenie rezov, deparafinizácia tkaniva, odmaskovanie antigénov, kondicionovanie buniek, dávkovanie detekčných a farbiacich činidiel, dofarbenie. - Možnosť plne automatického behu prístroja počas noci, bez prítomnosti obsluhy - Kapacita a výkonnosť prístroja: minimálne 90 skiel/ 24 hodín. - Minimálne 30 pozícií pre preparáty - Minimálne 30 pozícií pre protilátky a detekčné systémy. - Plne kompatibilný systém, tzv. plne otvorený systém – možnosť použitia protilátok rôznych výrobcov. - Homogenita farbenia v celom rozsahu farbiacej zóny. - Prevádzkové činidlá bez obsahu organických rozpúšťadiel. - Prepojenie a manipulácia automatu s počítačom. - Napojenie imunohistochemického automatu do systému digitalizácie – komunikácia imunohistochemického automatu s laboratórnym informačným systémom – typ Lis -názov: LIAPathology - Kontrola množstva reagencií a počtu dostupných testov v stroji pred zahájením behu aj pri pridávaní skiel v priebehu procesu – ochrana pred začatím farbenia bez dostatočného množstva reagencií na dokončenie procesu. - Kontrola dostupného objemu pre odpad v závislosti od použitých metód farbenia pred začatím behu prístroja - Ochrana odpadových nádob pred pretečením (monitorovanie hladiny odpadu). - Veľkoobjemové zásobníky pre reagenty a odpad. - Užívateľské rozhranie prístroja, vrátane ovládacieho softvéru v slovenskom alebo českom jazyku. - K prístroju musí byť dodaný návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o zhode prístroja, potvrdenie o odbornej aplikačnej a servisnej podpore - Online servisná podpora. - Dostupnosť servisného technika do 48 hodín od nahlásenia servisnej požiadavky. - Dodanie reagencií maximálne do 7 pracovných dní. - Doprava a inštalácia automatu. - Odborné zaškolenie. - Preventívna kontrola raz ročne. - V prípade potreby aktualizáciu softvéru a databázy. - V prípade potreby aplikačná podpora. - Bezplatný servis podľa potreby vrátane dopravy a náhradných dielov, počas celej doby trvania platnej zmluvy.

Opis predmetu obstarávania : ZÁKLADNÉ REAGENCIE NA 31000 TESTOV (NÁJOM 5 ROKOV) : EnVision™ FLEX, High pH EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis) Dako Omnis Mixing Strip Wash Buffer (20x) (Dako Omnis) Hematoxylin (Dako Omnis) Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning Reag Clearify Cleaning Agent Seymour Label Kit for 3000 Labels SPOTREBNÝ MATERIÁL: Názov položky Počet kusov Dako Omnis Small Vial, 2 mL 200 Dako Omnis Large Vial, 30 mL 380 EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER 50 EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER 120 EnVision FLEX DAB Enhancer 10 PD-L1 control slides 20 Antibody diluent with Background 35 PROTILÁTKY: Protilátka Počet testov bcl -2 (124) 120 BAP1 (C-4) 120 bcl-6 (PG-B6p) 120 BSAP (DAK-Pax5) 350 Calretinin (DAK- CD10) 180 CD10 (DAK CD10) 240 CD117 (YR145) 100 CD138 (EP201) 60 CD15 (Carb-3) 80 CD1a (O10) 60 CD20 cy (L26) 300 CD23 (DAK-CD23) 240 CD3 270 CD30 (Ber-H2) 210 CD34 (QBEnd 10) 160 CD43 (DF-T1) 120 CD45 LCA (2B11+PD7/26) 240 CD5 (4CT) 240 CD56 (123C3) 120 CD68 (Kp-1) 120 CD79 a (JCB117) 120 CD99 (12E7) 60 CDX2 (DAK-CD23) 1200 CEA 60 CK- pan (AE1/3) 1000 CK20 (Ks20.8) 800 CK5/6 (D4/16 B4) 200 CK7 (O-TL 12 /30) 2100 CK8/18 60 Cyclin D1, (EP12) 320 Desmin (D33) 80 EBV (CS.1-4) 60 E-cadherin (NCH-38) 1000 EMA (E29) 60 ER (klon EP1) 600 ERG (EP111) 60 FLI-1 60 GATA3 (L50-

823) 800 Helicobacter Pylori 120 HMB45 (HMB-45) 120 Chromogranin A (DAK-A3) 600 INSM1 (BSB-123) 1200 Kappa (ZM81) 120 Ki-67 (MIB-1) 1600 Lambda (BSB-16) 120 MAML 120 Melan A (MART-1 A103) 160 MUM1 (MUM1p) 80 Napsín A (MRQ-60) 1800 NeuroD1 120 NKX3.1 (EP356) 280 NSE (BBS/NC/VI-H14) 60 NUT 120 p16 (R15A) 360 p40 (DAK-p40) 3000 p53 (DO-7) 60 PAX-8 (ZR1) 700 PD-L1 (22C3) 2000 PHH3 (ZR285) 240 PLAP (8A9) 60 Podoplanín (D2-40) 60 POUF2F3 120 PR (Clone PgR 1294) 600 PTH (OP-4) 60 S100 240 SALL4 (6E3) 60 SMA (1A4) 200 SMARCA4 120 SOX10 (BC34) 300 SS18 SSX (RBT-SS18-SSX) 100 STAT6 (EP325) 120 Synaptofyzin (DAK SYNAP) 1000 TdT (EP266) 120 Thyreoglobulin (polyclonal) 60 TTF-1 (8G763/1) 4700 vimentín (V9) 500 WT1 (6-H2) 400

Ekvivalentná ponuka: verejný obstarávateľ umožní nahradiť predmet obstarávania podľa vyššie uvedených technických opisov ekvivalentnými výrobkami alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Internal identifier: 20/2026

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 33124130 Diagnostic supplies

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Country: Slovakia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 60 Months

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Najnižšia cena.

Description: Najnižšia cena.

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 100

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: Slovak

Address of the procurement documents: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/563123>

Ad hoc communication channel:

Name: Elektronická platforma.

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/563123>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Slovak

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 143 Days

Information about public opening:

Opening date: 14/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Place: Seminárna miestnosť na 4. poschodí NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy.

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úrad pre verejné obstarávanie

Information about review deadlines: Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organisation providing more information on the review procedures: Úrad pre verejné obstarávanie

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Úrad pre verejné obstarávanie

Registration number: 31797903

Registration number: 2021511008

Postal address: Ružová dolina 10

Town: Bratislava - mestská časť Ružinov

Postcode: 82109

Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Country: Slovakia

Email: info@uvo.gov.sk

Telephone: +421250264111

Internet address: www.uvo.gov.sk

Roles of this organisation:

TED eSender

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Registration number: 00227811

Registration number: 2021212622

Postal address: Vyšné Hágy 23001

Town: Vysoké Tatry

Postcode: 05984

Country subdivision (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Country: Slovakia

Email: marian.pavelcak@vhagy.sk

Telephone: +421524414594

Buyer profile: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/849>

Roles of this organisation:

Buyer

Notice information

Notice identifier/version: f8297499-1d66-422c-b087-e0253195ad5f - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 10/08/2026 13:20:17 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Slovak

Notice publication number: 556750-2026

OJ S issue number: 153/2026

Publication date: 11/08/2026