

Poland-Białystok: Medical equipments

OJ S 180/2023 19/09/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

National registration number: 001406394

Postal address: Jerzego Waszyngtona 17

Town: Białystok

NUTS code: PL841 Białostocki

Postal code: 15-274

Country: Poland

Contact person: Iwona Kisiel

E-mail: zp@udsk.pl

Telephone: +48 857450595

Fax: +48 857450595

Internet address(es):

Main address: <https://udsk.pl/zp>

Address of the buyer profile: <https://udsk.pl/zp>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://udsk.pl/zp>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://e-propublico.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziony oraz dostawa dwóch wysokiej klasy aparatów USG i zestawu kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii "

Reference number: PN-41/23/10

II.1.2. Main CPV code

33100000 Medical equipments

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawa urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziony oraz dostawa dwóch wysokiej klasy aparatów USG i zestawu kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziony

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112200 Ultrasonic unit

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Aparat elastograficzny do jednoczesnego nieinwazyjnego pomiaru zwłóknienia i stłuszczenia wątroby

Pomiar zwłóknienia wykonywany w technologii typu Vibration-Controlled Transient

Elastography - wynik ilościowy wyrażony w kPa

Pomiar stłuszczenia wykonywany w technologii typu Controlled Attenuation Parameter - wynik ilościowy wyrażony w dB/m

Pomiar elastyczności śledziony metodą VCTE (Vibration-Controlled Transient Elastography)

Pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru

Wyrażona ilościowa kalibracja wyników w jednostkach chorobowych

System operacyjny Windows 10

RAM min 4 GB

Dysk SSD OS 128 GB, SSD Data 256 GB

Wymiary urządzenia (cm):

65 x 58 x 136 ($\pm$ 1cm)

Waga urządzenia 46 kg ($\pm$ 1kg)

Zasilanie: 100-240V, 50-60 Hz

Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 19"

Wbudowane min. 3 porty USB

Wbudowany port ETHERNET RJ45 oraz port HDMI

Wbudowany port sterowania nożnego

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 30

Price - Weighting: 70

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 222.22 PLN. szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały opisane w pkt. 19 swz

II.2. Description

II.2.1. Title

dostawa wysokiej klasy aparatu USG szt. 1

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112200 Ultrasonic unit

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Aparat mobilny o czterech skrętnych kołach z możliwością ich blokowania

Ilość niezależnych gniazd dla sond obrazowych ? 4

Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, bez przeplotu, minimum 23 cale z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach

Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, prawo-lewo

Elektryczna regulacja wysokości pulpitu konsoli minimum 12cm

Możliwość obrotu pulpitu konsoli +/- 30stopni

Dotykowy programowalny panel sterujący wbudowany w konsolę, przekątna minimum 10cali

Klawiatura alfanumeryczna do opisu badań w pulpicie

Uchwyty na głowice umieszczone po obu stronach konsoli aparatu

Zintegrowany z aparatem fabryczny podgrzewacz do żelu

Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej

Minimum 8 000 000 niezależnych kanałów odbiorczych

Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum od 1MHz do 18MHz

Dynamika systemu minimum 360 dB

Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE > 80 000

Maksymalny czas zapisywanych pętli minimum 3000s

Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości

Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: naczyń szyjnych i obwodowych, brzusznych, urologicznych, kardiologicznych dorosłych, małych narządów i struktur powierzchniowych, mięśniowo-szkieletowych

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 30

Price - Weighting: 70

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 22 170.00 PLN. szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały opisane w pkt. 19 swz.

II.2. Description

II.2.1. Title

dostawa wysokiej klasy aparatu USG szt. 1

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112200 Ultrasonic unit

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z pulpitu operatora

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta.

Cztery koła skrętne z centralną blokadą min. 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej
Fabrycznie wbudowany monitor diagnostyczny LED, kolorowy, bez przepłotu. Przekątna ?23 cali. Rozdzielczość monitora 1920x1080

Aparat wyposażony w panel dotykowy, min. 13 cali rozdzielczość?1920x1080

Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) - użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej

aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków. min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze
Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym oraz dodatkowa klawiatura wysuwana spod pulpitu operatora
Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania z pamięcią (możliwość ustawienia aparatu tak aby przy wyłączeniu wracał do pozycji parkingowej a po włączeniu wracał do pozycji zadanej przez operatora.
Regulacja Góra /dół min. 18 cm
Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. TAK
Lewo/prawo? +/- 30°
Przód/tył ? 18cm
Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury.
Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywaniakilku preferowanych ustawień
Skala szarości: min. 256 odcieni
Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 40 000 000 kanałów procesowych
Maksymalna dynamika systemu Min. 360 dB
Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz
Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 4 , plus jedno gniazdo parkingowe
Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 22000

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 30

Price - Weighting: 70

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 22 080.00 PLN. szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały opisane w pkt. 19 swz.

II.2. Description

II.2.1. Title

zestaw kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii "

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33195110 Respiratory monitors

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu

Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.

Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia

Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia:

- wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego,
- co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych,
- gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania.
- złącze wyjścia sygnału analogowego synchronizacji defibrylatora w module wieloparametrowym lub module transportowym

Możliwość rozbudowy monitora o pomiary:

- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT,
- równowagi między nocycepcją i analgezą (np. ANI, SPI),
- kalorymetrii pośredniej.

Każdy monitor wyposażony w moduł interfejsowy pozwalający na podłączenie i wyświetlanie na jego ekranie danych z posiadanego przez szpital respiratora serii Servo oraz co najmniej 3 innych zewnętrznych urządzeń medycznych

Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR).

Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 30

Price - Weighting: 70

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 36 750.00 PLN. szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały opisane w pkt. 19 swz.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w pkt. 26 swz.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 23/10/2023 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 20/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 23/10/2023 Local time: 09:30

Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy e-propublico, na karcie "Oferta/ Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe środki dowodowe: Opisy, katalogi oferowanego asortymentu potwierdzające spełnianie warunków/parametrów określonych w załączniku nr 1,2,3,4 opis przedmiotu zamówienia, jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru. W przypadku wyrobów niestandardowych należy dołączyć opracowane opisy lub foldery. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zmian), tj.: Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, INNE dokumenty: Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w Załączniku nr 5 do SWZ Formularz Oferty, Załącznik nr 1,2,3,4 opis przedmiotu zamówienia, Jedz – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, Oświadczenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

5. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ? ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/09/2023