

Poland-Warsaw: Analysis apparatus

OJ S 183/2023 22/09/2023

Contract award notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

National registration number: 5250008040

Postal address: ul. Rakowiecka 4

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-975

Country: Poland

Contact person: Joanna Kaczmarzyk

E-mail: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl**Internet address(es):**Main address: www.pgi.gov.plAddress of the buyer profile: <https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy.html>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Instytut badawczy

I.5. Main activity

Other activity: Geologia

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawa automatycznego aparatu do badania współczynnika filtracji (jeden zestaw) dla PIG-PIB

Reference number: EZP.26.63.2023

II.1.2. Main CPV code

38432000 Analysis apparatus

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do badania współczynnika filtracji (jeden zestaw) dla PIG-PIB.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 99 084,85 PLN

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Main site or place of performance: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa automatycznego aparatu do badania współczynnika filtracji (jeden zestaw) do laboratorium CBGS PIG-PIB

Zestaw który jest przedmiotem postępowania składa się z:

- Komory do badań przepuszczalności dla próbek o średnicy 70 mm. Komora do badania ma posiadać przynajmniej 5 portów do podłączenia hydraulicznego i zawór odpowietrzający, maksymalne ciśnienie aplikowane na komorę do 2 MPa. Komora ma być wyposażona w podstawę dolną i kopułkę górną z dwoma przewodami drenażowymi o średnicy 70 mm.
- Systemu do zadawania ciśnienia w konfiguracji umożliwiającej zadawanie ciśnienia na komorę do badań przepuszczalności i niezależnie do stropu i spągu badanej próbki.

Wymagania - system wymieniony wyżej ma charakteryzować się następującymi parametrami: objętości przynajmniej 200 cm³, rozdzielczość pomiaru objętości 0.001 cm³ i ciśnieniu maksymalnego przynajmniej 1700 kPa rozdzielczość ciśnienia 0.1 kPa. Pozostała specyfikacja: automatyczna kontrola przed przekroczeniem ciśnienia i objętości, dokładność objętości do 0,25% i ciśnienia do 0,15% całkowitego zakresu pomiarowego.

- Czujnika ciśnienia porowego do 2 MPa.
- Systemu kontroli i pozyskiwania danych - zestaw urządzeń i oprogramowania, który umożliwia sterowanie fazami badania przepuszczalności, rejestracji i akwizycji danych pozyskiwanych w trakcie badania oraz program/szablon umożliwiający analizę uzyskanych pomiarów w arkuszu kalkulacyjnym. Zaproponowane rozwiązanie musi umożliwić w pełni przeprowadzenie badania, analizę uzyskanych danych wraz z obliczeniem współczynnika filtracji.
- Zestawu akcesoriów do przygotowania próbki do badań przepuszczalności z gruntów gruboziarnistych i drobnoziarnistych, w skład którego wchodzi: forma dwuczęściowa do próbek 70 mm, ręczny próbnik do pobierania próbek 70 mm, narzędzie do umieszczania O-ringów na próbkach 70 mm i narzędzie do umieszczania membran na próbkach 70 mm .
- Zestawu akcesoriów dodatkowych niezbędnych do wykonania badań przepuszczalności (kamienie porowe o średnicy 70 mm i wysokości 6 mm. 2 szt, membrany lateksowe o średnicy 70 mm i długości przynajmniej 235 mm - 10 sztuk. Uszczelki O-ring 70 mm przynajmniej 10 sztuki, narzędzie do umieszczania membrany na próbkach o średnicy 70 mm, narzędzie do umieszczania o-ringów na próbkach o średnicy 70mm)
- Nylonowego przewodu o średnicy 6mm x 8mm i długości przynajmniej 10 m.

Pozostałe wymagania

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. W cenie zamawiający jest zobowiązany uwzględnić instalację, uruchomienie oferowanych urządzeń oraz szkolenie z obsługi Sprzętu obejmujące omówienie budowy i funkcjonowania aparatu, wykonanie pokazowego badania wraz z analizą danych, omówienie zasad BHP przy pracy z aparatem oraz zasad serwisu i konserwacji.

Dostarczone czujniki ciśnienia porowego i czujniki ciśnienia w kontrolerze ciśnienia mają być wywzorcowane w przynajmniej 10 punktach w pełnym zakresie pomiarowym. Usługa ma być wykonana przez laboratorium wzorcujące posiadające w/w usługę w zakresie działalności akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W cenie wykonawca jest zobowiązany uwzględnić koszt transportu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć cały sprzęt do siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, na ul. Jagiellońską 76, 03-301 Warszawa oraz zadbać o ubezpieczenie sprzętu podczas transportu.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczanego sprzętu (wszystkich jego elementów na okres nie krótszy niż 12 miesięcy) liczone od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Zgłoszenie reklamacyjne będzie miało formę listu elektronicznego (E-mail) na adres wskazany w umowie.

Odbiór sprzętu do serwisu gwarancyjnego i jego zwrot z siedziby Zamawiającego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 00-975 Warszawa, Rakowiecka 4 lub 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 120-378450](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: umowa nr CRZP.26.00249.2023

Title:

Dostawa automatycznego aparatu do badania współczynnika filtracji (jeden zestaw) dla PIG-PIB

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ToRoPoL Sp. z o.o.

National registration number: NIP 524-000-46-26, Regon 008422516

Postal address: ul. Czarna Droga 29

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 03-620

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 90 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania również na podstawie:

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz. U. 2022 poz. 835);

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022 /576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ww. ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587800

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/09/2023