

Poland-Białystok: Medical equipments
OJ S 224/2023 21/11/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

National registration number: 001406394

Postal address: Jerzego Waszyngtona 17

Town: Białystok

NUTS code: PL841 Białostocki

Postal code: 15-274

Country: Poland

Contact person: Iwona Kisiel

E-mail: zp@udsk.pl

Telephone: +48 857450595

Fax: +48 857450595

Internet address(es):

Main address: <https://udsk.pl/zp>

Address of the buyer profile: <https://udsk.pl/zp>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziony oraz dostawa dwóch wysokiej klasy aparatów USG i zestawu kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii "

Reference number: PN-41/23/10

II.1.2. Main CPV code

33100000 Medical equipments

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawa urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziony oraz dostawa dwóch wysokiej klasy aparatów USG i zestawu kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 2 277 780,85 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziona

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112200 Ultrasonic unit

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Aparat elastograficzny do jednoczesnego nieinwazyjnego pomiaru zwłóknienia i stłuszczenia wątroby

Pomiar zwłóknienia wykonywany w technologii typu Vibration-Controlled Transient

Elastography - wynik ilościowy wyrażony w kPa

Pomiar stłuszczenia wykonywany w technologii typu Controlled Attenuation Parameter - wynik ilościowy wyrażony w dB/m

Pomiar elastyczności śledziona metodą VCTE (Vibration-Controlled Transient Elastography)

Pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru

Wyrażona ilościowa kalibracja wyników w jednostkach chorobowych

System operacyjny Windows 10

RAM min 4 GB

Dysk SSD OS 128 GB, SSD Data 256 GB

Wymiary urządzenia (cm):

65 x 58 x 136 (± 1cm)

Waga urządzenia 46 kg (± 1kg)

Zasilanie: 100-240V, 50-60 Hz

Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 19"

Wbudowane min. 3 porty USB

Wbudowany port ETHERNET RJ45 oraz port HDMI

Wbudowany port sterowania nożnego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 30

Price - Weighting: 70

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

dostawa wysokiej klasy aparatu USG szt. 1
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112200 Ultrasonic unit

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Aparat mobilny o czterech skrętnych kołach z możliwością ich blokowania
Ilość niezależnych gniazd dla sond obrazowych ? 4
Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, bez przeplotu, minimum 23 cale z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach
Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, prawo-lewo
Elektryczna regulacja wysokości pulpitu konsoli minimum 12cm
Możliwość obrotu pulpitu konsoli +/- 30stopni
Dotykowy programowalny panel sterujący wbudowany w konsolę, przekątna minimum 10cali
Klawiatura alfanumeryczna do opisu badań w pulpicie
Uchwyty na głowice umieszczone po obu stronach konsoli aparatu
Zintegrowany z aparatem fabryczny podgrzewacz do żelu
Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej
Minimum 8 000 000 niezależnych kanałów odbiorczych
Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum od 1MHz do 18MHz
Dynamika systemu minimum 360 dB
Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE > 80 000
Maksymalny czas zapisywanych pętli minimum 3000s
Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości
Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: naczyń szyjnych i obwodowych, brzusznych, urologicznych, kardiologicznych dorosłych, małych narządów i struktur powierzchniowych, mięśniowo-szkieletowych

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 30
Price - Weighting: 70

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

dostawa wysokiej klasy aparatu USG szt. 1

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112200 Ultrasonic unit

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z pulpitu operatora

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta.

Cztery koła skrętne z centralną blokadą min. 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej
Fabrycznie wbudowany monitor diagnostyczny LED, kolorowy, bez przeplotu. Przekątna ?23 cali. Rozdzielczość monitora 1920x1080

Aparat wyposażony w panel dotykowy, min. 13 cali rozdzielczość?1920x1080

Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) - użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków. min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze

Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym oraz dodatkowa klawiatura wysuwana spod pulpitu operatora

Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania z pamięcią (możliwość ustawienia aparatu tak aby przy wyłączeniu wracał do pozycji parkingowej a po włączeniu wracał do pozycji zadanej przez operatora.

Regulacja Góra /dół min. 18 cm

Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. TAK

Lewo/prawo? +/- 30°

Przód/tył ? 18cm

Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury.

Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywaniakilku preferowanych ustawień

Skala szarości: min. 256 odcieni

Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 40 000 000 kanałów procesowych

Maksymalna dynamika systemu Min. 360 dB

Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz

Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 4 , plus jedno gniazdo parkingowe

Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 22000

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 30

Price - Weighting: 70

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

zestaw kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii "
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33195110 Respiratory monitors

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu

Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.

Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia

Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia:

- wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego,
- co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych,
- gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania.
- złącze wyjścia sygnału analogowego synchronizacji defibrylatora w module wieloparametrowym lub module transportowym

Możliwość rozbudowy monitora o pomiary:

- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT,
- równowagi między nocycepcją i analgezą (np. ANI, SPI),
- kalorymetrii pośredniej.

Każdy monitor wyposażony w moduł interfejsowy pozwalający na podłączenie i wyświetlanie na jego ekranie danych z posiadanego przez szpital respiratora serii Servo oraz co najmniej 3 innych zewnętrznych urządzeń medycznych

Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR).

Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 30

Price - Weighting: 70

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 180-563542](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Dostawa urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziony

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

dostawa wysokiej klasy aparatu USG szt. 1

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/11/2023

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.

Postal address: ul. Wołoska 9

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 02-583

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 612 929,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 3

Title:

dostawa wysokiej klasy aparatu USG szt. 1

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

03/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: YAL Sp. z o.o.

Postal address: ul. Fabryczna 14

Town: Pionki

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Postal code: 26-670

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 476 851,85 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 4

Title:

zestaw kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii "

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

03/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BIAMEDITEK Sp. z o.o.

Postal address: ul. Elewatorska 58

Town: Białystok

NUTS code: PL841 Białostocki

Postal code: 15-620

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 188 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

5. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ? ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/11/2023