

**Poland-Wałbrzych: Cardiac support devices**  
**OJ S 227/2023 24/11/2023**  
**Contract award notice**  
**Supplies**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: [agnieszka.dziadkiewicz@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:agnieszka.dziadkiewicz@zdrowie.walbrzych.pl)

Telephone: +48 746489700

Fax: +48 746489700

**Internet address(es):**

Main address: [www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

Address of the buyer profile: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych)

**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

**I.5. Main activity**

Health

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla pracowni elektroterapii serca

Reference number: Zp/64/PN/23

**II.1.2. Main CPV code**

33182000 Cardiac support devices

**II.1.3. Type of contract**

Supplies

**II.1.4. Short description**

Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla pracowni elektroterapii serca

Pakiet nr 1 – Stymulator dwujamowy – DDDR MRI z elektrodami przystosowany do pracy w środowisku MRI z

beprzewodową interrogacją

Pakiet nr 2 – Stymulator jednojamowy PM-VVIR/AAIR przystosowany do pracy w środowisku MRI z

beprzewodową interrogacją

Pakiet nr 3 – Stymulator dwujamowy DDD MRI (na wymiany) z bezprzewodową interrogacją

Pakiet nr 4 – Stymulator jednojamowy PM-VVI/AAI MRI na wymiany z bezprzewodową interrogacją

Pakiet nr 5 – Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą przystosowany do pracy w środowisku MRI,

umożliwiający podgląd IEGM przedsionka z prowadzeniem badań MRI po wszczepieniu z bezprzewodową

interrogacją z osprzętem i telemonitoringiem

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 2 963 400,00 PLN

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Stymulator dwujamowy – DDDR MRI z elektrodami przystosowany do pracy w środowisku MRI z bezprzewodową interrogacją

Lot No: 1

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33182000 Cardiac support devices

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

#### **II.2.4. Description of the procurement**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ŁOŚĆ 36 M-CY

1.Stymulator dwujamowy przystosowany do pracy w środowisko MRI z bezprzewodową interrogacją szt. 300

2.Elektrody komorowe aktywne proste MRI szt. 300

3.Elektrody przedsionkowe aktywne proste MRI szt. 300

4.Introductory do implantacji elektrod 7-9 F szt. 300

5.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem

Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital szt. 300

W składzie konsygnacyjnym 10 urządzeń

L.P. Parametry wymagane Spełnienie parametrów

1.Żywotność stymulatora min 10 lat ( nastawy nominalne) TAK

2.Waga max. 28 g TAK

3.Rok produkcji sprzętu nie wcześniejszy niż rok poprzedzający dostarczenie do odbiorcy i z najnowszej oferty

dla polskiego rynku. TAK

4.Amplituda impulsu min.zakres 0,2 - 7,5 [ V ] TAK

5.Szerokość impulsu (A / V ) min. zakres 0,1 - 1,5 [ ms ] TAK

- 6.Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,5 [ mV] TAK
- 7.Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1 - 7,5 [ mV] TAK
- 8.Odstęp AV , programowany w zakresie min. 20 - 300 [ ms] TAK
- 9.Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod  
TAK
- 10.Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz  
3T ze strefą wykluczenia TAK
- 11.Okres refrakcji A / V min. zakres 225 - 400 [ ms] TAK
- 12.Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo - komorowe TAK
- 13.Program nocny TAK
- 14.Histereza w obu kanałach stymulatora min 3 typy TAK
- 15.Funkcja dostosowania częstotliwości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta  
TAK
- 16.Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków TAK
- 17.Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe  
funkcje stymulatora TAK
- 18.Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionków TAK
- 19.Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie  
dostosowująca parametry  
stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji TAK
- 20.Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia TAK
- 21.Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia  
zaprogramowanego  
zakresu impedancji elektrod TAK
- 22.Elektrody A i V aktywne TAK
- 23.Elektrody A i V sterydowe TAK
- 24.Introductory 7-9 F TAK
- 25.Łączny zapis IEGM min.70 s TAK
- 26.Funkcja bezprzewodowej telemetrii TAK
- 27.Elektrody przedsionkowe / komorowe przechodzące przez introducery  $\leq 6F$  TAK
- 28.Grubość stymulatora  $\leq 7mm$  TAK
- 29.Możliwość dostarczenia sprzętu z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania  
środowiska MRI  
TAK
- 30.Min. 2 programatory na cały czas trwania umowy TAK
- 31.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z  
programatorem  
Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital TAK

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40  
Price - Weighting: 60

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13.**

## **Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

### **II.2.14. Additional information**

Główny kod CPV : 33182000-9 – Urządzenia do wspomagania serca  
Dodatkowe kody CPV : 33158210-7 – Stymulatory

## **II.2. Description**

### **II.2.1. Title**

Stymulator jednojamowy PM-VVIR/AAIR przystosowany do pracy w środowisku MRI z bezprzewodową interrogacją  
Lot No: 2

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33182000 Cardiac support devices

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

### **II.2.4. Description of the procurement**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ŁOŚĆ 36 M-CY

1.Stymulator jednojamowy przystosowany do pracy w środowisku MRI z bezprzewodową interrogacją szt. 400

2.Elektrody aktywne proste 52-63 cm MRI szt. 400

3.Introductory do implantacji elektrod 7-8 F szt. 400

4.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem

Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital szt. 400

W składzie konsygnacyjnym 10 urządzeń

L.P. Parametry wymagane Spełnienie parametrów

1.Żywotność stymulatora min 10 lat ( nastawy nominalne) TAK

2.Waga max. 28 g TAK

3.Rok produkcji sprzętu nie wcześniejszy niż rok poprzedzający dostarczenie do odbiorcy i z najnowszej oferty

dla polskiego rynku. TAK

4.Amplituda impulsu min.zakres 0,2 - 7,5 [ V ] TAK

5.Szerokość impulsu ( A / V ) min. zakres 0,1 - 1,5 [ ms ] TAK

6.Czułość co najmniej w zakresie 0,5 - 7,5 [ mV] TAK

7.Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI o parametrach nie gorszych niż:

1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T ze strefą wykluczenia TAK

8.Program nocny TAK

9.Funkcja dostosowania częstotliwości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta TAK

10.Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe

funkcje stymulatora TAK

11. Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji TAK
12. Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia TAK
13. Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod TAK
14. Elektrody A i V aktywne TAK
15. Introducery 7-8 F TAK
16. Łączny zapis IEGM min. 70 s TAK
17. Funkcja bezprzewodowej telemetrii TAK
18. Elektrody przedsionkowe / komorowe przechodzące przez introducery  $\leq 7F$  TAK
19. Grubość stymulatora  $\leq 7\text{mm}$  TAK
20. Min. 2 programatory na cały czas trwania umowy TAK
21. Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem  
Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital TAK

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40  
Price - Weighting: 60

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

Główny kod CPV : 33182000-9 – Urządzenia do wspomagania serca  
Dodatkowe kody CPV : 33158210-7 – Stymulatory

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Stymulator dwujamowy DDD MRI (na wymiany) z bezprzewodową interrogacją  
Lot No: 3

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33182000 Cardiac support devices

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

#### **II.2.4. Description of the procurement**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 36 M-CY

1. Stymulator dwujamowy MRI na wymiany z bezprzewodową interrogacją szt. 120
2. Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem

Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital szt. 120

Lp. Parametry wymagane Spełnianie parametrów

1.Rok produkcji sprzętu nie wcześniejszy niż rok poprzedzający dostarczenie do odbiorcy i z najnowszej oferty

dla polskiego rynku. TAK

2.Stymulator DDD TAK

3. Tryby stymulacji - DDD(R);DDI(R);DOO(R) TAK

4.Czułość przedsionkowa ( mV ) - co najmniej w zakresie : 0,4 – 4,0 mV TAK

5.Czułość komorowa ( mV) – co najmniej w zakresie:1,0-6,0 mV TAK

6.Amplituda impulsu- min. zakres: 0,5 -7,0 V TAK

7.Opóźnienie przedsionkowo-komorowe TAK

8.Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe TAK

9.Automatyczny PVARP TAK

10.Automatyczna czułość w przedsionku i komorze TAK

11.Waga stymulatora ( g) ≤ 28 TAK

12.Tryb pracy promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe nominalnie włączony z automatyczną

zmianą trybu stymulacji AAI – DDD jako zabezpieczeniem w przypadku zaburzeń przewodnictwa A-V TAK

13.Algorytm dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta (automatycznie bądź po uprzednim zaprogramowaniu) TAK

14.Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku  
TAK

15.Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod  
TAK

16.Żywotność baterii min. 8 lat (założenie ampl. RV 2.5v) TAK

17.W składzie konsygnacyjnym 3 urządzenia TAK

18.Min. 2 programatory na cały czas trwania umowy TAK

19.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem

Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital TAK

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

Główny kod CPV : 33182000-9 – Urządzenia do wspomagania serca

Dodatkowe kody CPV : 33158210-7 – Stymulatory

### **II.2. Description**

### **II.2.1. Title**

Stymulator jednojamowy PM-VVI/AAI MRI na wymiany z bezprzewodową interrogacją  
Lot No: 4

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33182000 Cardiac support devices

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309  
Wałbrzych, Polska

### **II.2.4. Description of the procurement**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY IŁOŚĆ 36 M-CY

1.Stymulator jednojamowy MRI na wymiany z bezprzewodową interrogacją szt. 120

2.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem

Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital szt. 120

Lp.Parametry wymagane Spełnione parametry

1.Częstość podstawowa min  $\leq 40\text{ppm}$  max  $\geq 120\text{ ppm}$  TAK

2.Amplituda impulsu min  $\leq 0,5\text{ V}$  max  $\geq 6,5\text{ V}$  TAK

3.Szerokość impulsu min  $\leq 0,3\text{ms}$  max  $\geq 1,0\text{ms}$  TAK

4.Czułość :

Przedsionek min  $\leq 0,5\text{mV}$  max  $\geq 4,0\text{mV}$

Komora min  $\leq 1,0\text{mV}$  max  $\geq 10\text{mV}$

TAK

5.Okres refrakcji :

Przedsionek min  $\leq 250\text{ms}$

Komora max  $\geq 500\text{ms}$

TAK

6.Histereza TAK

7.Program nocny dostosowany do aktywności pacjenta ( programowalny) TAK

8.Polarność elektrod Unipolarne i bipolarne TAK

9.Przyłącze elektrod : IS-1 TAK

10.Żywotność baterii min. 9 lat (założenie ampl. RV 2.5v) TAK

11.Rok produkcji sprzętu nie wcześniejszy niż rok poprzedzający dostarczenie do odbiorcy i z najnowszej oferty

dla polskiego rynku. TAK

12.W składzie konsygnacyjnym 3 urządzenia TAK

13.Min. 2 programatory na cały czas trwania umowy TAK

14.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem

Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital TAK

### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

### **II.2.11. Information about options**

Options: no

### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

### **II.2.14. Additional information**

Główny kod CPV : 33182000-9 – Urządzenia do wspomaganie serca  
Dodatkowe kody CPV : 33158210-7 – Stymulatory

## **II.2. Description**

### **II.2.1. Title**

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą przystosowany do pracy w środowisku MRI, umożliwiający podgląd IEGM przedsionka z prowadzeniem badań MRI po wszczepieniu z bezprzewodową ...  
Lot No: 5

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33182000 Cardiac support devices

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309  
Wałbrzych, Polska

### **II.2.4. Description of the procurement**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 36 M-CY

1.Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą przystosowany do pracy w środowisku MRI, umożliwiający podgląd IEGM przedsionka z prowadzeniem badań MRI po wszczepieniu z bezprzewodową interrogacją szt. 20

2.Osprzęt szt. 20

3.Telemonitoring szt. 20

4.Elektrody komorowe jednokoilowe defibrylujące aktywne proste MRI szt. 20

5.Introduktory 8-9 F szt. 20

6.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem

Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital szt. 20

W składzie konsygnacyjnym 3 urządzenia: jedno z łączem DF1 i dwa z łączem DF4.

L.P. Parametry wymagane Spełnienie parametrów

1.Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 82g TAK

2.Tryby pracy: VVIR, VDD, VVI, V00, OFF TAK

3.Rok produkcji sprzętu nie wcześniejszy niż rok poprzedzający dostarczenie do odbiorcy i z najnowszej oferty

dla polskiego rynku. TAK

4.Grubość kardiowertera defibrylatora max 11 mm TAK

5.Automatyczny pomiar progu stymulacji i automatyczne dostosowanie wartości impulsu stymulującego do zmierzonej wartości TAK

6.Min 3 dyskryminatory arytmii TAK

7.Terapie niskonapięciowe min 2 TAK

8.Optymalizacja Terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii ATP TAK

9.Terapie ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów TAK

- 10.Czas zapisu IEGM w obu kanałach łącznie powyżej 40 min TAK
- 11.Możliwość zmiany kształtu impulsu wysokoenergetycznego TAK
- 12.Automatyczny follow up TAK
- 13.Bezprzewodowa telemetria (RF) TAK
- 14.Elektroda komorowa przechodząca przez Introducer ≤ 8F TAK
- 15.ICD z elektrodą certyfikowane do przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu nie gorzej niż 1,5T bez stref wykluczenia TAK
- 16.Min. 8 szoków terapii wysokoenergetycznej, w każdej ze stref terapii TAK
- 17.Dyskryminacja arytmii na podstawie porównania interwałów przedsionkowych i komorowych TAK
- 18.Możliwość prowadzenia ciągłej stymulacji VOO w trybie MRI 1,5T bez stref wykluczenia TAK
- 19.Elektroda defibrylująca z dipolem wyczuwającym umieszczonym na wysokości przedsionka DF1 lub DF4 do wyboru przez wszczepiającego TAK
- 20.Elektroda komorowa z dipolami typu TrueBipolar TAK
- 21.Min. 2 programatory na cały czas trwania umowy TAK
- 22.Kabelki w opakowaniach sterylnych po 1 szt. do kontroli śródoperacyjnej kompatybilne z programatorem
- Firmy St. Jude Medical wykorzystywanym przez szpital TAK

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

#### **II.2.14. Additional information**

Główny kod CPV : 33182000-9 – Urządzenia do wspomaganie serca

Dodatkowe kody CPV : 33182100-0 – Defibrylatory

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1.**

## Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 171-538393](#)

### IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

### IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

## Section V: Award of contract

---

**Lot No: 1**

**Title:**

Stymulator dwujamowy – DDDR MRI z elektrodami przystosowany do pracy w środowisku MRI z bezprzewodową interrogacją

A contract/lot is awarded: yes

### V.2. Award of contract

#### V.2.1. Date of conclusion of the contract

31/10/2023

#### V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Biotronik Polska Sp. z o.o.

National registration number: 7792121615

Town: Poznań

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

#### V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 059 000,00 PLN

#### V.2.5. Information about subcontracting

## Section V: Award of contract

---

**Lot No: 2**

**Title:**

Stymulator jednojamowy PM-VVIR/AAIR przystosowany do pracy w środowisku MRI z bezprzewodową interrogacją

A contract/lot is awarded: yes

### V.2. Award of contract

**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

31/10/2023

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Biotronik Polska Sp. z o.o.

National registration number: 7792121615

Town: Poznań

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 1 052 000,00 PLN

**V.2.5. Information about subcontracting****Section V: Award of contract**

---

**Lot No: 3**

**Title:**

Stymulator dwujamowy DDD MRI (na wymiany) z bezprzewodową interrogacją

A contract/lot is awarded: yes

**V.2. Award of contract****V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/10/2023

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Biotronik Polska Sp. z o.o.

National registration number: 7792121615

Town: Poznań

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 260 400,00 PLN

**V.2.5. Information about subcontracting****Section V: Award of contract**

---

**Lot No: 4**

**Title:**

Stymulator jednojamowy PM-VVI/AAI MRI na wymiany z bezprzewodową interrogacją

A contract/lot is awarded: yes

**V.2. Award of contract****V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/10/2023

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Biotronik Polska Sp. z o.o.

National registration number: 7792121615

Town: Poznań

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 230 400,00 PLN

**V.2.5. Information about subcontracting****Section V: Award of contract**

---

**Lot No: 5**

**Title:**

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą przystosowany do pracy w środowisku MRI, umożliwiający podgląd IEGM przedsionka z prowadzeniem badań MRI po wszczepieniu z bezprzewodową ...

A contract/lot is awarded: yes

**V.2. Award of contract****V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/10/2023

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Biotronik Polska Sp. z o.o.

National registration number: 7792121615

Town: Poznań

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 361 600,00 PLN

**V.2.5. Information about subcontracting****Section VI: Complementary information**

---

**VI.3. Additional information****VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

**VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
  - Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  - Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:

- a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

**VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

21/11/2023