

141215-2026 - Licitación

Bélgica – Aparatos de análisis – Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »

OJ S 41/2026 27/02/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios

Suministros

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Institut Scientifique de Service Public

Correo electrónico: direction@issep.be

Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad estatal

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »

Descripción: L'objet du marché est l'acquisition (y compris, l'installation et la mise en service) d'instruments ainsi que leurs accessoires afin d'analyser la qualité de l'air ambiant pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie. Les composés visés sont : l'ozone, les oxydes d'azote, les particules en suspension (PM10 ; PM2.5). Ces fournitures relèvent du code CPV : 38432000 Enumération (et détail éventuel) des prestations à exécuter : - livraison - montage/installation - mise en service - formation - service après-vente Lot(s) : Le marché est divisé en lots. Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Vous pouvez remettre offre pour plusieurs lots. Tous les lots pourront vous être attribués. Vous pouvez proposer des rabais ou améliorations en cas d'attribution de plusieurs lots : OUI. Variante(s) : Ce marché ne comporte aucune variante autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire de variante. Les variantes libres sont interdites. Les variantes éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Option(s) : Ce marché ne comporte aucune option autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire d'option. Les options libres sont interdites. Les options éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Tranche(s) : Pour chacun des trois lots, le marché est divisé en tranches. Le caractère ferme ou conditionnel des tranches dépend du caractère certain ou non de leur commande par le pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché mais n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. Les tranches

fermes vous sont commandées au moment de la notification du marché. La/Les tranche(s) conditionnelle(s) peu(ven)t être commandée(s) plus tard, mais l'adjudicateur n'y est pas obligé. Le marché contient les tranches fermes suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 16 analyseurs. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 22 analyseurs. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 26 analyseurs, accessoires utiles. Le marché contient les tranches conditionnelles suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 2 analyseurs supplémentaires. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 4 analyseurs supplémentaires. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 4 analyseurs supplémentaires et leurs accessoires utiles. La commande de la /les tranche(s) conditionnelle(s) vous sera adressée par le pouvoir adjudicateur selon les modalités suivantes : modalités identiques à la commande des analyseurs relatifs aux tranches fermes.

Identificador del procedimiento: 68abdb68-fee-480f-a0ea-93d3b6104e3d

Identificador interno: CSC 22/25

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 38432000 Aparatos de análisis

2.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

2.1.5. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Número máximo de lotes a los que un licitador puede presentar ofertas: 3

Condiciones del contrato:

Número máximo de lotes por los que se pueden adjudicar contratos a un solo licitador: 0

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Descripción: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14625 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 14625 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de

qualité « QAL1 » selon mais selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, etc - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques au zéro - D'un système interne de génération d'ozone : pour permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). - De raccords de conduites : prévu pour du tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole dédié permettra l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (port RJ45) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication (RS / IP) ; la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

Identificador interno: 1

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 38432000 Aparatos de análisis

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Arr. Liège (BE332)

País: Bélgica

5.1.3. Duración estimada

Duración: 1 Año

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Canal de comunicación ad hoc:

Dirección web: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Son necesarios el sello o la firma electrónicos avanzados o cualificados [como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014]

Plazo de recepción de ofertas: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 120 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Conseil d'Etat

Información sobre los plazos de revisión: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO₂, NO et NO_x) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Descripción: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14211 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 14211 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été

officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques du zéro. - D'un système interne permettant l'injection d'un gaz de contrôle en pression afin de permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). De ce fait, un élément de contrôle/régulation du débit doit être présent pour l'injection du gaz (voie « span »). Par exemple, cette régulation se fera par orifice critique ou par régulation manuelle via un rotamètre. - De raccords de conduites : prévu pour tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 Ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

Identificador interno: 2

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 38432000 Aparatos de análisis

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Arr. Liège (BE332)

País: Bélgica

5.1.3. Duración estimada

Duración: 1 Año

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Canal de comunicación ad hoc:

Dirección web: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública**Condiciones de presentación:**

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Son necesarios el sello o la firma electrónicos avanzados o cualificados [como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014]

Plazo de recepción de ofertas: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 120 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas**Acuerdo marco:**

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Conseil d'Etat

Información sobre los plazos de revisión: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

5.1. Lote: LOT-0003

Título: Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Descripción: Principe de mesure : Méthode optique de mesure. Tout autre principe de mesure (ex : rayonnement bêta, microbalance) ne sera pas accepté. La méthode de mesure proposée

doit être reconnue et démontrée équivalente à la méthode de référence selon la norme spécifique NBN EN 16450 :2017. La mesure des fractions PM10 et PM2.5 doit être réalisée en simultanée par le même instrument. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 16450 :2017. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'équipement devra être également repris dans la liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l'air définie et publiée par le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, France. Selon la mise à jour du 09/07/2025). L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'un capteur d'humidité relative présent dans le flux d'échantillonnage afin de contrôler l'hygrométrie de l'aérosol analysé. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - tout le matériel nécessaire à l'installation de l'analyseur en station (passe-toit, système d'étanchéité, visserie, etc) ; - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en langage français et potentiellement au moins un autre langage, par exemple en anglais, comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication (RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil. L'adjudicataire doit fournir également les accessoires techniques suivants : - un kit de maintenance pour un fonctionnement normal durant une période de deux ans. - un kit de contrôle portable prévu pour le terrain afin de garantir la qualité de la mesure optique de l'analyseur. - un kit de contrôle du débit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle de l'étanchéité du circuit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle et/ou de calibration de la sonde météo, - un kit permettant de réaliser un contrôle « air zéro » prévu pour le terrain.

Identificador interno: 3

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

5.1.3. Duración estimada

Duración: 1 Año

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Canal de comunicación ad hoc:

Dirección web: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Son necesarios el sello o la firma electrónicos avanzados o cualificados [como se definen en el Reglamento (UE) nº 910/2014]

Plazo de recepción de ofertas: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 120 Días

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Conseil d'Etat

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Institut Scientifique de Service Public
Número de registro: 0241530493_5262
Dirección postal: Rue du Chéra 200
Localidad: Liège
Código postal: 4000
Subdivisión del país (NUTS): Arr. Liège (BE332)
País: Bélgica
Correo electrónico: direction@issep.be
Teléfono: +32 42298311
Dirección de internet: <http://www.issep.be>
Perfil de comprador: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5262&includeOrganisationChildren=true>

Funciones de esta organización:

Comprador

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: SPF Stratégie et Appui
Número de registro: BE001
Dirección postal: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Localidad: Bruxelles
Código postal: 1000
Subdivisión del país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
País: Bélgica
Correo electrónico: revise@publicprocurement.be
Teléfono: +32 2 740 80 00
Dirección de internet: <https://bosa.belgium.be>

Funciones de esta organización:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Conseil d'Etat
Número de registro: 0931814266
Localidad: Bruxelles
Código postal: 1000
Subdivisión del país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
País: Bélgica

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse

:

2edfdee2-6f76-42ee-b1e2-cad710023d5a-01

Principal motivo de la modificación

:

Información actualizada

10.1. Modificación

Identificador de sección: PROCEDURE

Los pliegos de contratación se modificaron el: 25/02/2026

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: e7fbb5b0-349f-4d00-b360-193464ec234f - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Anuncio: fecha de envío (por parte del eSender): 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: francés

Número de publicación del anuncio: 141215-2026

Número de la edición del DO S: 41/2026

Fecha de publicación: 27/02/2026