

232744-2026 - Licitación

Chequia – Microscopios de fluorescencia y polarizantes – Pokročilý zobrazovací systém s vysokým rozlišením umožňující snímání hlubokých struktur v intaktní tkáni

OJ S 66/2026 03/04/2026

**Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios
Suministros**

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Correo electrónico: marketa.novackova@iem.cas.cz

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Pokročilý zobrazovací systém s vysokým rozlišením umožňující snímání hlubokých struktur v intaktní tkáni

Descripción: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pokročilého zobrazovacího systému s vysokým rozlišením umožňujícího snímání hlubokých struktur v intaktní tkáni s veškerým potřebným a nezbytným příslušenstvím a zajištění jeho funkční technické integrace s pulzním femto-sekundovým laserem pro tří-fotonovou excitaci fluorescence a optickým stolem, jež jsou blíže specifikovány v příloze č. 6b zadávací dokumentace (Technická specifikace pulzního laseru, optického stolu a instalační místnosti). Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 6a zadávací dokumentace. Technická specifikace je vypracována v anglickém jazyce z důvodu eliminace interpretačních odchylek vzniklých z důvodu překladu anglicko-jazyčných termínů. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz Příloha č. 7 (Návrh smlouvy) zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje zařízení nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Identifikador del procedimiento: a60c96c8-7b78-4c6e-8bc5-5bbb82856f73

Identificador interno: 01/2026

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 38515000 Microscopios de fluorescencia y polarizantes

Clasificación adicional (cpv): 38519000 Compuestos diversos para microscopios

2.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

País: Chequia

Información complementaria: Sídlo zadavatele – Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč, instalační místnost č. 1.12b blíže specifikovaná v Příloze č. 2b zadávací dokumentace (Technická specifikace pulzního laseru, optického stolu a instalační místnosti).

2.1.3. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 17 000 000,00 CZK

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Legislación transfronteriza aplicable: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Pokročilý zobrazovací systém s vysokým rozlišením umožňující snímání hlubokých struktur v intaktní tkáni

Descripción: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pokročilého zobrazovacího systému s vysokým rozlišením umožňujícího snímání hlubokých struktur v intaktní tkáni s veškerým potřebným a nezbytným příslušenstvím a zajištění jeho funkční technické integrace s pulzním femto-sekundovým laserem pro tří-fotonovou excitaci fluorescence a optickým stolem, jež jsou blíže specifikovány v příloze č. 6b zadávací dokumentace (Technická specifikace pulzního laseru, optického stolu a instalační místnosti). Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 6a zadávací dokumentace. Technická specifikace je vypracována v anglickém jazyce z důvodu eliminace interpretačních odchylek vzniklých z důvodu překladu anglicko-jazyčných termínů. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz Příloha č. 7 (Návrh smlouvy) zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje zařízení nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Identificador interno: 01/2026

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 38515000 Microscopios de fluorescencia y polarizantes

Clasificación adicional (cpv): 38519000 Compuestos diversos para microscopios

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

País: Chequia

Información complementaria: Sídlo zadavatele – Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč, instalační místnost č. 1.12b blíže specifikovaná v Příloze č. 2b zadávací dokumentace (Technická specifikace pulzního laseru, optického stolu a instalační místnosti).

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 08/06/2026

Fecha de finalización de la duración: 11/12/2026

5.1.5. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 17 000 000,00 CZK

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de ejecutar el contrato: No se requiere

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
Esta contratación también es adecuada para las pequeñas y medianas empresas (pymes): sí

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Compra innovadora

Descripción: Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky zadavatel předpokládá, že uplatnění zásady inovací je zohledněno Technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky.

Contratación de innovación: Las obras, suministros o servicios contratados incluyen actividades de investigación y desarrollo.

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Nabídková cena (v Kč bez DPH)

Descripción: V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria předloží účastník nabídkovou cenu (v Kč bez DPH) za předmět plnění veřejné zakázky. Hodnotí se nabídková cena (v Kč bez DPH), která musí být zpracována v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace. Jako výhodnější bude hodnotící komise hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jímž nabízená nabídková cena (v Kč bez DPH) bude nižší oproti nabídkovým cenám (v Kč bez DPH) nabízených ostatními účastníky zadávacího řízení.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 60

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: Kvalita přístroje

Descripción: Nabídka účastníka, která bude po technické stránce nejlépe naplňovat jednotlivé parametry stanovené na kvalitu nabízeného přístroje, bude nejvýhodnější pro zadavatele v tomto dílčím hodnotícím kritériu. Nabídka účastníka bude hodnocena v rámci 5 jednotlivých parametrů, které jsou blíže vymezeny v Příloze č. 8 (Podklad pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita přístroje“) zadávací dokumentace. Nabídce účastníka budou za jednotlivé nabídnuté parametry přiděleny body dle metody v této příloze vymezené. Počet bodů v rámci jednotlivých parametrů bude následně sečten.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 30

Criterio:

Tipo: Calidad

Nombre: Délka záruční doby

Descripción: Hodnocena bude nabídnutá délka záruční doby, přičemž delší záruční doba bude hodnocena jako výhodnější. Minimální požadovaná délka záruční doby je 24 měsíců a hodnoceno bude každých dalších 6 měsíců nad toto minimum.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 10

5.1.11. Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-mediciny-av-cr-v-v-i>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-mediciny-av-cr-v-v-i>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: checo

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 28/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 0 Día

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: Obligatoria

Se utilizarán pedidos electrónicos: sí

Se utilizará el pago electrónico: sí

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Información sobre los plazos de revisión: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242

odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Número de registro: 68378041

Dirección postal: Vídeňská 1083

Localidad: Praha 4 - Krč

Código postal: 142 20

Subdivisión del país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

País: Chequia

Correo electrónico: marketa.novackova@iem.cas.cz

Teléfono: +420 241062722

Dirección de internet: <https://iem.cas.cz>

Perfil de comprador: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-mediciny-av-cr-v-v-i>

Funciones de esta organización:

Comprador

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Número de registro: 65349423

Dirección postal: třída Kpt. Jaroše 7

Localidad: Brno

Código postal: 60455

Subdivisión del país (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

País: Chequia

Correo electrónico: posta@uohs.cz

Teléfono: +420 542167111

Dirección de internet: <https://www.uohs.cz>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse

:

145216-2026

Principal motivo de la modificación

:

Información actualizada

Descripción

:

Zadavatel obdržel žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel se rozhodl žádosti vyhovět.

10.1. Modificación

Identificador de sección: LOT-0001

Descripción de las modificaciones: Původní lhůta pro podání nabídek: do 7. 4. 2026 v 10:00 hodin. Prodloužená lhůta pro podání nabídek: do 28. 4. 2026 v 10:00 hodin.

Los pliegos de contratación se modificaron el: 01/04/2026

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 833c3afa-14b8-4490-8d83-19a397bcf82b - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 01/04/2026 16:23:48 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: checo

Número de publicación del anuncio: 232744-2026

Número de la edición del DO S: 66/2026

Fecha de publicación: 03/04/2026