

Slovakkia-Bratislava: Meditsiinilised tarbekaubad

OJ S 141/2021 23/07/2021

Parandus

Tarned

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Riiklik registreerimisnumber: 00165565

Postiaadress: Limbová

Linn: Bratislava-Nové Mesto

NUTS kood: SK01 Bratislavský kraj

Sihtnumber: 837 52

Riik: Slovakkia

Kontaktisik: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-post: ivana.ichnatoliov@health.gov.sk

Telefon: +421 259373289

Faks: +421 254789321

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.health.gov.sk/>

Hankijaprofili aadress: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Viitenumber: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. CPV põhikood

33140000 Meditsiinilised tarbekaubad

II.1.3. Lepingu liik

Asjad

II.1.4. Lühikirjeldus

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

VI osa: Lisateave

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

20/07/2021

VI.6. Algse teate viide

Teate number ELTs: [2021/S 107-279626](#)

VII osa: Muudatused

VII.1. Muudetav või lisatav teave

VII.1.2. Algses teates parandatav tekst

Osa nr hanketeates : IV.2.2)

Koht, kus teksti tuleb muuta:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Enne:

Kuupäev: 23/07/2021 Kohalik aeg: 10:00

Uus versioon:

Kuupäev: 30/07/2021 Kohalik aeg: 10:00

Osa nr hanketeates : IV.2.7)

Koht, kus teksti tuleb muuta:

Podmienky na otváranie ponúk

Enne:

Kuupäev: 23/07/2021 Kohalik aeg: 10:30

Uus versioon:

Kuupäev: 30/07/2021 Kohalik aeg: 10:30

VII.2. Muu lisateave