

456295-2026 - Hange

Moldova – Meditsiiniseadmed – Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027

OJ S 125/2026 02/07/2026

Hanketeade vői kontsessiooniteade – üldkord

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

E-posti aadress: office@capcs.gov.md

Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutus

Hankija tegevus: Tervishoid

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027

Kirjeldus: Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027. Cod CPV 33100000-1.

Procedura este împărțită în 47 loturi. Termenii de livrare: operatorii economici rezidenți DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020; operatorii economici nerezidenți condiții CIP; livrare în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027. Contractul intră în vigoare la data de 01.01.2027 și este valabil până la 31.12.2027.

Ofertele se prezintă: rezidenții în MDL, nerezidenții în EURO.

Menetluse tunnus: 202d8462-52f7-415a-9868-078438b41ce2

Sisemine tunnus: 21642217

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Licitatie deschisă. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor este conform SIA RSAP; în XML este indicat termenul din pagina procedurii: 03.08.2026, ora 10:30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Se utilizează licitație electronică, pasul minim 0,1%, 3 runde.

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 47

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Dializator suprafata 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg (005052)

Kirjeldus: Lotul nr. 1. Cod intern: 005052. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 72 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 600,00.

Valoarea estimativă fără TVA: 73.623,00 MDL.

Sisemine tunnus: 1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg (005053)

Kirjeldus: Lotul nr. 2. Cod intern: 005053. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 700,00. Valoarea estimativă fără TVA: 51.136,40 MDL.

Sisemine tunnus: 2

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0003

Pealkiri: Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg (005054)

Kirjeldus: Lotul nr. 3. Cod intern: 005054. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 11880,00. Valoarea estimativă fără TVA: 852.639,48 MDL.

Sisemine tunnus: 3

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad
Lepingutingimused:
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut
Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:
Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi
Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

5.1. Osa: LOT-0004

Pealkiri: Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg (005055)

Kirjeldus: Lotul nr. 4. Cod intern: 005055. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 . Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 20680,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.505.731,48 MDL.
Sisemine tunnus: 4

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agen ia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achizi ii Publice Centralizate  n S n tate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agen ia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achizi ii Publice Centralizate  n S n tate

5.1. Osa: LOT-0005

Pealkiri: Liniid pentru s nge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B  i 4008S) (005056)

Kirjeldus: Lotul nr. 5. Cod intern: 005056. Specifica ia tehnic  solicitat : Cerin e tehnico-medicale pentru liniile de s nge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializ  Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate  n utilizare Da Termen garan ie   2 ani Livrare  n set (arter /ven ) Da Capcan  arterial   nainte de filtru + PBE port Da Clem de conectare la pacient cu cod de culoare Da Pung  de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injec ie f r  con inut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72 /70 Diametrul segmentului pentru pomp  (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparin  (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22. Unitatea de m sur : Bucat ; cantitatea: 21144,00. Valoarea estimativ  f r  TVA: 718.896,00 MDL.

Sisemine tunnus: 5

5.1.1. Eesm rk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu t itmise koht

Riik: Moldova

K ikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuup ev: 01/01/2027

Kestuse l ppkuup ev: 31/12/2027

5.1.6.  ldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0006

Pealkiri: Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. (005058)

Kirjeldus: Lotul nr. 6. Cod intern: 005058. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial /venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrie 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrie ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 700,00. Valoarea estimativă fără TVA: 136.206,00 MDL.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistootlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0007

Pealkiri: Liniidid sînge (magistrale), artera/vena, set matura (pentru aparate de dializă Dialog, BBraun) (005059)

Kirjeldus: Lot nr. 7. Cod intern: 005059. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set matura (pentru aparate de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72 /70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 6900,00. Valoarea estimativă fără TVA: 241.500,00 MDL.

Sisemine tunnus: 7

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistootlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0008

Pealkiri: Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți (005060)

Kirjeldus: Lotul nr. 8. Cod intern: 005060. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 33450,00. Valoarea estimativă fără TVA: 114.064,50 MDL.

Sisemine tunnus: 8

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0009

Pealkiri: Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți (005061)

Kirjeldus: Lotul nr. 9. Cod intern: 005061. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 33450,00. Valoarea estimativă fără TVA: 114.064,50 MDL.

Sisemine tunnus: 9

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistootlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0010

Pealkiri: Ac pentru puncție, artera (fistuline), 17 G, bucăți (005062)

Kirjeldus: Lotul nr. 10. Cod intern: 005062. Specificația tehnică solicitat: Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 1750,00. Valoarea estimativă fără TVA: 5.967,50 MDL.

Sisemine tunnus: 10

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistootlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0011

Pealkiri: Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți (005063)

Kirjeldus: Lotul nr. 11. Cod intern: 005063. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 17G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 1750,00. Valoarea estimativă fără TVA: 5.967,50 MDL. Sisemine tunnus: 11

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0012

Pealkiri: Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S):

Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S (005064)

Kirjeldus: Lotul nr. 12. Cod intern: 005064. Specificația tehnică solicitată: Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 206,00. Valoarea estimativă fără TVA: 656.179,88 MDL.

Sisemine tunnus: 12

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru

Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0013

Pealkiri: Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S):
Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R (005065)
Kirjeldus: Lotul nr. 13. Cod intern: 005065. Specificația tehnică solicitată: Linii A/V set Online Plus 500-8R. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 9300,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.174.809,76 MDL.
Sisemine tunnus: 13

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agen ia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achizi ii Publice Centralizate  n S n tate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agen ia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistootlused: Centrul pentru Achizi ii Publice Centralizate  n S n tate

5.1. Osa: LOT-0014

Pealkiri: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux  nalt, suprafa a 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml /or  mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005066)

Kirjeldus: Lotul nr. 14. Cod intern: 005066. Specifica ia tehnic  solicitat : Compatibilitate cu dispozitivele aflate  n utilizare Da Termen garan ie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxid , γ , β  i alte metode de iradiere Da Membran  complet sintetic  Da Flux  nalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/or  Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerin ele specifice Nr Clearance (300 ml/min) Unitate m sur , ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfa i ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130 . Unitatea de m sur : Bucat ; cantitatea: 1080,00.

Valoarea estimativ  f r  TVA: 228.353,13 MDL.

Sisemine tunnus: 14

5.1.1. Eesm rk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu t itmise koht

Riik: Moldova

K ikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuup ev: 01/01/2027

Kestuse l ppkuup ev: 31/12/2027

5.1.6.  ldine teave**Reserveeritud osalemine:**

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0015

Pealkiri: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml /oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005067)

Kirjeldus: Lotul nr. 15. Cod intern: 005067. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml /oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfați ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 2560,00. Valoarea estimativă fără TVA: 627.460,30 MDL. Sisemine tunnus: 15

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0016

Pealkiri: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml /oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068)

Kirjeldus: Lotul nr. 16. Cod intern: 005068. Specificația tehnică solicitată: Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2. Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2. Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml /min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfați ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 860,00. Valoarea estimativă fără TVA: 160.903,16 MDL.

Sisemine tunnus: 16

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0017

Pealkiri: Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatuuli, pentru aparate Dialog + (BBraun): (005071)

Kirjeldus: Lotul nr. 17. Cod intern: 005071. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatuuli pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da. Unitatea de mäsura: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 29.166,60 MDL.

Sisemine tunnus: 17

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0018

Pealkiri: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii (005072)

Kirjeldus: Lotul nr. 18. Cod intern: 005072. Specificația tehnică solicitată: Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii. Unitatea de măsurä: Bucată; cantitatea: 141,00. Valoarea estimativă fără TVA: 191.703,04 MDL.

Sisemine tunnus: 18

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0019

Pealkiri: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (005073)

Kirjeldus: Lotul nr. 19. Cod intern: 005073. Specificația tehnică solicitată: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box). Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 3200,00. Valoarea estimativă fără TVA: 410.209,54 MDL.

Sisemine tunnus: 19

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0020

Pealkiri: Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, (005074)

Kirjeldus: Lotul nr. 20. Cod intern: 005074. Specificația tehnică solicitată: Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO₃ 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 745,00. Valoarea estimativă fără TVA: 916.350,00 MDL.

Sisemine tunnus: 20

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0021

Pealkiri: Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, (005075)

Kirjeldus: Lotul nr. 21. Cod intern: 005075. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicele pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 304,00. Valoarea estimativă fără TVA: 320.112,00 MDL.

Sisemine tunnus: 21

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave**Reserveeritud osalemine:**

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0022

Pealkiri: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : (005076)

Kirjeldus: Lotul nr. 22. Cod intern: 005076. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de

1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 2120,00. Valoarea estimativă fără TVA: 342.210,40 MDL.
Sisemine tunnus: 22

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi
Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistootlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0023

Pealkiri: Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, (005077)
Kirjeldus: Lotul nr. 23. Cod intern: 005077. Specificația tehnică solicitată: Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerințe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3
Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, .. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 7700,00. Valoarea estimativă fără TVA: 269.500,00 MDL.
Sisemine tunnus: 23

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistootlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0024

Pealkiri: Dezinfektant pentru sterilizarea aparateel de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (005078)

Kirjeldus: Lotul nr. 24. Cod intern: 005078. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfecantilor pentru sterilizarea termică și chimică a aparateel de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfecare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 19,00. Valoarea estimativă fără TVA: 12.540,00 MDL.

Sisemine tunnus: 24

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0025

Pealkiri: Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri (005079)

Kirjeldus: Lotul nr. 25. Cod intern: 005079. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare

Dezinfectare termică și chimică a aparaturii Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură
3. Citrosteril, 5 litri, canistre. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 270,00. Valoarea
estimativă fără TVA: 167.940,00 MDL.
Sisemine tunnus: 25

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi
Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0026

Pealkiri: Dezinfektant pentru sterilizarea aparatuuride dialüüsi Dialog, B Braun Sol. Acid Citric, 50%-10 litri (005080)

Kirjeldus: Lot nr. 26. Cod intern: 005080. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparaturide dialüüsi tip Dialog, B Braun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparaturide Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*. Unitatea de măsură: litrul; cantitatea: 350,00. Valoarea estimativă fără TVA: 51.748,20 MDL.

Sisemine tunnus: 26

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektroniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0027

Pealkiri: Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, (005081)

Kirjeldus: Lotul nr. 27. Cod intern: 005081. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfecanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre. Unitatea de măsură: litrul; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 29.000,00 MDL.

Sisemine tunnus: 27

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0028

Pealkiri: Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete (005082)

Kirjeldus: Lotul nr. 28. Cod intern: 005082. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletatā ambalatā în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă. Unitatea de măsurā: kg; cantitatea: 6975,00. Valoarea estimativā fără TVA: 1.679.859,00 MDL.

Sisemine tunnus: 28

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0029

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set võrstneci, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (005083)

Kirjeldus: Lotul nr. 29. Cod intern: 005083. Specificația tehnică solicitat: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringasid bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min..
Unitatea de mäsura: Bucatä; cantitatea: 635,00. Valoarea estimativä färd TVA: 91.981,48 MDL.
Sisemine tunnus: 29

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0030

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; (005084)

Kirjeldus: Lotul nr. 30. Cod intern: 005084. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.400,00 MDL. Sisemine tunnus: 30

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihanklepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0031

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm (005085)

Kirjeldus: Lotul nr. 31. Cod intern: 005085. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.400,00 MDL. Sisemine tunnus: 31

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut
Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:
Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi
Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

5.1. Osa: LOT-0032

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; (005086)

Kirjeldus: Lotul nr. 32. Cod intern: 005086. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 1.400,00 MDL.
Sisemine tunnus: 32

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0033

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; (005087)

Kirjeldus: Lotul nr. 33. Cod intern: 005087. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.600,00 MDL.

Sisemine tunnus: 33

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemise:

Osalemise ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0034

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; (005088)

Kirjeldus: Lotul nr. 34. Cod intern: 005088. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.600,00 MDL.

Sisemine tunnus: 34

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

5.1. Osa: LOT-0035

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; (005089)

Kirjeldus: Lotul nr. 35. Cod intern: 005089. Specificația tehnică solicitată: Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 10,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.710,00 MDL. Sisemine tunnus: 35

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0036

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm (005090)

Kirjeldus: Lotul nr. 36. Cod intern: 005090. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.500,00 MDL.

Sisemine tunnus: 36

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0037

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm (005091)

Kirjeldus: Lotul nr. 37. Cod intern: 005091. Specificația tehnică solicitată: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 5,00. Valoarea estimativă fără TVA: 2.500,00 MDL. Sisemine tunnus: 37

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru

Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0038

Pealkiri: Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life (005092)

Kirjeldus: Lotul nr. 38. Cod intern: 005092. Specificația tehnică solicitată: Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizador, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1 Tunelizador 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 20,00. Valoarea estimativă fără TVA: 112.320,00 MDL.

Sisemine tunnus: 38

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0039

Pealkiri: Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X (008212)

Kirjeldus: Lotul nr. 39. Cod intern: 008212. Specificația tehnică solicitată: Set linie pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Nipro Surdial X Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Cerințele specifice : -Volum de umplere: ≤ 132 ml. -Lungimea segmentului de pompă: ≥ 233 mm și ≤ 268 mm. --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 2 buc. -Forma segmentelor pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 1 buc. -Prezența magistralei suplimentare pentru soluția de substituție ce va permite tratamentul prin hemodiafiltrarea (HDF): Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe magistrala pentru soluția de substituție: Obligatoriu. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 150,00. Valoarea estimativă fără TVA: 23.940,00 MDL.

Sisemine tunnus: 39

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0040

Pealkiri: Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatuuli, pentru aparatele Nipro Sordial X (008213)

Kirjeldus: Lotul nr. 40. Cod intern: 008213. Specificația tehnică solicitată: Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatuului, pentru aparatele Nipro Suredial X. Unitatea de mäsura: Bucatä; cantitatea: 6,00. Valoarea estimativä fära TVA: 18.594,60 MDL.
Sisemine tunnus: 40

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi
Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistootlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0041

Pealkiri: Set linii pentru hemodializa (HD)sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X (008214)

Kirjeldus: Lotul nr. 41. Cod intern: 008214. Specificația tehnică solicitată: Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare Da. Livrare in set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Camera de captare activa a aerului Da Clame montate integral in segment arterial/venos Da Linie pentru heparinizare automata Da Constructie atraumatica a portului de injectare cu membrana de plombare Da Segment conectare/monitorizare tensiune arteriala/venoasa cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzatoare Da. Cerințele specifice : --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc. - Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. - Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip "Spike" cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protecție, tip "Luer Lock": ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 600,00. Valoarea estimativă fără TVA: 67.308,00 MDL.

Sisemine tunnus: 41

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0042

Pealkiri: Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun (008215)
Kirjeldus: Lotul nr. 42. Cod intern: 008215. Specificația tehnică solicitată: Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun Kit terapii CRRT (Omniset Kit) – Kit integrat de unică folosință pentru procedura de hemodiafiltrare venovenoză continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6 m² ; Toate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectori de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare pe linie arterială, cât și pe linie venoză; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 um pentru protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare pentru priming, cu volum de 2000 ml cu conector Luer-Lock și cleme. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 195. Valoarea estimativă fără TVA: 1.345.680,00 MDL.
Sisemine tunnus: 42

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

5.1. Osa: LOT-0043

Pealkiri: Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului (008216)
Kirjeldus: Lotul nr. 43. Cod intern: 008216. Specificația tehnică solicitat: Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului. Unitatea de mäsura: Bucatä; cantitatea: 615,00. Valoarea estimativä fära TVA: 133.488,00 MDL.
Sisemine tunnus: 43

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova
Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0044

Pealkiri: Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun (008217)

Kirjeldus: Lotul nr. 44. Cod intern: 008217. Specificația tehnică solicitată: Cateter cu mandren (set) – cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200 mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime minim 600 mm; Dilatator calibru 12 Fr și lungime de 150 mm; Ac de puncție calibru 18G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 185,00. Valoarea estimativă fără TVA: 240.192,00 MDL.

Sisemine tunnus: 44

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektroniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0045

Pealkiri: Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun (008218)

Kirjeldus: Lotul nr. 45. Cod intern: 008218. Specificația tehnică solicitată: Pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră pentru soluția de bicarbonat, cealtă cameră penru soluția de potasiu, concentrație de 2 mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000 ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-lock).. Unitatea de măsurä: Bucată; cantitatea: 5175,00. Valoarea estimativă fără TVA: 4.229.496,00 MDL.

Sisemine tunnus: 45

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0046

Pealkiri: Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb” (008219)

Kirjeldus: Lotul nr. 46. Cod intern: 008219. Specificația tehnică solicitată: Cytosorb filtru, by CytoSorbents Corporation Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb”- capacitate de absorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de absorbție de minim 40.000 m² ; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl.. Unitatea de măsură: Bucată; cantitatea: 131,00. Valoarea estimativă fără TVA: 4.944.186,00 MDL.

Sisemine tunnus: 46

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

5.1. Osa: LOT-0047

Pealkiri: Set steril pentru conectare si deconectare hemodializa.

Kirjeldus: Lotul nr. 47. Specificația tehnică solicitatä: plasture, 5cm x 7cm-2bucati, compresa din tifon 8straturi, 7,5cm x 7,5cm-6buc, bandeleta adeziva 1,5cm x 1,5cm- 10bucati. Unitatea de mäsura: set; cantitatea: 7176,00. Valoarea estimativä färdä TVA: 538.200,00 MDL.
Sisemine tunnus: 47

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 33100000 Meditsiiniseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Moldova

Kõikjal asjaomases riigis

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/01/2027

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21642217/>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rumeenia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03/08/2026 10:30:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 160 Päevad

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

Elektrooniline oksjon: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Agen ia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Centrul pentru Achizi ii Publice Centralizate  n S n tate

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Agen ia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Centrul pentru Achizi ii Publice Centralizate  n S n tate

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Centrul pentru Achizi ii Publice Centralizate  n S n tate

Registreerimisnumber: 1016601000212

Postiaadress: bd. Grigore Vieru 22/2

Linn: Chi in u

Sihtnumber: MD-2005

Riik: Moldova

Kontaktpunkt: Botica Aurelia

E-posti aadress: office@capcs.gov.md

Telefon: +37322222364

Faks: +37322222445

Internetiaadress: <https://www.capcs.md>

Hankija profiil: <https://www.capcs.md>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Agen ia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor

Registreerimisnumber: 1017601000105

Postiaadress: bd.  tefan cel Mare  i Sf nt nr.124, et.4

Linn: Chi in u

Sihtnumber: MD-2001

Riik: Moldova

E-posti aadress: contestatii@ansc.md

Telefon: +37322820652

Faks: +37322820651

Internetiaadress: <https://www.ansc.md>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 4620fded-fc04-4108-b4d9-dacdff727e89 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 01/07/2026 11:45:34 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: rumeenia keel

Teate avaldamise number: 456295-2026

ELT S väljaande number: 125/2026

Avaldamise kuupäev: 02/07/2026