

479093-2026 - Kilpailu

Puola – Massaspektrometri – DOSTAWA SPEKTROMETRU MASOWEGO Z INDUKCYJNIE SPRĘŻONĄ PLAZMĄ (ICP-MS) DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI

OJ S 131/2026 10/07/2026

**Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Tavarahankinnat**

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Sähköposti: renata.kasprzak@sanepid.gov.pl

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö, joka on alueviranomaisen määräysvallassa

Pääasiallinen toimiala: Terveys

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: DOSTAWA SPEKTROMETRU MASOWEGO Z INDUKCYJNIE SPRĘŻONĄ PLAZMĄ (ICP-MS) DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI

Kuvas: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja spektrometru masowego z indukcyjnie sprężoną plazmą (ICP-MS) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz dostosowaniem instalacji gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 2. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 3. Dostawa obejmuje: a) wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ b) montaż i instalację w miejscu posadowienia, dostosowanie instalacji wentylacyjnej, gazowej i klimatyzacyjnej oraz uruchomienie, skonfigurowanie, przetestowanie i demonstrację pełnej sprawności dostarczonych urządzeń c) przeszkolenie pracowników z obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu . 4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Formularzu Przedmiotowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

Menettelyn tunnistus: 980afe2d-1f5e-4b9a-aa91-65d62b5a1375

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38433100 Massaspektrometri

Lisäluokitus (cpv): 38430000 Ilmaisimet ja analysilaitteet

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Maa: Puola

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia opisane w Rozdziale VIII SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe: Dokumenty zamówienia opisane w Rozdziale IX SWZ inne: 1. Zgodnie z art. 257 Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 i 96 Pzp. 6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający, działając na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp, odstępuje od żądania złożenia oświadczenia JEDZ wraz z ofertą. JEDZ zostanie złożony wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego. 14. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia. 15. Zgodnie z art. 138 Pzp ust. 2 pkt. 1, Zamawiający wyznaczył krótszy termin składania ofert, ze względu na opublikowanie ogłoszenia wstępnego informacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer publikacji ogłoszenia: 236307-2026, data publikacji: 07/04/2026; a jednocześnie nie skrócił go do bezwzględного minimum ze względu na fakt iż wymaga przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej.

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispäikkä: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: DOSTAWA SPEKTROMETRU MASOWEGO Z INDUKCYJNIE SPRZĘŻONĄ PLAZMĄ (ICP-MS) DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI

Kuvas: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja spektrometru masowego z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz dostosowaniem instalacji gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 2. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie

zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 3. Dostawa obejmuje: a) wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ b) montaż i instalację w miejscu posadowienia, dostosowanie instalacji wentylacyjnej, gazowej i klimatyzacyjnej oraz uruchomienie, skonfigurowanie, przetestowanie i demonstrację pełnej sprawności dostarczonych urządzeń c) przeszkolenie pracowników z obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu. 4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Formularzu Przedmiotowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ 5. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować wydłużony termin gwarancji, za co uzyska odpowiednią ilość punktów. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XVII SWZ.

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38433100 Massaspektrometri

Lisäluokitus (cpv): 38430000 Ilmaisimet ja analyysilaitteet

Optiot:

Optioiden kuvaus: Zamawiający nie przewiduje wznowienia i opcji.

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 56 Päivät

5.1.4. Uusiminen

Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.5. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 877 025,00 PLN

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

Lisätiedot: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 1. Zgodnie z art. 107 Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył następujące przedmiotowe środki dowodowe dla: a) poz. 4, 6, 9, 11, 17, 18, 21- dokumenty, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań technicznych, co do których Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazał konieczność potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym. b) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 3) SWZ: specyfikację techniczną zaoferowanego sprzętu potwierdzającą, że sprzęt spełnia parametr techniczny – opisany w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 3) SWZ. c) notę aplikacyjną producenta dotyczącą badania składu pierwiastkowego wody wg normy ISO 17294-2 lub równoważnej na oferowanym modelu ICP-MS wraz z tłumaczeniem na język polski dla co najmniej Cd, Pb, Cr, Ni, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Sb, U, Na, K, Al. Nota musi zawierać wyniki badania odzysku z zastosowaniem Certyfikowanego Materiału Referencyjnego dla wody; odzyski muszą się zawierać w przedziale 90-110%. Przykładem takich dokumentów mogą być: m.in.: specyfikacja techniczna producenta, katalogi producenta, broszura informacyjna producenta lub dane techniczne itp. służące potwierdzeniu zgodności oferowanej dostawy z

wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w formularzu przedmiotowym lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający nie uzna dokumentu sporządzonego przez Wykonawcę nie będącego producentem. UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji technicznej widnieje potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia konkretne wymagania i cechy wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ oraz kryterium określone w opisie kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 3) SWZ. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie go do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie za wyjątkiem dokumentów służących potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. 3. W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe przekładane wraz z ofertą są sporządzone w innym języku niż język polski, Wykonawca dołącza stosowane tłumaczenie, obejmujące swym zakresem co najmniej te fragmenty w dokumencie, które były wymagane jako przedmiotowy środek dowodowy. 4. Przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispäikkä: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyypit: Hinta

Nimi: Cena

Kuvas: Punktacja w kryterium cena zostanie przydzielona wg wzoru: (cena oferty najtańszej/ cena oferty ocenianej) x 50 pkt, z dokładnością wyniku do drugiego miejsca po przecinku.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 50

Kriteeri:

Tyypit: Laatu

Nimi: Gwarancja na przedmiot umowy

Kuvas: a) Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania „Protokołu odbioru”. Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ. Zamawiający w ramach „Kryterium gwarancja” przyzna Wykonawcy punkty według następujących zasad: • gwarancja 24 miesiące = 0 pkt • gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt • gwarancja 48 miesięcy - 20 pkt • gwarancja 60 miesięcy - 35 pkt W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w „Ofercie Wykonawcy” oferowanego terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny termin gwarancji, wymagany zapisami SWZ. W takim przypadku oferta zostanie uznana za ważną, podlegającą ocenie, jednakże nie uzyska ona dodatkowych punktów za przedmiotowe kryterium.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 35

Kriteeri:

Tyypit: Laatu

Nimi: Parametr techniczny

Kuvas: Stosunek jonów CeO⁺/Ce⁺ w trybie bez gazu, waga : 15% Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów, gdy stosunek jonów CeO⁺/Ce⁺ w trybie bez gazu zgodnie ze

specyfikacją producenta fabryczną wynosi: $\leq 1,5\%$ – 15,0 pkt. $\leq 2,0\%$ – 7,0 pkt. $\leq 2,5\%$ – 0,0 pkt. (warunek konieczny)

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 15

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 31/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 31/07/2026 10:10:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Lisätiedot: Termin związania ofertą określony datą: 2026-10-28

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sähköinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba Odwoławcza

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Tarjouksia käsittelevä organisaatio: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwoławcza

Rekisterinumero: 5262239325

Postiosoite: ul. Postępu 17a

Postitoimipaikka: Warszawa

Postinumero: 02-676

Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Maa: Puola

Sähköposti: odwolania@uzp.gov.pl

Puhelin: 224587840

Internetosoite: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Rekisterinumero: 7281860518

Postiosoite: ul. Wodna 40

Postitoimipaikka: Łódź

Postinumero: 90-046

Maaryhmittely (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Maa: Puola

Sähköposti: renata.kasprzak@sanepid.gov.pl

Puhelin: 882799536

Internetosoite: <https://www.gov.pl/web/wsse-lodz>

Tietojenvaihdon päätepiste (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

Hankkijaprofiili: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

Tarjouksia käsittelevä organisaatio

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 319642ec-1856-4fdb-b8cc-58c9f50f2565 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppe: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 09/07/2026 09:53:17 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola

Ilmoituksen julkaisunumero: 479093-2026

EUVL S -lehden numero: 131/2026

Julkaisupäivä: 10/07/2026