

576089-2025 - Tulokset

Puola – Lääketieteelliset laitteet – Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

OJ S 169/2025 04/09/2025

Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä

Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Szpital Murcki Sp. z o.o.

Sähköposti: zp@szpitalmurcki.pl

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö

Pääasiallinen toimiala: Terveys

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Kuvaus: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia.

Menettelyn tunnistus: 5826fe4c-e24a-49bc-8ec7-16c964ee9344

Edellinen ilmoitus: 503274-2025

Sisäinen tunnistus: ZP/1888/25

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 33100000 Lääketieteelliset laitteet

Lisäluokitus (cpv): 33111000 Röntgenlaitteet

2.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Szpital Murcki Sp. z o.o. Ul. Sokołowskiego 2

Postitoimipaikka: Katowice

Postinumero: 40-749

Maaryhmittely (NUTS): Katowicki (PL22A)

Maa: Puola

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

Prawo Zamówień Publicznych - art. 132 Pzp

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Kuvaus: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje jeden niepodzielny przedmiot zamówienia, dla którego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, jak i wymagania zawarte w SWZ.

Sisäinen tunniste: ZP/1888/25

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 33100000 Lääketieteelliset laitteet

Lisäluokitus (cpv): 33111000 Röntgenlaitteet

5.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: ul. Sokołowskiego 2

Postitoimipaikka: Katowice

Postinumero: 40-749

Maaryhmittely (NUTS): Katowicki (PL22A)

Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 10 Viikkoa

5.1.6. Yleistä tietoa

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Lisätiedot: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, instalacji i obsługi serwisowej sprzętu rentgenowskiego. Na potwierdzenie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) realizacje w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury diagnostycznej RTG wraz z pracami adaptacyjnymi w pracowni RTG (o ile były konieczne) o wartości każdej z nich min. 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) i z potwierdzeniem, iż zostały wykonane należycie.

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Kuvas: Kryterium cena – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów 60%, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: $C = (\text{Oferta o najniższej cenie brutto} / \text{Cena brutto oferty badanej}) \times 100 \times 60 \%$ gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 60

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Kuvas: Kryterium okres gwarancji –10% (10 punktów); Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Okres gwarancji” zgodnie z opisem poniżej na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: Zadeklarowany Okres gwarancji:

Minimalny okres 36 miesięcy - 0 punktów, 48 miesięcy i więcej - 10 punktów

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 10

Kriteeri:

Tyypit: Laatu

Kuvas: Kriteerium parametr tekninen – 30% Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Parametr tekninen” zgodnie z parametrami określonymi w załączniku – nr 2 do SWZ kolumna „punktacja” oraz kolumna „parametr oferowany”. Maksymalna ilość procent w ramach kryterium „Parametr tekninen” wynosi 30. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 50 pkt. $P = (\text{ilość punktów w badanej ofercie} / \text{maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium parametr tekninen tj. 50 punktów}) \times 100 \times 30 \%$ gdzie: P – wartość parametru technicznego badanej oferty 1. Parametry urządzenia: Częstotliwość napięcia anodowego generatora - Wymagane wartości graniczne ≥ 400 kHz, Punktacja: ≥ 450 kHz - 10 pkt, < 450 kHz - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) - Wymagane wartości graniczne ≥ 65 kW, Punktacja: ≥ 80 kW - 5 pkt, < 80 kW - 0 pkt 3. Parametry urządzenia: Max prąd w radiografii - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mA, Punktacja: ≥ 1000 mA - 5 pkt, < 1000 mA - 0 pkt 4. Parametry urządzenia: Maksymalna wartość mAs - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mAs, Punktacja: ≥ 1000 mAs - 5 pkt, < 1000 mAs - 0 pkt III. Kołpak z lampą rtg i kolimator rtg zamocowany na zawieszeniu sufitowym 1. Parametry urządzenia: Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg - Wymagane wartości graniczne $\geq 1,7$ MHU, Punktacja: ≥ 2 MHU - 10 pkt, < 2 MHU - 0 pkt IV. Uniwersalny stół diagnostyczny 1. Parametry urządzenia: Pochłalność blatu stołu - ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,70$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,50$ mm Al - 5 pkt, $> 0,50$ mm Al - 0 pkt V. Statyw do zdjęć odległościowych 1. Parametry urządzenia: Pochłalność płyty statywu – ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,45$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,35$ mm Al - 5 pkt, $> 0,35$ mm Al - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora - Wymagane wartości graniczne ≤ 50 mm, Punktacja: ≤ 40 mm - 5 pkt, > 40 mm - 0 pkt

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 30

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Tietoa muutoksenhaun määräajoina: Odwołanie wnosi się w terminach: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräaajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organisaatio, jonka talousarviosta sopimus rahoitetaan: Szpital Murcki Sp. z o.o.
Maksun suorittava organisaatio: Szpital Murcki Sp. z o.o.

6. Tulokset

Kaikkien tällä ilmoituksella ilmoitettujen sopimusten arvo: 1 269 300,00 PLN

6.1. Tulokset – Osan tunniste: LOT-0001

Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

6.1.2. Tiedot voittajista

Voittaja:

Virallinen nimi: 4Rad Sp. z o.o.

Tarjous:

Tarjouksen tunniste: 4Rad Sp. z o.o.

Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0001

Tarjouksen arvo: 1 269 300,00 PLN

Tarjouksen sijoitus on tiedossa: kyllä

Sijoitus voittajien luettelossa: 1

Tarjous on vaihtoehtoinen tarjous: ei

Alihankinta: Ei

Sopimuksen tiedot:

Sopimuksen tunniste: SM/U-ZP/25/29

Sopimuksen nimi: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Voittajan valintapäivä: 13/08/2025

Sopimuksen tekopäivä: 01/09/2025

6.1.4. Tilastotiedot

Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset:

Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Sähköisesti tehdyt tarjoukset

Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 1

Tarjousten arvoväli:

Alhaisin hyväksyttävän tarjouksen arvo: 1 269 300,00 PLN

Korkein hyväksyttävän tarjouksen arvo: 1 269 300,00 PLN

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Szpital Murcki Sp. z o.o.

Rekisterinumero: 9542745563

Rekisterinumero: 9542745563

Postiosoite: ul. Sokołowskiego 2

Postitoimipaikka: Katowice

Postinumero: 40-749

Maaryhmittely (NUTS): Katowicki (PL22A)

Maa: Puola

Sähköposti: zp@szpitalmurcki.pl

Puhelin: 32 2556163

Internetosoite: www.szpitalmurcki.pl

Tietojenvaihdon pääteipiste (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Organisaatio, jonka talousarviosta sopimus rahoitetaan

Maksun suorittava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Rekisterinumero: 5262239325

Postiosoite: ul. Postępu 17

Postitoimipaikka: Warszawa

Postinumero: 02-676

Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Maa: Puola

Sähköposti: uzp@uzp.gov.pl

Puhelin: +48 224587801

Faksi: +48 224587700

Internetosoite: <https://uzp.gov.pl>

Tietojenvaihdon pääteipiste (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: 4Rad Sp. z o.o.

Organisaation koko: Pieni

Rekisterinumero: 5213220780

Postiosoite: ul. Suwak 4

Postitoimipaikka: Warszawa

Postinumero: 02-676

Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Maa: Puola

Sähköposti: info@4rad.pl

Puhelin: 504 113 552

Internetosoite: <https://4rad.pl/>

Tämän organisaation roolit:

Tarjoaja

Näiden osien voittaja: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Virallinen nimi: Publications Office of the European Union

Rekisterinumero: PUBL

Postitoimipaikka: Luxembourg

Postinumero: 2417

Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)

Maa: Luxemburg

Sähköposti: ted@publications.europa.eu

Puhelin: +352 29291

Internetosoite: <https://op.europa.eu>

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 17c52b31-9ef6-4ab2-8562-5609806693f8 - 01

Lomakkeen tyyppi: Tulokset

Ilmoituksen tyyppi: Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppe: 29

Ilmoituksen lähetyspäivä: 03/09/2025 07:15:10 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola

Ilmoituksen julkaisunumero: 576089-2025

EUVL S -lehden numero: 169/2025

Julkaisupäivä: 04/09/2025