

342193-2026 - Mise en concurrence

Hongrie – Matériel pour exploration cardio-vasculaire – Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése

OJ S 95/2026 19/05/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Adresse électronique: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónapra 31 ajánlati részben 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer I. 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer II. 17. Utántágító ballon katéter 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 23. Bioszintetikus érprotézisek 24. Perifériás stent-graft öntágulós 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 31. Vasculáris biológiai folt

Identifiant de la procédure: fea841f5-d138-462c-89af-065b4eddbbf8

Identifiant interne: EKR000045612026

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

2.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76.

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

2.1.4. **Informations générales**

Informations complémentaires: 1.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a "bronz fokozatú" minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi ajánlati rész esetében szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: - Kizáró okok tekintetében: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott valamennyi kizáró okot. - BT-750 mezőben: Ajánlatkérő konkrét, a közbeszerzés tárgyához igazodó referenciaigazolást fogad el, annak megfelelően nem értékben, hanem darabszámra megadva. - Tanúsítvány: Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyához igazodó CE tanúsítványt vagy azzal egyenértékű megfelelőségi igazolást fogad el. 3.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére. 4.) Ajánlattevő szakmai ajánlat részeként az ajánlattételi határidő lejártáig nyújtson be a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 14., 15. ajánlati részek esetében, minden megajánlott termék(ek)ből 1-1 darab térítésmentes steril /nem steril termékmintát a szerződéskötést követően leszállításra kerülő termékkel mindenben megegyezően a műszaki leírás / minimum szakmai követelményekben megadottak szerint. Ajánlatkérő a termékmintákat ajánlati szakaszban, a bontás napjáig kéri benyújtani B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) – Logisztikai Központ I. emelet 109. irodába. A termékminták csomagolásán kérjük feltüntetni: ajánlattevő nevét, a szakmai követelmény táblában feltüntetett ajánlati részt, azon belüli sorszámot, megnevezést és termékkódot az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben ezen adatok hiányában ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy a termékmintát melyik, az ajánlattal érintett terméktételre tették, úgy az érintett termékmintát nem veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor! A minta vizsgálata során ajánlatkérő a minimum műszaki/szakmai követelményeknek való megfelelést vizsgálja, a mintatermékek felhasználása nem klinikai körülmények között történik. Amennyiben a benyújtott termékminta nem felel meg a minimum műszaki /szakmai követelményeknek, Ajánlattevő ajánlata érvénytelen. 5.) Ajánlattevő csatolja be a termék(ek) magyar nyelvű szakmai leírását vagy műszaki leírását az ajánlat részeként (valamennyi megajánlott termék vonatkozásában). A termékleírás tartalmazzon minden műszaki paramétert, jellemzőt és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki/szakmai követelményeknek való megfelelése megállapítható. 6.) Állami közbeszerzési szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468. 7.) A BT-763 mező értelmezése:

Ajánlattevő valamennyi részre benyújthat ajánlatot. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja ajánlati részenként. 8.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, EKR000874252026 számon előzetes piaci konzultációt is lefolytatott. 9.) A Kbt. 27/A. §-a szerint: Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) –(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 10.) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség időtartamát 30 napban határozta meg. 11.) Ajánlattevő nyújtson be gyártói nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szállítandó termék csomagolása és címkézése megfelel az MSZ EN ISO 15223-1:2022 és MDR 2017/745 EU rendelet előírásainak. 12.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz, melyről Ajánlatkérő nyilatkozatát várjuk el arra vonatkozóan, hogy az mindenben megegyezik az eredeti dokumentummal. 13.) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő, mint Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítani. 14.) Ajánlatkérő az 5., 6., 8. és a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. és 31. ajánlati részek tekintetében konszignációs készlet kihelyezését írja elő.

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 31

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 31

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis

Accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10., 12.-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) - (8) bekezdésére. A kizáró okok előzetes igazolása vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ és 4–7.§ rendelkezései alapján, míg a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérést követően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8–16. §-ai szerint kell igazolni. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő,

illetve részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltiségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A kizáró okok és az alkalmassági minimumkövetelmények előzetes igazolásaként, a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti kizáró okokról. [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról].

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Abdom. infr.ren.. bifurk. stent graft il. branch

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db

/24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/1

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Az 1.a. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 4 beavatkozást tervez Ajánlatkérő, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra az 1.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 1.a. pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz

szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva a 1.b. pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs

kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Abdom. infr.ren. hajlítható bif. stent graft

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs

rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renal fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renal fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renal fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/2

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76
Ville: Miskolc
Code postal: 3526
Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Az egyes típusokból pontos mennyiség az esetenkénti egyedi méretezés miatt nem adható meg előzetesen, ezért Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. A 2. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 3 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra a 2.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 2.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva a 2. b pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen

százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződészerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és

/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: Abdom. tr.-ren. bif. stent graft 1-hand csavaros 1

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont

polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/3

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Ajánlatkérő a 3. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 20 beavatkozást tervez, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra a 3.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 3.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva a 3.b pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges

mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015.

(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus

érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: 2 db-os konfiguráció opció (1 főtest+1 distális szár) (Előny az igen)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 1

Critère:

Type: Qualité

Description: maximális suprarenalis nyaki anguláció (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 1

Critère:

Type: Qualité

Description: főtest méretválaszték (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: CE jel chimney konfigurációra/indikációra (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: az aortafalhoz illeszkedést elősegítő, „M” szentes főtest szerkezet (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: legnagyobb distális szár átmérő (előny a nagyobb

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: precíziós, csavaros koronasztent nyitás(igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: gyorsnyitás opció (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 1

Critère:

Type: Qualité

Description: abdominal tube kiegészítő (legalább 70 mm fedett hossz) elérhető (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: 20 cm-es distális szárhossz (+/- 2 cm) elérhető (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 1

Critère:

Type: Qualité

Description: 25 mm-es iliaca átmérőre (+/- 2 mm) elérhető distális szár (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: egykezes lépcsős, csavaros húzós nyitószerszám

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: főtest suprarenális stent fixációs karmok száma csúcsonként

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: opcionálisan rövid (short) bifurkációs lehetőség is

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: körbefutó gyűrű marker a kontralaterális szár disztális végén

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: minimális proximális sealing zóna 10 mm-től 20 mm-ig

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 1

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 65

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és

teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszérzési Hatóság Közbeszérzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattel kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszérzési Hatóság Közbeszérzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0004

Titre: Abdom. tr.-ren. bif. stent graft 1-hand csavaros 2

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész

Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/4

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Ajánlatkérő a 4.

sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 3 beavatkozást tervez, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra a 4.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 4.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységgel, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva a 4.b pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15.

Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 65

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0005

Titre: Abdom. tr.-ren. uniiliak. 2r. stent graft csavaros

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zero porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db/24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db/24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/5

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretségokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Ajánlatkérő 24 hónap alatt az 5. sorszámú eszközzel 2 beavatkozást tervez, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra az 5.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 5.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva az 5.b pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező

időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai

közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: saját occluder elérhető (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: occluder átmérő méretválaszték (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: maximális suprarenalis nyaki anguláció (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 1

Critère:

Type: Qualité

Description: CE jel chimney konfigurációra/indikációra (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

Critère:

Type: Qualité

Description: az aortafalhoz illeszkedést elősegítő, „M” szentes főtest szerkezet (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: legnagyobb distális szár átmérő (mm) (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: precíziós, csavaros koronasztent nyitás (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: 20 cm-es distális szárhossz (+/- 2 cm) elérhető (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: 25 mm-es iliaca átmérőre (+/- 2 mm) elérhető distális szár (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: egykezes lépcsős, csavaros húzós nyitó szerkezet

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: főtest suprarenális stent fixációs karmok száma csúcsenként (előny a több)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: minimális proximális sealing zóna (előny a kisebb) 10 mm-től 20 mm-ig

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 1

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 65

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public**Conditions de soumission:**

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variations: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0006

Titre: Abd. supra-ren. bif. stent graft húzós (acél váz)

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio

kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/6

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. A 6. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra a 6.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 6.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva a 6.b pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1

db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: Felvezető rendszer vastagsága (előny a kisebb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 10

Critère:

Type: Qualité

Description: Elérhető rendszer konfigurációk (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 10

Critère:

Type: Qualité

Description: Főtest konverter lehetőségének legalább 4-féle átmérőben. (előny az igen)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 15

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 65

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requisite

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)

bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0007

Titre: Fenesztrált aaa endovaszkuláris grafterrendszer

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris grafterrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent grafterrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent grafterrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagén

bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/7

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát,

valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. A 7. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra a 7.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 7.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva a 7.b pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13.

Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0008

Titre: Abdom. supra-ren. bifurk. stent graft húzós ny.sz.

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zero porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/8

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretségokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. A 8. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 15 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő, melyhez nem feltétlenül kerül felhasználásra a 8.b. pontban felsorolt eszközök mindegyike/valamelyike, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 8.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával, valamint ehhez hozzáadva a 8.b pont alatt felsorolt, eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközök egy beavatkozáshoz szükséges mennyiségének és nettó ajánlati egységárának szorzatával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező

időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai

közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: Felvezető rendszer vastagsága (22-32 mm graft esetén - előny a kisebb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

Critère:

Type: Qualité

Description: Elérhető rendszer konfigurációk 22mm - 36 mm graft átmérő intervallumban.

Előny a nagyobb.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

Critère:

Type: Qualité

Description: Főtest konverter lehetőségének megléte legalább 4 féle átmérőben. (igen-nem) előny az igen.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 6

Critère:

Type: Qualité

Description: Fenesztrált stentgraft elérhetősége a vese artériákhoz és az SMA-hoz, legalább 8-12 mm (nagy fenestráció) lehetősége

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 5

Critère:

Type: Qualité

Description: Fenesztrált stentgraft elérhetősége a vese artériákhoz és az SMA-hoz és 6-8 mm (kis fenestrációk) lehetősége

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 6

Critère:

Type: Qualité

Description: Fenesztrációs stentgraft szállítási ideje (előny a kevesebb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 8

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 65

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0009

Titre: Iliaca branch bifurk. stent graftok húzós ny.sz.

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/9

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. A 9. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő. Az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 9.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: Felvezető rendszer vastagsága (előny a kisebb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 20

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 80

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbizottság Közbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattel kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbizottság Közbizottság Közbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0010

Titre: Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós

nyitószervezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószervezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószervezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/10

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát.

Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. A 10. sorszámú eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő, ezért az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: 10.a pont alatt felsorolt termékek egy beavatkozáshoz szükséges mennyisége szorozva a nettó ajánlati egységárral, majd ez megszorozva a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa

endovaszkuláris grafterrendszer, acél váz, húzós nyitószervezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószervezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószervezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószervezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyitószervezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: Felvezető rendszer vastagsága (24-30mm graft esetén - előny a kisebb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: Egyedi ugyn. Custome made graft szállítási ideje- előny a kisebb. - nap

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: Az aortaívnek megfelelően kialakított hosszú és puha hajlítás a felvezető rendszer (prea curved)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: Konikus proximális rész elérhetősége legalább 8-féle átmérőben előny több.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: Egyedi tervezésű (ún.-"Custom-made") stentgraft lehetősége amikor a beteg morfológiája ezt kéri.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: Egyedi gyártású disszekciós stentgraftok elérhetősége, legalább 11 féle átmérőben 22-42 mm intervallumban

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: Egyedi gyártású konikus diszekciós stentgraftok elérhetősége legalább 8-féle átmérőben és kétféle konikus struktúrával

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: Disszekciós graft elérhetősége (igen-nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Qualité

Description: A sealing stenten körkörösén elhelyezett karmok megléte (igen-nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 4

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 65

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0011

Titre: Thorac. stent graft (ptfe) aneurysma, dissectio

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/11

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,

22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méreetsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételsor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Az Ajánlatkérő határozza meg a műtéti beavatkozáshoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok darabszámát, valamint az eseti jelleggel felhasználásra kerülő eszközöket. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Az eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő, ezért az ajánlati árat az alábbiak szerint kéri megadni: A 24 hónap időtartamra tervezett beavatkozás értéke (vagyis a nettó ajánlati ár): az egy beavatkozáshoz szükséges mennyiség és a nettó ajánlati ár (átlagár) szorzata, mely megszorzásra kerül a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától

visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745

EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)

bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0012

Titre: Thorac. stent graft 1-hand nysz. Dacron csavaros

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagén

bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db/24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db/24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/12

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Ajánlatkérő meghatározza, hogy jelen ajánlati részre

Ajánlattevő csak abban az esetben tegyen ajánlatot, ha a • proximális rész vonatkozásában

mind az „egyenes”, mind a „konikális” típusú terméket azonos áron tudja megajánlani, és • a distális rész vonatkozásában mind az „egyenes, distálisan zárt és nyitott végű”, mind a „konikális distálisan zárt végű” terméket azonos áron tudja ajánlani. Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Az eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő. A 24 hónapra tervezett beavatkozás értéke (vagyis a nettó ajánlati ár): az egy beavatkozáshoz szükséges mennyiség és a nettó ajánlati ár szorzata, mely megszorzásra kerül a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13.

Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Qualité

Description: főtest méretválaszték (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 2

Critère:

Type: Qualité

Description: az aortafalhoz illeszkedést elősegítő, extra merevítő sztent a proximális végen (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: minimális proximális sealing zóna hossza (mm) (előny a kisebb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: minimális distális sealing zóna hossza (mm) (előny a kisebb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: CE jel B típusú aortadissectio indikációra (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: traumás aortasérülés indikáció (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: proximális karmok nélküli koronasztent (igen/nem)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: maximális nyaki görbület –fok (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: legnagyobb aortaátmérő indikáció (mm) (előny a nagyobb)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: aortaívre kifeszítő merevítés (igen/nem) (előny, ha nincs)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: proximalis nyitott sztent csúcsainak száma legalább 6, (előny a több)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Qualité

Description: egykezes, csavaros húzós nyitószerszemet (előny az igen)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 3

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 65

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0013

Titre: Thorac. stent graft. 1-hand nysz. Dacron lépcsős

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/13

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát.

Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Az eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő. A 24 hónapra tervezett beavatkozás értéke (vagyis a nettó ajánlati ár): az egy beavatkozáshoz szükséges mennyiség és a nettó ajánlati ár szorzata, mely megszorzásra kerül a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbizottság Közbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbizottság Közbizottság Közbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0014

Titre: Alacsony profilú thorac. stent graft. (Dacron PES)

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszculáris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14.

rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/14

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Ajánlatkérő meghatározza, hogy Ajánlattevő csak abban az esetben tegyen ajánlatot, ha az „egyenest” és a „koninkális” típusú terméket hosszról függetlenül azonos áron tudja megajánlani. Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtési beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Az eszközzel 24 hónap alatt 2 beavatkozást tervez az Ajánlatkérő. A 24 hónapra tervezett beavatkozás értéke (vagyis a nettó ajánlati ár): az egy beavatkozáshoz szükséges mennyiség és a nettó ajánlati ár szorzata, mely megszorzásra kerül a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-

renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószervezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószervezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószervezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyitószervezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0015

Titre: Branch-elt thoracalis stent graft rendszer I.

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/15

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor fennálló finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét

figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételsor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Ajánlatkérő meghatározza, hogy Ajánlattevő csak abban az esetben tegyen ajánlatot, ha a méretskálától függetlenül azonos áron tudja megajánlani!

Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéti beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát. Az egyes típusokból pontos mennyiség az egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Ajánlatkérő 24 hónap alatt az eszközzel 2 beavatkozást tervez. Az ajánlati árat a következőképpen kérjük megadni: A 24 hónapra tervezett beavatkozás értéke (vagyis a nettó ajánlati ár): az egy beavatkozáshoz szükséges mennyiség és a nettó ajánlati ár szorzata, mely megszorzásra kerül a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015.

(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás

feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító

szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §

figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattel kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0016

Titre: Branch-elt thoracalis stent graft rendszer II.

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe

érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfé alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/16

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. **Marché public stratégique**

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015.

(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29.

Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation électronique: Requête
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.
Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0017

Titre: Utántágító ballon katéter

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós

nyitószervezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószervezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószervezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószervezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zero porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db/24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db/24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/17

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand

nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerszemet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerszemet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a hívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0018

Titre: Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zero porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/18

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretségokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Mennyiség meghatározása: Ajánlatkérő meghatározza a műtéli beavatkozásokhoz felhasználásra kerülő eszközöket és azok minimum darabszámát.

Az egyes típusokból pontos mennyiség az esetenkénti egyedi méretezés miatt előzetesen nem határozható meg. Ajánlatkérő 24 hónap alatt az eszközzel 4 beavatkozást tervez. A 24 hónapra tervezett beavatkozás értéke (vagyis a nettó ajánlati ár): az egy beavatkozáshoz szükséges mennyiség és a nettó ajánlati ár (átlagár) szorzata, mely megszorzásra kerül a 24 hónapra tervezett beavatkozások számával. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös

ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződészerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem

rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requisite

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbizottság Közbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbizottság Közbizottság Közbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0019

Titre: Dacron zéró poroz. impregn. érprotézis

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész

Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/19

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételsor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbizottság Közbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattel kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbizottság Közbizottság Közbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0020

Titre: Artériás áthidaláshoz kötött/szövött érprotézis

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14.

rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/20

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer

ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0021

Titre: Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3.

rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zero porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db/24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db/24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/21

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretségokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1

db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbizottság
Hatóság Közbizottság
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0022

Titre: Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószervezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószervezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószervezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószervezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyítószervezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/22

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Az ajánlati ár felolvasólapon történő szerepeltetésének számítási módja: az adott átmérőhöz tartozó hossz ajánlattevő által rendelkezésre álló teljes méretválasztékának átlaga, mely átlagok összeadásra kerülnek és ebből ismét átlagszámítással adható meg a teljes átlag, mely 1 db termékre vonatkozik. Ezen értéket 4 db termékre vonatkozóan kéri szerepeltetni ajánlatkérő a felolvasólapon. Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától

visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745

EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requisite

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)

bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0023

Titre: Bioszintetikus érprotézisek

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagén

bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db/24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db/24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/23

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus

érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0024

Titre: Perifériás stent-graft öntágulós

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros

nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/24

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. **Marché public stratégique**

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa

endovaszkuláris grafterendszer, acél váz, húzós nyitószervezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószervezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószervezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószervezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyitószervezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques**Accord-cadre:**

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbbszerzési Hatóság Közbbszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbbszerzési Hatóság Közbbszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0025

Titre: Perifériás stent-graft ballon dilatációs

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/25

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,

22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méreetsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételsor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015.

(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattel kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0026

Titre: Perifériás fedett stent- ballon dilatációs

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész

Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész
Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont
polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db
/24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/26

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretségokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbizottság Hatóság Közbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattel kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbizottság Hatóság Közbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0027

Titre: Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14.

rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/27

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Références sur des livraisons spécifiées
Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer

ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vascularis biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0028

Titre: Perifériás dupla rétegű fedett stent-ballon dilat.

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3.

rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zero porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db/24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db/24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/28

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkor finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretségokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1

db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0029

Titre: Perifériás fedett stent-ballon dilat. (platina-IR)

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyító szerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyító szerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyító szerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyító szerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/29

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező

időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai

közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerezési Hatóság Közbeszerezési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerezési Hatóság Közbeszerezési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0030

Titre: Artériás folt

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-

ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/30

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretségokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. **Durée estimée**

Durée: 24 Mois

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. **Marché public stratégique**

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiées

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyítószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyítószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyítószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyítószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős nyítószerkezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több

ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

5.1. Lot: LOT-0031

Titre: Vascularis biológiai folt

Description: Aorta stent graftok és érprotézisek beszerzése 24 hónap időtartamra, összesen 354 db/24 hó mennyiségben: 1. rész Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 4 db/24 hó 2. rész Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 3 db/24 hó 3. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 20 db/24 hó 4. rész Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 3 db/24 hó 5. rész Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 2 db/24 hó 6. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 2 db/24 hó 7. rész Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 8. rész Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 15 db/24 hó 9. rész Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 2 db/24 hó 10. rész Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 2 db/24 hó 11. rész Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio

kezelésére 2 db/24 hó 12. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 2 db/24 hó 13. rész Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (dacron, poliészter) (lépcsős nyitószerkezet) 2 db/24 hó 14. rész Alacsony profilú thoracális stent graftok (dacron, poliészter) 2 db/24 hó 15. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer I. 2 db/24 hó 16. rész Branch-elt thoracalis stent graftrendszer II. 2 db/24 hó 17. rész Utántágító ballon katéter 30 db/24 hó 18. rész Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 4 db/24 hó 19. rész Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 28 db/24 hó 20. rész Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 42 db/24 hó 21. rész Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 26 db/24 hó 22. rész Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 4 db/24 hó 23. rész Bioszintetikus érprotézisek 12 db/24 hó 24. rész Perifériás stent-graft öntágulós 16 db/24 hó 25. rész Perifériás stent-graft ballon dilatációs 20 db/24 hó 26. rész Perifériás fedett stent-ballon dilatációs 20 db/24 hó 27. rész Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 5 db /24 hó 28. rész Perifériás dupla rétegű fedett stent - ballon dilatációs 10 db/24 hó 29. rész Perifériás fedett stent - ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 5 db/24 hó 30. rész Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db/24 hó 31. rész Vasculáris biológiai folt 50 db /24 hó

Identifiant interne: EKR000045612026/31

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire

Options:

Description des options: Ajánlatkérő a betegellátási tevékenység sajátosságaiból – ellátott betegszám mértéke, összetétele és a mindenkori finanszírozási körülmények – adódó változások miatt az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ajánlati részek tekintetében +50%, a 6., 7. és 31. ajánlati részek tekintetében +100% mértékben fenntartja a mennyiségi eltérés lehetőségét figyelemmel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére, mely az ajánlati részenként feltüntetett méretsávokban – ahol felvezető katéter szükségessége került feltüntetésre, ott a hozzávaló felvezető katéterekkel együtt mindösszesen – értendő. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetőség az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével, az alapmennyiség kimerülése után. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opció igénybevétele esetén annak felhasználásának feltételei megegyeznek az alapmennyiség lehívásának feltételeivel. Azon esetben, ahol több tételesor többféle termék szerepel a szerződésben minden esetben (minden termék vonatkozásában) arányosan érvényesíthető.

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szentpéteri kapu 72-76

Ville: Miskolc

Code postal: 3526

Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Pays: Hongrie

5.1.3. Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: Kérjük Ajánlattevőt, hogy külön dokumentumként adja meg a teljes méretválasztékát, a Specifikáció dokumentum "Általános követelmények" 6. pontjában rögzítetteknek megfelelő tartalommal.

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Références sur des livraisons spécifiques

Description du critère de sélection: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesze az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya ; - a szállítás mennyisége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot: 1. Abdominális infra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 2. Abdominális infra-renalis fixációjú hajlítható végű bifurkációs rendszerű stent graftok (ptfe) iliaca branch opcióval 1 db 3. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel I. 7 db 4. Abdominális trans-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel II. 1 db 5. Abdominális trans-renalis fixációjú uniiliakális rendszerű kétrészes stent graftok, one hand csavaros nyitórendszerrel 1 db 6. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitórendszerrel (acél váz) 1 db 7. Fenesztrált aaa endovaszkuláris graftrendszer, acél váz, húzós nyitószerkezettel 1 db 8. Abdominális supra-renalis fixációjú bifurkációs rendszerű stent graftok, húzós nyitószerkezettel (nitinol váz) 5 db 9. Iliaca branch bifurkációs rendszerű stent graftok 1 db 10. Elongált aortaívbe helyezhető falhoz simuló stent graftok, húzós nyitószerkezettel 1 db 11. Thoracális stent graftok (ptfe) aneurysma és dissectio kezelésére 1 db 12. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (egykezes csavaros húzós nyitószerkezet) 1 db 13. Thoracális stent graftok, one hand nyitórendszerrel (Dacron, poliészter) (lépcsős

nyitószervezet) 1 db 14. Alacsony profilú thoracális stent graftok (Dacron, poliészter) 1 db 15. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer i. 1 db 16. Branch-elt thoracalis stent graft rendszer ii. 1 db 17. Utántágító ballon katéter 11 db 18. Endocsavaros stentgraft rögzítőrendszer 1 db 19. Dacron alapanyagú zéró porozitású impregnált érprotézis egyenes és bifurkációs kivitelben 10 db 20. Artériás áthidaláshoz szükséges kötött/szövött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont, dacron alapanyagú érprotézisek 15 db 21. Vékony falú stretch, ptfe érprotézisek 9 db 22. Dialízis céljára képzett ptfe alapú műér 1 db 23. Bioszintetikus érprotézisek 4 db 24. Perifériás stent-graft öntágulós 6 db 25. Perifériás stent-graft ballon dilatációs 7 db 26. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs 7 db 27. Nagyméretű (aorta) fedett stent- ballon dilatációs 2 db 28. Perifériás dupla rétegű fedett stent- ballon dilatációs 4 db 29. Perifériás fedett stent- ballon dilatációs (platina-iridium markerekkel) 2 db 30. Artériás folt (fordított zokni) kötött technikájú, ezüstsóval impregnált, collagénnel bevont polyester, dacron alapanyagú érprotézisek 5 db 31. Vasculáris biológiai folt 18 db Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité

Description du critère de sélection: Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és/vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EüM vagy 2017/745 EUR (MDR) rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és /vagy az osztályba sorolástól függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Nettó ajánlati ár (Ft/24 hó)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requisite

Adresse de soumission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000045612026>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: hongrois

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Description de la garantie financière: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Date limite de réception des offres: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 30 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Un accord de confidentialité est requis: non

Facturation électronique: Requête

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:

Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

Arrangement financier: Ajánlatkérő, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást igazoló dokumentumok alapján, a benyújtott számla kiállítását követően 60 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik. A számlához minden esetben mellékelni szükséges a lehívás és teljesítés igazolás másolatát. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Description des délais d'introduction des procédures de recours: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Organisation qui traite les offres: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Numéro d'enregistrement: 15837501205
Adresse postale: Szentpéteri Kapu 72-76.
Ville: Miskolc
Code postal: 3526
Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Pays: Hongrie
Point de contact: Czaga János András
Adresse électronique: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Téléphone: +36 705130891
Télécopieur: +36 46323694
Adresse internet: <https://www.bazmkorhaz.hu>
Profil de l'acheteur: <https://www.bazmkorhaz.hu>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

Organisation qui traite les offres

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Numéro d'enregistrement: EKR SZ_40664534_2
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d'enregistrement: EKR SZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 8ab9a227-0a85-4aaf-86d0-e2c0fc8d458f - 04

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 18/05/2026 13:49:35 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 14/05/2026 08:36:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: hongrois

Numéro de publication de l'avis: 342193-2026

Numéro de publication au JO S: 95/2026

Date de publication: 19/05/2026