

Slovaquie-Bratislava: Consommables médicaux

OJ S 141/2021 23/07/2021

Rectificatif

Fournitures

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Numéro national d'identification: 00165565

Adresse postale: Limbová

Ville: Bratislava-Nové Mesto

Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj

Code postal: 837 52

Pays: Slovaquie

Point(s) de contact: Ing. Ivana Ichnatoliová

Courriel: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk

Téléphone: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Adresse(s) internet:

Adresse principale: <https://www.health.gov.sk/>

Adresse du profil d'acheteur: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Section II: Objet

II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Numéro de référence: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Code CPV principal

33140000 Consommables médicaux

II.1.3. Type de marché

Fournitures

II.1.4. Description succincte

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esež
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescence
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5. Date d'envoi du présent avis

20/07/2021

VI.6. Référence de l'avis original

Numéro de l'avis au JO série S: [2021/S 107-279626](#)

Section VII: Modifications

VII.1. Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Au lieu de:

Date: 23/07/2021 Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/07/2021 Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 23/07/2021 Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 30/07/2021 Heure locale: 10:30

VII.2. Autres informations complémentaires