

576089-2025 - Résultats

Pologne – Équipements médicaux – Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.
OJ S 169/2025 04/09/2025
Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Szpital Murcki Sp. z o.o.
Adresse électronique: zp@szpitalmurcki.pl
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.
Description: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia.
Identifiant de la procédure: 5826fe4c-e24a-49bc-8ec7-16c964ee9344
Avis précédent: 503274-2025
Identifiant interne: ZP/1888/25
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature complémentaire (cpv): 33111000 Appareils de radiographie

2.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Szpital Murcki Sp. z o.o. Ul. Sokołowskiego 2
Ville: Katowice
Code postal: 40-749
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne

2.1.4. Informations générales

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Prawo Zamówień Publicznych - art. 132 Pzp

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Description: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jeden niepodzielny przedmiot zamówienia, dla którego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, jak i wymagania zawarte w SWZ.
Identifiant interne: ZP/1888/25

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature complémentaire (cpv): 33111000 Appareils de radiographie

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: ul. Sokołowskiego 2
Ville: Katowice
Code postal: 40-749
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Durée: 10 Semaines

5.1.6. Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, instalacji i obsługi serwisowej sprzętu rentgenowskiego. Na potwierdzenie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) realizacje w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury diagnostycznej RTG wraz z pracami adaptacyjnymi w pracowni RTG (o ile były konieczne) o wartości każdej z nich min. 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) i z potwierdzeniem, iż zostały wykonane należycie.

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Description: Kryterium cena – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów 60%, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: $C = (\text{Oferta o najniższej cenie brutto} / \text{Cena brutto oferty badanej}) \times 100 \times 60 \%$ gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 60

Critère:

Type: Qualité

Description: Kryterium okres gwarancji –10% (10 punktów); Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Okres gwarancji” zgodnie z opisem poniżej na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: Zadeklarowany Okres gwarancji: Minimalny okres 36 miesięcy - 0 punktów, 48 miesięcy i więcej - 10 punktów

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 10

Critère:

Type: Qualité

Description: Kryterium parametr techniczny – 30% Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Parametr techniczny” zgodnie z parametrami określonymi w załączniku – nr 2 do SWZ kolumna „punktacja” oraz kolumna „parametr oferowany”. Maksymalna ilość procent w ramach kryterium „Parametr techniczny” wynosi 30. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 50 pkt. $P = (\text{ilość punktów w badanej ofercie} / \text{maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium parametr techniczny tj. 50 punktów}) \times 100 \times 30 \%$ gdzie: P – wartość parametru technicznego badanej oferty 1. Parametry urządzenia: Częstotliwość napięcia anodowego generatora - Wymagane wartości graniczne ≥ 400 kHz, Punktacja: ≥ 450 kHz - 10 pkt, < 450 kHz - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) - Wymagane wartości graniczne ≥ 65 kW, Punktacja: ≥ 80 kW - 5 pkt, < 80 kW - 0 pkt 3. Parametry urządzenia: Max prąd w radiografii - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mA, Punktacja: ≥ 1000 mA - 5 pkt, < 1000 mA - 0 pkt 4. Parametry urządzenia: Maksymalna wartość mAs - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mAs, Punktacja: ≥ 1000 mAs - 5 pkt, < 1000 mAs - 0 pkt III. Kołpak z lampą rtg i kolimator rtg zamocowany na zawieszeniu sufitowym 1. Parametry urządzenia: Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg - Wymagane wartości graniczne $\geq 1,7$ MHU, Punktacja: ≥ 2 MHU - 10 pkt, < 2 MHU - 0 pkt IV. Uniwersalny stół diagnostyczny 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie blatu stołu - ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,70$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,50$ mm Al - 5 pkt, $> 0,50$ mm Al - 0 pkt V. Statyw do zdjęć odległościowych 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie płyty statywu – ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,45$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,35$ mm Al - 5 pkt, $> 0,35$ mm Al - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora - Wymagane wartości graniczne ≤ 50 mm, Punktacja: ≤ 40 mm - 5 pkt, > 40 mm - 0 pkt

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 30

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Odwołanie wnosi się w terminach: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Szpital Murcki Sp. z o.o.
Organisation qui exécute le paiement: Szpital Murcki Sp. z o.o.

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 269 300,00 PLN

6.1. Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001

Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2. Informations sur les adjudicataires/attributaires

Adjudicataire/attributaire:

Nom officiel: 4Rad Sp. z o.o.

Offre:

Identifiant de l'offre: 4Rad Sp. z o.o.

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Valeur de l'offre: 1 269 300,00 PLN

L'offre a été classée: oui

Rang de classement du candidat/lauréat: 1

L'offre est une variante: non

Part sous-traitée: Non

Informations relatives au marché:

Identifiant du contrat: SM/U-ZP/25/29

Titre: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 13/08/2025

Date de conclusion du marché/concession: 01/09/2025

6.1.4. Informations statistiques

Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:

Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique

Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1

Éventail d'offres:

Valeur de l'offre recevable la plus basse: 1 269 300,00 PLN

Valeur de l'offre recevable la plus élevée: 1 269 300,00 PLN

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Szpital Murcki Sp. z o.o.

Numéro d'enregistrement: 9542745563

Numéro d'enregistrement: 9542745563

Adresse postale: ul. Sokołowskiego 2

Ville: Katowice

Code postal: 40-749

Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)

Pays: Pologne

Adresse électronique: zp@szpitalmurcki.pl

Téléphone: 32 2556163

Adresse internet: www.szpitalmurcki.pl

Adresse URL pour l'échange d'informations: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché

Organisation qui exécute le paiement

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Numéro d'enregistrement: 5262239325

Adresse postale: ul. Postępu 17

Ville: Warszawa

Code postal: 02-676

Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Pays: Pologne

Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl

Téléphone: +48 224587801

Télécopieur: +48 224587700

Adresse internet: <https://uzp.gov.pl>

Adresse URL pour l'échange d'informations: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: 4Rad Sp. z o.o.

Taille de l'opérateur économique: Petite

Numéro d'enregistrement: 5213220780

Adresse postale: ul. Suwak 4

Ville: Warszawa

Code postal: 02-676

Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Pays: Pologne

Adresse électronique: info@4rad.pl

Téléphone: 504 113 552

Adresse internet: <https://4rad.pl/>

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Nom officiel: Publications Office of the European Union

Numéro d'enregistrement: PUBL

Ville: Luxembourg

Code postal: 2417

Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)

Pays: Luxembourg

Adresse électronique: ted@publications.europa.eu

Téléphone: +352 29291

Adresse internet: <https://op.europa.eu>

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 17c52b31-9ef6-4ab2-8562-5609806693f8 - 01

Type de formulaire: Résultats

Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 29

Date d'envoi de l'avis: 03/09/2025 07:15:10 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: polonais

Numéro de publication de l'avis: 576089-2025

Numéro de publication au JO S: 169/2025

Date de publication: 04/09/2025