

629934-2026 - Notification préalable d'attribution directe

Pologne – Services de réparation et d'entretien de matériel médical – Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej systemu robotycznego HUGO RAS w tym jego wszystkich komponentów sprzętowych i programowych

OJ S 177/2026 14/09/2026

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

Adresse électronique: zp@wss2.pl

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej systemu robotycznego HUGO RAS w tym jego wszystkich komponentów sprzętowych i programowych

Description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej systemu robotycznego HUGO RAS w tym jego wszystkich komponentów sprzętowych i programowych. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, Załącznik nr 4 – Wzór umowy, Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Identifiant de la procédure: 34a42854-7f32-4255-a451-bf22b94c1e97

Identifiant interne: BZP.38.382-26.26

Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

2.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Al. Jana Pawła II 7

Ville: Jastrzębie-Zdrój

Code postal: 44-330

Subdivision pays (NUTS): Rybnicki (PL227)

Pays: Pologne

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Dyrektywa 2014/24/UE -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej systemu robotycznego HUGO RAS w tym jego wszystkich komponentów sprzętowych i programowych

Description: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej systemu robotycznego HUGO RAS w tym jego wszystkich komponentów sprzętowych i programowych. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, Załącznik nr 4 – Wzór umowy, Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Identifiant interne: BZP.38.382-26.26

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical

5.1.2. Lieu d'exécution

Adresse postale: Al. Jana Pawła II 7

Ville: Jastrzębie-Zdrój

Code postal: 44-330

Subdivision pays (NUTS): Rybnicki (PL227)

Pays: Pologne

5.1.3. Durée estimée

Date de début: 08/11/2026

Date de fin de durée: 07/11/2028

5.1.6. Informations générales

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Résultats

Attribution directe

:

Justification de l'attribution directe: Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison d'une absence de concurrence pour des raisons techniques

Autre justification: 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 2.

Uzasadnienie wyboru trybu Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2026 r. poz. 793), tj. usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zamawiający posiada sprzęt producenta Covidien Ireland Limited (Medtronic), który należy na bieżąco serwisować (przegląd, konserwacja, bieżące naprawy) zgodnie z instrukcją obsługi, wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowotnego oraz z przepisami prawa, m. in. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 974). Art. 90 ustawy o wyrobach medycznych określa warunki dystrybucji i używania wyrobów, i tak w ust. 4 i 5 stanowi, że: „4. Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.” „5. Podmiot zamieszczony w wykazie, o którym mowa w ust. 4, powinien: 1) dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; 2) posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4; 3) zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.” Covidien Ireland Limited (Medtronic), jest w chwili obecnej jedynym autoryzowanym serwisem sprzętu medycznego firmy Covidien Ireland Limited (Medtronic) na terenie Polski, co uprawnia ją do wykonywania usług serwisowych w szczególności w zakresie konserwacji naprawczej, konserwacji prewencyjnej, aktualizacji oprogramowania, modernizacji sprzętu lub aktualizacji zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika, poprawy bezpieczeństwa produktów i poprawy ich sprawności. Ponadto, Wykonawca złożył stosowane oświadczenie na powyższą okoliczność. Żaden inny serwis nie posiada wyposażenia technicznego ani oprogramowania oraz nie ma dostępu do aktualizowanych danych serwisowych, a także nie zna procedur dla wykonania tych czynności. Dokonywanie przeglądów i kalibracji poza siecią autoryzacji jest technicznie niemożliwe z uwagi na fakt, że sprzęt techniczny i oprogramowanie niezbędne do dokonania czynności serwisowych wymaga połączenia z kompatybilnym sprzętem i oprogramowaniem posiadanym wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. Ponadto, przeglądów i kalibracji ww. urządzeń mogą dokonać tylko i wyłącznie serwisanci posiadający autoryzację producenta, a osoby te są wyłącznie zatrudnione w firmie Medtronic.. Jest to personel wykwalifikowany i posiadający pełną wiedzę w zakresie prowadzonej działalności serwisowo-naprawczej potwierdzoną przez imienne certyfikaty wydane dla inżynierów serwisowych zapewniające im wyłączność na świadczenie usług serwisu ww. urządzeń oraz dokumenty w postaci oświadczenia na powyższą okoliczność. Celem udzielenia niniejszego zamówienia jest pozyskanie autoryzowanej usługi serwisowej obejmującej przeglądy i kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta. W chwili obecnej na rynku występuje tylko jeden wykonawca posiadający autoryzację producenta oraz spełniający wymagania określone w art. 90 ustawy o wyrobach medycznych, który jest zdolny do realizacji przedmiotowego zamówienia.

6.1. Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001

6.1.2. Informations sur les adjudicataires/attributionnaires

Adjudicataire/attributionnaire:

Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.

Offre:

Identifiant de l'offre: Oferta Medtronic Poland Sp. z o.o.

Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001

Classement de l'offre: 1

Informations relatives au marché:

Identifiant du contrat: Umowa Medtronic Poland Sp. z o.o.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

Numéro d'enregistrement: 6331045778

Adresse postale: Al. Jana Pawła II 7

Ville: Jastrzębie-Zdrój

Code postal: 44-330

Subdivision pays (NUTS): Rybnicki (PL227)

Pays: Pologne

Point de contact: Sylwia Rychter

Adresse électronique: zp@wss2.pl

Téléphone: 4784548

Télécopieur: 4784549

Adresse internet: www.wss2.pl

Adresse URL pour l'échange d'informations: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss2>

Profil de l'acheteur: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss2>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza

Numéro d'enregistrement: 5262239325

Adresse postale: ul. Postępu 17A

Ville: Warszawa

Code postal: 02-676

Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Pays: Pologne

Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl

Téléphone: +48224587840

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.

Numéro d'enregistrement: 9521000289

Adresse postale: ul. Polna 11

Ville: Warszawa

Code postal: 00-633

Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Pays: Pologne

Adresse électronique: rs.wawtenders@medtronic.com

Téléphone: 22 465 69 00

Rôles de cette organisation:

Soumissionnaire

adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Nom officiel: Publications Office of the European Union

Numéro d'enregistrement: PUBL

Ville: Luxembourg

Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Adresse électronique: ted@publications.europa.eu
Téléphone: +352 29291
Adresse internet: <https://op.europa.eu>
Rôles de cette organisation:
TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 34b93d4b-f646-41b7-b3cf-811a304426a7 - 01
Type de formulaire: Notification préalable d'attribution directe
Type d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Sous-type d'avis: 25
Date d'envoi de l'avis: 11/09/2026 09:36:54 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: polonais
Numéro de publication de l'avis: 629934-2026
Numéro de publication au JO S: 177/2026
Date de publication: 14/09/2026