

141215-2026 - Iomaíocht

An Bheilg – Analysis apparatus – Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »

OJ S 41/2026 27/02/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Institut Scientifique de Service Public

R-phost: direction@issep.be

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás de chuid an rialtais láir

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »

Cur síos: L'objet du marché est l'acquisition (y compris, l'installation et la mise en service) d'instruments ainsi que leurs accessoires afin d'analyser la qualité de l'air ambiant pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie. Les composés visés sont : l'ozone, les oxydes d'azote, les particules en suspension (PM10 ; PM2.5). Ces fournitures relèvent du code CPV : 38432000 Énumération (et détail éventuel) des prestations à exécuter : - livraison - montage/installation - mise en service - formation - service après-vente Lot(s) : Le marché est divisé en lots. Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Vous pouvez remettre offre pour plusieurs lots. Tous les lots pourront vous être attribués. Vous pouvez proposer des rabais ou améliorations en cas d'attribution de plusieurs lots : OUI. Variante(s) : Ce marché ne comporte aucune variante autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire de variante. Les variantes libres sont interdites. Les variantes éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Option(s) : Ce marché ne comporte aucune option autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire d'option. Les options libres sont interdites. Les options éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Tranche(s) : Pour chacun des trois lots, le marché est divisé en tranches. Le caractère ferme ou conditionnel des tranches dépend du caractère certain ou non de leur commande par le pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché mais n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. Les tranches

fermes vous sont commandées au moment de la notification du marché. La/Les tranche(s) conditionnelle(s) peu(ven)t être commandée(s) plus tard, mais l'adjudicateur n'y est pas obligé. Le marché contient les tranches fermes suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 16 analyseurs. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 22 analyseurs. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 26 analyseurs, accessoires utiles. Le marché contient les tranches conditionnelles suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 2 analyseurs supplémentaires. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 4 analyseurs supplémentaires. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 4 analyseurs supplémentaires et leurs accessoires utiles. La commande de la /les tranche(s) conditionnelle(s) vous sera adressée par le pouvoir adjudicateur selon les modalités suivantes : modalités identiques à la commande des analyseurs relatifs aux tranches fermes.

Aitheantóir an nós imeachta: 68abdb68-fee-480f-a0ea-93d3b6104e3d

Aitheantóir inmheánach: CSC 22/25

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38432000 Analysis apparatus

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Tír: An Bheilg

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 3

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 0

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Cur síos: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14625 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 14625 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de

qualité « QAL1 » selon mais selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, etc - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques au zéro - D'un système interne de génération d'ozone : pour permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). - De raccords de conduites : prévu pour du tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole dédié permettra l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (port RJ45) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication (RS / IP) ; la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38432000 Analysis apparatus

5.1.2. An áit feidhmíochta

Forinn tíre (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Conseil d'Etat

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Cur síos: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14211 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 14211 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.>

[de/en/main-navigation/start/](#) et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques du zéro. - D'un système interne permettant l'injection d'un gaz de contrôle en pression afin de permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). De ce fait, un élément de contrôle/régulation du débit doit être présent pour l'injection du gaz (voie « span »). Par exemple, cette régulation se fera par orifice critique ou par régulation manuelle via un rotamètre. - De raccords de conduites : prévu pour tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 Ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSeP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38432000 Analysis apparatus

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Conseil d'Etat

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Cur síos: Principe de mesure : Méthode optique de mesure. Tout autre principe de mesure (ex : rayonnement beta, microbalance) ne sera pas accepté. La méthode de mesure proposée doit être reconnue et démontrée équivalente à la méthode de référence selon la norme spécifique NBN EN 16450 :2017. La mesure des fractions PM10 et PM2.5 doit être réalisée en

simultanée par le même instrument. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 16450 :2017. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'équipement devra être également repris dans la liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l'air définie et publiée par le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, France. Selon la mise à jour du 09/07/2025). L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'un capteur d'humidité relative présent dans le flux d'échantillonnage afin de contrôler l'hygrométrie de l'aérosol analysé. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - tout le matériel nécessaire à l'installation de l'analyseur en station (passe-toit, système d'étanchéité, visserie, etc) ; - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en langage français et potentiellement au moins un autre langage, par exemple en anglais, comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil. L'adjudicataire doit fournir également les accessoires techniques suivants : - un kit de maintenance pour un fonctionnement normal durant une période de deux ans. - un kit de contrôle portable prévu pour le terrain afin de garantir la qualité de la mesure optique de l'analyseur. - un kit de contrôle du débit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle de l'étanchéité du circuit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle et/ou de calibration de la sonde météo, - un kit permettant de réaliser un contrôle « air zéro » prévu pour le terrain.

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38432000 Analysis apparatus

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Conseil d'Etat

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Ces informations seront communiquées dans les lettres de notification.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Institut Scientifique de Service Public

Uimhir chlárúcháin: 0241530493_5262

Seoladh poist: Rue du Chéra 200

Baile: Liège

Cód poist: 4000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Tír: An Bheilg

R-phost: direction@issep.be

Teil.: +32 42298311

Seoladh idirlín: <http://www.issep.be>

Próifíl an cheannaitheora: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5262&includeOrganisationChildren=true>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: SPF Stratégie et Appui

Uimhir chlárúcháin: BE001

Seoladh poist: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Baile: Bruxelles

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Tír: An Bheilg

R-phost: revise@publicprocurement.be

Teil.: +32 2 740 80 00

Seoladh idirlín: <https://bosa.belgium.be>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Conseil d'Etat

Uimhir chlárúcháin: 0931814266

Baile: Bruxelles

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Tír: An Bheilg

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

2edfdee2-6f76-42ee-b1e2-cad710023d5a-01

An phríomhchúis leis an athrú

:

Faisnéis nuashonraithe

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: PROCEDURE

Athraíodh na doiciméid soláthair an: 25/02/2026

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: e7fbb5b0-349f-4d00-b360-193464ec234f - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Dáta seolta an fhógra (eSender): 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 141215-2026

Uimhir eagráin IO S: 41/2026

Dáta foilsithe: 27/02/2026