

228024-2026 - Iomaíocht

An Mhacadóin Thuaidh – Instruments for checking physical characteristics – Purchase of Biochemical tests - open procedure

OJ S 65/2026 02/04/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Soláthairtí - Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: General Hospital Veles

R-phost: obveles@yahoo.com

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis de chuid an rialtais láir

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Purchase of Biochemical tests - open procedure

Cur síos: Purchase of Biochemical tests

Aitheantóir an nós imeachta: 49172671-dc88-4b16-bdd1-94ff38a9697d

Aitheantóir inmheánach: Purchase of Biochemical tests

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 38400000 Instruments for checking physical characteristics

Aicmiú breise (cpv): 38434500 Biochemical analysers

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 7 901 054,35 MKD

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Eile

Law of Public Purchases of Republic of Macedonia 24/2019

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 6

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 6

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Reagents

Cur síos: 17. Reagent for CK-MB compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4000 tests) 18. Reagent for lactate dehydrogenase (LDH) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 19. Gama glutamyl transpeptidase (GGT) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 20. Reagent for Na(ISE bufer) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 21. Reagent for K(ISE MID standard) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 22. Reagent for Cl(ISE refence solution) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1000 tests) 23. Reagent for Ca compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 24. Reagent for P compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1000 tests) 25. Reagent for Fe compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 26. Reagent for triglycerides compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 27. Reagent for total cholesterol compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 28. Reagent for LDL compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 tests) 29. Reagent for HDL compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 tests) 30. Reagent for CRP compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1600 tests)

Aitheantóir inmheánach: 33000000-2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 38400000 Instruments for checking physical characteristics

Aicmiú breise (cpv): 38434500 Biochemical analysers

Cainníocht: 1 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Forinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 31/03/2025

Dáta deiridh an tréimhse: 30/03/2026

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 959 280,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríocdháta chun tairiscintí a fháil: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: General Hospital Veles

5.1. Luchtóg: LOT-0012

Teideal: Reagents 3

Cur síos: 31. Reagent for cholinesterase compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (400 tests.) 32. Reagent for ferritin compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (800 tests.) 33. Reagent for RF compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1000 tests.) 34. Reagent for ASO compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1320 tests.) 35. Reagent for D-Dimer compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (5000 tests.)

Aitheantóir inmheánach: 33000000-3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Cineál breise an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 38400000 Instruments for checking physical characteristics
Aicmiú breise (cpv): 38434500 Biochemical analysers
Cainníocht: 1 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 31/03/2025
Dáta deiridh an tréimhse: 30/03/2026

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 2 621 774,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach
An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan
Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
General Hospital Veles

5.1. Luchtóg: LOT-0013

Teideal: Reagents

Cur síos: 1. Reagent for glucose in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (18000 tests) 2. Reagent for glucosepane hemoglobin (HBA1C) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (3500 tests) 3. Reagent for urea in serum compatible to biochemical analyzer Coulter 480AU or equivalent (18000 tests) 4. Reagent for creatinine in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1800 tests) 5. Reagent for acidity in urine (acidum uricum) in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 6. Reagent for total bilirubin compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 7. Reagent for direct bilirubin compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 8. Reagent for total amount of proteins compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 9. Reagent for albumin compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU (10000 tests) 10. Reagent for proteins in urine compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (500 tests) 11. Reagent for albumins in urine compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (500 tests) 12 Reagent for alkaline phosphate (ALP) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (500 tests) 13. Reagent for amylase in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 14. Reagent for aspartate aminotransferase (AST) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 tests) 15. Reagent for alanine aminotransferase (ALT) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 16. Reagent for creatinine kinase (CK) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 17. Reagent for CK-MB compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 18. Reagent for lactate dehydrogenase (LDH) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4000 tests)

Aitheantóir inmheánach: 33000000-1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 38400000 Instruments for checking physical characteristics

Aicmiú breise (cpv): 38434500 Biochemical analysers

Cainníocht: 1 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 31/03/2025

Dáta deiridh an tréimhse: 30/03/2026

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 2 153 215,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
General Hospital Veles

5.1. Luchtóg: LOT-0014

Teideal: Calibrators

Cur síos: 36. Calibrator for RF compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (15 ml.) 37. Calibrator for ferritin and ASO compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (24 ml.) 38. Calibrator for D-Dimer compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6 ml.) 39. System calibrator compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (100 ml.) 40. Calibrator for HDL compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (5 ml.) 41. Calibrator for LDL compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (5 ml.) 42. Calibrator for CK-MB compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (20 ml.) 43. Calibrator for CRP compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10 p.) 44. Calibrator for protein in urine compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10 ml.)

Aitheantóir inmheánach: 33000000-4

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Aicmiú breise (cpv): 38434500 Biochemical analysers

Cainníocht: 1 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 31/03/2025

Dáta deiridh an tréimhse: 30/03/2026

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 537 100,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

General Hospital Veles

5.1. Luchtóg: LOT-0015

Teideal: Control serums

Cur síos: 45. Control serum 1 compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (50 ml.) 46. Control serum 2 compatible with biochemical analyzer Beckman

Coulter 480AU or equivalent (50 ml.) 47. HDL/LDL cholesterol control serum compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4 ml.) 48. ITA control serum

compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12 ml.) 49 ISE standard low compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent

(200 ml.) 50 ISE standard high compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (200 ml)

Aitheantóir inmheánach: 33000000-5

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 38434500 Biochemical analysers

Aicmiú breise (cpv): 38434500 Biochemical analysers

Cainníocht: 1 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 31/03/2025

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 108 368,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

General Hospital Veles

5.1. Luchtóg: LOT-0016

Teideal: Solutions

Cur síos: 51. Solution for selectiveness of Na compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (25 ml.) 52. Solution for selectiveness of K compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (25 ml.) 53. Solution for washing cuvettes compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (60 liters.) 54. Solution for cleaning ISE модул compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1500 ml.) 55. 1N HCl for washing cuvettes compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (3 liters.) 56. Solution for lysis compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4 liters.) 57. Plastic cups for specimen compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 p.) 58. Prevention maintenance kit compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1 p.)

Aitheantóir inmheánach: 33000000-6

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 38434500 Biochemical analysers

Aicmiú breise (cpv): 38434500 Biochemical analysers

Cainníocht: 1 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 31/03/2025

Dáta deiridh an tréimhse: 30/03/2026

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 350 268,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
General Hospital Veles

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: General Hospital Veles

Uimhir chlárúcháin: 86.10

Seoladh poist: Samoborska 12

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

R-phost: obveles@yahoo.com

Teil.: +389043231322

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: State Commission of Public Procurement Appeals

Uimhir chlárúcháin: 84.11

Roinn: 84.11

Seoladh poist: Filip Vtori Makedonski br. 11

Baile: Skopje

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

R-phost: contact@mioa.gov.mk

Teil.: +38923200870

Róil na heagraíochta seo:

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 10fac6c6-0430-4520-a9a1-c5a85f7bb809 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 31/03/2026 17:46:06 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Uimhir foilseacháin an fhógra: 228024-2026

Uimhir eagráin IO S: 65/2026

Dáta foilsithe: 02/04/2026