

409837-2026 - Iomaíocht

An Fhionlainn – Medical equipments – Värjäyslaitteet

OJ S 113/2026 15/06/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Soláthairtí - Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: HUS-yhtymä

R-phost: kilpailutus.diagnostiikka@hus.fi

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás réigiúnach

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Värjäyslaitteet

Cur síos: HUS-Yhtymä (jäljempänä myös "hankintayksikkö" tai "tilaaja") pyytää tarjouksia HUS Diagnostiikkakeskuksen erikoishematologian laboratorioon hankittavasta täysautomaattisesta värjäyslaitteesta, jolla värjätään veren sivelyvalmisteita, punktioiden sively- ja sytosentrifugivalmisteita sekä luuytimen puristevalmisteita. Hankinnan kohteena on hematologisten näytteiden May-Grünwald-Giemsa (MGG) värjäykseen tarkoitettu täysautomaattinen värjäyslaite. Hankintaan sisältyy laite sekä laitesidonnaisia tarvikkeita. Selvyyden vuoksi todetaan, että aluslasit eivät sisälly hankintaan. Erilaiset värjäyslaitteiden teknologiat otetaan huomioon kilpailutuksessa. Laitteiston hankintaan tulee sisältyä CE/IVD-merkityt väriagenssit. Laitteen tulee soveltua veren sivelyvalmisteiden, punktioiden sively- ja sytosentrifugivalmisteiden sekä luuytimen puristevalmisteiden värjäykseen. Laitetta tullessa käyttämään lääkärin lausuttavaksi menevien diagnostisten morfologisten näytteiden värjäykseen, jolloin värjäyslaadun tulee olla korkeatasoinen luotettavan diagnostiikan takaamiseksi. Värjäyslaadun tulee olla sellainen, että kaikkien värjättävien näytelaatujen näytevalmisteissa solulinjojen morfologia on arvioitavissa, mikä edellyttää värjäykseltä mm. tumamorfologian, sytoplasmavärin ja hennonkin sytoplasmagranulaation laadukasta värjäystä. Värjäyslaadun tulee olla sellainen, että kaikkien värjättävien näytetyyppien valmisteissa solulinjojen morfologia on hyvin arvioitavissa. Värjäyslaatu testataan mahdollisessa koekäytössä, jossa vähintään kolme asiantuntijaa arvioi värjäyksen laadun itsenäisesti. Hankinnan vertailuhintana käytetään kustannuksia per näyte, johon huomioidaan laitteen hankintahinta, laskennallinen reagenssien määrä per näyte sekä huoltokustannukset. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kilpailutettava hankinta muodostaa yhden kokonaisuuden ja osiin jakaminen tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti ja sopimuksellisesti liian vaikeaa. Tarvikesopimuksen ja huoltosopimuksen voimassaolo on sidottu laitteiden elinkaareen. Sopimukset päättyvät sillä hetkellä, kun tilaaja poistaa laitteet käytöstään. Hankintayksiköllä on oikeus hankkia kaksi (2) optiolaitetta tarjouspyynnön liitteenä 4 olevan laitesopimuksen ehdoin. Optiolaitteiden hankinnasta tehdään erillinen päätös. Päätös tulee tehdä kuitenkin kolmen (3) vuoden sisällä siitä, kun sopimus on allekirjoitettu. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Aitheantóir an nóis imeachta: f4def353-15dd-45bc-8460-ec49b5412165

Aitheantóir inmheánach: HUS 086-2026

An cineál nóis imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

Príomhghnéithe an nóis imeachta: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, ja hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n tarkoittama avoin menettely.

TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Julkaisee hankintailmoituksen 2. Ottaa vastaan kysymykset 3. Vastaa esitettyihin kysymyksiin 4. Avaa tarjoukset 5. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 6. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja suorittaa mahdollisen koekäytön (ks. tarkempi kuvaus tarjouspyynnön "Ryhmän yleiset kriteerit" kohdassa "Koekäyttö") 7. Vertailee tarjoukset 8. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 9. Pyytää ja tarkastaa kilpailun voittajan/voittajien soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 10. Solmii sopimuksen valitun/valittujen tarjoajien kanssa. TARJOUSKILPAILUSSA KÄYTETTÄVÄ KIELI Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Mikäli tarjoaja tarvitsee dokumentit muulla kielellä, tarjoaja vastaa itse käännettämisestä ja sen kustannuksista. Tarjoukset on laadittava muilta osin suomen kielellä, paitsi tuotteisiin sekä niiden valmistukseen ja jakeluun liittyvät kuvaukset, tuote-esitteet, sertifikaatit, todistukset ja vastaavat hyväksytään myös englanninkielisinä. RINNAKKAISET TARJOUKSET Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. OSATARJOUKSET Osatarjoukset eivät ole sallittuja. HANKINTAA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO Hankintaa koskevista päätöksistä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 33100000 Medical equipments

Aicmiú breise (cpv): 33696000 Reagents and contrast media, 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses), 50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment, 51410000 Installation services of medical equipment

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Tír: An Fhionlainn

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Optiona varataan mahdollisuus solmia huoltosopimus laitteelle takuuajan päättymisen jälkeen. Tilaaja päättää mahdollisen huoltosopimuksen solmimisesta erikseen. Huoltosopimus tulee voimaan sen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi. Tarjoajan tulee tarjota laitteelle huoltoa tarjouspyynnön liitteenä olevan huoltosopimuksen mukaisin ehdoin.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

Direktiivi 2014/24/EU -

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0000

Teideal: Värjäyslaitteet

Cur síos: HUS-Yhtymä (jäljempänä myös "hankintayksikkö" tai "tilaaja") pyytää tarjouksia HUS Diagnostiikkakeskuksen erikoishematologian laboratorioon hankittavasta täysautomaattisesta värjäyslaitteesta, jolla värjätään veren sivelyvalmisteita, punktioiden sively- ja sytosentrifugivalmisteita sekä luuytimen puristevalmisteita. Hankinnan kohteena on hematologisten näytteiden May-Grünwald-Giemsa (MGG) värjäykseen tarkoitettu täysautomaattinen värjäyslaite. Hankintaan sisältyy laite sekä laitesidonnaisia tarvikkeita. Selvyyden vuoksi todetaan, että aluslasit eivät sisälly hankintaan. Erilaiset värjäyslaitteiden teknologiat otetaan huomioon kilpailutuksessa. Laitteiston hankintaan tulee sisältyä CE/IVD-merkityt väriagenssit. Laitteen tulee soveltua veren sivelyvalmisteiden, punktioiden sively- ja sytosentrifugivalmisteiden sekä luuytimen puristevalmisteiden värjäykseen. Laitetta tullessaan käyttämään lääkärin lausuttavaksi menevien diagnostisten morfologisten näytteiden värjäykseen, jolloin värjäyslaadun tulee olla korkeatasoinen luotettavan diagnostiikan takaamiseksi. Värjäyslaadun tulee olla sellainen, että kaikkien värjättävien näytelaatujen näytevalmisteissa solulinjojen morfologia on arvioitavissa, mikä edellyttää värjäykseltä mm. tumamorfologian, sytoplasmaväriä ja hennonkin sytoplasmagranulaation laadukasta värjäystä. Värjäyslaadun tulee olla sellainen, että kaikkien värjättävien näytetyyppien valmisteissa solulinjojen morfologia on hyvin arvioitavissa. Värjäyslaatu testataan mahdollisessa koekäytössä, jossa vähintään kolme asiantuntijaa arvioi värjäyksen laadun itsenäisesti. Hankinnan vertailuhintana käytetään kustannuksia per näyte, johon huomioidaan laitteen hankintahinta, laskennallinen reagenssien määrä per näyte sekä huoltokustannukset. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kilpailutettava hankinta muodostaa yhden kokonaisuuden ja osiin jakaminen tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti ja sopimuksellisesti liian vaikeaa. Tarvikesopimuksen ja huoltosopimuksen voimassaolo on sidottu laitteiden elinkaareen. Sopimukset päättyvät sillä hetkellä, kun tilaaja poistaa laitteet käytöstään. Hankintayksiköllä on oikeus hankkia kaksi (2) optiolaitetta tarjouspyynnön liitteenä 4 olevan laitesopimuksen ehdoin. Optiolaitteiden hankinnasta tehdään erillinen päätös. Päätös tulee tehdä kuitenkin kolmen (3) vuoden sisällä siitä, kun sopimus on allekirjoitettu. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Aitheantóir inmheánach: HUS 086-2026

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 33100000 Medical equipments

Aicmiú breise (cpv): 33696000 Reagents and contrast media, 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses), 50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment, 51410000 Installation services of medical equipment

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Tír: An Fhionlainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá Eolas breise: Optiona varataan mahdollisuus solmia huoltosopimus laitteelle takuuajan päättymisen jälkeen. Tilaaja päättää mahdollisen huoltosopimuksen solmimisesta erikseen. Huoltosopimus tulee voimaan sen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi. Tarjoajan tulee tarjota laitteelle huoltoa tarjouspyynnön liitteenä olevan huoltosopimuksen mukaisin ehdoin.

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: An t-aistriú chuig geilleagar ciorclach, Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú
An cuspóir sóisialta atá á chur chun cinn: Dícheall cuí maidir le cearta an duine i slabhraí soláthair domhanda, Coinníollacha córa oibre

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Tarjouspyynnön mukaisesti.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Fionlainnis

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 22/06/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=612295&tpk=93c6ab55-e3fb-42bd-89df-24c38388098d>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=612295&tpk=93c6ab55-e3fb-42bd-89df-24c38388098d>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fionlainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 04/08/2026 09:01:00 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Tá gá le comhaontú neamhnócha: níl

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Markkinaoikeus

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Markkinaoikeus

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Markkinaoikeus

Uimhir chlárúcháin: 3006157-6

Seoladh poist: Radanrakentajantie 5

Baile: Helsinki

Cód poist: 00520

Foroinn tíre (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Tír: An Fhionlainn

R-phost: markkinaoikeus@oikeus.fi

Teil.: +358 295643300

Seoladh idirlín: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: HUS-yhtymä

Uimhir chlárúcháin: 1567535-0

Seoladh poist: Uutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)

Baile: Vantaa

Cód poist: 01770

Foroinn tíre (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Tír: An Fhionlainn

Pointe teagmhála: HUS, Diagnostiikkakeskus

R-phost: kilpailutus.diagnostiikka@hus.fi

Teil.: +358 94711

Seoladh idirlín: <http://www.hus.fi>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Hansel Oy (Hilma)

Uimhir chlárúcháin: FI09880841

Seoladh poist: Mannerheiminaukio 1a

Baile: Helsinki

Cód poist: 00100

Foroinn tíre (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Tír: An Fhionlainn

Pointe teagmhála: eSender

R-phost: tekninen@hankintailmoitukset.fi

Teil.: 029 55 636 30

Seoladh idirlín: <http://hankintailmoitukset.fi>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 03c407a4-cebc-4ab9-856b-075f076d54bf - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 12/06/2026 11:14:28 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Dáta seolta an fhógra (eSender): 12/06/2026 11:14:29 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fionlainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 409837-2026

Uimhir eagráin IO S: 113/2026

Dáta foilsithe: 15/06/2026