

435106-2026 - Iomaíocht

An Mhacadóin Thuaidh – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Surgical sutures, other suture and hemostatic materials, and brushes for surgical hand washing

OJ S 120/2026 25/06/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

R-phost: dini.ism@hotmail.com

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis de chuid an rialtais láir

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Surgical sutures, other suture and hemostatic materials, and brushes for surgical hand washing

Cur síos: Surgical sutures, other suture and hemostatic materials, and brushes for surgical hand washing

Aitheantóir an nós imeachta: 48067a4a-28ba-4ca8-b288-2fd9c6f6726c

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: St. Mother Teresa nr. 17 1000

Baile: Skopje

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 733 243,00 MKD

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 36

Téarmaí an chonartha:

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Non-absorbable multifilament silk suture coated with natural wax.

Cur síos: Non-absorbable multifilament silk suture coated with natural wax.

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Non-absorbable monofilament suture with needles having specific characteristics (tungsten-rhenium alloy) for CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) procedures in cardiac surgery.

Cur síos: Non-absorbable monofilament suture with needles having specific characteristics (tungsten-rhenium alloy) for CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) procedures in cardiac surgery.

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND

CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Absorbable synthetic multifilament suture made of Polyglactin 910, impregnated with triclosan, with tensile strength retention of 75% at 14 days, 50% at 21 days, and 25% at 28 days, and a complete absorption period of 56–70 days.

Cur síos: Absorbable synthetic multifilament suture made of Polyglactin 910, impregnated with triclosan, with tensile strength retention of 75% at 14 days, 50% at 21 days, and 25% at 28 days, and a complete absorption period of 56–70 days.

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair**Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: Absorbable synthetic monofilament suture made of Polyglecaprone 25, impregnated with triclosan, with tensile strength retention of 60% at 7 days and 30% at 14 days, and an absorption period of 90–120 days.

Cur síos: Absorbable synthetic monofilament suture made of Polyglecaprone 25, impregnated with triclosan, with tensile strength retention of 60% at 7 days and 30% at 14 days, and an absorption period of 90–120 days.

Aitheantóir inmheánach: 4

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. **Luchtóg: LOT-0005**

Teideal: Absorbable synthetic monofilament suture made of Polydioxanone, impregnated with triclosan, with tensile strength retention of 60–80% at 14 days, 40–70% at 28 days, and 35–60% at 42 days, and an absorption period of 182–238 days.

Cur síos: Absorbable synthetic monofilament suture made of Polydioxanone, impregnated with triclosan, with tensile strength retention of 60–80% at 14 days, 40–70% at 28 days, and 35–60% at 42 days, and an absorption period of 182–238 days.

Aitheantóir inmheánach: 5

5.1.1. **Cuspóir**

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. **Fad measta**

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. **Eolas ginearálta**

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. **Critéir roghnúcháin**

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. **Doiciméid soláthair**

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. **Téarmaí soláthair**

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: Natural-origin hemostatic material made of oxidized regenerated cellulose (rayon) with a woven structure, carboxylic acid content of 19.5% w/w, pH value of less than 2.5, absorption time of 7–14 days, and bactericidal properties.

Cur síos: Natural-origin hemostatic material made of oxidized regenerated cellulose (rayon) with a woven structure, carboxylic acid content of 19.5% w/w, pH value of less than 2.5, absorption time of 7–14 days, and bactericidal properties.

Aitheantóir inmheánach: 6

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0007

Teideal: Non-absorbable coated polyester (polyethylene terephthalate) multifilament suture composed of high molecular weight, long-chain fibers with integrated aromatic rings of linear polyester, coated and impregnated with silicone.

Cur síos: Non-absorbable coated polyester (polyethylene terephthalate) multifilament suture composed of high molecular weight, long-chain fibers with integrated aromatic rings of linear polyester, coated and impregnated with silicone.

Aitheantóir inmheánach: 7

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0008

Teideal: Non-absorbable monofilament PTFE (polytetrafluoroethylene) undyed suture for chordae tendineae repair.

Cur síos: Non-absorbable monofilament PTFE (polytetrafluoroethylene) undyed suture for chordae tendineae repair.

Aitheantóir inmheánach: 8

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0009

Teideal: Rectangular PTFE pledgets.

Cur síos: Rectangular PTFE pledgets.

Aitheantóir inmheánach: 9

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0010

Teideal: Bovine pericardial patch treated with glutaraldehyde to enhance durability and prevent shrinkage and aneurysm formation. The elastic tissue adapts to the surface of application.

With anti-calcification treatment that binds residual aldehydes, thereby reducing cytotoxicity and antigenicity. Dimensions: 10 × 14 cm ± 10%; thickness: 0.2–0.5 mm.

Cur síos: Bovine pericardial patch treated with glutaraldehyde to enhance durability and prevent shrinkage and aneurysm formation. The elastic tissue adapts to the surface of application. With anti-calcification treatment that binds residual aldehydes, thereby reducing cytotoxicity and antigenicity. Dimensions: 10 × 14 cm ± 10%; thickness: 0.2–0.5 mm.

Aitheantóir inmheánach: 10

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí a fháil: nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0011

Teideal: Silicone vessel loops for organ and blood vessel retraction, made of uncoated silicone, dimensions 2 × 2.5 mm, length 45 cm, available in red, blue, and yellow colours.

Cur síos: Silicone vessel loops for organ and blood vessel retraction, made of uncoated silicone, dimensions 2 × 2.5 mm, length 45 cm, available in red, blue, and yellow colours.

Aitheantóir inmheánach: 11

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0012

Teideal: Bone wax with a chemical composition of 70% beeswax and 30% petroleum jelly (vaseline), supplied as a 2.5 g bar.

Cur síos: Bone wax with a chemical composition of 70% beeswax and 30% petroleum jelly (vaseline), supplied as a 2.5 g bar.

Aitheantóir inmheánach: 12

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0013

Teideal: Titanium clips for blood vessel ligation – size S (small), 3.6 mm. The cartridge shall be adhesive and contain 9 clips. The clip shall have a pyramidal configuration with a triangular titanium profile to allow precise positioning.

Cur síos: Titanium clips for blood vessel ligation – size S (small), 3.6 mm. The cartridge shall be adhesive and contain 9 clips. The clip shall have a pyramidal configuration with a triangular titanium profile to allow precise positioning.

Aitheantóir inmheánach: 13

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0014

Teideal: Titanium clips for blood vessel ligation – size M (medium), 5.6 mm. The cartridge shall be adhesive and contain 9 clips. The clip shall have a pyramidal configuration with a triangular titanium profile to allow precise positioning.

Cur síos: Titanium clips for blood vessel ligation – size M (medium), 5.6 mm. The cartridge shall be adhesive and contain 9 clips. The clip shall have a pyramidal configuration with a triangular titanium profile to allow precise positioning.

Aitheantóir inmheánach: 14

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0015

Teideal: Neutral electrode with an effective contact area of 85 cm² (tolerance ±10%) and a ring area of 23 cm² (tolerance ±10%), compatible with the neutral electrode connection cable for the ERBE VIO® 3 electrosurgical generator or equivalent. Intended for use in all types of surgical procedures. The electrode shall be made of a flexible material capable of adapting to any body contour and shall be suitable for use in adult patients.

Cur síos: Neutral electrode with an effective contact area of 85 cm² (tolerance ±10%) and a ring area of 23 cm² (tolerance ±10%), compatible with the neutral electrode connection cable for the ERBE VIO® 3 electrosurgical generator or equivalent. Intended for use in all types of surgical procedures. The electrode shall be made of a flexible material capable of adapting to any body contour and shall be suitable for use in adult patients.

Aitheantóir inmheánach: 15

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES
Eolas faoi spriodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0016

Teideal: Monofilament stainless steel suture wire (AISI 316L), uncoated, USP size 7, wire length 4 × 45 cm, with a 1/2-circle round-bodied sternum needle, needle length 48 mm.
Cur síos: Monofilament stainless steel suture wire (AISI 316L), uncoated, USP size 7, wire length 4 × 45 cm, with a 1/2-circle round-bodied sternum needle, needle length 48 mm.
Aitheantóir inmheánach: 16

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach
Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Spriodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0017

Teideal: Epimyocardial unipolar electrodes for adults for temporary atrial and ventricular pacing, made of stainless steel, with twisted multifilament wire insulated with polyethylene, colour-coded, wire size 2/0, wire length 60 cm, and two needles: one 1/2-circle taper-point needle, 26 mm in length, and one straight reverse-cutting break-off needle, 65 mm in length.
Cur síos: Epimyocardial unipolar electrodes for adults for temporary atrial and ventricular pacing, made of stainless steel, with twisted multifilament wire insulated with polyethylene, colour-coded, wire size 2/0, wire length 60 cm, and two needles: one 1/2-circle taper-point needle, 26 mm in length, and one straight reverse-cutting break-off needle, 65 mm in length.
Aitheantóir inmheánach: 17

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0018

Teideal: Microsurgical knife with a rounded tip and a single sharp cutting edge, manufactured using grindless technology (without mechanical sharpening) to provide high precision and consistent blade geometry.

Cur síos: Microsurgical knife with a rounded tip and a single sharp cutting edge, manufactured using grindless technology (without mechanical sharpening) to provide high precision and consistent blade geometry.

Aitheantóir inmheánach: 18

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0019

Teideal: Sterile single-use wound retractor with a circular ring that provides 360° circumferential retraction and maximum exposure of the surgical field through a minimal

incision. The device shall provide effective wound protection by creating a physical barrier that reduces the risk of surgical site infections, prevents bacterial contamination, and helps maintain an optimal moisture environment to promote

Cur síos: Sterile single-use wound retractor with a circular ring that provides 360° circumferential retraction and maximum exposure of the surgical field through a minimal incision. The device shall provide effective wound protection by creating a physical barrier that reduces the risk of surgical site infections, prevents bacterial contamination, and helps maintain an optimal moisture environment to promote wound healing. The retraction shall be atraumatic, evenly distributed, and free from localized pressure, thereby minimizing additional tissue trauma and patient discomfort. The device shall enable surgical procedures without the need for an assistant to hold a manual retractor. The retraction shall provide a tamponade effect and assist in minimizing bleeding. Available sizes shall include: Small (sheath length 18 cm, incision range 2.5–6 cm) and Medium (sheath length 18 cm, incision range 5–9 cm).
Aitheantóir inmheánach: 19

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0020

Teideal: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 4 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.2 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Cur síos: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 4 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.2 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Aitheantóir inmheánach: 20

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0021

Teideal: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 6 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.3 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Cur síos: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 6 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.3 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0022

Teideal: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 8 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.6 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Cur síos: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 8 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.6 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Aitheantóir inmheánach: 22

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0023

Teideal: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 10 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.7 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Cur síos: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 10 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 1.7 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Aitheantóir inmheánach: 23

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair**Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0024

Teideal: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 12 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 2 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Cur síos: Embolectomy catheter manufactured from biocompatible polyamide and polyurethane. The device shall consist of six components: a balloon with an inflation diameter of 12 mm, a graduated catheter shaft, a catheter lumen with a diameter of 2 mm, a Luer Lock connector, a stylet, and a Luer Lock syringe. Working length: 76 cm. Permissible dimensional tolerance: $\pm 3\%$.

Aitheantóir inmheánach: 24

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0025

Teideal: Automatic suture fastening system for valve surgery, consisting of at least two applicators with a minimum length of 16 cm and a diameter of 5–7 mm, and at least 12 fastening clips, suitable for open and minimally invasive surgical procedures..

Cur síos: Automatic suture fastening system for valve surgery, consisting of at least two applicators with a minimum length of 16 cm and a diameter of 5–7 mm, and at least 12 fastening clips, suitable for open and minimally invasive surgical procedures.

Aitheantóir inmheánach: 25

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0026

Teideal: Sterile non-woven PTFE (polytetrafluoroethylene) felt, dimensions 15.2 cm × 15.2 cm × 1.65 mm.

Cur síos: Sterile non-woven PTFE (polytetrafluoroethylene) felt, dimensions 15.2 cm × 15.2 cm × 1.65 mm.

Aitheantóir inmheánach: 26

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár
na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND
CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI
UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL
CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0027

Teideal: Sterile non-woven PTFE (polytetrafluoroethylene) felt, dimensions 2.5 cm × 15 cm ×
1.65 mm.

Cur síos: Sterile non-woven PTFE (polytetrafluoroethylene) felt, dimensions 2.5 cm × 15 cm ×
1.65 mm.

Aitheantóir inmheánach: 27

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Forinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0028

Teideal: Filter for a reusable sterilization container, made of PTFE (polytetrafluoroethylene), validated for at least 1,000 cleaning and sterilization cycles, suitable for fractional vacuum and gravity displacement sterilization processes, in accordance with EN 868-2 and DIN EN 554. The filter shall have an outer diameter of Ø190 mm and shall be compatible with the JK100 filter holders on the lids of the

Cur síos: Filter for a reusable sterilization container, made of PTFE (polytetrafluoroethylene), validated for at least 1,000 cleaning and sterilization cycles, suitable for fractional vacuum and gravity displacement sterilization processes, in accordance with EN 868-2 and DIN EN 554. The filter shall have an outer diameter of Ø190 mm and shall be compatible with the JK100 filter holders on the lids of the existing aluminium sterilization containers used at the Clinic.

Aitheantóir inmheánach: 28

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriodcháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0029

Teideal: Heart stabilizer for off-pump (beating heart) cardiac surgery; low-profile design with vacuum system; two flexible stabilizers with 4 suction points each, each of which is fully bendable in all directions and adaptable to the anatomical structure of the heart and blood vessels. Suction regulation with vacuum regulator. Compatible with all retractors, with easy application and removal.

Cur síos: Heart stabilizer for off-pump (beating heart) cardiac surgery; low-profile design with vacuum system; two flexible stabilizers with 4 suction points each, each of which is fully bendable in all directions and adaptable to the anatomical structure of the heart and blood vessels. Suction regulation with vacuum regulator. Compatible with all retractors, with easy application and removal.

Aitheantóir inmheánach: 29

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0030

Teideal: Heart positioner based on a vacuum principle, for effective positioning of the apex of the heart or left ventricle using a silicone cup; compatible with all retractors; features a 360-degree rotating head; flexible system that allows normal movement of the heart during surgery.

Cur síos: Heart positioner based on a vacuum principle, for effective positioning of the apex of the heart or left ventricle using a silicone cup; compatible with all retractors; features a 360-degree rotating head; flexible system that allows normal movement of the heart during surgery.

Aitheantóir inmheánach: 30

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0031

Teideal: Aid for improved visualization of the surgical field, facilitates removal of blood through irrigation with a fine mist of saline solution, prevents drying and dehydration of sensitive tissue (10/box).

Cur síos: Aid for improved visualization of the surgical field, facilitates removal of blood through irrigation with a fine mist of saline solution, prevents drying and dehydration of sensitive tissue (10/box).

Aitheantóir inmheánach: 31

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0032

Teideal: Non-absorbable polyfilament suture made of natural silk, wax-coated. Sterility, shelf life minimum 5 years. Thread thickness 1.

Cur síos: Non-absorbable polyfilament suture made of natural silk, wax-coated. Sterility, shelf life minimum 5 years. Thread thickness 1.

Aitheantóir inmheánach: 32

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta**Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:**

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair**Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0033

Teideal: Absorbable suture (synthetic polyglycolic acid, twisted, coated, fast-absorbing type) with thread thickness 2/0.

Cur síos: Absorbable suture (synthetic polyglycolic acid, twisted, coated, fast-absorbing type) with thread thickness 2/0.

Aitheantóir inmheánach: 33

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí a fháil nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár
na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND
CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI
UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL
CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0034

Teideal: Absorbable suture (synthetic polyglycolic acid, twisted, coated, fast-absorbing type)
with thread thickness 0.

Cur síos: Absorbable suture (synthetic polyglycolic acid, twisted, coated, fast-absorbing type)
with thread thickness 0.

Aitheantóir inmheánach: 34

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0035

Teideal: Absorbable suture (synthetic polyglycolic acid, twisted, coated, fast-absorbing type) with thread thickness 3/0.
Cur síos: Absorbable suture (synthetic polyglycolic acid, twisted, coated, fast-absorbing type) with thread thickness 3/0.
Aitheantóir inmheánach: 35

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach
Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

5.1. Luchtóg: LOT-0036

Teideal: Sterile surgical brushes for washing hands for single use, made of sponge material impregnated with disinfectant containing chlorhexidine (minimum 4%), which directly acts on Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Cur síos: Sterile surgical brushes for washing hands for single use, made of sponge material impregnated with disinfectant containing chlorhexidine (minimum 4%), which directly acts on Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Aitheantóir inmheánach: 36

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 1 Bliain

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Mhacadóinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: www.e-nabavki.gov.mk

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: www.e-nabavki.gov.mk

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: www.e-nabavki.gov.mk

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Uimhir chlárúcháin: 7929420

Seoladh poist: St. Mother Teresa, nr. 17

Baile: Skopje

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Pointe teagmhála: Sonja Janakieva

R-phost: dini.ism@hotmail.com

Teil.: 0038923113116

Facs: 0038923113116

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg
R-phost: ted@publications.europa.eu
Teil.: +352 29291
Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: d2aa3633-c905-465a-a7f2-5d8f69a282bf - 01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 24/06/2026 07:47:06 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Béarla
Uimhir foilseacháin an fhógra: 435106-2026
Uimhir eagráin IO S: 120/2026
Dáta foilsithe: 25/06/2026