

## 512840-2026 - Iomaíocht

**An Pholainn – Mass spectrometer – DOSTAWA SPEKTROMETRU MASOWEGO Z INDUKCYJNIE SPRZĘŻONĄ PLAZMĄ (ICP-MS) DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI**

**OJ S 141/2026 24/07/2026**

**Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú Soláthairtí**

### 1. Ceannaitheoir

---

#### 1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

R-phost: [renata.kasprzak@sanepid.gov.pl](mailto:renata.kasprzak@sanepid.gov.pl)

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis réigiúnaigh

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

### 2. Nós imeachta

---

#### 2.1. Nós imeachta

Teideal: DOSTAWA SPEKTROMETRU MASOWEGO Z INDUKCYJNIE SPRZĘŻONĄ PLAZMĄ (ICP-MS) DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI

Cur síos: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja spektrometru masowego z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz dostosowaniem instalacji gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 2. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 3. Dostawa obejmuje: a) wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ b) montaż i instalację w miejscu posadowienia, dostosowanie instalacji wentylacyjnej, gazowej i klimatyzacyjnej oraz uruchomienie, skonfigurowanie, przetestowanie i demonstrację pełnej sprawności dostarczonych urządzeń c) przeszkolenie pracowników z obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu. 4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Formularzu Przedmiotowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

Aitheantóir an nós imeachta: 980afe2d-1f5e-4b9a-aa91-65d62b5a1375

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

##### 2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38433100 Mass spectrometer

Aicmiú breise (cpv): 38430000 Detection and analysis apparatus

##### 2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Tír: An Pholainn

##### 2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia opisane w Rozdziale VIII SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe: Dokumenty zamówienia opisane w Rozdziale IX SWZ inne: 1. Zgodnie z art. 257 Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 i 96 Pzp. 6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający, działając na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp, odstępuje od żądania złożenia oświadczenia JEDZ wraz z ofertą. JEDZ zostanie złożony wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego. 14. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia. 15. Zgodnie z art. 138 Pzp ust. 2 pkt. 1, Zamawiający wyznaczył krótszy termin składania ofert, ze względu na opublikowanie ogłoszenia wstępnego informacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer publikacji ogłoszenia: 236307-2026, data publikacji: 07/04/2026; a jednocześnie nie skrócił go do bezwzględного minimum ze względu na fakt iż wymaga przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej.

**Bunús dlí:**

Treoir 2014/24/AE

#### **2.1.6. Forais eisiaimh**

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

## **5. Luchtóg**

### **5.1. Luchtóg: LOT-0001**

Teideal: DOSTAWA SPEKTROMETRU MASOWEGO Z INDUKCYJNIE SPRZĘŻONĄ PLAZMĄ (ICP-MS) DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI

Cur síos: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja spektrometru masowego z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz dostosowaniem instalacji gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 2. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie

zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 3. Dostawa obejmuje: a) wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ b) montaż i instalację w miejscu posadowienia, dostosowanie instalacji wentylacyjnej, gazowej i klimatyzacyjnej oraz uruchomienie, skonfigurowanie, przetestowanie i demonstrację pełnej sprawności dostarczonych urządzeń c) przeszkolenie pracowników z obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu. 4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Formularzu Przedmiotowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ 5. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować wydłużony termin gwarancji, za co uzyska odpowiednią ilość punktów. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XVII SWZ.

#### **5.1.1. Cuspóir**

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38433100 Mass spectrometer

Aicmiú breise (cpv): 38430000 Detection and analysis apparatus

#### **Roghanna:**

Cur síos ar na roghanna: Zamawiający nie przewiduje wznowienia i opcji.

#### **5.1.2. An áit feidhmíochta**

Forinn tíre (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Tír: An Pholainn

#### **5.1.3. Fad measta**

Fad ama: 56 Laethanta

#### **5.1.4. Athnuachan**

Athnuachaintí uasta: 0

#### **5.1.5. Luach**

Luach measta gan CBL a áireamh: 877 025,00 PLN

#### **5.1.6. Eolas ginearálta**

##### **Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:**

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. PRZEDMIOTOWE

ŚRODKI DOWODOWE 1. Zgodnie z art. 107 Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

wraz z ofertą dostarczył następujące przedmiotowe środki dowodowe dla: a) poz. 4, 6, 9, 11,

17, 18, 21- dokumenty, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań

technicznych, co do których Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazał konieczność

potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym. b) w celu potwierdzenia zgodności

oferowanego sprzętu z kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 3) SWZ:

specyfikację techniczną zaoferowanego sprzętu potwierdzającą, że sprzęt spełnia parametr

techniczny – opisany w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 3) SWZ. c) notę aplikacyjną producenta

dotyczącą badania składu pierwiastkowego wody wg normy ISO 17294-2 lub równoważnej na

oferowanym modelu ICP-MS wraz z tłumaczeniem na język polski dla co najmniej Cd, Pb, Cr,

Ni, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Sb, U, Na, K, Al. Nota musi zawierać wyniki badania odzysku z

zastosowaniem Certyfikowanego Materiału Referencyjnego dla wody; odzyski muszą się

zawierać w przedziale 90-110%. Przykładem takich dokumentów mogą być: m.in.:

specyfikacja techniczna producenta, katalogi producenta, broszura informacyjna producenta

lub dane techniczne itp. służące potwierdzeniu zgodności oferowanej dostawy z

wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w formularzu przedmiotowym lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający nie uzna dokumentu sporządzonego przez Wykonawcę nie będącego producentem. UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji technicznej widnieje potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia konkretne wymagania i cechy wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ oraz kryterium określone w opisie kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 3) SWZ. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie go do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie za wyjątkiem dokumentów służących potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. 3. W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe przekładane wraz z ofertą są sporządzone w innym języku niż język polski, Wykonawca dołącza stosowane tłumaczenie, obejmujące swym zakresem co najmniej te fragmenty w dokumencie, które były wymagane jako przedmiotowy środek dowodowy. 4. Przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

#### **5.1.9. Critéir roghnúcháin**

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

#### **5.1.10. Critéir dhámhachtana**

##### **Critéar:**

Cineál: Praghas

Ainm: Cena

Cur síos: Punktacja w kryterium cena zostanie przydzielona wg wzoru: (cena oferty najtańszej/ cena oferty ocenianej) x 50 pkt, z dokładnością wyniku do drugiego miejsca po przecinku.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 50

##### **Critéar:**

Cineál: Cáilíocht

Ainm: Gwarancja na przedmiot umowy

Cur síos: a) Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania „Protokołu odbioru”. Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ. Zamawiający w ramach „Kryterium gwarancja” przyzna Wykonawcy punkty według następujących zasad: • gwarancja 24 miesiące = 0 pkt • gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt • gwarancja 48 miesięcy - 20 pkt • gwarancja 60 miesięcy - 35 pkt W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w „Ofercie Wykonawcy” oferowanego terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny termin gwarancji, wymagany zapisami SWZ. W takim przypadku oferta zostanie uznana za ważną, podlegającą ocenie, jednakże nie uzyska ona dodatkowych punktów za przedmiotowe kryterium.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 35

##### **Critéar:**

Cineál: Cáilíocht

Ainm: Parametr techniczny

Cur síos: Stosunek jonów CeO<sup>+</sup>/Ce<sup>+</sup> w trybie bez gazu, waga : 15% Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów, gdy stosunek jonów CeO<sup>+</sup>/Ce<sup>+</sup> w trybie bez gazu zgodnie ze

specyfikacją producenta fabryczną wynosi:  $\leq 1,5\%$  – 15,0 pkt.  $\leq 2,0\%$  – 7,0 pkt.  $\leq 2,5\%$  – 0,0 pkt. (warunek konieczny)

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 15

#### 5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Polainnis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

#### 5.1.12. Téarmaí soláthair

##### Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Polainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 04/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

##### Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 04/08/2026 10:10:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Eolas breise: Termin związania ofertą określony datą: 2026-11-01

##### Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

#### 5.1.15. Teicnící

##### Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

##### Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

#### 5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Krajowa Izba Odwoławcza

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

## 8. Eagraíochtaí

---

### 8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Krajowa Izba Odwoławcza

Uimhir chlárúcháin: 5262239325

Seoladh poist: ul. Postępu 17a

Baile: Warszawa

Cód poist: 02-676

Foroinn tíre (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Tír: An Pholainn

R-phost: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Teil.: 224587840

Seoladh idirlín: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

**Róil na heagraíochta seo:**

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

### 8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Uimhir chlárúcháin: 7281860518

Seoladh poist: ul. Wodna 40

Baile: Łódź

Cód poist: 90-046

Foroinn tíre (NUTS): Miasto Łódź (PL711)

Tír: An Pholainn

R-phost: [renata.kasprzak@sanepid.gov.pl](mailto:renata.kasprzak@sanepid.gov.pl)

Teil.: 882799536

Seoladh idirlín: <https://www.gov.pl/web/wsse-lodz>

Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

Próifíl an cheannaitheora: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz>

**Róil na heagraíochta seo:**

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

## 10. Athraigh

---

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

479093-2026

An phríomhchúis leis an athrú

:  
Faisnéis nuashonraithe  
Cur síos  
:  
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

## Eolas faoin bhfógra

---

Aitheantóir/leagan an fhógra: 39c108b3-83f7-43d8-89e5-468cd8ac483d - 01  
Cineál na foirme: lomaíocht  
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras  
Fochineál an fhógra: 16  
Dáta seolta an fhógra: 23/07/2026 11:18:21 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT  
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Polainnis  
Uimhir foilseacháin an fhógra: 512840-2026  
Uimhir eagráin IO S: 141/2026  
Dáta foilsithe: 24/07/2026