

610452-2026 - Nadmetanje

Mađarska – Medicinski potrošni materijal – Elektrosebészeti generátorok és fogyóanyagok

OJ S 171/2026 04/09/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Roba

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

E-pošta: kozbeszerzes@petzkorhaz.hu

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Djelatnost javnog naručitelja: Zdravlje

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Elektrosebészeti generátorok és fogyóanyagok

Opis: Adásvételi szerződés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház részére Elektrosebészeti generátorok és fogyóanyagok beszerzése 2részben 1.rész 3db elektrosebészeti generátor+fogyóanyag A készülékkel szemben támasztott igények, követelmények: Nagyteljesítményű, nagyfrekvenciás sebészeti vágó-koaguláló készülék nyitott és laporoszkópos sebészeti beavatkozások elvégzésére, monopoláris, bipoláris és szövetegyesítési funkcióval. Monopoláris vágás: Monopoláris vágási üzemmódok száma min. 3 Speciális monopoláris vágás-koagulálás funkció lehetősége 25%-os működési ciklussal minimum 200 W-os max. teljesítménnyel Automatikusan szabályozott vágási teljesítmény maximuma legyen minimum 300 W Monopoláris koagulálás: Monopoláris koagulációs üzemmódon száma legyen minimum 3. Monopoláris koagulációs teljesítmény maximuma legyen minimum 120 W Monopoláris koagulációs megosztható funkcióval, 2 sebész egyszerre, egyidőben tudja aktiválni Bipoláris Üzemmód: Bipoláris koagulációs üzemmódok száma minimum 3. Bipoláris koagulációs teljesítmény maximuma 95 W, minimuma 15 W Bipoláris reszekció: Vágás min 200W teljesítmény, 500 Ω terhelés Koagulálás min 175W teljesítmény, 100 Ω terhelés Autobipoláris üzemmód: Min. 5 féle időbeli késleltetéssel, akár 2,5 sec beállítási lehetőséggel Automatikus START és STOP funkció támogatása, START késleltetése beállítható 0-2,5 sec között min teljesítmény 1W Fogyóanyag Ligasur elmpact záró-szeparáló 10mm 18cm x 6 LF4418 264db Fogyóanyag Ligasure SML JawSealer/Div X6 LF1212 144db Fogyóanyag Ligasure Maryland LAP kézieszköz 37 cm szár LF1937 168db Fogyóanyag Ligasureexact nyitott hasi olló szerű eszköz LF 2019 24db 2.rész 1db Ligasure elektrosebészeti generátor+fogyóanyag A készülékkel szemben támasztott igények, követelmények: Alapkövetelmények: Nagyteljesítményű, nagyfrekvenciás szövethegesztő /szeparáló készülék nyitott és laporoszkópiás sebészeti vizsgálatok beavatkozások elvégzésére Főbb paraméterek: Automatikus eszközfelismerés RFID modul segítségével 2 mm-nél kisebb oldalirányú hőterjedés Érhegesztés maximum teljesítménye legyen minimum 250 W Szövetegyesítési funkcióhoz 5 és 10 mm-es laporoszkópos eszközök Legalább 8 féle érhegesztő-szeparáló eszköz, különböző beavatkozásokhoz kifejlesztve Laporoszkópos és nyitott, 5 mm-es ér-hegesztő szeparáló eszköz ívelt pofával 7mm átmérőjű erek, artériák, vénák garantáltan biztonságos hegesztése Érhegesztés szakító szilárdságának maximuma, minimum 600mmHg Érhegesztés hangeffekttel jelzett automatikus deaktiválása, a generátor

által mért megfelelő szöveti impedancia elérése esetén Nem automatikus, hanem az operatőr döntésétől függő ér-vágás az érhegesztést követően (lehessen eret hegeszteni szeparálás nélkül, illetve lehessen szeparálni hegesztés nélkül) Riasztás és érhegesztés megszakítása túl vastag szövet befogása esetén, idegen anyag észlelésekor és szövet nélküli aktiváláskor Egyéb termékjellemzők Szoftveres frissítési lehetőség USB kábel segítségével, internet kapcsolat nélkül Egyszerű használat érdekében programozhatóság lehetősége nélkül használat Egyszerű használat érdekében egy gombos rendszer be és kikapcsoláshoz Eszközfelismerő rendszer automatikus energiaszint beállítással Hátoldaltól állítható hangerősség Riasztási hangerő min 65 dB, működési hangerő min 45dB Súly: max 5,5kg Garancia mind 12 hónap Szövethegesztő/szeparáló tartozékok Szövethegesztő-szeparáló eszköz nyitott hasi műtétekhez, min 33mm vágáshosszal és min 35 mm-es hegesztési hosszal Szövethegesztő-szeparáló eszköz, 5mm-es átmérőjű szárral, laporoszkópos műtétekhez, min 17 mm-es vágáshosszal és min 19 mm-es hegesztési hosszal, ívelt pófával, szárba épített aktiválógommbal. Szárhossz: 37 cm Szövethegesztő-szeparáló eszköz nyitott (thyroid, nodus, pancreas) műtétekhez ívelt fejjel, összesen egy mozdulattal történő szövetmegragadás és hegesztéssel, min 14 mm vágáshosszal és min 16 mm hegesztési hosszal Szövethegesztő-szeparáló eszköz, 10 mm átmérőjű szárral, laporoszkópos műtétekhez min 18 mm vágáshosszal és min 20 mm hegesztési hosszal. Szárhossz: 37 cm Fogyóanyag Ligasure Atlas eh. lapar.zárószep. 10mmX37cm LS1037 98db Fogyóanyag Sonocision 39 cm kézi eszköz hajl., vezet.nélkül SCDA39 12db Nyertes ajánlattevő vállalja az elektrosebészeti generátorok leszállítását, üzembehelyezését, betanítását legfeljebb 3 fő részére egy alkalommal legfeljebb 1 óra időtartamban a szerződés hatálybalépését követő 120 naptári napon belül, továbbá a fogyóanyagok tekintetében azok leszállítását 24 hónapon belül. A részletes specifikációt és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalom vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékű terméknek a műszaki leírásban megadott paraméterekkel legalább azonos, vagy jobb műszaki tulajdonsággal kell rendelkeznie. Az egyenértékűségnek a teljesítmény, az érzékenység, a műszaki paraméterek és egyéb előírások tekintetében is fenn kell állnia. A megajánlott eszközöknek orvostechnikai eszközöknek kell lenniük, ezért meg kell felelnie az MDR (2017/745 EU rendelet) orvostechnikai eszközökre és a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, azoknak rendelkezniük kell gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. A CE megfelelőségi tanúsítványokat, illetőleg a gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat az ajánlathoz kereskedelmi ajánlatként csatolni szükséges.

Identifikációs azonosító: cf78bc65-e61f-4eff-af7d-1116d022d1b8

Interna azonosító: EKR002054182025

Vrsta postopka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

Glavna obilježja postopka: Nyílt közbeszerzési eljárás.

2.1.1. Svaha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 33140000 Medicinski potrošni materijal

2.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: Vasvári Pál utca 2-4.
Grad: Győr
Poštanski broj: 9024
Zemlja – podregija (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)
Zemlja: Mađarska

2.1.4. Opće informacije

Dodatne informacije: 1. Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli. 2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben. 3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő. 4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell. 5. Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik. 6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó. 7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint. 8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően. 10. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köt. AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 11. Az ajánlat részeként a megajánlott termékre vonatkozóan csatolandó: - annak hitelt érdemlő igazolása, hogy a megajánlott eszközök I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök, azok megfelelnek az MDR (2017/745 EU rendelet) I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközökre és a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, azok rendelkeznek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. A CE megfelelőségi tanúsítványokat, illetőleg a gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat az ajánlathoz kereskedelmi ajánlatként csatolni szükséges. - minden esetben származás igazolása - teljes műszaki specifikáció - szakmai ajánlat az előírt műszaki tulajdonságoknak való megfelelőségi nyilatkozata 12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie ajánlattevőnek és az ajánlat részeként szintén szükséges benyújtania. 13. Ajánlatkérő a BT-750 mező szerinti alkalmassági feltételeket és azok igazolását a „bronz fokozatú” minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az M.1. és az M2. alkalmassági követelmény vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) rend.30. § (4)], ezért a „bronz fokozatú” minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés feltételein „túl” vizsgálni szükséges az alábbiakat: Az M.1. alkalmassági követelmény esetében az adott közbeszerzési eljárás tárgyának specialitására tekintettel a referenciaszolgáltatás nem összehasonlítható a „bronz fokozatú” minősített ajánlattevők jegyzékébe kerüléshez szükséges általános referencia követelményekkel, tehát teljes egészében vizsgálandó! 14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviselési jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi. 16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó) 17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 18. ÁKSZ dr. Lucsik János (nyilvántartási száma: 00164), ÁKSZ/ helyettes dr. Jakab Attila (nyilvántartási száma: 01541). A közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításában részt vesz dr. Szabó-Ipsics Annamária ÁKSZ (nyilvántartási száma: 01609). 19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó. 20. Alvállalkozók igénybevétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. 22. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben a beszerzési tárgy vonatkozásában keretmegállapodás kerül létrehozásra, úgy abban az esetben a beszerzési tárgyak megrendelése csak annak keretében valósulhat meg a továbbiakban. 23. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdését figyelembe véve a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1.b. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 24. Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. 25. Ajánlatkérő EKR001489842025 azonosító számon előzetes piaci konzultációt folytatott le, amely az alábbi linken érhető el: <https://ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/ugylet.xhtml?piid=5288961&id=5104025>

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 2

Uvjeti ugovora:

Maksimalan broj grupa za koje se ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Obavijest, Dokumentacija o nabavi

Situacije istovrsne stečaja prema nacionalnim zakonima: Valamennyi ajánlati részben

azonosan: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)

bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján

ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő

szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és

azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése

időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1)

bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról. Az ajánlattevő ajánlatával

együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai

közbeszerzési dokumentumot az EKR használatával. A kizáró okok és alkalmassági

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitáscsökkentésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét részletesebben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 3. § és 8-16. §-ai tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Öntisztázás A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott köteleességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–ah) alpontjában említett kizáró okok vonatkozásában az Integritás Hatóság a gazdasági szereplő Eufetv. IV. Fejezete szerinti nyilvántartásból való törléséről döntött vagy arról döntött, hogy az öntisztázási intézkedésekre tekintettel a gazdasági szereplőt nem veszi fel a nyilvántartásba, egyéb kizáró okok vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha az Integritás Hatóság a gazdasági szereplő Eufetv. IV. Fejezete szerinti nyilvántartásból való törléséről döntött vagy arról döntött, hogy a gazdasági szereplőt az öntisztázási intézkedésekre tekintettel nem veszi fel a nyilvántartásba vagy a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A Közbeszerzési Hatóság jogerős határozatát a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat, azaz az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító, kapacitást biztosító szervezet, aki: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. A fenti kizáró okok tekintetében az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni továbbá arról is, hogy a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: 3db elektrosebészeti generátor+fogyóanyag

Opis: Adásvételi szerződés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház részére 1.rész 3db elektrosebészeti generátor+fogyóanyagok beszerzése A

készülékkel szemben támasztott igények, követelmények: Nagyteljesítményű, nagyfrekvenciás sebészeti vágó-koaguláló készülék nyitott és laporoszkópos sebészeti beavatkozások elvégzésére, monopoláris, bipoáris és szövetegyesítési funkcióval.

Monopoláris vágás: Monopoláris vágási üzemmódok száma min. 3 Speciális monopoláris vágás-koagulálás funkció lehetősége 25%-os működési ciklussal minimum 200 W-os max. teljesítménnyel Automatikusan szabályozott vágási teljesítmény maximuma legyen minimum 300 W Monopoláris koagulálás: Monopoláris koagulációs üzemmódon száma legyen minimum 3. Monopoláris koagulációs teljesítmény maximuma legyen minimum 120 W Monopoláris

koagulációs megosztható funkcióval, 2 sebész egyszerre, egyidőben tudja aktiválni Bipoláris Üzem mód: Bipoláris koagulációs üzemmódok száma minimum 3. Bipoláris koagulációs

teljesítmény maximuma 95 W, minimuma 15 W Bipoláris reszekció: Vágás min 200W teljesítmény, 500 Ω terhelés Koagulálás min 175W teljesítmény, 100 Ω terhelés Autobipoláris

üzem mód: Min. 5 féle időbeli késleltetéssel, akár 2,5 sec beállítási lehetőséggel Automatikus START és STOP funkció támogatása, START késleltetése beállítható 0-2,5 sec között min teljesítmény 1W Fogyóanyag Ligasur elImpact záró-szeparáló 10mm 18cm x 6 LF4418 264db

Fogyóanyag Ligasure SML JawSealer/Div X6 LF1212 144db Fogyóanyag Ligasure Maryland LAP kézieszköz 37 cm szár LF1937 168db Fogyóanyag Ligasureexact nyitott hasi olló szerű

eszköz LF 2019 24db Nyertes ajánlattevő vállalja az elektrosebészeti generátorok

leszállítását, üzembehelyezését, betanítását legfeljebb 3 fő részére egy alkalommal legfeljebb

1 óra időtartamban a szerződés hatálybalépését követő 120 naptári napon belül, továbbá a

fogyóanyagok tekintetében azok leszállítását 24 hónapon belül. A részletes specifikációt és

követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.

30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban és

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,

eljárásra, tevékenységre, szabadalom vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének

egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal

egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az

egyenértékű terméknek a műszaki leírásban megadott paraméterekkel legalább azonos, vagy

jobb műszaki tulajdonsággal kell rendelkeznie. Az egyenértékűségnek a teljesítmény, az

érzékenység, a műszaki paraméterek és egyéb előírások tekintetében is fenn kell állnia. A

megajánlott eszközöknek orvostechnikai eszközöknek kell lenniük, ezért meg kell felelnie az

MDR (2017/745 EU rendelet) orvostechnikai eszközökre és a 4/2009. (III.17.) EüM

rendeletben előírt követelményeknek, azoknak rendelkezniük kell gyártói megfelelőségi

nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai

eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. A

CE megfelelőségi tanúsítványokat, illetőleg a gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat az

ajánlathoz kereskedelmi ajánlatként csatolni szükséges.

Interna identifikációs oznaka: EKR002054182025/1

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 33140000 Medicinski potrošni materijal

5.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: Vasvári Pál utca 2-4.
Grad: Győr
Poštanski broj: 9024
Zemlja – podregija (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)
Zemlja: Mađarska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 24 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Nije obvezno

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

Dodatne informacije: Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét. Az Ajánlatkérő azért választotta a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz az árubeszerzéssel érintett termékeknek teljes mértékben ajánlatkérő elvárásainak kell megfelelnie, és így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Reference na određene isporuke

Opis kriterija odabira: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a kormányomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, amelyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata/referenciaigazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb adásvételeinek ismertetéséről (referencianyilatkozat), amely tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év, hónap megjelölésével), a

szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), az adásvétel tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesze az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) számított 6 évben megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített vagy részteljesítésként megvalósult elektrosebészeti generátorok szállítására vonatkozó referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A szállításoknak a felhívás feladásától visszafelé számított vizsgált 3 éves időszak alatt teljesítettnek, de a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdettnek kell lennie. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, a részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referencia pontos leírását (szállítás tárgyát: elektrosebészeti generátorok), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), a szerződésbeli mennyiségét. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M.1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (rész) teljesített, de legfeljebb 6 évben megkezdett időszakban legalább összesen az 1. rész vonatkozásában: legalább 2 millió Forint értékű elektrosebészeti generátor értékesítésére vonatkozó referenciával A referenciák számát ajánlatkérő nem korlátozza. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattal érintett részek közül a legmagasabb mennyiségűreferencia adatoknak való megfelelést igazolja az ajánlattevő. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesítettszállítás(ok)ra vonatkozó részteljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő csak a közbeszerzés tárgyaszerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során. Ajánlatkérő kifejezetten felkéri az ajánlattevőket, hogy a referenciaigazolásokat/nyilatkozatokat az alkalmassági követelménynek megfelelően kérjük (lehetőség szerint a megadott szófordulatokkal megadni), annak érdekében, hogy ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeket egyértelműen meg tudja állapítani.

Kriterij: Certifikati instituta za kontrolu kvalitete

Opis kriterija odabira: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, amelyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata/referenciaigazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb adásvételeinek ismertetéséről (referencianyilatkozat), amely tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év, hónap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), az adásvétel tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. M2. A Kr. 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24.§ (3) bekezdése alapján ajánlatában csatolja az általa megajánlott termékekre vonatkozóan a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC ConformityDeclaration) ÉS - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Nettó ajánlati ár összesen HUF-ban megadva

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

Obrazloženje nenavođenja ponderiranja kriterija za dodjelu: Az ár az egyetlen értékelési szempont. A II.2.5. pontban megadott ár értékelési szempont alatt ajánlatkérő a Nettó ajánlati árat összesen (nettó Ft) értékeli, amely alatt az egyösszegű nettó összárát kell érteni, beleértve a szállítási, betanítási költséget is. Ajánlatkérő azért választotta a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz az árubeszerzéssel érintett termékeknek teljes mértékben ajánlatkérő elvárásainak kell megfelelnie, és így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: mađarski

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002054182025>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002054182025>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: mađarski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Potreban je napredan ili kvalificirani elektronički potpis ili pečat (kako je definirano u Uredbi (EU) br. 910/2014)

Varijante: Nije dopušteno

Opis financijskog jamstva: Nincs előírás.

Rok za zaprimanje ponuda: 16/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 30 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: EKR rendszer

Dodatne informacije: Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kööttség) 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: EKR terjedelmi korlátokra tekintettel lásd. az ajánlati felhívás III.4.6.) BT-761, BT-76 cellákban

Potreban je sporazum o povjerljivosti podataka: ne

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

Pravni oblik koji mora imati skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8) bekezdés/

Financijski aspekti: A vételi árat Vevő az Eladó által – a teljesítés elismerését követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően teljesíti, a Kbt. 135. §

(1), (5)-(6) és (4) bekezdése, valamint Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az igazolt teljesítést követően, számla ellenében utólag, a számla dátumától számított 60 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - A Közbiztosításról szóló 2015. évi CXLI. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 2011. évi CXCV. törvény- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek. késedelmi, hibás teljesítési kötbér A részletes szabályokat a dokumentáció/szerződéstervezet tartalmazza.

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Közbiztosítási Hatóság Közbiztosítási Döntőbizottság

Informacije o rokovima za preispitivanje: A Kbt. 148. § szerint.

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Közbiztosítási Hatóság Közbiztosítási Döntőbizottság

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Organizacija koja obrađuje ponude: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

5.1. Grupa: LOT-0002

Naslov: 1db Ligasure elektrosebészeti generátor+fogyóanyag

Opis: Adásvételi szerződés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház részére 2.rész 1db Ligasure elektrosebészeti generátor+fogyóanyagok beszerzése A készülékkel szemben támasztott igények, követelmények: Alapkövetelmények:

Nagyteljesítményű, nagyfrekvenciás szövethegesztő/szeparáló készülék nyitott és laporoszkópiás sebészeti vizsgálatok beavatkozások elvégzésére Főbb paraméterek:

Automatikus eszközfelismerés RFID modul segítségével 2 mm-nél kisebb oldalirányú hőterjedés Érhegesztés maximum teljesítménye legyen minimum 250 W Szövetegyesítési funkcióhoz 5 és 10 mm-es laporoszkópos eszközök Legalább 8 féle érhegesztő-szeparáló eszköz, különböző beavatkozásokhoz kifejlesztve Laporoszkópos és nyitott, 5 mm-es érhegesztő szeparáló eszköz ívelt pofával 7mm átmérőjű erek, artériák, vénák garantáltan biztonságos hegesztése Érhegesztés szakító szilárdságának maximuma, minimum 600mmHg Érhegesztés hangeffekttel jelzett automatikus deaktiválása, a generátor által mért megfelelő szöveti impedancia elérése esetén Nem automatikus, hanem az operátor döntésétől függő érvágás az érhegesztést követően (lehessen eret hegeszteni szeparálás nélkül, illetve lehessen szeparálni hegesztés nélkül) Riasztás és érhegesztés megszakítása túl vastag szövet befogása esetén, idegen anyag észlelésekor és szövet nélküli aktiváláskor Egyéb termékjellemzők Szoftveres frissítési lehetőség USB kábel segítségével, internet kapcsolat nélkül Egyszerű használat érdekében programozhatóság lehetősége nélkül használat Egyszerű használat érdekében egy gombos rendszer be és kikapcsoláshoz Eszközfelismerő rendszer automatikus energiaszint beállítással Hátoldaltól állítható hangerősség Riasztási

hangerő min 65 dB, működési hangerő min 45dB Súly: max 5,5kg Garancia mind 12 hónap Szövetheggesztő/szeparáló tartozékok Szövetheggesztő-szeparáló eszköz nyitott hasi műtétekhez, min 33mm vágáshosszal és min 35 mm-es hegesztési hosszal Szövetheggesztő-szeparáló eszköz, 5mm-es átmérőjű szárral, laporoszkópos műtétekhez, min 17 mm-es vágáshosszal és min 19 mm-es hegesztési hosszal, ívelt pofával, szárba épített aktiválógombbal. Szárhossz: 37 cm Szövetheggesztő-szeparáló eszköz nyitott (thyroid, nodus, pancreas) műtétekhez ívelt fejjel, összesen egy mozdulattal történő szövetmegragadás és hegesztéssel, min 14 mm vágáshosszal és min 16 mm hegesztési hosszal Szövetheggesztő-szeparáló eszköz, 10 mm átmérőjű szárral, laporoszkópos műtétekhez min 18 mm vágáshosszal és min 20 mm hegesztési hosszal. Szárhossz: 37 cm Fogóanyag Ligasure Atlas eh. lapar.zárószep. 10mmX37cm LS1037 98db Fogóanyag Sonocision 39 cm kézi eszköz hajl., vezet.nélkül SCDA39 12db Nyertes ajánlattevő vállalja az elektrosebészeti generátorok leszállítását, üzembehelyezését, betanítását legfeljebb 3 fő részére egy alkalommal legfeljebb 1 óra időtartamban a szerződés hatálybalépését követő 120 naptári napon belül, továbbá a fogóanyagok tekintetében azok leszállítását 24 hónapon belül. A részletes specifikációt és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalom vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékű terméknek a műszaki leírásban megadott paraméterekkel legalább azonos, vagy jobb műszaki tulajdonsággal kell rendelkeznie. Az egyenértékűségnek a teljesítmény, az érzékenység, a műszaki paraméterek és egyéb előírások tekintetében is fenn kell állnia. A megajánlott eszközöknek orvostechnikai eszközöknek kell lenniük, ezért meg kell felelnie az MDR (2017/745 EU rendelet) orvostechnikai eszközökre és a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, azoknak rendelkezniük kell gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. A CE megfelelőségi tanúsítványokat, illetőleg a gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat az ajánlathoz kereskedelmi ajánlatként csatolni szükséges. Interna identifikációs oznaka: EKR002054182025/2

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 33140000 Medicinski potrošni materijal

5.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: Vasvári Pál utca 2-4.

Grad: Győr

Poštanski broj: 9024

Zemlja – podregija (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Zemlja: Mađarska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 24 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Nije obvezno

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

Dodatne informacije: Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét. Az Ajánlatkérő azért választotta a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedi értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz az árubeszerzéssel érintett termékeknek teljes mértékben ajánlatkérő elvárásainak kell megfelelnie, és így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

5.1.9. Kriteijji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Reference na određene isporuke

Opis kriterija odabira: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, amelyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata/referenciaigazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb adásvételeinek ismertetéséről (referencianyilatkozat), amely tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év, hónap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), az adásvétel tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) számított 6 évben megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített vagy részteljesítésként megvalósult elektrosebészeti generátorok szállítására vonatkozó referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A szállításoknak a felhívás feladásától visszafelé számított vizsgált 3 éves időszak alatt teljesítettnek, de a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdettnek kell lennie. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, a részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referencia pontos leírását (szállítás tárgyát: elektrosebészeti generátorok), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), a szerződésbeli mennyiségét. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M.1. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 évben megkezdett időszakban legalább összesen a 2. rész vonatkozásában: legalább 1,5 millió Forint értékű elektrosebészeti generátor értékesítésére vonatkozó referenciával A referenciák számát ajánlatkérő nem korlátozza. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattal érintett részek közül a legmagasabb mennyiségűreferencia adatoknak való megfelelést igazolja az ajánlattevő. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesítettség szállít(oka)ra vonatkozó részteljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő csak a közbeszerzés tárgyaszerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során. Ajánlatkérő kifejezetten felkéri az ajánlattevőket, hogy a referenciaigazolásokat/nyilatkozatokat az alkalmassági követelménynek megfelelően kérjük (lehetőség szerint a megadott szófordulatokkal megadni), annak érdekében, hogy ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeket egyértelműen meg tudja állapítani.

Kriterij: Certifikati instituta za kontrolu kvalitete

Opis kriterija odabira: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, amelyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata/referenciaigazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb adásvételeinek ismertetéséről (referencianyilatkozat), amely tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év, hónap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), az adásvétel tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. M2. A Kr. 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24.§ (3) bekezdése alapján ajánlatában csatolja az általa megajánlott termékekre vonatkozóan a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC ConformityDeclaration) ÉS - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.

5.1.10. Kritériji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Nettó ajánlati ár összesen HUF-ban megadva

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

Obrazloženje nenavođenja ponderiranja kriterija za dodjelu: Az ár az egyetlen értékelési szempont. A II.2.5. pontban megadott ár értékelési szempont alatt ajánlatkérő a Nettó ajánlati árat összesen (nettó Ft) értékeli, amely alatt az egyösszegű nettó összárat kell érteni, beleértve a szállítási, betanítási költséget is. Ajánlatkérő azért választotta a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz az árubeszerzéssel érintett termékeknek teljes mértékben ajánlatkérő elvárásainak kell megfelelnie, és így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: mađarski

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002054182025>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002054182025>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: mađarski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Potreban je napredan ili kvalificirani elektronički potpis ili pečat (kako je definirano u Uredbi (EU) br. 910/2014)

Varijante: Nije dopušteno

Opis financijskog jamstva: Nincs előírás.

Rok za zaprimanje ponuda: 16/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 30 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: EKR rendszer

Dodatne informacije: Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kööttség) 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: EKR terjedelmi korlátokra tekintettel lásd. az ajánlati felhívás III.4.6.) BT-761, BT-76 cellákban

Potreban je sporazum o povjerljivosti podataka: ne

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

Pravni oblik koji mora imati skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8) bekezdés/

Financijski aspekti: A vételi árat Vevő az Eladó által – a teljesítés elismerését követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően teljesíti, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (4) bekezdése, valamint Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az igazolt teljesítést követően, számla ellenében utólag, a számla dátumától számított 60 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - A Közbiztosításról szóló 2015. évi CXLI. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 2011. évi CXCV. törvény- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek. késedelmi, hibás teljesítési kötbér A részletes szabályokat a dokumentáció/szerződéstervezet tartalmazza.

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Közbesszerzési Hatóság Közbesszerzési Döntőbizottság

Informacije o rokovima za preispitivanje: A Kbt. 148. § szerint.

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Közbesszerzési Hatóság Közbesszerzési Döntőbizottság

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Organizacija koja obrađuje ponude: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Registracijski broj: 15366052208

Odjel: Közbesszerzési Iroda

Poštanska adresa: Vasvári Pál Utca 2-4.

Grad: Győr

Poštanski broj: 9024

Zemlja – podregija (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Zemlja: Mađarska

Kontaktna točka: Dr. Jakab Attila

E-pošta: kozbeszerzes@petzkorhaz.hu

Tel.: +36 96503338

Faks: +36 96503338

Internet: <https://www.petz.gyor.hu/>

Profil kupca: <https://www.petz.gyor.hu/>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje

Organizacija koja obrađuje ponude

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Közbesszerzési Hatóság Közbesszerzési Döntőbizottság

Registracijski broj: EKRSZ_40664534_2

Poštanska adresa: Riadó u. 5

Grad: Budapest

Poštanski broj: 1026

Zemlja – podregija (NUTS): Budapest (HU110)

Zemlja: Mađarska

E-pošta: dontobizottsag@kt.hu

Tel.: +36 18828592

Faks: +36 18828593

Internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

8.1. ORG-0004

Službeno ime: Közbesszerzési Hatóság

Registracijski broj: EKRSZ_40664534

Poštanska adresa: Riadó utca 5.

Grad: Budapest

Poštanski broj: 1026

Zemlja – podregija (NUTS): Budapest (HU110)

Zemlja: Mađarska

E-pošta: hirdetmeny@kt.hu

Tel.: +36 18828635

Internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Uloge ove organizacije:

TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 165c07d6-9a5f-4bd3-a060-b86674ab2c5b - 03

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 03/09/2026 10:46:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Datum e-pošiljaateljeva slanja obavijesti: 01/09/2026 09:41:01 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: mađarski

Broj objave obavijesti: 610452-2026

Broj izdanja SL S-a: 171/2026

Datum objave: 04/09/2026