

Szlovákia-Bratislava: Orvosi fogyóeszközök

OJ S 141/2021 23/07/2021

Korrigendum

Árubeszerzések

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1. Név és címek

Hivatalos név: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Nemzeti azonosító szám: 00165565

Postai cím: Limbová

Város: Bratislava-Nové Mesto

NUTS-kód: SK01 Bratislavský kraj

Postai irányítószám: 837 52

Ország: Szlovákia

Kapcsolattartó személy: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-mail: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk

Telefon: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <https://www.health.gov.sk/>

A felhasználói oldal címe: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

II. szakasz: Tárgy

II.1. A beszerzés mennyisége

II.1.1. Elnevezés

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Hivatkozási szám: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Fő CPV-kód

33140000 Orvosi fogyóeszközök

II.1.3. A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4. Rövid meghatározás

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5. E hirdetmény feladásának dátuma

20/07/2021

VI.6. Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2021/S 107-279626](#)

VII. szakasz: Változások

VII.1. A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2. Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: IV.2.2)

A módosítandó szöveg helye:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

A következő helyett:

Dátum: 23/07/2021 Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 30/07/2021 Helyi idő: 10:00

Szakasz száma: IV.2.7)

A módosítandó szöveg helye:

Podmienky na otváranie ponúk

A következő helyett:

Dátum: 23/07/2021 Helyi idő: 10:30

Helyesen:

Dátum: 30/07/2021 Helyi idő: 10:30

VII.2. További információk