

422700-2026 - Verseny

Lengyelország – Elektrosebészeti egység – Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia – Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ – etap II, część I

OJ S 117/2026 19/06/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok - Változtatásról szóló hirdetmény

Árubeszerzés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

E-mail-cím: zam.publiczne@szpitalmadalinskiiego.pl

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Egészség

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia – Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ – etap II, część I

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.1 – 2.10 Formularza parametrów techniczno-użytkowych. Zamówienie obejmuje 10 części. Zamawiający informuje, że w/w Części zamówienia objęte zostaną dotacją z budżetu Urzędu m. st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia”, które zostaną przyznane na podstawie umowy która będzie zawarta z Miastem stołecznym Warszawa. Zamawiający przewiduje, że umowa dotacyjna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie zobowiązywała Zamawiającego do przedłożenia wszystkich dokumentów (w tym m.in. Umowy z Wykonawcą i prawidłowo wystawionej faktury) stanowiących warunków uruchomienia środków finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2026 roku.

Eljárásazonosító: 76acf5b6-267e-4ca5-96ba-983b489dad10

Belső azonosító: 14/2026/DZP

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33161000 Elektrosebészeti egység
További osztályozás (cpv): 33161000 Elektrosebészeti egység, 33191100 Sterilizálóberendezés, 33100000 Orvosi felszerelések, 33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök, 33169000 Sebészeti műszerek, 33168000 Endoszkópiás és endosebészeti készülékek, 33194000 Transzfúziós és infúziós készülékek és műszerek, 33100000 Orvosi felszerelések, 33186200 Vér- és folyadékmelegítés

2.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J.Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

2.1.5. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 10

A szerződés feltételei:

Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítéltető oda: 10

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizárási forrása: Hirdetmény

Tisztán nemzeti kizárási okok: Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Korupcja: Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych: w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem art.110 ust. 2 Pzp; w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833 /2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L. 229 z 31.07.2014, str. 1), zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.193 z 21.07.2022 r., str. 1) oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514). Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne: Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji:

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Część 1 zamówienia: Dostawa diatermii chirurgicznej z modułem odsysacza dymów i przystawką argonową oraz wyposażeniem

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.1 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33161000 Elektrosebészeti egység

Mennyiség: 1 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és közép vállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 1 zamówienia – co najmniej jedna dostawa diatermii chirurgicznej z modułem odsysacza dymów i przystawką argonową oraz wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 360 000,00 zł.

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny poz. 8 - „Interaktywny kolorowy ekran dotykowy PCT – płaski, odporny na uderzenia i zarysowania z bezodpryskowego szkła”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 13 „Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i bipolarnego regulowana”

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 14 „Moc koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu natryskowego”

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 18 „Moc wyjściowa dla koagulacji monopolarnego i bipolarnego regulowana”

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 20

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0002

Cím: Część 2 zamówienia: Dostawa diatermii chirurgicznej z modułem odsysacza dymów oraz wyposażeniem

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.2 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33161000 Elektrosebészeti egység

Mennyiség: 2 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 2 zamówienia – co najmniej jedna dostawa diatermii chirurgicznej z modułem odsysacza dymów oraz wyposażeniem w ilości co najmniej 2 sztuki o wartości nie mniejszej niż 630 000,00 zł.

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 7 „Interaktywny kolorowy ekran dotykowy PCT- płaski, odporny na uderzenia i zarysowania z bezodpryskowego szkła”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 12 „Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i bipolarnego regulowana”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz.13 „Moc koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu natryskowego”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz.16 „Moc wyjściowa dla koagulacji monopolarnego i bipolarnego regulowana”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 20

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0003

Cím: Część 3 zamówienia: Dostawa systemu identyfikacji nerwów dla chirurgii endokrynologicznej i ślinianek wraz z wyposażeniem

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.3 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33100000 Orvosi felszerelések

Mennyiség: 1 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 3 zamówienia – co najmniej jedna dostawa systemu identyfikacji nerwów dla chirurgii endokrynologicznej i ślinianek wraz z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 115 000,00 zł

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 2 „Możliwość rozszerzania oferowanego aparatu w neuromonitoring w chirurgii kolorektalnej”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz.14 „Menu obsługi w języku polskim”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 18 „Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną min. 10GB do przechowywania rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu”

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 24 „Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego lub dołączonego skanera kodów kreskowych i kodów QR”

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 27 „Przewód przyłączeniowy do elektrody odbiorczej naklejanej na rurkę intubacyjną min. czterokanałową”

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 15

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 70

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz. 13 „Wbudowana lampa UV monitorująca stężenie nadtlenu wodoru w komorze”

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Parametr techniczny: poz.36 „Wbudowana drukarka termiczna zarówno po stronie wyładowczej jak i załadowniczej”

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 20

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 13 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0005

Cím: Część 5 zamówienia: Dostawa maszyny do dozowania formaliny

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.5 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33100000 Orvosi felszerelések

Mennyiség: 1 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és középállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 5 zamówienia – co najmniej jedna dostawa maszyny do dozowania formaliny o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 40

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 900,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0006

Cím: Część 6 zamówienia: Dostawa myjni- dezynfektora z drukarką parametrów procesów

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOK według Załącznika nr 2.6 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árbeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33191000 Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök

Mennyiség: 1 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és közép vállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 6 zamówienia – co najmniej jedna dostawa myjni – dezynfektora z drukarką parametrów procesów o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł.

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 40

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0007

Cím: Część 7 zamówienia: Zestaw narzędzi operacyjnych - stosowane w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.7 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33169000 Sebészeti műszerek

Mennyiség: 170 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 7 zamówienia – co najmniej jedna dostawa narzędzi operacyjnych - stosowane w operacjach ginekologii onkologicznej oraz w operacjach chirurgii onkologicznej w ilości co najmniej 5 zestawów o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 zł.

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 40

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 200,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0008

Cím: Część 8 zamówienia: Dostawa zestawów do histeroskopii

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.8 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33168100 Endoszkópok

Mennyiség: 3 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és közép vállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 8 zamówienia – co najmniej jedna dostawa zestawów do histeroskopii w ilości co najmniej 3 komplety o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 40

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0009

Cím: Część 9 zamówienia: Dostawa cieplarki płynów infuzyjnych

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.9 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33194000 Transzfúziós és infúziós készülékek és műszerek

Mennyiség: 1 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dla części 9 zamówienia – co najmniej jedna dostawa ciepłarki płynów infuzyjnych o wartości nie mniejszej niż 66 000,00 zł

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 40

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 800,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

5.1. Rész: LOT-0010

Cím: Część 10 zamówienia: Dostawa podgrzewacza komorowego płynów infuzyjnych

Leírás: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca sprzedaż wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ według Załącznika nr 2.10 Formularza parametrów techniczno-użytkowych.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33100000 Orvosi felszerelések

Mennyiség: 1 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: A.J. Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott szállításokra

Kiválasztási kritérium leírása: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Dla części 10 zamówienia – co najmniej jedna dostawa podgrzewacza komorowego płynów infuzyjnych o wartości nie mniejszej niż 74 000,00 zł.

5.1.10. Odaítelési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: Cena oferty brutto

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 60

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: Warunki gwarancji

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 40

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: lengyel

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 08/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 08/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Szegőly dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 - postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Regisztrációs szám: 012045743

Postacím: A.J.Madalińskiego 25

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-544

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

E-mail-cím: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl

Telefonszám: +48 22 4502284

Internetcím: www.szpitalmadalinskiego.pl

Információcsere végpontja (URL): <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

E szervezet szerepei:

Vevő

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza

Regisztrációs szám: 5262239325

Postacím: ul. Postępu 17 a

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-676

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

Kapcsolattartó pont: organ odwoławczy

E-mail-cím: odwolania@uzp.gov.pl

Telefonszám: +48 22 4587801

Információcsere végpontja (URL): <https://odwolania@uzp.gov.pl>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

8.1. ORG-0000

Hivatalos név: Publications Office of the European Union

Regisztrációs szám: PUBL

Város: Luxembourg

Irányítószám: 2417

Ország alegysége (NUTS): Luxembourg (LU000)

Ország: Luxemburg

E-mail-cím: ted@publications.europa.eu

Telefonszám: +352 29291

Internetcím: <https://op.europa.eu>

E szervezet szerepei:

10. Változtatás

Az előző hirdetmény módosítandó változata

:

367157-2026

A változtatás fő oka

:

Frissített információ

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 519e68a3-e9e3-431e-8986-d1c3090b0b2b - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 18/06/2026 11:16:01 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: lengyel

A hirdetmény közzétételi száma: 422700-2026

HL S kiadás száma: 117/2026

A közzététel dátuma: 19/06/2026