

494243-2026 - Verseny

Csehország – Diagnosztikumok – Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

OJ S 136/2026 17/07/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

Árubeszerzés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Fakultní nemocnice Olomouc

E-mail-cím: katerina.bodinkova@fnol.cz

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv által ellenőrzött közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Egészség

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Leírás: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

Eljárásazonosító: 44a495ec-8d27-4082-b481-6e4eb3fc79e9

Belső azonosító: VZ-2026-000611

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33694000 Diagnosztikumok

További osztályozás (cpv): 38434000 Analizátorok

2.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Ország: Csehország

További információk: Fakultní nemocnice Olomouc

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

A határokon átnyúlóan alkalmazandó jog: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Leírás: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

Belső azonosító: VZ-2026-000611

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 33694000 Diagnosztikumok

További osztályozás (cpv): 38434000 Analizátorok

Opciók:

A lehetőségek leírása: viz zadávací dokumentace

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Ország: Csehország

További információk: Fakultní nemocnice Olomouc

5.1.3. Becsült időtartam

Kezdő időpont: 01/10/2026

Időtartam: 6 Évek

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

Ebben a közbeszerzésben kis- és közép vállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Innovatív beszerzés

Leírás: Nastavením zadávacích podmínek zadavatel požaduje nejmodernější, nejnovější dostupná řešení. Tato umožní kvalitnější a bezpečnější péči o pacienta.

Innovációs közbeszerzés: A beszerzett építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás termékinnovációt eredményez.

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Leírás: Celková nabídková cena v Kč bez DPH Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která bude převzata z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce nejnižší celk. nabídková cena v Kč bez DPH

----- x 100 x váha kritéria, tj. 70% hodnocená celk.

nabídková cena v Kč bez DPH

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Kritérium:

Típus: Minőség

Megnevezés: Technické vlastnosti

Leírás: 2. kritérium: Technické vlastnosti: 2a) kritérium: stabilita reagensů pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit délku stability nabídnutých reagensů na palubě analyzátoru pro vyšetření č. 2. Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2a) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny reagensie pro vyšetření číslo 2, které jsou součástí nabídky, mají stabilitu na palubě analyzátoru 5 dnů nebo více. Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 20 bodů. „NE“, pokud jedna nebo více nabízených reagensů pro vyšetření číslo 2 má stabilitu na palubě analyzátoru kratší než 5 dnů. Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2a) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2a) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_I.) kritérium: forma reagensů pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagensie pro vyšetření č. 2, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_I.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 nejsou lyofilizované ani mrazené reagensie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 jsou lyofilizované či mrazené reagensie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_I.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_I.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_II.) kritérium: forma reagensů pro vyšetření č. 6 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagensie pro vyšetření č. 6, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_II.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 nejsou lyofilizované ani mrazené reagensie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 jsou lyofilizované či mrazené reagensie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_II.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_II.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2c) kritérium: vyšetření č. 16 – metoda stanovení Zadavatel bude hodnotit nabídnutou metodu stanovení vyšetření č. 16 „aktivita von Willebrandova faktoru (vWFA)“ Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2c) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí metody vWF: Act (activity) Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí jiné metody než vWF: Act (activity) Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2c) uvede nabídnutou metodu pro vyšetření č. 16 a název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2c) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2d) kritérium: reakční (koagulační) křivky a middleware Zadavatel bude hodnotit,

zda nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále zda middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2d) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud jeden nebo více nabízených analyzátorů nezobrazuje reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku nebo je neukládají nebo middleware nezajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech nabízených analyzátorů Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2d) název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2d) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. Pro zjištění celkem získaných bodů za 2. kritérium zadavatel sečte všechny body získané v rámci 2. kritéria, tedy 2a) + 2b_I.) + 2b_II.) + 2c) + 2d) Pro zjištění celkem získaných redukovanych bodů za 2. kritérium zadavatel použije hodnocení bodovací metodou a bodové hodnocení vypočte dle vzorce: Hodnocený počet bodů za druhé hodnotící kritérium ----- x 100 x váha kritéria, tj. 30% Nejvyšší počet bodů za druhé hodnotící kritérium

Kategória az odaítelési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 30

5.1.11. **Közbeszerzési dokumentumok**

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnoi>

5.1.12. **A közbeszerzésre irányadó feltételek**

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnoi>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: cseh

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 0 Nap

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. **Sajátos beszerzési módszerek**

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. **További információk, közvetítés és felülvizsgálat**

Felülvizsgálati szervezet: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Fakultní nemocnice Olomouc

Regisztrációs szám: 00098892

Postacím: Zdravotníků 248/7

Város: Olomouc - Nová Ulice

Irányítószám: 77900

Ország alegysége (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Ország: Csehország

E-mail-cím: katerina.bodinkova@fnol.cz

Telefonszám: +420 588445257

Az ajánlatkérő szervezet profilja: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

E szervezet szerepei:

Vevő

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Regisztrációs szám: 65349423

Postacím: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Város: Brno

Irányítószám: 60200

Ország alegysége (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Ország: Csehország

E-mail-cím: posta@uohs.cz

Telefonszám: +420 542167111

Internetcím: <https://uohs.gov.cz>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 3a52e1c9-1378-45ef-91e5-669e7fa9811b - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 16/07/2026 12:42:46 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: cseh

A hirdetmény közzétételi száma: 494243-2026

HL S kiadás száma: 136/2026

A közzététel dátuma: 17/07/2026