

246608-2026 - Gara

Croazia – Apparecchi per mammografia – Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

OJ S 70/2026 10/04/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica

Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità governativa centrale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Descrizione: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja.

Identificativo della procedura: 1ca718d8-2d11-4033-9ede-37b05dadcb2a

Identificativo interno: 73/26

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

Caratteristiche principali della procedura: Otvoreni postupak

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33111650 Apparecchi per mammografia

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Paese: Croazia

Informazioni supplementari: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

2.1.3. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 341 000,00 EUR

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara, Avviso
Partecipazione a un'organizzazione criminale: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
Corruzione: Korupcija
Frode: Prijevara
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo: Pranje novca ili financiranje terorizma
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima
Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte: Plaćanje poreza
Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0000

Titolo: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Descrizione: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja.
Identificativo interno: 73/26

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33111650 Apparecchi per mammografia

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Paese: Croazia

Informazioni supplementari: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 25/05/2026

Durata: 3 Mesi

5.1.4. Rinnovo

Rinnovi massimi: 0

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 341 000,00 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

5.1.8. Criteri di accessibilità

Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità perché l'oggetto dell'appalto non è destinato all'uso da parte di persone fisiche

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso, Documento di gara

Criterio: Iscrizione in un registro di commercio

Descrizione del criterio di selezione: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Criterio: Campioni, descrizioni o fotografie con certificazione di autenticità per contratti di fornitura

Descrizione del criterio di selezione: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Criterio: Certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità

Descrizione del criterio di selezione: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Cijena ponude

Descrizione: Cijena ponude

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 45

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Toplinski kapacitet cijevi

Descrizione: Toplinski kapacitet cijevi označava maksimalnu količinu toplinske energije koju cijev može akumulirati tijekom rada bez rizika od pregrijavanja te utječe na mogućnost izvođenja većeg broja uzastopnih ekspozicija bez prekida za hlađenje. Veći toplinski kapacitet omogućuje učinkovitiji i kontinuiraniji rad uređaja, što je osobito važno kod postupaka poput tomosinteze, stereotaksije i vakuum iglene biopsije.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Toplinski kapacitet anode

Descrizione: Toplinski kapacitet anode kao dodatni kriterij kvalitete vrednuje se jer izravno utječe na radnu učinkovitost i pouzdanost mamografskog sustava. Veći toplinski kapacitet anode omogućuje izvođenje većeg broja uzastopnih ekspozicija bez potrebe za prekidima rada radi hlađenja rendgenske cijevi, što je osobito važno kod zahtjevnijih postupaka poput digitalne tomosinteze, stereotaksije i vakuumske biopsije dojke.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Motorizirana rotacija

Descrizione: Motorizirana rotacija kao dodatni kriterij kvalitete važna je naručitelju jer omogućuje automatsko i precizno pozicioniranje rendgenske cijevi i detektora tijekom snimanja, posebno kod postupaka tomosinteze, stereotaksije i intervencijskih zahvata. Takvo rješenje doprinosi većoj preciznosti snimanja, lakšem radu osoblja, smanjenju vremena

pregleda te većoj učinkovitosti i pouzdanosti rada sustava, zbog čega se ova značajka opravdano vrednuje kroz dodatno bodovanje.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Kut akvizicije tomosinteze

Descrizione: Kut akvizicije tomosinteze predstavlja ukupan raspon kuta (u stupnjevima) kroz koji se rendgenska cijev pomiče tijekom snimanja serije projekcija dojke za potrebe digitalne tomosinteze. Tijekom tog procesa sustav snima više niskodoznih projekcija iz različitih kutova, koje se potom računalnom rekonstrukcijom pretvaraju u slojevite (3D) prikaze dojke.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Veličina piksela

Descrizione: Kriterij se odnosi na dostupnu veličinu piksela digitalnog detektora (izraženu u μm). Manja veličina piksela omogućuje veću prostornu rezoluciju i precizniji prikaz sitnih struktura, poput mikrokalcifikacija, te se sustavi s manjom veličinom piksela dodatno boduju.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Tehnologija softverskog rješenja smanjenja raspršenog zračenja (bez rešetke) i provođenje pregleda uz do 20% manju dozu zračenja kod 2D snimanja u usporedbi s dozom pri korištenju konvencionalne rešetke za smanjenje raspršenog zračenja

Descrizione: Sustav mora omogućiti smanjenje raspršenog zračenja bez uporabe fizičke rešetke ili uz ekvivalentno tehnološko rješenje, uz istovremeno smanjenje doze zračenja kod 2D snimanja u odnosu na standardnu tehniku s rešetkom.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Rekonstrukcija 2D i 3D sumacijske snimke iz tomosinteze

Descrizione: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da iz podataka dobivenih tijekom tomosinteznog snimanja softverski rekonstruira 2D sintetsku (sumacijsku) snimku te 3D slojevite prikaze dojke, bez potrebe za dodatnim zasebnim 2D snimanjem. Takva funkcionalnost omogućuje smanjenje doze zračenja pacijentici, skraćuje trajanje pregleda te učinkovitiju analizu dobivenih snimki, pa se sustavi koji omogućuju ovu rekonstrukciju dodatno boduju.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Kako bi se omogućila optimalna prilagodba spektra zračenja različitim debljinama i strukturama dojke te osigurala odgovarajuća kvaliteta slike u skladu s kliničkim zahtjevima, broj filtera ≥ 4

Descrizione: Kriterij se odnosi na broj dostupnih rendgenskih filtera u mamografskom sustavu koji omogućuju prilagodbu spektra rendgenskog zračenja različitim debljinama i strukturama dojke. Veći broj dostupnih filtera omogućuje optimalnu prilagodbu kvalitete snimanja i doze

zračenja različitim kliničkim situacijama, čime se osigurava odgovarajuća kvaliteta slike i učinkovitija dijagnostika, pa se sustavi koji imaju četiri ili više filtera dodatno boduju.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Oslikavanje uzoraka bioptiranog tkiva na mamografskom uređaju bez izravnog ozračivanja dojke za vrijeme dok je pacijent i dalje pozicioniran na uređaju

Descrizione: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogući oslikavanje (verifikaciju) uzoraka bioptiranog tkiva izravno na mamografskom uređaju, bez potrebe za dodatnim uređajem i bez ponovnog ozračivanja dojke pacijentice dok je ona i dalje pozicionirana na uređaju. Takva funkcionalnost omogućuje brzu provjeru prisutnosti ciljanih struktura (npr. mikrokalcifikacija) u uzorku tkiva, skraćuje trajanje postupka biopsije te povećava sigurnost i učinkovitost zahvata, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Kontrastnom mamografijom navođena biopsija

Descrizione: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogućuje biopsiju vođenu kontrastnom mamografijom. Ova funkcionalnost omogućuje precizno ciljanje lezija koje su vidljive nakon primjene kontrastnog sredstva, čime se povećava točnost biopsije i učinkovitost dijagnostičkog postupka, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sec

Descrizione: Kriterij se odnosi na ukupno vrijeme potrebno za izvođenje tomosinteznog snimanja, odnosno vrijeme tijekom kojeg sustav prikuplja projekcije potrebne za rekonstrukciju slojevitih prikaza dojke. Sustavi koji omogućuju vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sekundi dodatno se boduju jer kraće vrijeme snimanja smanjuje mogućnost zamućenja i izobličenja slike uzrokovanih pokretom pacijentice te doprinosi učinkovitijem izvođenju pregleda.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Canale di comunicazione ad hoc:

Nome: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: croato

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita

Descrizione della garanzia finanziaria: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude. Ukoliko uz ponudu nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, Naručitelj će ponudu odbiti kao nepravilnu jer ista nije sukladna Dokumentaciji o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, neprihvatanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili bankarske garancije. U slučaju da se kao jamstvo dostavlja bankarska garancija, ona mora biti neopoziva i bezuvjetna, naplativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo mora biti s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude: a) mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata (u slučaju jamstva u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice jedan član podnosi istu dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci) ili b) svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa. Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku javnobilježnički solemnizirane zadužnice/bjanko zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja.

Termine per il ricevimento delle offerte: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 90 Giorni

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Luogo: Opća županijska bolnica Požega Osječka 107 34000 Požega

Informazioni supplementari: Ovlaštene predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: UGOVORNA KAZNA U slučaju neizvršenja ugovornih obveza u ugovorenom roku iz razloga na strani ugovaratelja, ugovaratelj se obvezuje platiti ugovornu kaznu u visini od 2 % (dva promila) od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a za svaki započeti kalendarski dan kašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prelaziti 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene bez PDV-a. Smatra se da je ugovaratelj upoznat s obvezom plaćanja ugovorne kazne te nije potrebna posebna obavijest o nastupanju zakašnjenja. Po dostizanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, naručitelj ima pravo raskinuti

ugovor na štetu ugovaratelja. Ako šteta koju naručitelj pretrpi zbog neurednog izvršenja ugovornih obveza ugovaratelja prelazi iznos ugovorne kazne, naručitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete u dijelu koji prelazi visinu ugovorne kazne. Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne i/ili naknade štete odbiti od bilo kojeg dospjelog računa ugovaratelja ili se naplatiti put...

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

Accordo finanziario: Plaćanje na žiro-račun ponuditelja u roku do 30 dana od dana zaprimanja eRačuna na osnovu potpisanog primopredajnog zapisnika. Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Numero di registrazione: 40589450667

Indirizzo postale: Osječka 107

Località: Požega

Codice postale: 34000

Suddivisione del paese (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Paese: Croazia

Referente: Vesna Zrnčić

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Telefono: +385 34254505

Indirizzo internet: <https://www.pozeska-bolnica.hr>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Numero di registrazione: 95857869241

Indirizzo postale: Ulica grada Vukovara 23/V

Località: Zagreb

Codice postale: 10000

Suddivisione del paese (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Paese: Croazia

Referente: Kontakt

E-mail: dkom@dkom.hr

Telefono: +385 14559 930

Indirizzo internet: <https://www.dkom.hr/>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: Narodne novine d.d.

Numero di registrazione: TED94

Numero di registrazione: HR64546066176

Indirizzo postale: Savski gaj XIII. 6

Località: Zagreb

Codice postale: 10020

Suddivisione del paese (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Paese: Croazia

Referente: EOJN Helpdesk

E-mail: eojn@nn.hr

Telefono: +385 16652889

Indirizzo internet: <https://www.nn.hr/>

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare

:

35d0bf5f-d555-409b-b245-5ca50c4cab4d-01

Motivo principale della modifica

:

Aggiornamento informazioni

Descrizione

:

Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, u cilju dodatnog pojašnjenja i preciziranja pojedinih odredbi. Izmjene su izvršene radi osiguravanja veće jasnoće i nedvojbenosti dokumentacije te usklađivanja zahtjeva s dostupnim rješenjima na tržištu.

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: LOT-0000

Descrizione delle modifiche: Izmjena troškovnika - Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, u cilju dodatnog pojašnjenja i preciziranja pojedinih odredbi. Izmjene su izvršene radi osiguravanja veće jasnoće i nedvojbenosti dokumentacije te usklađivanja zahtjeva s dostupnim rješenjima na tržištu.

I documenti di gara sono stati modificati il: 10/04/2026

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: dd67e003-da8a-40cf-a917-468ab83ab1fc - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 08/04/2026 18:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale,
ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: croato

Numero di pubblicazione dell'avviso: 246608-2026

Numero dell'edizione della GU S: 70/2026

Data di pubblicazione: 10/04/2026