

Slovacchia-Bratislava: Materiali medici

OJ S 141/2021 23/07/2021

Rettifica

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1. Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Numero di identificazione nazionale: 00165565

Indirizzo postale: Limbová

Città: Bratislava-Nové Mesto

Codice NUTS: SK01 Bratislavský kraj

Codice postale: 837 52

Paese: Slovacchia

Persona di contatto: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-mail: ivana.ichnatoliov@health.gov.sk

Tel.: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://www.health.gov.sk/>

Indirizzo del profilo di committente: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Sezione II: Oggetto

II.1. Entità dell'appalto

II.1.1. Denominazione

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Numero di riferimento: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Codice CPV principale

33140000 Materiali medici

II.1.3. Tipo di appalto

Forniture

II.1.4. Breve descrizione

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5. Data di spedizione del presente avviso

20/07/2021

VI.6. Riferimento dell'avviso originale

Numero dell'avviso nella GU S: [2021/S 107-279626](#)

Sezione VII: Modifiche

VII.1. Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2. Testo da correggere nell'avviso originale

Numero della sezione: IV.2.2)

Punto in cui si trova il testo da modificare:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
anziché:

Data: 23/07/2021 Ora locale: 10:00

leggi:

Data: 30/07/2021 Ora locale: 10:00

Numero della sezione: IV.2.7)

Punto in cui si trova il testo da modificare:

Podmienky na otváranie ponúk
anziché:

Data: 23/07/2021 Ora locale: 10:30

leggi:

Data: 30/07/2021 Ora locale: 10:30

VII.2. Altre informazioni complementari