

444516-2026 - Gara

Ungheria – Apparecchiature mediche – Orvostechnikai eszközök beszerzése

OJ S 122/2026 29/06/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

E-mail: drdallos.zs@gmail.com

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Orvostechnikai eszközök beszerzése

Descrizione: Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök beszerzésére két részajánlattételi körben a közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki termékleírásban meghatározottak szerint. 1. rész: Kardiológiai eszközök 2. rész: Urológiai és radiológiai eszközök Ajánlattevők részenként, az adott részben meghatározott valamennyi eszközre vonatkozó, teljes ajánlatot nyújthatnak be. Az adott részen belül részajánlat nem tehető. Amennyiben az adott részen belül valamely eszközre vonatkozóan ajánlattevő nem tesz ajánlatot, az az adott részre tett ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Valamennyi részben: - kizárólag gyári, új eszközök ajánlhatók meg. A felújított vagy kiállításokon, szakmai bemutatókon, vásárokon korábban használt vagy bemutatóként üzemeltetett eszközök használt terméknek minősülnek, ezért nem fogadhatók el. - Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az általános forgalmi adón kívül tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Az ajánlati árak magában kell foglalnia különösen a megajánlott készülékek és az előírt kiegészítők árát, a helyszínre szállítás-, az installálás /telepítés-, az üzembe helyezés- és az 1 napos próbaüzem költségét, valamint használatuk kezelszemélyzetnek történő betanítását. Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal továbbá, hogy magyar nyelvű használati utasítást biztosít, illetve a leszállított termékek szervizelését ellátja (jótállási időtartam alatt). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum(oka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására

szolgáltató dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

Identificativo della procedura: 8d99d607-f748-433a-9fa4-c29a97b65db1

Identificativo interno: EKR000988962026

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

Caratteristiche principali della procedura: Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5)

bekezdéseire, az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33100000 Apparecchiature mediche

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Káldor Adolf utca 5-9.

Località: Budapest

Codice postale: 1221

Suddivisione del paese (NUTS): Budapest (HU110)

Paese: Ungheria

2.1.4. Informazioni generali

Informazioni supplementari: 1. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania: szakmai ajánlatként csatolnia kell egyrészt az ártáblázatot (a kiadott minta szerint, az ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában) kitöltve .xls vagy .xlsx formátumban és cégszerűen aláírva .pdf formátumban, másrészt az egyes eszközök tekintetében a műszaki elvárásokat/ megajánlott jellemzőket tartalmazó táblázatot (a műszaki leírásként kiadott minta szerint, az ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában) kitöltve cégszerűen aláírva .pdf formátumban. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára. 2. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását (gyártói vagy forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában az ajánlattevő által a termékről összeállított ismertető), amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A termékleírás nem képezi a szakmai ajánlat részét. 3. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet előírása szerint (9. §) az orvostechnikai eszköz megfelelőségét igazoló az MDR - "legacy device" termék esetén az MDD -, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR - "legacy device" termék esetén az MDD -, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt. "Legacy device" eszközök esetén az MDD szerinti dokumentumok elfogadhatók. Ebben az esetben kérjük csatolják a gyártó által kiadott igazolást, hogy az eszköz MDR szerinti minősítése még nem történt meg. Az ezen pont szerinti dokumentum(ok) nem képezi(k) a szakmai ajánlat részét. 4. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az ajánlattevő felelőssége. 5. Az ajánlat részeként csatolandó bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintája egyszerű

másolatban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazás. 6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), 66. § (6), 67. § (4) bekezdése vonatkozásában. 7. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-a szerint biztosított azzal, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség. 8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot. 9. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. §-a alapján. 10. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §). 11. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 12. §-a szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről is ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. 12. Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. 13. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamok az irányadók. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a benyújtott dokumentumok esetében a képként beillesztett aláírás, bélyegző nem igazolja a dokumentum hitelességét, ezt a formát nem fogadja el az ajánlatkérő. 15. A 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 12/A. § értelmében nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig köteles a KTR Adatbázisban regisztrálni és a szerződés keretében szállítandó termékeket rögzíteni (szerződéskötési feltétel). 16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)]. 17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dallos Zsolt (lajstromszám: 00455).

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.5. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 2

Condizioni contrattuali:

Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 2

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale: Valamennyi rész tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)

bek. szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. előírásaira. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Igazolási mód: ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. meghatározottak szerint az EEKD benyújtásával a 4. § (1) bek. foglaltak szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hiányát, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 4. § (3)-(4) bek., valamint a 6. § (1)-(2) bek. Közös ajánlattétel esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (5) bek. az irányadó. Ajánlatkérő az EEKD-t elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviselőitől az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint kell nyilatkoznia (elektronikus űrlap kitöltésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozási kötelezettségének. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglalt alkalmazásával ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. §; 10. §, 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. előírt kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés). Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. (X. 30) Korm. r. 13. §-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti kizáró okokról. [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról].

Fallimento: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Corruzione: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Concordato preventivo con i creditori: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Partecipazione a un'organizzazione criminale: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Frøde: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Insolvenza: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Amministrazione controllata: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Cessazione di attività: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Kardiológiai eszközök

Descrizione: 1. 1 db Felső-közép Kategóriás Ultrahang készülék vizsgálófejjel Gyári saját monitor mérete min. 22" Monitor felbontása min. 1920x1080 pixel Oldalirányokban elfordítható, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor Kezelőfelület állítható magasságú és elfordítható Érintőképernyős vezérlőfelület „Multi-touch” LCD érintőképernyő interaktív, dinamikus szoftver menüvel mérete min. 12" Egyidejűleg a készülékhez elosztó adapter nélkül csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 4 Maximális akusztikus frame-rate B-módban min. 2800 kép/sec Maximális akusztikus frame-rate Color Doppler módban min. 200 kép/sec Szöveti harmonikus képalkotás Többfokozatú szemcsésség-csökkentő eljárás Rendszer dinamika tartomány min. 360 dB Automatikus képtimalizálás egy gombnyomásra 2D módban Vizsgálati megjelenítési mélység min. 40 cm (a képernyőn is megjelenő rendszeradat) Digitálisan feldolgozott csatornák száma min. 7.000.000 db max. 12.000.000 db (értékelési szempont) Zoom valós idejű képen min. 12x Zoom kimerevített képen min. 12x 2. 1 db 12 csatornás EKG készülék Könnyen kezelhető, hordozható EKG készülék Kijelző beépített színes kapacitív érintőképernyő min. 8" Képernyő felbontása min. 800 x 480 pixel Alfa numerikus billentyűzet Gyári készülékkocsitól függetlenül, arról levéve is használható Készülék súlya max. 7 kg min. 4 kg (értékelési szempont) Akkumulátoros és hálózati üzemmód Akkumulátoros üzemmódban monitorozási idő min. 3 óra Felvételek tárolására alkalmas belső memória min. 100 felvétel Az EKG készülékhez vonalkódolvasó csatlakoztatható betegadat azonosításához Kijelzőn egyidejűleg megjeleníthető csatornák száma min. 12 Grafikus elvezetés ellenőrzés a pácienskábel pontos felhelyezésének elősegítésére Elektróda leesés figyelmeztetés 12 elvezetési adatgyűjtés és analízis 12 elvezetési mérés és interpretáció Az EKG készülék által készített riport (min. görbék, mérés, interpretáció) a készülék képernyőjén megjeleníthető Automata és manuális üzemmódok Full disclosure EKG tárolás min. 1 görbén Aritmia analízis üzemmód Akut coronaria szindróma elemzés myocardialis infarktus és instabil angina pectoris megállapítására (értékelési szempont) Defibrillátor védelem Mintavételezési frekvencia (nem pacemaker spyke

üzem módban) min. 500 sps Pacemaker detektálás Frekvencia válasz: min. 0,05 – 150 Hz CMRR (AC szűrő bekapcsolása mellett) min. 100 dB Beépített hőírós nyomtató, mely legalább 12 csatorna egyidejű nyomtatására alkalmas A kinyomtatott felvételen a csatornák hosszúsága csatornánként min. 10mp az összes csatornára vonatkozóan Papírsebesség állítható min. 25, 50 mm/s .pdf formátumú riportok exportálási lehetősége A készülék kardiológiai informatikai menedzsment rendszerrel kompatibilis, abba beköthető, (12 elvezetéses EKG felvételek küldése, ahol az EKG felvételek további elemzése, mérése, összehasonlítása, archiválása végezhető, valamint a felvételek a készülékbe visszaküldhetők, annak képernyőjén megjeleníthetők) Wireless hálózati csatlakozás (WLAN) a kardiológiai menedzsment rendszerhez A készülék által megjelenített dátum és idő hálózaton keresztül történő valós idejű automatikus szinkronizálási lehetősége Nyugalmi EKG készülékhez kapcsolódó tartozékok: 1 db páciens kábel készlet 1 db végtagi elektróda készlet 1 db mellkasi elektróda készlet 1 csomag EKG regisztráló papír Gyári gurulóállványos készülékkocsi az EKG fogadására, min. 2 tárolórekeszrel További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Identificativo interno: EKR000988962026/1

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33100000 Apparecchiature mediche

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Káldor Adolf utca 5-9.

Località: Budapest

Codice postale: 1221

Suddivisione del paese (NUTS): Budapest (HU110)

Paese: Ungheria

5.1.3. Durata stimata

Durata: 75 Giorni

5.1.4. Rinnovo

Rinnovi massimi: 0

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione obbligatoria nell'offerta

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

Informazioni supplementari: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)

bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. A BT-763 mező megjelenítésére tekintettel („Az ajánlattevőnek valamennyi részre be kell nyújtania ajánlatot”) ajánlatkérő

egyértelműsíteni kívánja, hogy ajánlatok benyújthatóak egy vagy több részre is. Értékelés: A

Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési

szempont az alábbiak szerint: Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső

határa: 0-100 Ár szempont: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025.

május 29.) 1. sz. melléklet A.)1.) aa) pontja alapján. Minőségi szempontok 1. Digitálisan

feldolgozott csatornák száma (UH) (min. 7.000.000 db max. 12.000.000 db): előny a több

feldolgozott csatorna. Arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025. május 29.) V. pontja szerint; 2. 2D bal kamra Global Longitudinal Strain és ejekciós frakció mérés speckle tracking módszerrel, egy gomb megnyomásával (UH) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont; 3. Készülék súlya (EKG) (max. 7 kg min. 4 kg): előny a kisebb súly. Arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025. május 29.) V. pontja szerint; 4. Akut coronaria szindróma elemzés myocardialis infarktus és instabil angina pectoris megállapítására (EKG) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont.

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

Appalti verdi: criteri: Nessun criterio per gli appalti pubblici verdi

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Referenze su forniture specifiche

Descrizione del criterio di selezione: Igazolási mód: M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)

Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett részteljesítés tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva: — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év /hó/nap bontásban) — a szerződést kötő másik fél (név, székhely), — a referenciát kiállító személy (név, elérhetőség e-mail és/vagy tel.), — a szállítás tárgya, — az ellenszolgáltatás összege, — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, továbbá a 21/A. § rendelkezései szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő, a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel ajánlatkérő által meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV.

rész α „alfa” mezőt kell kitöltenie (elektronikus űrlap alkalmazása) anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített olyan referenciával, amely magában foglalt legalább nettó 14.000.000 Ft + ÁFA értékben ultrahang berendezés szállítását. Az egyes közbeszerzési részekben szereplő korábbi teljesítések ugyanazon referenciával is igazolhatók. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb alkalmassági követelménynek való megfelelést igazolni, ahol értelmezhető. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.1) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában szigorúbb előírást tartalmaz.

Criterio: Tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione del lavoro

Descrizione del criterio di selezione: Igazolási mód: M.2) Ajánlattevő az EEKD-ba foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést. (A részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő.) A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)- (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek: - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, melyek tartalmazzák a szakember képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatát; - csatolandó a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai; - a képzettséget igazoló dokumentum(ok) (egyszerű másolat); - a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvány és/vagy képzési dokumentum (egyszerű másolat). A szakmai gyakorlat bemutatását év/hónap bontásban szükséges rögzíteni. A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Az alkalmasság keretében meghatározott gyakorlati tapasztalat bemutatására vonatkozó előírások: A bemutatott szakmai tapasztalat vonatkozásában az ÉV/HÓNAPtól-ig szerinti bontásban rögzített adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra úgy, hogy - az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele a szakember szakmai tapasztalatába; - a tapasztalat kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába; - a bemutatott gyakorlati idők vonatkozásában, valamennyi megkezdett hónapot ajánlatkérő egy egész hónapnak tekint. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú és/vagy technikus végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik egészségügyben használt képalkotó diagnosztikai berendezésekre vonatkozó legalább 12 hónapos üzembe helyezési és/vagy szervizelési szakmai tapasztalattal. Fentieken túl a bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvánnyal és/vagy képzési dokumentummal. A szakemberek vonatkozásában az adott közbeszerzési részen belül az átfedés nem megengedett (2 fő szakember bemutatása elvárt), ugyanakkor az egyes közbeszerzési részek vonatkozásában az átfedés megengedett (ugyanaz a 2 fő szakember

mindkét közbeszerzési részben bemutatható). A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.2) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában, mértékében és típusában szigorúbb szigorúbb előírást tartalmaz.

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Digitálisan feldolgozott csatornák száma (UH) (min. 7.000.000 db max. 12.000.000 db)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: 2D bal kamra Global Longitudinal Strain és ejekciós frakció mérés speckle tracking módszerrel, egy gomb megnyomásával (UH) (Igen/Nem)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Készülék súlya (EKG) (max. 7 kg min. 4 kg)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 3

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Akut coronaria szindróma elemzés myocardialis infarktus és instabil angina pectoris megállapítására (EKG) (Igen/Nem)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 7

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Ajánlati ár (nettó Ft)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 70

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: ungherese

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Descrizione della garanzia finanziaria: Ajánlati biztosíték nem került előírásra.

Termine per il ricevimento delle offerte: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 30 Giorni

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 30/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Luogo: EKR rendszer (<https://ekr.gov.hu>)

Informazioni supplementari: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Késedelmi kötbér: - késedelmes teljesítés esetén a nettó vételár 0,5%-a naponta, maximuma a nettó vételár 15%-a; - a jótállási időtartam alatt a hibás termék javításának/kicserélésének megkezdésére rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén 20.000, - Ft naponta, maximum 200.000, - Ft. A maximum elérése esetén vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: a szerződés eladó érdekkörében bekövetkezett meghiúsulása esetén a nettó vételár 15%-a. Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Jótállás: Ajánlattevő 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni a leszállított termékek kapcsán azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadók.

È richiesto un accordo di non divulgazione: no

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

Forma giuridica che deve essere assunta da un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto: Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé sem ajánlattevő, sem közös ajánlattevők vonatkozásában.

Accordo finanziario: Eladó egy végszámla benyújtására jogosult azzal, hogy előteljesítés megengedett. A végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint, a számla vevő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Késedelmes fizetés esetén vevő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. A számlázás, valamint a kifizetés magyar forintban történik. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informazioni sui termini per il riesame: 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizzazione che tratta le offerte: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

5.1. Lotto: LOT-0002

Titolo: Urológiai és radiológiai eszközök

Descrizione: 1. 1 db Magas tudású urológiai/radiológiai ultrahang berendezés Gyári saját monitor mérete min. 23" Monitor felbontása min. 1920x1080 pixel Oldalirányokban elfordítható, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor Állítható magasságú, géptesttől függetlenül elforgatható kezelőfelület Kezelőfelület könnyen tisztítható és fertőtleníthető, teljes egészében folyadékálló kivitelű (értékelési szempont) Érintőképernyős vezérlőfelület Érintőképernyő mérete min. 14" Digitális beamformer Rendszer dinamika tartomány min. 300 dB Rendszer frekvencia tartomány felső határa min. 24 MHz Minden megajánlott fejjel alkalmazható szöveti harmonikus képalkotás (THI) Szűrkeségi fokozatok száma min. 256 Maximális vizsgálati mélység min. 45 cm Zoom élő és merevített képen min. 10x 2. 1 db Felső-közép tudású urológiai/radiológiai ultrahang berendezés Gyári saját monitor mérete min. 21,5" Monitor felbontása min. 1920x1080 pixel Oldalirányokban elfordítható, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor Állítható magasságú, géptesttől függetlenül elforgatható kezelőfelület Érintőképernyős vezérlőfelület Érintőképernyő mérete min. 13" Digitális beamformer Rendszer dinamika tartomány min. 250 dB Rendszer frekvencia tartomány felső határa min. 22 MHz Minden megajánlott fejjel alkalmazható szöveti harmonikus képalkotás (THI) Szűrkeségi fokozatok száma min. 256 Maximális vizsgálati mélység min. 40 cm Zoom élő és merevített képen min. 10x 3. 3 db Flexibilis cystoscope, 1 db fényforrás Látómező: min: 120° Látószög: min. 0° Mélység élesség: min. 3- 50 mm Hajlíthatóság: minimum 0-210° fel/ 0-120° le Distális vég átmérő: maxi.: 11.7 Fr (4,6 mm) Munkacsatorna: min.: 7 Fr Teljes hossz: max. 700 mm Munkahossz: max. 380 mm 4. 1 db Uroflowméter Vezeték nélküli számítógép alapú digitális uroflowmetriás készülék Digitális uroflow sensor bluetooth dongle kapcsolattal a PC-hez Tölcsér, gyűjtő edény és állítható állvány Automatikus vizsgálat indítás vizelet érzékelésekor Automatikus hiba detektálás Automatikus analízis Vizelet szék, gyermek is Elemmel vagy hálózatról is működtethető uroflow sensor Vizeletfolyási sebesség legalább 25 ml/s és 100 ml/s között több lépésben Mintavételezési frekvencia min. 5 Hz Vizelet mennyiség: min. 0-1000 ml Mérés idő: kb. 180 mp +/- 30 mp 5. 1 db Urológiai vizsgálóágy Beégetett műanyagfestéssel ellátott acél vázszerkezet Három részes fekvő felület Elektromosan állítható magasság, lábpedállal A magasság állítás tartománya min. 55-90 cm Állítható magasságú fejtartó Állítható háttámla A háttámla állíthatóság: min. 0 - 80° Állítható egy részes lábtartó A lábtartó állíthatósága: min. 0 - -80° Goepel- féle csészés lábtartó pár A csészés lábtartó gömbcsuklóval állítható A csészés lábtartó az ágy huzatával megegyezően kárpitozva (értékelési szempont) Trendelenburg állítás lehetősége A Trendelenburg állítás mértéke min. 10° Kihúzható rozsdamentes acél támpontál az ülőlap alá szerelve Műbőrrel borított, min. 6 cm vastag, M2 tűzállóságú, min. 25 kg/m³ sűrűségű szivacs fekvőfelület Legalább 10 féle színben választható, műbőr huzat A négy láb közül legalább egy szintezhető A háttámla hossza: min. 65 cm, max. 75 cm Az ülőlap hossza: min. 40 cm, max. 45 cm Az egy részes lábtartó hossza: min. 40 cm, max. 45 cm A feklap hossza betölt fejtartóval: min. 155 cm, max. 175 cm A feklap hossza kihúzott fejtartóval: min. 175 cm, max. 195 cm A feklap szélessége: min. 55 cm, max. 65 cm Maximális terhelhetősége: min. 200 kg Tartozék: papírlapedőtartó 6. 2 db Kisméretű műszerasztal Rozsdamentes műszerasztal 2 polcos Kerekeken guruló Méret: 60x40x80 cm (+/- 10% eltérés lehet) További részletek a közbeszerzési dokumentumokban. Identificativo interno: EKR000988962026/2

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33100000 Apparecchiature mediche

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Káldor Adolf utca 5-9.

Località: Budapest

Codice postale: 1221

Suddivisione del paese (NUTS): Budapest (HU110)

Paese: Ungheria

5.1.3. Durata stimata

Durata: 75 Giorni

5.1.4. Rinnovo

Rinnovi massimi: 0

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione obbligatoria nell'offerta

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

Informazioni supplementari: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)

bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. A BT-763 mező megjelenítésére tekintettel („Az ajánlattevőnek valamennyi részre be kell nyújtania ajánlatot”) ajánlatkérő

egyértelműsíteni kívánja, hogy ajánlatok benyújthatóak egy vagy több részre is. Értékelés: A

Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési

szempont az alábbiak szerint: Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső

határa: 0-100 Ár szempont: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025.

május 29.) 1. sz. melléklet A.)1.) aa) pontja alapján. Minőségi szempontok 1. Kezelőfelület

könnyen tisztítható és fertőtleníthető, teljes egészében folyadékálló kivitelű (Magas tud. UH)

(Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem"

válasz esetén 0 pont; 2. Konvex hasi vizsgálófej látószöge (Magas tud. UH) (min. 65°, max.

105°): előny a nagyobb látószög. Arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025.

május 29.) V. pontja szerint; 3. Teljesképernyős üzemmód egy gombnyomásra (Felső-közép

tud. UH) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100

pont, "Nem" válasz esetén 0 pont; 4. A csészés lábtartó az ágy huzatával megegyezően

kárpitozva (vizsgálóágy) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz

esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont.

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

Appalti verdi: criteri: Nessun criterio per gli appalti pubblici verdi

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Referenze su forniture specifiche

Descrizione del criterio di selezione: Igazolási mód: M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)

Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. §

(1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé

számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett részteljesítés tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva: — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év /hó/nap bontásban) — a szerződést kötő másik fél (név, székhely), — a referenciát kiállító személy (név, elérhetőség e-mail és/vagy tel.), — a szállítás tárgya, — az ellenszolgáltatás összege, — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, továbbá a 21/A. § rendelkezései szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő, a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel ajánlatkérő által meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV. rész α „alfa” mezőt kell kitöltenie (elektronikus űrlap alkalmazása) anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített olyan referenciával, amely magában foglalt legalább nettó 50.000.000 Ft + ÁFA értékben ultrahang berendezés szállítását. Az egyes közbeszerzési részekben szereplő korábbi teljesítések ugyanazon referenciával is igazolhatók. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb alkalmassági követelménynek való megfelelést igazolni, ahol értelmezhető. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.1) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában szigorúbb előírást tartalmaz.

Criterio: Tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione del lavoro

Descrizione del criterio di selezione: Igazolási mód: M.2) Ajánlattevő az EEKD-ba foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést. (A részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő.) A Kbt. 69. § (4)

és (6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)- (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek: - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, melyek tartalmazzák a szakember képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatát; - csatolandó a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai; - a képzettséget igazoló dokumentum(ok) (egyszerű másolat); - a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvány és/vagy képzési dokumentum (egyszerű másolat). A szakmai gyakorlat bemutatását év/hónap bontásban szükséges rögzíteni. A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Az alkalmasság keretében meghatározott gyakorlati tapasztalat bemutatására vonatkozó előírások: A bemutatott szakmai tapasztalat vonatkozásában az ÉV/HÓNAP tól-ig szerinti bontásban rögzített adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra úgy, hogy - az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számítt bele a szakember szakmai tapasztalatába; - a tapasztalat kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába; - a bemutatott gyakorlati idők vonatkozásában, valamennyi megkezdett hónapot ajánlatkérő egy egész hónapnak tekint. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú és/vagy technikus végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik egészségügyben használt képalkotó diagnosztikai berendezésekre vonatkozó legalább 12 hónapos üzembe helyezési és/vagy szervizelési szakmai tapasztalattal. Fentiekén túl a bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvánnyal és/vagy képzési dokumentummal. A szakemberek vonatkozásában az adott közbeszerzési részen belül az átfedés nem megengedett (2 fő szakember bemutatása elvárt), ugyanakkor az egyes közbeszerzési részek vonatkozásában az átfedés megengedett (ugyanaz a 2 fő szakember mindkét közbeszerzési részben bemutatatható). A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.2) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában, mértékében és típusában szigorúbb szigorúbb előírást tartalmaz.

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Kezelőfelület könnyen tisztítható és fertőtleníthető, teljes egészében folyadékálló kivitelű (Magas tud. UH) (Igen/Nem)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Konvex hasi vizsgálófej látószöge (Magas tud. UH) (min. 65°, max. 105°)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Teljesképernyős üzemmód egy gombnyomásra (Felső-közép tud. UH) (Igen/Nem)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: A csészés lábtartó az ágy huzatával megegyezően kárpitozva (vizsgálóágy) (Igen /Nem)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 5

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Ajánlati ár (nettó Ft)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 70

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: ungherese

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Descrizione della garanzia finanziaria: Ajánlati biztosíték nem került előírásra.

Termine per il ricevimento delle offerte: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 30 Giorni

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 30/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Luogo: EKR rendszer (<https://ekr.gov.hu>)

Informazioni supplementari: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Késedelmi kötbér: - késedelmes teljesítés esetén a nettó vételár 0,5%-a naponta, maximuma a nettó vételár 15%-a; - a jótállási időtartam alatt a hibás termék javításának/kicserélésének megkezdésére rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén 20.000, - Ft naponta, maximum 200.000, - Ft. A maximum elérése esetén vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: a szerződés eladó érdekkörében bekövetkezett meghiúsulása esetén a nettó vételár 15%-a. Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Jótállás: Ajánlattevő 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni a leszállított termékek kapcsán azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadók.

È richiesto un accordo di non divulgazione: no

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

Forma giuridica che deve essere assunta da un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto: Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé sem ajánlattevő, sem közös ajánlattevők vonatkozásában.

Accordo finanziario: Eladó egy végszámla benyújtására jogosult azzal, hogy előteljesítés megengedett. A végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint, a számla vevő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Késedelmes fizetés esetén vevő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. A számlázás, valamint a kifizetés magyar forintban történik. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informazioni sui termini per il riesame: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizzazione che tratta le offerte: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Numero di registrazione: 15849674243

Indirizzo postale: Káldor Adolf Utca 5-9

Località: Budapest

Codice postale: 1221

Suddivisione del paese (NUTS): Budapest (HU110)

Paese: Ungheria

Referente: Dr. Dallos Zsolt

E-mail: drdallos.zs@gmail.com

Telefono: +36 209663570

Fax: +36 14820046

Indirizzo internet: <https://egeszseg22.hu/>

Profilo del committente: <https://egeszseg22.hu/>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

Organizzazione che tratta le offerte

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Közbizottság Közbizottság Döntőbizottság

Numero di registrazione: EKRSZ_40664534_2

Indirizzo postale: Riadó u. 5

Località: Budapest

Codice postale: 1026

Suddivisione del paese (NUTS): Budapest (HU110)

Paese: Ungheria

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefono: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Indirizzo internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: Közbizottság

Numero di registrazione: EKRSZ_40664534

Indirizzo postale: Riadó utca 5.

Località: Budapest

Codice postale: 1026

Suddivisione del paese (NUTS): Budapest (HU110)

Paese: Ungheria

E-mail: hirdetmeny@kt.hu

Telefono: +36 18828635

Indirizzo internet: <https://kozbeszerzes.hu>

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 1f9317bc-a46d-4bfb-8dd3-bbf35cf92ddd - 02

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 26/06/2026 08:40:41 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Data di trasmissione da parte dell'eSender dell'avviso o bando: 25/06/2026 12:48:59 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: ungherese

Numero di pubblicazione dell'avviso: 444516-2026

Numero dell'edizione della GU S: 122/2026

Data di pubblicazione: 29/06/2026