

494243-2026 - Gara

Cechia – Agenti diagnostici – Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

OJ S 136/2026 17/07/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Fakultní nemocnice Olomouc

E-mail: katerina.bodinkova@fnol.cz

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità governativa centrale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Descrizione: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

Identificativo della procedura: 44a495ec-8d27-4082-b481-6e4eb3fc79e9

Identificativo interno: VZ-2026-000611

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33694000 Agenti diagnostici

Classificazione aggiuntiva (cpv): 38434000 Analizzatori

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Paese: Cechia

Informazioni supplementari: Fakultní nemocnice Olomouc

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Diritto transfrontaliero applicabile: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Descrizione: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

Identificativo interno: VZ-2026-000611

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33694000 Agenti diagnostici

Classificazione aggiuntiva (cpv): 38434000 Analizzatori

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: viz zadávací dokumentace

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Paese: Cechia

Informazioni supplementari: Fakultní nemocnice Olomouc

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 01/10/2026

Durata: 6 Anni

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Acquisto innovativo

Descrizione: Nastavením zadávacích podmínek zadavatel požaduje nejmodernější, nejnovější dostupná řešení. Tato umožní kvalitnější a bezpečnější péči o pacienta.

Appalti per l'innovazione: I lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto comportano un'innovazione di prodotto.

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Descrizione: Celková nabídková cena v Kč bez DPH Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která bude převzata z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce nejnižší celk. nabídková cena v Kč bez DPH
----- x 100 x váha kritéria, tj. 70% hodnocená celk.

nabídková cena v Kč bez DPH

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 70

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Technické vlastnosti

Descrizione: 2. kritérium: Technické vlastnosti: 2a) kritérium: stabilita reagensií pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit délku stability nabídnutých reagensií na palubě analyzátoru pro vyšetření č. 2. Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2a) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny reagentie pro vyšetření číslo 2, které jsou součástí nabídky, mají stabilitu na palubě analyzátoru 5 dnů nebo více. Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 20 bodů. „NE“, pokud jedna nebo více nabízených reagensií pro vyšetření číslo 2 má stabilitu na palubě analyzátoru kratší než 5 dnů. Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2a) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2a) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_I.) kritérium: forma reagensií pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagentie pro vyšetření č. 2, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_I.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 nejsou lyofilizované ani mrazené reagentie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 jsou lyofilizované či mrazené reagentie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_I.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_I.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_II.) kritérium: forma reagensií pro vyšetření č. 6 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagentie pro vyšetření č. 6, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_II.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 nejsou lyofilizované ani mrazené reagentie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 jsou lyofilizované či mrazené reagentie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_II.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_II.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2c) kritérium: vyšetření č. 16 – metoda stanovení Zadavatel bude hodnotit nabídnutou metodu stanovení vyšetření č. 16 „aktivita von Willebrandova faktoru (vWFA)“ Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2c) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí metody vWF: Act (activity) Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí jiné metody než vWF: Act (activity) Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2c) uvede nabídnutou metodu pro vyšetření č. 16 a název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2c) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2d) kritérium: reakční (koagulační) křivky a middleware Zadavatel bude hodnotit, zda nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále zda middleware zajišťuje

centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2d) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud jeden nebo více nabízených analyzátorů nezobrazuje reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku nebo je neukládají nebo middleware nezajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech nabízených analyzátorů Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2d) název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2d) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. Pro zjištění celkem získaných bodů za 2. kritérium zadavatel sečte všechny body získané v rámci 2. kritéria, tedy 2a) + 2b_I.) + 2b_II.) + 2c) + 2d) Pro zjištění celkem získaných redukováných bodů za 2. kritérium zadavatel použije hodnocení bodovací metodou a bodové hodnocení vypočte dle vzorce: Hodnocený počet bodů za druhé hodnotící kritérium ----- x 100 x váha kritéria, tj. 30% Nejvyšší

počet bodů za druhé hodnotící kritérium

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 30

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnoi>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnoi>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: ceco

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 0 Giorno

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informazioni sui termini per il riesame: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do

chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Fakultní nemocnice Olomouc

Numero di registrazione: 00098892

Indirizzo postale: Zdravotníků 248/7
Località: Olomouc - Nová Ulice
Codice postale: 77900
Suddivisione del paese (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Paese: Cechia
E-mail: katerina.bodinkova@fnol.cz
Telefono: +420 588445257
Profilo del committente: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Numero di registrazione: 65349423
Indirizzo postale: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Località: Brno
Codice postale: 60200
Suddivisione del paese (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telefono: +420 542167111
Indirizzo internet: <https://uohs.gov.cz>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 3a52e1c9-1378-45ef-91e5-669e7fa9811b - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 16/07/2026 12:42:46 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale,
ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: ceco
Numero di pubblicazione dell'avviso: 494243-2026
Numero dell'edizione della GU S: 136/2026
Data di pubblicazione: 17/07/2026