

576089-2025 - Risultati

Polonia – Apparecchiature mediche – Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.
OJ S 169/2025 04/09/2025
Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario
Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Szpital Murcki Sp. z o.o.

E-mail: zp@szpitalmurcki.pl

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Descrizione: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia.

Identificativo della procedura: 5826fe4c-e24a-49bc-8ec7-16c964ee9344

Avviso o bando precedente: 503274-2025

Identificativo interno: ZP/1888/25

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33100000 Apparecchiature mediche

Classificazione aggiuntiva (cpv): 33111000 Apparecchi radiologici

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Szpital Murcki Sp. z o.o. Ul. Sokołowskiego 2

Località: Katowice

Codice postale: 40-749

Suddivisione del paese (NUTS): Katowicki (PL22A)

Paese: Polonia

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Prawo Zamówień Publicznych - art. 132 Pzp

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Descrizione: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jeden niepodzielny przedmiot zamówienia, dla którego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, jak i wymagania zawarte w SWZ.
Identificativo interno: ZP/1888/25

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 33100000 Apparecchiature mediche

Classificazione aggiuntiva (cpv): 33111000 Apparecchi radiologici

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: ul. Sokołowskiego 2

Località: Katowice

Codice postale: 40-749

Suddivisione del paese (NUTS): Katowicki (PL22A)

Paese: Polonia

5.1.3. Durata stimata

Durata: 10 Settimane

5.1.6. Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Informazioni supplementari: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, instalacji i obsługi serwisowej sprzętu rentgenowskiego. Na potwierdzenie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) realizacje w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury diagnostycznej RTG wraz z pracami adaptacyjnymi w pracowni RTG (o ile były konieczne) o wartości każdej z nich min. 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) i z potwierdzeniem, iż zostały wykonane należycie.

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Kryterium cena – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów 60%, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: $C = (Oferta\ o\ najniższej\ cenie\ brutto / Cena\ brutto\ oferty\ badanej) \times 100 \times 60\ %$ gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 60

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Kryterium okres gwarancji –10% (10 punktów); Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Okres gwarancji” zgodnie z opisem poniżej na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: Zadeklarowany Okres gwarancji:

Minimalny okres 36 miesięcy - 0 punktów, 48 miesięcy i więcej - 10 punktów

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Kryterium parametr techniczny – 30% Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Parametr techniczny” zgodnie z parametrami określonymi w załączniku – nr 2 do SWZ kolumna „punktacja” oraz kolumna „parametr oferowany”. Maksymalna ilość procent w ramach kryterium „Parametr techniczny” wynosi 30. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 50 pkt. $P = (\text{ilość punktów w badanej ofercie} / \text{maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium parametr techniczny tj. 50 punktów}) \times 100 \times 30 \%$ gdzie: P – wartość parametru technicznego badanej oferty 1. Parametry urządzenia: Częstotliwość napięcia anodowego generatora - Wymagane wartości graniczne ≥ 400 kHz, Punktacja: ≥ 450 kHz - 10 pkt, < 450 kHz - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) - Wymagane wartości graniczne ≥ 65 kW, Punktacja: ≥ 80 kW - 5 pkt, < 80 kW - 0 pkt 3. Parametry urządzenia: Max prąd w radiografii - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mA, Punktacja: ≥ 1000 mA - 5 pkt, < 1000 mA - 0 pkt 4. Parametry urządzenia: Maksymalna wartość mAs - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mAs, Punktacja: ≥ 1000 mAs - 5 pkt, < 1000 mAs - 0 pkt III. Kołpak z lampą rtg i kolimator rtg zamocowany na zawieszeniu sufitowym 1. Parametry urządzenia: Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg - Wymagane wartości graniczne $\geq 1,7$ MHU, Punktacja: ≥ 2 MHU - 10 pkt, < 2 MHU - 0 pkt IV. Uniwersalny stół diagnostyczny 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie blatu stołu - ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,70$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,50$ mm Al - 5 pkt, $> 0,50$ mm Al - 0 pkt V. Statyw do zdjęć odległościowych 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie płyty statywu – ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,45$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,35$ mm Al - 5 pkt, $> 0,35$ mm Al - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora - Wymagane wartości graniczne ≤ 50 mm, Punktacja: ≤ 40 mm - 5 pkt, > 40 mm - 0 pkt

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 30

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informazioni sui termini per il riesame: Odwołanie wnosi się w terminach: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od

dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organizzazione dal cui bilancio è finanziato l'appalto: Szpital Murcki Sp. z o.o.
Organizzazione che esegue il pagamento: Szpital Murcki Sp. z o.o.

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso: 1 269 300,00 PLN

6.1. Risultati: identificativo del lotto: LOT-0001

Status del processo di selezione: È stato selezionato almeno un vincitore.

6.1.2. Informazioni sui vincitori

Vincitore:

Nome ufficiale: 4Rad Sp. z o.o.

Offerta:

Identificativo dell'offerta: 4Rad Sp. z o.o.

Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT-0001

Valore dell'offerta: 1 269 300,00 PLN

L'offerta è stata classificata: sì

Classificazione nell'elenco dei vincitori: 1

L'offerta è una variante: no

Subappalto: No

Informazioni sull'appalto:

Identificativo dell'appalto: SM/U-ZP/25/29

Titolo: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Data di selezione del vincitore: 13/08/2025

Data di conclusione dell'appalto: 01/09/2025

6.1.4. Informazioni statistiche

Offerte o domande di partecipazione ricevute:

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate per via elettronica

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 1

Gamma di offerte:

Valore dell'offerta ammissibile più bassa: 1 269 300,00 PLN

Valore dell'offerta ammissibile più alta: 1 269 300,00 PLN

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Szpital Murcki Sp. z o.o.

Numero di registrazione: 9542745563

Numero di registrazione: 9542745563

Indirizzo postale: ul. Sokołowskiego 2

Località: Katowice

Codice postale: 40-749

Suddivisione del paese (NUTS): Katowicki (PL22A)

Paese: Polonia

E-mail: zp@szpitalmurcki.pl

Telefono: 32 2556163

Indirizzo internet: www.szpitalmurcki.pl

Indirizzo per lo scambio di informazioni (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione dal cui bilancio è finanziato l'appalto

Organizzazione che esegue il pagamento

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Numero di registrazione: 5262239325

Indirizzo postale: ul. Postępu 17

Località: Warszawa

Codice postale: 02-676

Suddivisione del paese (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Paese: Polonia

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefono: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Indirizzo internet: <https://uzp.gov.pl>

Indirizzo per lo scambio di informazioni (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: 4Rad Sp. z o.o.

Dimensioni dell'operatore economico: Piccola impresa

Numero di registrazione: 5213220780

Indirizzo postale: ul. Suwak 4

Località: Warszawa

Codice postale: 02-676

Suddivisione del paese (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Paese: Polonia

E-mail: info@4rad.pl

Telefono: 504 113 552

Indirizzo internet: <https://4rad.pl/>

Ruoli di questa organizzazione:

Offerente

Vincitore di questi lotti: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Nome ufficiale: Publications Office of the European Union

Numero di registrazione: PUBL

Località: Luxembourg

Codice postale: 2417

Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)

Paese: Lussemburgo

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefono: +352 29291

Indirizzo internet: <https://op.europa.eu>

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 17c52b31-9ef6-4ab2-8562-5609806693f8 - 01

Tipo di formulario: Risultati

Tipo di avviso: Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 29

Data di trasmissione dell'avviso: 03/09/2025 07:15:10 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: polacco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 576089-2025

Numero dell'edizione della GU S: 169/2025

Data di pubblicazione: 04/09/2025