

283991-2026 - Konkursas

Vengrija – Dujų chromatografai – Gázkromatográfai kapcsolatos eszközök

OJ S 80/2026 24/04/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Prekės

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Széchenyi István Egyetem

E. paštas: beszerzes@sze.hu

Pirkėjo teisinė forma: Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Švietimas

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Gázkromatográfai kapcsolatos eszközök

Aprašymas: A beszerzés tárgya egy gyárilag új, gázkromatográfai kapcsolt, egyszeres kvadrupól analízátorral szerelt tömegspektrométeres rendszer szállítása, üzembe helyezése, tartozékokkal, automata folyadék- és gőztér-mintaadagolóval, adatgyűjtő és vezérlő egységgel, valamint a szükséges gázellátással és oktatással együtt, teljes körű kulcsrakész megoldásként. A rendszer alkalmasnak kell lennie komplex gáz- és folyadékminták nagy érzékenységgel, reprodukálható, kvalitatív és kvantitatív analízisére, SIM és SCAN üzemmódokkal, headspace technika integrált alkalmazásával. A szállítandó adatfeldolgozó egységnek olyan asztali számítógépet kell tartalmaznia, amely legalább Intel Core i5#14500T (1,7–4,8 GHz) vagy azzal egyenértékű, x64 kompatibilis, minimum 4 fizikai maggal rendelkező processzorral, legalább 16 GB DDR5 5600 MHz memóriával és legalább 512 GB PCIe NVMe SSD háttértárral került kialakításra. Követelmény egy minimum 24" átmérőjű, színes LED monitor Full HD (1920×1080) felbontással, 178°/178° betekintési szöggel, 100 Hz képfrissítéssel és 1500:1 kontrasztarányal, továbbá egér, magyar nyelvű billentyűzet és a mérési eredmények nyomtatására alkalmas, Windows 11-el kompatibilis lézernyomtató biztosítása. A rendszer része egy min. Windows 11 vagy azzal egyenértékű operációs rendszert tartalmazó szoftvercsomag, amely a teljes HS#GC/MS rendszer vezérlését, adatgyűjtését és feldolgozását ellátja, valamint egy hordozható, érintőképernyős táblagép, amelyről a GC rendszer távolról is teljeskörűen vezérelhető, a mérések indíthatók és nyomon követhetők. Az automata folyadék mintaváltónak a felhasználó által, szerszámok használata nélkül átszerelhetőnek kell lennie más gázkromatográfra, továbbá legalább 20 férőhelyes mintatálcával, minimum két mosó és két hulladék pozícióval (legalább 10–10 ml térfogattal) kell rendelkeznie. Követelmény, hogy a folyadék mintaadagoló a gázkromatográfhoz vezetékek és kábelek nélkül csatlakozzon, a GC-t automatikusan ismerje fel, és alkalmas legyen 0,5 µl, 1,0 µl, 5,0 µl vagy 50 µl térfogatú minták adagolására, a megfelelő fecskendő megajánlásával. A gőztér mintaadagoló (headspace egység) a GC#MS rendszerhez teljes mértékben illeszthető, átszerelés nélkül üzemeltethető legyen, az adagolás nyomáskiegyenlítéses elven történjen, az egység ne tartalmazzon szelepet, hurkot vagy fűtött fecskendőt. A headspace modulnak egy módszeren belül egyszerre legalább 12 minta fiola termosztálását kell biztosítani, a minta felfűthetőségének 35–210 °C között, 1 °C lépésközzel, a külső fűtött transzfer kapilláris hőmérsékletének 35–250 °C között, 1 °C lépésközzel

szabályozhatónak kell lennie, teljes elektronikus nyomás- és áramlásvezérléssel, valamint beépített érintőképernyős indítási lehetőséggel. A gázkromatográfának szobahőmérséklet +5 °C és 450 °C közötti hőmérséklettartományban kell üzemelnie, a felfűtési sebesség minimum 0,1–115 °C/perc tartományban legyen állítható, a sütő 450 °C-ról 50 °C-ra történő lehűtése pedig kevesebb mint 240 másodperc alatt menjen végbe. A GC-nek elektronikus nyomás- és áramlásvezérléssel, integrált hidrogénérzékelővel kell rendelkeznie, ahol a riasztási jelet a kromatográfiás vezérlő szoftver jelzi, tárolja, és szükség esetén leállítja a rendszert, továbbá tartalmaznia kell backflush opciót, FID és TCD detektort, valamint legalább egy 1 cm³-es és egy 2 cm³-es hurokkal ellátott gázmintavételi szelepet. Az injektorrendszernek tartalmaznia kell 1 darab kapilláris injektort (közvetlen headspace kapcsolódási lehetőséggel) és 1 darab split/splitless injektort, 50–450 °C közötti hőmérséklettartományban, elektronikus nyomás- és áramlásvezérléssel, úgy, hogy a headspace egység bármelyik injektorhoz kapcsolható legyen az egyszerű kezelhetőség érdekében. A tömegspektrométerben egyszeres kvadrupól analízátort kell alkalmazni, hosszú élettartamú elektron-sokszorozó detektorral és kvadrupól előszűrővel, elektronütközéses ionizációs móddal, 10–100 eV között változtatható ionizációs energiával. A tömegtartomány legalább 1,0–1200 amu között legyen, a készülék biztosítsa a SIM és SCAN üzemmódokat, Full Scan üzemmódban legalább 12 500 amu/másodperc pásztázási sebességgel, ±0,1 m/z tömegstabilitással 48 órán keresztül. Követelmény, hogy EI Full Scan módban, 1 µl térfogatú, 1 pg/µl koncentrációjú oktafluoro-naftalin oldat injektálása esetén, hélium vivőgázzal, az m/z 272 ionra, 50–300 m/z pásztázási tartományban legalább 1500:1 jel/zaj viszony érhető legyen el, valamint a rendszer részét képezze egy minimum 300 liter/másodperc szállítóképességű turbomolekuláris szivattyú. A szállításnak tartalmaznia kell egy komplett tartozéksomagot, többek között minimum 2 darab filamentet a tömegspektrométer detektorhoz, legalább 50 darabos ferrul készletet, minimum 2000 darab, legalább 22 cm-es fiolát a headspace technikához, 2000 darab krimpelhető kupakot szeptummal, 2000 darab mintatartó fiolát az automata folyadék mintaadagolóhoz, egy kézi krimpelőt és egy kézi dekrimpelőt, valamint minimum 50 darabos szeptum készletet. A GC oszlopkészlet részeként legalább 2 darab ShinCarbon ST Micropacked 100/120 2 m, 1 mm ID, 1/16" oszlopot vagy azokkal egyenértékűt, 1 darab Elite#WAX 60 m, 0,32 mm, 0,50 µm oszlopot vagy azzal egyenértékűt, 2 darab Elite#5 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm oszlopot vagy egyenértékűt, valamint 1 darab Elite#624ms 30 m × 0,25 mm × 1,40 µm oszlopot vagy egyenértékűt kell megajánlani. A nyertes ajánlattevő feladata a helyszíni installálás, a gyári tesztek lefuttatása, a beüzemelésről számított minimum 12 hónap teljes körű jótállás nyújtása, valamint két éven belül két alkalommal (évente egyszer) teljes körű karbantartás elvégzése a teljes rendszerre. Kötelező a helyszíni, minimum 5 munkanap (5×8 óra) időtartamú, legalább 3 fő részére biztosított oktatás, módszerkidolgozási segédletek átadásával, továbbá magyar nyelvű kézikönyv és alkatrészkatológus biztosítása.

Procedūros identifikatorius: bc9b713e-140d-4885-a564-402189ea9a7e

Vidaus identifikatorius: EKR000678502026

Pirkimo būdas: Atviras

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38432210 Dujų chromatografai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Pašto adresas: Egyetem tér 1.

Miestas: Győr

Pašto kodas: 9026

2.1.4. Bendra informacija

Papildoma informacija: 1. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya egy egységes, funkcionálisan és műszakilag szorosan összekapcsolt HS-GC /MS rendszer, amelynek elemei nem önállóan, hanem kizárólag egymással teljes kompatibilitásban képesek rendeltetésszerűen működni. A műszaki leírás alapján a beszerzés tárgya nem különálló termékek laza együttese, hanem egy olyan integrált mérőrendszer, amely magában foglalja az adatfeldolgozó egységet, az automata folyadék mintaváltót, az injektorokat, a gőztér mintaadagolót, a gázkromatográfot, a tömegspektrométert, valamint az ezek működéséhez szükséges tartozékokat, gázellátást, szoftveres vezérlést, installálást, oktatást és karbantartást. A műszaki összetartozást különösen alátámasztja, hogy a folyadék mintaadagolónak a gázkromatográfkal kábelezés nélkül, automatikus felismeréssel kell együttműködnie, a headspace egységnek teljesen illeszthetőnek és átszerelés nélkül üzemeltethetőnek kell lennie a GC-MS rendszerrel, továbbá az injektorokhoz való csatlakoztathatóság is egységes rendszerlogikát feltételez. A vezérlő szoftvernek a teljes rendszer működtetését, adatgyűjtését és feldolgozását kell ellátnia, vagyis a rendszer elemei egymásra épülnek, és nem választhatók el műszaki kockázat nélkül. 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: KD) valamennyi gazdasági szereplőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. 3. Ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő /Alvállalkozó/Kapacitásnyújtó szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 4. Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja. 5. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 6. Az alkalmassági feltételek (M/1.) a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. A "bronz fokozatú minősítéshez képest a gazdasági, pénzügyi alkalmasságot nem határozott meg, a műszaki, szakmai alkalmasság szigorúbban kerültek meghatározásra. 7. Ajánlatkérő projektársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. 8. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. A KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazd. szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. 9. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 10. Ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69.§-ának (11a) bek. alapján is történhet. 11. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. 12. A Kbt. 66. § (5) bek. szerint az ajánlathoz csatolni kell a KD-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a KD-ok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az Ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 13. Értékelési szempont valamennyi részben a Kbt.76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. További infó: a közbesz.

dokumentumban. 14. Ajánlattevők az ajánlat részeként a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a KD-ban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania a Kereskedelmi-műszaki elnevezésű Excel táblázatban az összesen értékeknél ("Mindösszesen nettó összár: (felolvasólappal azonosan)" elnevezésű összesítő sor) meghatározott értékét kell feltüntetni a felolvasólapon, eltérés az ajánlat érvénytelenségét okozhatja! A táblázatot .pdf formátumban is kötelező benyújtani! (dátummal, cégszerű aláírással ellátva). A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek, eszközök leírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a táblázatban meghatározott minimum követelményeknek való megfelelés. Ajánlatban a szállítandó termékek vonatkozásában fel kell tüntetni a konkrét típus megjelölést és a származási helyet. Ajánlattevők a megajánlásában fel kell tüntetnie a megajánlott áru gyártójára vonatkozó információkat. Helyettesítő termék megajánlása esetén a Kereskedelmi-műszaki táblázatban Ajánlattevő köteles feltüntetni a megajánlott termék cikkszámát, internetes elérhetőségét. 15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak. 16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 17. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza. 18. FAKSZ: Dr. Szabóné Dr. Pimpedli Tímea lajtromszám: 00471. 19. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 20. A dokumentumokban megadott esetleges márkanév nem értelmezhető úgy, hogy az Ajánlatkérő konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges megnevezése csak a beszerzendő termék (áru) pontosabb meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő bármely a dokumentumban meghatározott termékkel egyenértékű termék szállítását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. sz. előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezést az adott helyen nem tüntette fel. 21. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4)-(5) bek. 136.§ (2) ,138.§(1)-(2) alkalmazza. 22. Ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevő terhelik. 23. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - felolvasólap - aláírási címpéldány vagy aláírás minta, adott esetben meghatalmazás - nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is), adott esetben változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - adott esetben megállapodás közös ajánlatról - nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) bek. szerint - EEKD - Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat - Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról (nemleges tartalommal is) - nyilatkozat Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is) - adott esetben üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat - orosz szankciós nyilatkozatot 24. Az AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 25. Irányadó jog: magyar, irányadó idő: EKR rendszeridő. 26. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlatot megtenni. A benyújtandó dokumentumokkal, nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A.§ és az EKR r. 11. §-a tartalmazza. 27. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pranešimas

Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,

akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell előzetesen igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az AT (közös AT-k), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni. A Kbt. 62. § (1) bek. c), h) és j) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bek.-eiben foglaltakra. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevőnek/résztvételre jelentkezőnek olyan nyilatkozatot kell benyújtania, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b), d), e) vagy g) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a hivatkozott rendelkezés szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó külön nyilatkozat csatolása szükséges. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá az 1.§ (7) bekezdés irányadó. AK a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített AT-k hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja AK. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltakra. Öntisztázás: A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott köteleességszegés vagy jogsértés az AK mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az AT, AV vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információkat a KD tartalmazza.

Korupcija: Megegyező a Bünszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Pareigos mokėti socialinio draudimo įmokas pažeidimas: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Bankrotas: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Nemokumas: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Susitarimas su kreditoriais: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Likvidatoriaus administruojamas turtas: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Sustabdyta verslo veikla: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Faktų iškraipymas, nuslėpta informacija, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ar su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

Įšimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai: Megegyező a Bűnszervezetben való részvétel alatt ismertetett előírással.

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Gázchromatograffal kapcsolatos eszközök

Aprašymas: A beszerzés tárgya egy gyárilag új, gázchromatograffal kapcsolt, egyszeres kvadrupól analízátorral szerelt tömegspektrométeres rendszer szállítása, üzembe helyezése, tartozékokkal, automata folyadék- és gőztér-mintaadagolóval, adatgyűjtő és vezérlő egységgel, valamint a szükséges gázellátással és oktatással együtt, teljes körű kulcsrakész megoldásként. A rendszer alkalmasnak kell lennie komplex gáz- és folyadékminták nagy érzékenységű, reprodukálható, kvalitatív és kvantitatív analízisére, SIM és SCAN üzemmódokkal, headspace technika integrált alkalmazásával. A szállítandó adatfeldolgozó egységnek olyan asztali számítógépet kell tartalmaznia, amely legalább Intel Core i5#14500T (1,7–4,8 GHz) vagy azzal egyenértékű, x64 kompatibilis, minimum 4 fizikai maggal rendelkező processzorral, legalább 16 GB DDR5 5600 MHz memóriával és legalább 512 GB PCIe NVMe SSD háttértárral került kialakításra. Követelmény egy minimum 24" átmérőjű, színes LED monitor Full HD (1920×1080) felbontással, 178°/178° betekintési szöggel, 100 Hz képfrissítéssel és 1500:1 kontrasztarányal, továbbá egér, magyar nyelvű billentyűzet és a mérési eredmények nyomtatására alkalmas, Windows 11-el kompatibilis lézernyomtató biztosítása. A rendszer része egy min. Windows 11 vagy azzal egyenértékű operációs rendszert tartalmazó szoftvercsomag, amely a teljes HS#GC/MS rendszer vezérlését,

adatgyűjtését és feldolgozását ellátja, valamint egy hordozható, érintőképernyős táblagép, amelyről a GC rendszer távolról is teljeskörűen vezérelhető, a mérések indíthatók és nyomon követhetők. Az automata folyadék mintavételnek a felhasználó által, szerszámok használata nélkül átszerelhetőnek kell lennie más gázkromatográfra, továbbá legalább 20 férőhelyes mintatálcával, minimum két mosó és két hulladék pozícióval (legalább 10–10 ml térfogattal) kell rendelkeznie. Követelmény, hogy a folyadék mintaadagoló a gázkromatográfhoz vezetékek és kábelek nélkül csatlakozzon, a GC-t automatikusan ismerje fel, és alkalmas legyen 0,5 µl, 1,0 µl, 5,0 µl vagy 50 µl térfogatú minták adagolására, a megfelelő fecskendők megajánlásával. A gőztér mintaadagoló (headspace egység) a GC#MS rendszerhez teljes mértékben illeszthető, átszerelés nélkül üzemeltethető legyen, az adagolás nyomáskiegyenlítéses elven történjen, az egység ne tartalmazzon szelepet, hurkot vagy fűtött fecskendőt. A headspace modulnak egy módszeren belül egyszerre legalább 12 minta fiola termosztálását kell biztosítani, a minta felfűthetőségének 35–210 °C között, 1 °C lépésközzel, a külső fűtött transzfer kapilláris hőmérsékletének 35–250 °C között, 1 °C lépésközzel szabályozhatónak kell lennie, teljes elektronikus nyomás- és áramlásvezérléssel, valamint beépített érintőképernyős indítási lehetőséggel. A gázkromatográfnek szobahőmérséklet +5 °C és 450 °C közötti hőmérséklettartományban kell üzemelnie, a felfűtési sebesség minimum 0,1–115 °C/perc tartományban legyen állítható, a sütő 450 °C-ról 50 °C-ra történő lehűtése pedig kevesebb mint 240 másodperc alatt menjen végbe. A GC-nek elektronikus nyomás- és áramlásvezérléssel, integrált hidrogénérzékelővel kell rendelkeznie, ahol a riasztási jelet a kromatográfiás vezérlő szoftver jelzi, tárolja, és szükség esetén leállítja a rendszert, továbbá tartalmaznia kell backflush opciót, FID és TCD detektort, valamint legalább egy 1 cm³-es és egy 2 cm³-es hurokkal ellátott gázmintavételi szelepet. Az injektorrendszernek tartalmaznia kell 1 darab kapilláris injektort (közvetlen headspace kapcsolódási lehetőséggel) és 1 darab split/splitless injektort, 50–450 °C közötti hőmérséklettartományban, elektronikus nyomás- és áramlásvezérléssel, úgy, hogy a headspace egység bármelyik injektorhoz kapcsolható legyen az egyszerű kezelhetőség érdekében. A tömegspektrométerben egyszeres kvadrupól analízátort kell alkalmazni, hosszú élettartamú elektron-sokszorozó detektorral és kvadrupól előszűrővel, elektronütközéses ionizációs móddal, 10–100 eV között változtatható ionizációs energiával. A tömegtartomány legalább 1,0–1200 amu között legyen, a készülék biztosítsa a SIM és SCAN üzemmódokat, Full Scan üzemmódban legalább 12 500 amu/másodperc pásztázási sebességgel, ±0,1 m/z tömegstabilitással 48 órán keresztül. Követelmény, hogy EI Full Scan módban, 1 µl térfogatú, 1 pg/µl koncentrációjú oktafluoro-naftalin oldat injektálása esetén, hélium vivőgázzal, az m/z 272 ionra, 50–300 m/z pásztázási tartományban legalább 1500:1 jel/zaj viszony érhető legyen el, valamint a rendszer részét képezze egy minimum 300 liter/másodperc szállítóképességű turbomolekuláris szivattyú. A szállításnak tartalmaznia kell egy komplett tartozécsomagot, többek között minimum 2 darab filamentet a tömegspektrométer detektorhoz, legalább 50 darabos ferrul készletet, minimum 2000 darab, legalább 22 cm-es fiolát a headspace technikához, 2000 darab krimpelhető kupakot szeptummal, 2000 darab mintatartó fiolát az automata folyadékos mintaadagolóhoz, egy kézi krimpelőt és egy kézi dekrimpelőt, valamint minimum 50 darabos szeptum készletet. A GC oszlopkészlet részeként legalább 2 darab ShinCarbon ST Micropacked 100/120 2 m, 1 mm ID, 1/16" oszlopot vagy azokkal egyenértékűt, 1 darab Elite#WAX 60 m, 0,32 mm, 0,50 µm oszlopot vagy azzal egyenértékűt, 2 darab Elite#5 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm oszlopot vagy egyenértékűt, valamint 1 darab Elite#624ms 30 m × 0,25 mm × 1,40 µm oszlopot vagy egyenértékűt kell megajánlani. A nyertes ajánlattevő feladata a helyszíni installálás, a gyári tesztek lefuttatása, a beüzemelésről számított minimum 12 hónap teljes körű jótállás nyújtása, valamint két éven belül két alkalommal (évente egyszer) teljes körű karbantartás elvégzése a

teljes rendszerre. Kötelező a helyszíni, minimum 5 munkanap (5×8 óra) időtartamú, legalább 3 fő részére biztosított oktatás, módszerkidolgozási segédletek átadásával, továbbá magyar nyelvű kézikönyv és alkatrészkatalógus biztosítása.

Vidaus identifikatorius: EKR000678502026/1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 38432210 Dujų chromatografai

Kiekis: 1 vienetas

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Pašto adresas: Egyetem tér 1.

Miestas: Győr

Pašto kodas: 9026

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Šalis: Vengrija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 84 Dienos

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Nebūtina nurodyti

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

Žaliojo viešasis pirkimas: kriterijai: Žaliojo viešojo pirkimo kriterijų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų pristatymų

Atrankos kriterijaus aprašymas: M/1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével. Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdése és a 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb – a közbeszerzés tárgya szerinti – szállításainak ismertetése referenciaigazolással vagy referencia nyilatkozattal megjelölve a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap /nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő elfogadja azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a

gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Ajánlatkérő ezen túlmenően nem határoz meg a szerződésszegések vonatkozásában további eseteket, amelyekkel érintett teljesítések igazolását elfogadja. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések). A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdése is. Ajánlatkérő rögzíti a Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) pontban meghatározott alkalmassági követelménynek. A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával (kizárólag IV. rész α szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1 pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. M. 1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hó) belül teljesített, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hó) belül megkezdett, legalább 1 darab gázkromatográf és 1 db tömegspektrométer szállításából származó referenciával. A referencia legfeljebb két szerződéssel igazolható. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szerződés, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban /referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára (az adott részre) vonatkozó mennyiségi adatot.

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Az előírt 12 hónap mértéken felül vállalt teljeskörű többletjótállás időtartama

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 10

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: A megajánlott GC rendszer későbbiekben csatlakoztatható egy fűtött átvezető vezetéken keresztül FT-IR spektrométer rendszerrel? (nem képi jelen ajánlat részét)

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 15

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Aprašymas: Egyösszegű nettó ajánlati ár

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 75

Pagrindimas, kodėl nenurodomas sutarties skyrimo kriterijų lyginamasis svoris: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] értékeli. Ennek szempontjai és a hozzájuk tartozó súlysúlyszámok az alábbiak: 1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) súlysúlyszám: 75 fordított arányosítás 2. Az előírt 12 hónap mértéken felül vállalt többletjótállás (0-12 hónap) súlysúlyszám: 10 egyenes arányosítás 3. A megajánlott GC rendszer későbbiekben csatlakoztatható egy fűtött átvezető vezetéken keresztül FT-IR spektrométer rendszerrel? (nem képi jelen ajánlat részét) súlysúlyszám: 15, pontkiosztás módszere Részletes módszertan bemutatását a dokumentáció tartalmazza.

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiame pirkimo dokumentai: vengrų kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 12/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000678502026>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomas

Pateikimo adresas: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000678502026>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vengrų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamas

Reikalingas pažangusis arba kvalifikuotas elektroninis parašas (kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014)

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamas

Finansinės garantijos aprašymas: Az ajánlatkérő nem kívánja ajánlati biztosíték nyújtásához kötni a jelentkezés benyújtását.

Pasiūlyimų priėmimo terminas: 22/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 30 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 22/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Vieta: EKR szerint

Papildoma informacija: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: Fizetėsi hataridő: 30 nap Kėsedelmi kőtbėr a kiadott szerződės tervezet szerint a nettő ajānlati ār 1%/naptāri nap, legfeljebb 20 %. Meghiūsulāsi kőtbėr a kiadott szerződės tervezet szerint a nettő ajānlati ār 25 %-a. Jőtālās: 12 hőnap, valamint az ajānlattevő által vāllalt tőbbletjőtālās. Az ajānlattėt, az elszāmolās ēs a kifizėtės pėnzne: forint. A teljesītės igazolāsāra a Kbt. 135. § (1) bekezdėse az irānyadő. 1 db (vėg) szāmla benyūjtāsāra van lehetősėg, valamennyi szerződėses feladat teljesītėsėt kővetően.

Būtinās konfidencialumo susitarimas: ne

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai ūsakymai: taip

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Dalyvių grupė, kuriai skiriama sutartis, turi būti tam tikros teisinės formos: Nem kővetelmėny a nyertesek által lėtrehozandő gazdasāgi tār sasāg, illetve jogi szemėly lėtrehozāsā.

Finansinės sąlygos: A teljesītės igazolāsāt kővetően kiāllītott szāmlāk kiegyenlītėse a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdėseiben foglaltaknak megfelelően, az Elektronikus Kőzbeszerzėsi Rendszeren keresztūl benyūjtott elektronikus szāmla alapjān, a Kbt. 135. § (1) bekezdėseiben meghatārozott hatāridőben, azaz legkėsőbb harminc napon belūl tőrtėnik. Előlegfizėtės nem biztosītott. A szāmlāzās kizārőlag elektronikus ūton tőrtėnhet. A kifizėtėsekre a Kbt. vonatkoző rendelkezėsein tūlmenően a 2011. ēvi CXCV. tőrvėny (Āht.) ēs a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Āvr.) szabālyai, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdėsei is irānyadőak.

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Kőzbeszerzėsi Hatősāg Kőzbeszerzėsi Dőntőbizottsāg

Informacija apie peržiūros terminus: A Kbt. 148. § szerint.

Organizacija, teikianti papildomā informacijā apie pirkimo procedūrā: Szėchenyi Istvān Egyetem

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Kőzbeszerzėsi Hatősāg Kőzbeszerzėsi Dőntőbizottsāg

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Szėchenyi Istvān Egyetem

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Szėchenyi Istvān Egyetem

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Szėchenyi Istvān Egyetem

Registracijos numeris: 17782294508

Pašto adresas: Egyetem Tėr 1

Miestas: Győr

Pašto kodas: 9026

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Šalis: Vengrija

Ryšių centras: Dr. Szabőné Dr. Pimpedli Tímea

E. paštas: beszerzes@sze.hu

Telefono numeris: +36 96518318

Interneto adresas: <https://www.uni.sze.hu>

Pirkėjo profilis: <https://uni.sze.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: Közbesszerzési Hatóság Közbesszerzési Döntőbizottság

Registracijos numeris: EKR SZ_40664534_2

Pašto adresas: Riadó u. 5

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1026

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)

Šalis: Vengrija

E. paštas: dontobizottsag@kt.hu

Telefono numeris: +36 18828592

Fakso numeris: +36 18828593

Interneto adresas: <https://kozbeszerzes.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: Közbesszerzési Hatóság

Registracijos numeris: EKR SZ_40664534

Pašto adresas: Riadó utca 5.

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1026

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)

Šalis: Vengrija

E. paštas: hirdetmeny@kt.hu

Telefono numeris: +36 18828635

Interneto adresas: <https://kozbeszerzes.hu>

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 0a2041b3-a306-4f16-9319-7255f3ba1541 - 02

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 23/04/2026 14:53:13 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Skelbimas: išsiuntimo data (e. formų siuntėjas): 21/04/2026 15:40:28 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: vengrų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 283991-2026

OL S numeris: 80/2026

